

自衛隊中央病院仕様書

物品番号	M71A100000396	調達要求番号	414D1A50052
		仕様書番号	CH-EB-5055
品名	血液、輸液加温器修理	作製年月日	令和6年4月11日
		作製部課等	衛生資材課
		作成者	宮崎技官

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は自衛隊中央病院で使用する衛生器材、

「血液、輸液加温器」の修理について適用する。

1.2 製品名、規格及び型式等

製品名	レンジャー血液・輸液ウォーミング装置
規格・(銘柄)	24500 (スリーエムジャパン)
供用先(取扱主任)	衛生資材課 (医療機器中央管理室)
S/N	23405

2. 修理内容

2.1 修理部位

部品表に示す部品を交換すること。

2.2 調整

調整は入念に行い、本装置の性能を十分発揮するものとする。

2.3 使用部品

使用部品は部品表に示す。

交換部品表

部品名	規格又は品番	数量
Bumper, Low Profile	6010004433	4
バブルトラップホルダー	7100004668	1

3. 検査

検査官、業者、取扱者立会いの上実施する。

4 その他

4.1 本装置の修理点検に関しては修理業を有し、専門の技術を持った技術者が行うこと。

4.2 点検修理の保証は3ヶ月間とする。

4.3 発生材は、業者が適正に処理すること。

4.4 この仕様書で不明な点は係官の指示を受けるものとする。