

連絡票

送付先

業者各位

発送元

〒154-8532
東京都世田谷区池尻1-2-24
自衛隊 中央病院 会計課

契約班 横山

TEL 03-3411-0151 内線 6156

FAX 03-3411-0673

E-mail fin-c-hosp@inet.gsdf.mod.go.jp

用件 オープンカウンタ方式見積依頼について

調達要求番号 : 614D1A50102

件名 : カプセル内視鏡検査システム 保守整備

履行期限 : 令和8年9月1日～令和9年3月31日

市場価格調査表の提出について

令和8年7月14日 10:00まで

市場価格調査表の提出は、メール、FAX、郵送等により期限までに提出をしてください。なお、御社の見積書様式及び細部内訳書の提出をお願いいたします。

官書式の見積書の提出について

令和8年7月15日 15:00まで

別添のオープンカウンタ方式用の見積書を使用します。

見積書の金額は消費税抜きになります。

見積書の提出は、メール、FAX、郵送等により提出期限までに提出をしてください。

見積日時について

令和8年7月16日 10:00

仕様書・現場確認に関する問い合わせについて

衛生資材部 衛生資材課 03-3411-0151 (内線6566) 担当 宮崎

契約関係書類について

自衛隊中央病院のホームページからダウンロードできます。

ホームページアドレス <http://www.mod.go.jp/gsdf/chosp/fin/index/html>

※ オープンカウンタ方式実施要領を確認して、ご参加をお願いします。

※ その他、ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。

見 積 書

件名リスト一連番号	214
-----------	-----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
カプセル内視鏡検査システム 保守整備	仕様書のとおり	ST	1		
以下余白					
納入（履行）場所	自衛隊中央病院	納 期 (履行期限)			令和8年9月1日～令和9年3月31日
契約保証金	免 除	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年7月16日

契約担当官自衛隊中央病院

会計課長 山村 剛 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること

見積書記載例（参考押印省略）

件名リスト一連番号	214
-----------	-----

見積金額¥ 100,000

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
カプセル内視鏡検査システム 保守整備	仕様書のとおり	ST	1	100,000	100,000
以下余白					
納入（履行）場所	自衛隊中央病院		納期 (履行期限)		令和8年9月1日～令和9年3月31日
契約保証金	免除	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年7月16日

*押印を省略する場合は、担当者氏名、連絡先を記載
(中央病院としては押印省略を推奨しております)

契約担当官自衛隊中央病院
会計課長 山村 剛 殿

住 所 東京都目黒区上目黒〇丁目〇番
会 社 名 株式会社 〇〇〇〇
代表者名 代表取締役 〇〇 〇〇
担当者名 〇〇 〇〇
連 絡 先 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること

自衛隊中央病院仕様書

物品番号	GM711219291	調達要求番号	614D1A50102
		仕様書番号	CH-EB-5094
品名	カプセル内視鏡検査システム 保守整備	作成年月日	令和8年7月7日
		作成部課等	衛生資材課
		作成者	宮崎技官

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は自衛隊中央病院で使用する衛生器材、

「カプセル内視鏡検査システム」の保守整備について適用する。

1.2 製品名、規格及び型式等

製品名	カプセル内視鏡システム
規格・(銘柄)	PillCam COLON2 (コビディエンジャパン)
供用先(取扱主任)	外来(内視鏡室)
S/N	DR30720972

2. 保守整備の内容

2.1 ソフトウェアのインストール

当院保有するカプセル内視鏡検査システムの解析装置にPillCam SoftWare v9.0Eをインストールを実施すること。不具合等の再インストールも含む。

2.2 保守内容

PillCam SoftWare v9.0Eの再インストール及びトラブル時の故障原因を検証し、v9.0Eソフトウェア入りPCを用意すること。

自動バックアップ設定をおこなうこと。

新しいPillCamカプセル内視鏡用ソフトウェアが出た際の旧ソフトウェアのアンインストール及び新ソフトウェアのインストールを実施すること。

3. 検査

検査官、業者、取扱者立会いの上実施する。

4. その他

4.1 本装置の保守整備に関しては修理業を有し、専門の技術を持った技術者が行うこと。

4.2 整備結果は整備報告書を2部、官側に提出すること。

4.3 点検中、異常箇所を発見した場合は速やかに官側に報告し、係官の指示を受けること。

4.4 受託業者については業務上保有した患者等の個人情報については契約終了後も第三者に漏らさない事。

4.5 本役務の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。)は、カプセル内視鏡検査システム保守整備について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。

4.6 本仕様書に記載の無い事項については官側と協議すること。

4.7 本仕様書で不明な点は係官の指示を受けるものとする。