

令和8年8月17日	
連絡票	
送付先 業者各位	発送元 〒154-8532 東京都世田谷区池尻1-2-24 自衛隊 中央病院 会計課 契約班 横山 TEL 03-3411-0151 内線 6156 FAX 03-3411-0673 E-mail fin-c-hosp@inet.gsdf.mod.go.jp
用 件	オープンカウンタ方式見積依頼について
調 達 要 求 番 号 : 614D1A50110 件 名 : コルポスコープ, 双眼 修理 履 行 期 限 : 令和8年10月30日 市場価格調査表（御社様式の見積書）の提出について <u>令和8年8月20日 10:00まで</u> 市場価格調査表（御社様式の見積書）は<u>メール、FAX、郵送等</u>により 提出期限までに提出をしてください。 積算資料のご提出を依頼させていただくことがございます。 官書式見積書（別添の見積書）の提出について <u>令和8年8月21日 15:00まで</u> 別添の見積書を使用します。 見積書の金額は消費税抜きになります。 見積書の提出は、<u>メール、FAX、郵送等</u>により提出期限までに提出をしてください。 見積日時について <u>令和8年8月24日 10:00</u> 上記の提出書類に関する問い合わせについて 総務部 会計課 03-3411-0151（内線6156） 担当 横山 仕様書・現場確認に関する問い合わせについて 衛生資材部 衛生資材課 03-3411-0151（内線6566） 担当 宮崎 契約関係書類について 自衛隊中央病院のホームページからダウンロードできます。 ホームページアドレス http://www.mod.go.jp/gsdf/chosp/fin/index/html	

見 積 書

件名リスト一連番号	286
-----------	-----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
コルポスコープ，双眼修理	仕様書のとおり	ST	1		
以下余白					
納入（履行）場所	自衛隊中央病院		納期 (履行期限)		令和8年10月30日
契約保証金	免除	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年8月24日

契約担当官自衛隊中央病院

会計課長 山村 剛 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること

見積書記載例（参考押印省略）

件名リスト一連番号	286
-----------	-----

見積金額¥ 100,000
(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
コルポスコープ，双眼 修理	仕様書のとおり	ST	1	100,000	100,000
以下余白					
納入（履行）場所	自衛隊中央病院		納 期 (履行期限)		令和8年10月30日
契約保証金	免 除	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年8月24日

*押印を省略する場合は、担当者氏名、連絡先を記載
(中央病院としては押印省略を推奨しております)

契約担当官自衛隊中央病院
会計課長 山村 剛 殿

住 所 東京都目黒区上目黒〇丁目〇番
会 社 名 株式会社 〇〇〇〇
代表者名 代表取締役 〇〇 〇〇
担当者名 〇〇 〇〇
連 絡 先 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること

自衛隊中央病院仕様書			
物 品 番 号	GM011182103	調達要求番号	614D1A50110
		仕様書番号	CH-EB-5101
品 名	コ ル ホ ° ス コ ー フ ° , 双 眼 修 理	作製年月日	令和8年7月31日
		作製部課等	衛 生 資 材 課
		作 成 者	宮 崎 技 官

1 総 則

1.1 適用範囲

この仕様書は自衛隊中央病院で使用する衛生器材、
「 コ ル ホ ° ス コ ー フ ° , 双 眼 」 の修理について適用する。

1.2 製品名、規格及び型式等

製 品 名	患部撮影装置
規 格 ・ (銘 柄)	E-P7 (オリンパス)
供 用 先 (取 扱 主 任)	外来(産婦人科)
S/N	ISR05535

2. 修理内容

2.1 修理部位

吸引エラー発生。エラーを排除し、正常な状態に戻すこと。

2.2 調整

調整は入念に行い、本装置の性能を十分発揮するものとする。

2.3 使用部品

使用部品は部品表に示す。

交 換 部 品 表

部 品 名	規 格 又 は 品 番	数 量
モニターユニット	E-P7 用	1

3. 検査

検査官、業者、取扱者立会いの上実施する。

4 その他

4.1 本装置の修理点検に関しては修理業を有し、専門の技術を持った技術者が行うこと。

4.2 点検修理の保証は3ヶ月間とする。

4.3 発生材は、業者が適正に処理すること。

4.4 この仕様書で不明な点は係官の指示を受けるものとする。