

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
信号発生器 J S G - Q 5 6	G S - C 3 0 4 2 0 0 H	
	作 成	平成 1 1 年 1 1 月 3 0 日
	変 更	令和 4 年 1 0 月 2 0 日
	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の信号発生器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - C 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

G L T - C G - C 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊 I T 利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 2.3 及び G L T - C G - C 0 0 0 0 0 1 の 2.5 による。ただし、銘板の品名を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

I T利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2.3とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 提出資料

提出資料は、GLT-CG-C000001の箇条6とし、資料の種類は、表1による。ただし、契約の相手方は、納入実績があり、内容に変更がない場合は、提出を省略してもよい。

表1-提出資料

種類	内容	形態 ^{a)}	数量	提出先	提出時期
取扱説明書 (第1種)	GLT-CG-C000001の5.1 a)による。	電子化 データ	1	陸上自衛隊 補給統制本部	機器納入と同時
校正データ ^{b)}	校正値 [校正ポイント, 許容値, 許容範囲及び校正周期(推奨)] が記載されており, 校正証明書付きとする。		1	通信電子部	
注^{a)} 電子化データは, CD-R又はDVD-Rで提出とし, 細部要領については, 官側との調整による。					
注^{b)} 校正データの細部内容は, 事前に官側との調整を行う。					

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	GS-C304200H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
信号発生器	キーサイト・テクノロジー社 N5173B
	オプション N5173B-520
	N5173B-1ED
	ローデ・シュワルツ・ジャパン (株) SMB100A
	オプション SMB-B120
	SMB-B25
	Test Port adapter, N female
	アンリツ MG36221A
	オプション MG36221A-0002
	34NFKF50
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) **周波数範囲** 1 GHz以下～20 GHz以上
- b) **出力** -20 dBm以下～+10 dBm以上
- c) **高調波** -50 dBc以下 (>2 GHz)
- d) **出力コネクタ** N型 (f)

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は標準添付品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}	摘要
1	収納ケース	1	-
2	取扱説明書	1	a) GLT-CG-C000001の5.1 a)による。 b) 日本語版とする。
3	試験成績書	1	a) GLT-CG-C000001の 箇条7 による。 b) 品質保証書で代用してもよい。
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			