

通知第C8号
令和8年5月11日

陸上自衛隊関東補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です（詳細は下記にお問い合わせください）。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名（品 名）	納入(履行)場 所	納 期 (履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争 参加資格	決定方式
8	自記気圧計 GML-96-B 検定 ほか3件	関東補給処 通信電子部	令和8年12月18日	令和8年5月11日	令和8年6月1日 12時00分	令和8年6月1日 13時05分	なし	総品目総額

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒300-0387
住 所：茨城県土浦市右廻2410
契約機関名（担当）：陸上自衛隊 関東補給処 調達会計部 契約課 契約班 西澤
電 話 番 号（内線）：029-842-1211（内線2235）
F A X 番 号：029-842-1511
- 5 代金の支払は、すべて後払いです。
適法な請求書を提出・受理後、約1か月後に銀行振込にてお支払いいたします。



見積依頼書

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也

以下のとおり見積を依頼します。

1. 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
6PQL1S000040		6PQV1AQ0001 0001				ES-Z502004M		
品名 または 件名								
自記気圧計 GML－96－B 検定 ほかに3件								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	UN					1	3	J1
納地または工事場所				引 渡 場 所				
関東処				通電部技術課校正班				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
通電部技術課校正班				令和8年12月18日（金）				

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 契約条項を示す場所

「入札及び契約心得」・「標準契約書」については、霞ヶ浦駐屯地関東補給処ホームページに掲載（掲載）する。

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年6月1日（月）12時00分

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

- (1) 「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ、見積書をご提出ください。
- (2) 見積書の日付は、貴社見積書を作成した年月日としてください。

6 問い合わせ先

〒300-0837

茨城県土浦市右廻2410

陸上自衛隊 関東補給処 調達会計部 契約課

TEL 029-842-1211 内 線 2235

FAX 029-842-1511 担当者 西澤

品 目 等 内 訳 書

ページ 1

契約実施計画番号				6PQL1S000040															
NO	調達要求番号		物品番号				単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄		納 地		指定				
	品 名										使用期限等	引 渡 場 所	検査						
	部品番号 または 規格													搬 入 場 所	包装				
	使用器材名						仕様書番号									納 期			
1	6PQV1AQ0001	0001					UN	1.00				関東処		1					
	自記気圧計 GML-96-B 検定											通電部技術課校正班							
	仕様書のとおり											通電部技術課校正班							
							ES-Z502004M					令和8年12月18日							
2	6PQV1AQ0001	0002					UN	1.00				関東処		1					
	自記気圧計 GML-96-B 検定											通電部技術課校正班							
	仕様書のとおり											通電部技術課校正班							
							ES-Z502004M					令和8年12月18日							
3	6PQV1AQ0001	0003					UN	1.00				関東処		1					
	自記気圧計 GML-96-B 検定											通電部技術課校正班							
	仕様書のとおり											通電部技術課校正班							
							ES-Z502004M					令和8年12月18日							
4	6PQV1AQ0001	0004					UN	1.00				関東処		1					
	自記気圧計 GML-96-B 検定											通電部技術課校正班							
	仕様書のとおり											通電部技術課校正班							
							ES-Z502004M					令和8年12月18日							
					- 以 下 余 白 -														

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
気象測器の検定		E S - Z 5 0 2 0 0 4 M	
		防衛大臣承認	平成 年 月 日
		作 成	平成 1 6 年 3 月 1 0 日
		変 更	令和 6 年 9 月 1 3 日
		作成部隊等名	関東補給処 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊関東補給処において使用する気象測器の検定（以下，“検定”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001、GLT-CG-Z000009及びGLT-CG-Z500002によるほか、次による。

1.2.1

気象測器

気象測器とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、機械及び装置をいう。

1.2.2

検定

検定とは、気象業務法が定める気象庁又は登録検定機関の検定をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

b) 法令等

気象業務法（昭和27年法律第165号）

2 検定に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、GLT-CG-Z500002の2.1によるほか、GLT-CG-Z000009の2.2による。

2.2 検定対象品目及び数量など

検定対象品目及び数量などは、調達要領指定書によって指定する。

2.3 検定の作業方式

検定の作業方式は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z50000

2の2.3 a)に示す“標準（又は確定）作業方式”とし、細部は、表1による。

表1－検定の作業方式

番号	工程	作業内容
1	入場点検	入場品（検定対象物品）の状況を外観から点検する。
2	分解	入場品を機能点検の可能な構成単位に分解する。
3	機能点検	“入場品を動作させる”，“計測器によって計測する”など，本来の機能を発揮するか否かを点検する。
4	整備	調達要領指定書によって指定する部品などについて交換し，調整などを実施して，本来の機能に修復する。
5	性能検査	整備完了品の機能及び性能について，検定基準に合致することを確認する。
6	検定	検定を受検する。

2.4 整備作業間の作業中止事項

整備作業間の作業中止事項は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z 500002の2.14による。

2.5 整備実施場所

整備実施場所は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z 500002の2.6 a)に示す“営業所等”とする。

2.6 部品・副資材

部品及び副資材は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- a) 部品及び副資材は，契約の相手方が準備する。
- b) 交換済部品及び副資材は，契約の相手方において処分する。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，GLT-CG-Z 000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 納入書類

5.1.1 提出書類

提出書類は，GLT-CG-Z 500002の5.4.2によるほか，書類名，部数，提出時期及び提出先は，調達要領指定書によって指定する。

5.1.2 添付書類

添付書類は，表2による。

表2－添付書類

名称	部数	注記
検定証書	検定対象品目 1 台につき 1 部	書式随意

5.2 秘密保全

秘密保全は，GLT-CG-Z 5 0 0 0 0 2 の6.1，6.2及び6.4による。

5.3 輸送

輸送は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，契約の相手方が担任する。

5.4 官側の支援

官側の支援が必要な場合は，GLT-CG-Z 5 0 0 0 0 2 の7.3による。

5.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	6PQV1AQ0001
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年4月22日
	作 成 部 課	通信電子部補給整備課
	作 成 年 月 日	令和8年4月22日
品 名	自記気圧計 GML-96-B 検定 他3件	
仕様書番号	ES-Z502004M	

指定事項：

2. 2 検定対象品目及び数量など

番号	品名等	製造等	器材番号等	数量
1	自記気圧計 GML-96-B	(株)吉野計測	20-01-17-14、 62457	1
2	自記気圧計 GML-96-B	(株)吉野計測	20-01-17-12、 62455	1
3	自記気圧計 GML-96-B	(株)吉野計測	19-03-24-9、 62425	1
4	自記気圧計 GML-96-B	(株)吉野計測	19-03-24-3、 62420	1

2. 3 検定の作業方式

番号4の整備は、下表による。

番号	作業内容
1	外装（研磨）
2	組立
3	調整

5. 1. 1 提出書類

番号	書類名	部数	提出時期	提出先
1	納品書	1	納品時	検査官
2	受領書	1	受領時	

見 積 書

通知番号	第C8号
------	------

金額¥ (消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
自記気圧計GML-96-B 検定	仕様書のとおり	UN	1		
自記気圧計GML-96-B 検定	仕様書のとおり	UN	1		
自記気圧計GML-96-B 検定	仕様書のとおり	UN	1		
自記気圧計GML-96-B 検定	仕様書のとおり	UN	1		
				合 計	
納入（履行）場所	関東補給処 通信電子部	納期（履行期限）	令和8年12月18日		
契約保証金	（免 除）	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先