

|           |                     |                                                 |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 調達要領指定書   | 調 達 要 求 番 号         | 6 P R Z 1 A V 0 0 1 5                           |
|           | 契 約 番 号             |                                                 |
|           | 調達要求年月日             | 令 和      8 年              7 月              27 日 |
|           | 作 成 部 署             | 用賀支処 衛生部 補給整備課 整備管理班                            |
|           | 作 成 年 月 日           | 令 和      8 年              7 月              27 日 |
| 物 品 番 号   |                     |                                                 |
| 品 名       | 臨床化学自動分析装置，生化学用の修理  |                                                 |
| 規 格       |                     |                                                 |
| 仕 様 書 番 号 | E M - T 5 5 0 0 0 4 |                                                 |

指定事項：今回の調達に限り、次のとおりとする。

仕様書 2. 2      整備対象器材

キャノンメディカルシステムズ(株)製 臨床化学自動分析装置，生化学用  
T B A - 2 0 0 0 F R / J A    一式

仕様書 2. 6      整備実施場所

朝霞駐屯地とする。

仕様書 2. 8      部品・副資材

交換部品は別紙のとおりとする。

仕様書 2. 1 3      整備期間

整備期間は令和 8 年 9 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日とする。

仕様書 2. 1 4      定期点検回数

定期点検回数は年 2 回とする。