

調達要領指定書	調達要求番号	5PRZ1C10005・5PRZ1C10007
	契約番号	
	調達要求年月日	令和 7年 5月16日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和 7年 5月16日
物品番号		
品名	医薬品等	
規格		
仕様書番号	EM-T150001L	

3.4 調達品目

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、7、22、29、55、70

5.2 包装の表示

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番の図1 一個装表示を省略する。

連番 1、7、22、29、55、70

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
医 薬 品 等	E M - T 1 5 0 0 0 1 L	
	作 成	平成 2 8 年 4 月 6 日
	変 更	令和 7 年 3 月 8 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医薬品等について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

医薬品等

医薬品等とは、次による。

- a) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項で示すものであり、動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されるものを除くものとする。
- b) 医薬品医療機器等法第2条第2項及び第14項で示すものとする。
- c) 日本標準商品分類中分類87（医薬品及び関連製品）で示すものとする。

1.2.2

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本標準商品分類（平成2年6月改訂）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 使用期限等

使用期限等は、調達品目表による。

3.3 ロット管理等

ロット管理されている納入品は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限が同一のものとする。

3.4 調達品目

調達品目は、調達要領指定書において、調達品目表の調達品目の連番によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。ただし、自衛隊病院に直納する場合は、省略するものとする。

物品番号
品名
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号、品名及び規格は、調達品目表による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 1 L				
1 調 達 品 目					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
1	6505-100-5121-5	水溶性プレドニン2 0 mg	2 0 m g , 2 m L , 1 0 管	1 2 か 月	塩野義製薬(株) 水溶性プレドニン2 0 m g 1 0 管
2	6505-100-6933-5	キシロカインゼリー 2 %	2 % , 3 0 m L , 5 本	1 2 か 月	サント(株) キシロカインゼリー2 % [チュー ブ] 3 0 m L × 5 本
3	6505-100-7381-5	ガスコン錠4 0 m g	4 0 m g , 1 0 0 錠	1 2 か 月	キッセイ薬品工業(株) ガスコン錠4 0 m g 1 0 0 錠 [1 0 錠 × 1 0]
4	6505-100-7609-5	フロジン外用液 5 %	5 % , 3 0 m L , 1 0 本	1 2 か 月	ニプロファーマ(株) フロジン外用液5 % 3 0 m L × 1 0
5	6505-100-7911-5	簡易菌検出紙, ブド ウ球菌用	1 0 0 枚	6 か 月	サン化学(株) サンコリブドウ球菌簡易検出紙 1 箱 1 0 0 枚入
6	6505-100-7912-5	簡易菌検出紙, 大腸 菌群用	1 0 0 枚	6 か 月	サン化学(株) サンコリ大腸菌群簡易検出紙 1 箱 1 0 0 枚入
7	6505-100-8773-5	キシロカインビスカ ス2 %	2 % , 1 0 0 m L	1 2 か 月	サント(株) キシロカインビスカス2 % [瓶] 1 0 0 m L
8	6505-100-8877-5	生理食塩液P L 「フ ゾー」	1 0 0 m L , 1 0 本	1 2 か 月	扶桑薬品工業(株) 生理食塩液P L 「フゾー」 1 0 0 m L 1 0 ポリアル (スタンダブル)
9	6505-100-9539-5	コールタイジン点鼻 液	0 . 1 % , 1 5 m L , 1 0 本	1 2 か 月	(株)陽進堂 コールタイジン点鼻液 1 5 m L 1 0 本
10	6505-100-9677-5	ツムラ葛根湯エキス 顆粒 (医療用)	2 . 5 g , 1 8 9 包	1 2 か 月	(株)ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2 . 5 g × 1 8 9 包

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 1 L				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
11	6505-100-9679-5	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)	3.0 g, 189包	12か月	㈱ツムラ ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用) 3.0 g × 189包
12	6505-100-9889-5	大塚生食注	20 mL, 50管	12か月	㈱大塚製薬工場 大塚生食注 20 mL 50管プラスチックアンプル入り
13	6505-100-9922-5	メイロン静注7%	7%, 20 mL, 10管	9か月	㈱大塚製薬工場 メイロン静注7% 20 mL 10管プラスチックアンプル入り
14	6505-101-0174-5	アルロイドG内用液5%	600 mL, 5本	12か月	カイゲンファーマ㈱ アルロイドG内用液5% 600 mL × 5本
15	6505-101-0208-5	アローゼン顆粒	0.5 g, 600包	12か月	㈱ポーラファルマ アローゼン顆粒 (0.5 g) 600包 (0.5 g × 4連 × 15 × 10)
16	6505-101-0209-5	トレーランG液75g	75 g, 225 mL, 20本	12か月	エイワイファーマ㈱ トレーランG液75 g 225 mL × 20瓶
17	6505-101-0212-5	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	2%, 300 mL, 1本	12か月	堀井薬品工業㈱ ジメチコン内用液2%「ホリイ」 300 mL (ポリ瓶)
18	6505-101-0262-5	尿検査試験紙, 10項目用	100枚	6か月	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス㈱ N-マルティスティックスSG-L 100枚
19	6505-101-0289-5	ウエルパス手指消毒液0.2%	0.2%, 1L	12か月	丸石製薬㈱ ウエルパス手指消毒液0.2% 1L
20	6505-101-0346-5	インジゴカルミン注20mg「AFP」	5 mL × 10管	12か月	アルフレッサファーマ㈱ インジゴカルミン注20 mg 「AFP」 (5 mL) 10アンプル

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150001L				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
21	6505-101-1845-5	コ ン ス タ ン 0. 4 m g 錠	0. 4 m g , 1 0 0 錠	1 2 か 月	武 田 薬 品 工 業 (株) コ ン ス タ ン 0. 4 m g 錠 1 0 0 錠 (1 0 錠 × 1 0)
22	6505-101-1852-5	キ シ ロ カ イ ン 液 「 4 % 」	4 % , 1 0 0 m L	1 2 か 月	サ ン ド (株) キ シ ロ カ イ ン 液 「 4 % 」 [瓶] 1 0 0 m L
23	6505-101-1854-5	サ ン コ バ 点 眼 液 0. 0 2 %	0. 0 2 % , 5 m L , 1 0 本	1 2 か 月	参 天 製 薬 (株) サ ン コ バ 点 眼 液 0. 0 2 % プ ラ ス チ ッ ク 点 眼 容 器 5 m L × 1 0 本
24	6505-101-1855-5	チ ラ ー ジ ン S 錠 5 0 μ g	5 0 μ g , 1 0 0 錠	1 2 か 月	あ す か 製 薬 (株) チ ラ ー ジ ン S 錠 5 0 μ g 1 0 0 錠 (1 0 錠 × 1 0)
25	6505-101-2322-5	M S 温 シ ッ プ 「 タ イ ホ ウ 」	2 0 g × 5 枚 , 1 0 包	1 2 か 月	岡 山 大 鵬 薬 品 (株) M S 温 シ ッ プ 「 タ イ ホ ウ 」 2 0 g
26	GK711279230	キ ン カ ン	5 5 m L	1 2 か 月	榊 金 冠 堂 キ ン カ ン 5 5 m L
27	6505-280-9060-5	硫 酸 バ リ ウ ム	3 0 0 g , 3 0 本	1 2 か 月	榊 伏 見 製 薬 所 バ リ ト ゲ ン H D 3 0 0 g × 3 0 本
28	6505-280-9077-5	サ ホ ラ イ ド 液 歯 科 用 3 8 %	5 m L	1 2 か 月	東 洋 製 薬 化 成 (株) サ ホ ラ イ ド 液 歯 科 用 3 8 % 5 m L
29	6505-282-4337-5	キ シ ロ カ イ ン 注 ポ リ ア ン プ 1 %	1 % , 1 0 m L , 1 0 管	1 2 か 月	サ ン ド (株) キ シ ロ カ イ ン 注 ポ リ ア ン プ 1 % [ア ン プ ル] 1 0 m L × 1 0 管
30	6505-282-4460-5	尿 中 糖 た ん 白 潜 血 ウ ロ 試 験 紙	5 0 枚	1 2 か 月	ロ シ ュ ・ ダ イ ア グ ノ ス テ ィ ッ ク ス (株) C o m b u r テ ス ト 4 5 0 枚

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 1 L				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
31	6505-282-4478-5	サンリズムカプセル 50 mg	50 mg, 1 00カプセル	12か月	第一三共(株) サンリズムカプセル50 mg (PT P) 100カプセル
32	6505-282-6601-5	メルカゾール錠5 mg	5 mg, 50 0錠	12か月	あすか製薬(株) メルカゾール錠5 mg 500錠(P TP)
33	6505-283-0008-5	C型肝炎抗体検出キ ット	40回用	6か月	(株)ミズホメディ ー オーソ クイックチェイサーHCV Ab・テストプレート 40回用(1 テスト×40)
34	6505-283-2029-5	ディスオーパ消毒液 0.55%	0.55%, 3.8L	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) ディスオーパ消毒液0.55% 3.8L
35	6505-287-0192-5	MS冷シップ「タイ ハウ」	20g×5 枚, 10包	12か月	岡山大鵬薬品(株) MS冷シップ「タイハウ」 20g
36	6505-287-1183-5	0.02%ヘキザッ ク水W	0.02%, 250mL	12か月	吉田製薬(株) 0.02%ヘキザック水W 250 mL
37	6505-287-1184-5	0.05%ヘキザッ ク水W	0.05%, 250mL	12か月	吉田製薬(株) 0.05%ヘキザック水W 250 mL
38	6505-287-1185-5	0.5%ヘキザック アルコール液	0.5%, 5 00mL	12か月	吉田製薬(株) 0.5%ヘキザックアルコール液 5 00mL
39	6505-287-1779-5	プリビシー液0. 02%	0.02%, 500mL	12か月	(株)大塚製薬工場 プリビシー液0.02% 500 mL 1本 プラスチック容器入り
40	6505-287-1780-5	消毒用エタプロコ ール	500mL	12か月	日興製薬(株) 消毒用エタプロコール 500mL

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 1 L				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
41	6505-287-1988-5	ソルデム3AG輸液	500 mL, 20管	12か月	テルモ(株) ソルデム3AG輸液, 500 mL×2 0袋
42	6505-287-1989-5	ソルデム3A輸液	500 mL, 20管	12か月	テルモ(株) ソルデム3A輸液 500 mL×2 0袋
43	6505-287-1993-5	フェルビナクスチ ック軟膏3%「三笠」	40 g, 10 本	12か月	三笠製薬(株) フェルビナクスチック軟膏3%「三 笠」 40 g×10本
44	6505-287-3670-5	ベノキシール点眼液 0.4%	0.4%, 1 0 mL	12か月	参天製薬(株) ベノキシール点眼液0.4% プラス チック点眼容器 10 mL
45	6505-287-4924-5	アズノールうがい液 4%	5 mL, 10 本	12か月	(株)日本点眼薬研究所 アズノールうがい液4% 5 mL× 10
46	6505-287-6762-5	アフタッチ口腔用貼 付剤25 μg	25 μg, 1 00錠	12か月	アルフレッサファーマ(株) アフタッチ口腔用貼付剤25 μg PTP 100錠(10錠×10)
47	6505-288-2474-5	キシロカインポンプ スプレー8%	80 g	12か月	サンド(株) キシロカインポンプスプレー8% [瓶]80 g
48	6505-288-3314-5	クロルヘキシジンエ タノール液含浸綿棒	1本入×50	9か月	吉田製薬(株) ヘキザックAL1%綿棒12 1本 入×50
49	6505-289-0463-5	ラクテック注	500 mL, 20袋ソフト バッグ	12か月	(株)大塚製薬工場 ラクテック注 500 mL 20袋 ソフトバッグ入り
50	6505-289-0465-5	大塚生食注	500 mL, 20袋ソフト バッグ	12か月	(株)大塚製薬工場 大塚生食注 500 mL 20袋 ソフトバッグ入り

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150001L				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
51	6505-289-0466-5	大塚糖液 5 %	500 mL, 20袋ソフト バッグ	12か月	㈱大塚製薬工場 大塚糖液 5 % 500 mL 20袋 ソフトバッグ入り
52	6505-290-6551-5	トラベルミン配合錠	100錠	12か月	サンノーバ㈱ トラベルミン配合錠 100錠 (PT P)
53	6505-291-3638-5	ジフルプレドナート 軟膏0.05 % 「イワキ」	5 g, 10本	12か月	岩城製薬㈱ ジフルプレドナート軟膏0.05 % 「イワキ」 5 g×10
54	6505-291-3640-5	ヒアルロン酸Na関 節注25 mgシリ ンジ「明治」	1 %, 2.5 mL, 10筒	12か月	Meiji Seika ファルマ㈱ ヒアルロン酸Na関節注25 mgシ リンジ「明治」 (プラスチックシリ ンジ・ロックあり)
55	6505-291-3787-5	リマプロストアルフ ァデクス錠5 μg 「サワイ」	5 μg, 21 0錠	12か月	沢井製薬㈱ リマプロストアルファデクス錠 5 μg「サワイ」 210錠 (21錠 ×10) PTP
56	6505-291-3788-5	ロフラゼブ酸エチル 錠1 mg「サワイ」	1 mg, 10 0錠	12か月	沢井製薬㈱ ロフラゼブ酸エチル1 mg「サワイ」 100錠 (10錠×10) PTP
57	6505-291-3799-5	デルモゾールGロー ション	0.12 %, 10 mL, 10本	12か月	岩城製薬㈱ デルモゾールGローション 10 mL×10本
58	6505-291-7665-5	ヒアルロン酸Na点 眼液0.1 %「セン ジュ」	0.1 %, 5 mL, 10本	12か月	千寿製薬㈱ ヒアルロン酸Na点眼液0.1 %「セ ンジュ」
59	6505-292-3306-5	ドキサゾン錠1 mg「サワイ」	1 mg, 10 0錠	12か月	沢井製薬㈱ ドキサゾン錠1 mg「サワイ」 100錠 (10錠×10)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 1 L				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
60	6505-292-3320-5	フルオロメトロン点 眼液0.1%「センジ ユ」	0.1%, 5 mL, 10本	12か月	千寿製薬(株) フルオロメトロン点眼液0.1%「セ ンジュ」 5 mL×10
61	6508-287-4295-5	石けん, 液体, 手洗 用, 泡ポンプ付	1 kg	12か月	サラヤ(株) シャボネットコムP-5 1 kg泡 ポンプ付 23358
62	6508-287-8338-5	液体石けん, ポンプ 付	250 mL	12か月	レキットベンキナーザー・ジャパン(株) 液体ミューズ オリジナル本体 25 0 mL
63	6510-100-7741-5	液状絆創膏	11 mL	12か月	(株)東京甲子社 コロスキン 11 mL
64	6840-100-8930-5	くん煙殺虫剤	25立方メー トル用	12か月	レック(株) バルサンSP 20 g
65	6840-101-1947-5	電子蚊取器, 液剤式	コード付	12か月	アース製薬(株) アースノーマット 60日セット
66	6840-101-1948-5	蚊取剤, 電子蚊取器 用	60日用	12か月	アース製薬(株) アースノーマット取替えボトル 60 日用 無香料 45 mLボトル×1 本
67	6840-287-8330-5	サフロチンMC懸濁 液	2 L×2個	9か月	日本化薬(株) サフロチンMC 2 Lボトル×2
68	GK711261456	クロベタゾールプロ ピオン酸エステル軟 膏0.05%「MY K」	0.05%, 5 g, 10本	12か月	前田薬品工業(株) クロベタゾールプロピオン酸エステル 軟膏0.05%「MYK」 5 g×1 0
69	GK711264281	ドキンピ水虫液	20 mL	12か月	松浦薬業(株) ドキンピ水虫液 20 mL
70	GK711276647	クロモグリク酸Na 点眼液2%「VTR S」	100 mg, 5 mL, 10 本	12か月	マイランEPD合同会社 クロモグリク酸Na点眼液2%「VT RS」 5 mL×10瓶

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 1 L		

1 調 達 品 目 (続 き)

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
71	GK711276663	ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	8 mg、10 0錠	12か月	武田テバファーマ(株) ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」 P TP包装 100錠 (10錠×10)
72	6508-30-293-0338	液体石けん, 詰替用	450mL	12か月	レキットベンキナーザー・ジャパン(株) 液体ミューズ オリジナル 詰替パッ ク 450 mL
73	GK711305316	スルピリド錠 50 mg 「アメル」	50 mg、1 00錠	12か月	共和薬品工業(株) スルピリド錠 50 mg 「アメル」
74	GK711305705	ケトコナゾールロ ーション 2% 「J G」	10 g、10 本	9か月	日本ジェネリック(株) ケトコナゾールローション 2% 「J G」
75	GK711306210	吸収性局所止血剤	2.5 cm× 5.1 cm、1 0枚	12か月	ジョンソンエンドジョンソン(株) サージセル・アブソーバブル・ヘモス タットMD
76	GM741260719	B型肝炎ウイルス 表面抗原検出キッ ト	20検体	1か月	富士レビオ(株) エスプラインHBsAg 10テスト ×2
77	GM741260720	B型肝炎ウイルス 表面抗体検出キッ ト	20検体	1か月	富士レビオ(株) エスプラインHBsAb-N 10テ スト×2

2 使用期限等

使用期限等は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において調達品目で示す製造後月数以内の製品とする。ただし、調達品目で示す製造後月数以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 1 0 - 1 0 0 - 1 8 4 3 - 5	仕 様 書 番 号
包 帯 止	E M - T 1 3 0 6 5 5 B	
	作 成	平成 2 7 年 4 月 1 日
	変 更	平成 3 0 年 1 2 月 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の包帯止めについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、**GLT-CG-Z000001**による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**GLT-CG-Z000001**の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6510-100-1843-5
品名	包帯止
規格	100個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図2**によるものとし、契約の相手方は、納品書に**図2**を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	平成30年12月 3日
仕 様 書 番 号	EM-T130655B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
包帯止め	浅井商事(株) SA ホータイ止 (100個) イワツキ(株) 包帯止め 100個入 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、包帯、三角巾などの固定ができるものとする。
- b) 形状は、ゴム紐の両端に留め金を有するものとする。
- c) 数量は、100個入りとする。

調達要領指定書	調達要求番号	5PRZ1C10005・5PRZ1C10007
	契約番号	
	調達要求年月日	令和 7年 5月16日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和 7年 5月16日
物品番号		
品名	医療器材	
規格		
仕様書番号	EM-T150002P	

3.3 調達品目

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 59、98、102、145、156

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
医 療 器 材	E M - T 1 5 0 0 0 2 P	
	作 成	平成 2 8 年 4 月 6 日
	変 更	令和 7 年 3 月 8 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医療器材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

医療器材

医療器材とは、次による。

- a) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項で示すものであり、動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されるもの及び動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とされているものを除くものとする。
- b) 医薬品医療機器等法第2条第5項、第6項及び第7項で示すものとする。
- c) 日本標準商品分類中分類66（医療用機器）及び86（医療用品及び関連製品）で示すものとする。

1.2.2

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本標準商品分類（平成2年6月改訂）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 使用期限等

使用期限等は、調達品目表による。

3.3 調達品目

調達品目は、調達要領指定書において、調達品目表の調達品目の連番によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。ただし、自衛隊病院に直納する場合は、省略するものとする。

物品番号
品名
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号、品名及び規格は、調達品目表による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1 個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
1	6505-100-9092-5	希 積 液, 自 動 血 球 計 算 装 置 用	1 0 L	1 2 か 月	シ ス メ ッ ク ス 株 セ ル パ ッ ク (Ⅱ) 1 0 L
2	6505-100-9954-5	喀 痰 固 定 液, 青 キ ャ ッ プ	3 0 m L	1 か 月	武 藤 化 学 株 Y M 式 喀 痰 固 定 液 ニ ュ ー L タ イ プ 3 0 m L
3	6505-100-9955-5	喀 痰 固 定 液, 青 キ ャ ッ プ	3 0 m L, 3 0 個	1 か 月	武 藤 化 学 株 Y M 式 喀 痰 固 定 液 ニ ュ ー L タ イ プ 3 0 m L × 3 0 本
4	6505-101-0367-5	標 本 固 定 剤, ス プ レ ー 式	8 0 m L	6 か 月	ア ル フ レ ッ サ フ ー マ 株 サ イ ト キ ー プ Ⅱ 8 0 m L
5	6510-101-2240-5	伸 縮 包 帯, 粘 着 性	5 c m × 5 m, 6 個	1 2 か 月	ア ル ケ ア 株 エ ラ テ ッ ク ス 5 号 5. 0 c m × 5 m 6 巻
6	6510-101-2241-5	伸 縮 包 帯, 粘 着 性	1 0 c m × 5 m, 3 個	1 2 か 月	ア ル ケ ア 株 エ ラ テ ッ ク ス 1 0 号 1 0. 0 c m × 5 m 3 巻
7	6510-283-2329-5	穿 刺 部 被 覆 保 護 材, S サ イ ズ	1 0 0 0 枚	1 2 か 月	ニ チ バ ン 株 チ ュ ー シ ャ バ ン S サ イ ズ
8	6510-287-4296-5	救 急 絆 創 膏	5 0 m m × 7 5 m m, 5 0 枚 入	1 2 か 月	ア ル ケ ア 株 デ ル マ ポ ア ド レ ッ シ ン グ 2 号 1 箱 5 0 枚 入
9	6510-287-4297-5	救 急 絆 創 膏	1 0 0 m m × 1 6 0 m m, 2 0 枚 入	1 2 か 月	ア ル ケ ア 株 デ ル マ ポ ア ド レ ッ シ ン グ 5 号 1 箱 2 0 枚 入
10	6515-100-5684-5	単 回 使 用 パ ッ ド 入 り 副 木	ア ル ミ 製, 7 5 m m × 4 0 0 m m, 6 個	1 2 か 月	ア ル ケ ア 株 ア ル フェ ン ス 3 号 6 枚 / 箱

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
11	6515-100-5685-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 13 mm × 200 mm, 24個	12か月	アルケア(株) アルフェンス10号 24枚/箱
12	6515-100-5686-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 18 mm × 400 mm, 12個	12か月	アルケア(株) アルフェンス12号 12枚/箱
13	6515-100-5687-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 25 mm × 400 mm, 12個	12か月	アルケア(株) アルフェンス13号 12枚/箱
14	6515-100-9400-5	心電図記録紙, 折た たみ式	145 mm ×100 mm	12か月	フクダ電子(株) 感熱記録紙 145 mm×150 mm ×100 mm OP-383TE
15	6515-100-9959-5	汎用針付注射筒	2.5 mL, 23 G, 25 mm, R・B, 100本	12か月	テルモ(株) テルモシリジ注射針付SS-02S Z2325 2.5 mL 23 G
16	6515-101-0327-5	四肢用電極, 心電計 用	成人用, 4個	12か月	フクダ電子(株) エーカークリップ TE-43 成人 用 4個/箱入セット
17	6515-101-0328-5	胸部用電極, 心電計 用	成人用, 6個	12か月	フクダ電子(株) 胸部電極 TE-01 成人用 6個 /箱
18	6515-101-2221-5	縫合針, ナイロン糸 付, 外科用, 弱弯, 逆 三角針	1号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) エチロン 698G 1箱
19	6515-101-2222-5	縫合針, ナイロン糸 付, 外科用, 弱弯, 逆 三角針	2号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) エチロン 662G 1箱

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
20	GM721305036	四肢電極用パッド	480個	12か月	フクダ電子(株) エコーパッド(四肢電極用) OJ-0 9(F)30パック 120個入 4個
21	6515-101-2250-5	腰部固定帯	LL	12か月	アルケア(株) サクロフィックス LL No. 10 661
22	6515-101-2251-5	腰部固定帯	L	12か月	アルケア(株) サクロフィックス L No. 106 62
23	6515-101-2282-5	持針器, ペリオ	直	12か月	(株)YDM 持針器 ペリオ 直 14-506
24	6515-101-2304-5	縫合針, 絹糸付, 外科 用, 弱穹, 逆三角針	1号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) シルク 640G 12本
25	6515-101-2307-5	心電図記録紙	5巻	12か月	フクダ電子(株) 感熱記録紙 210mm×30m OP-69TE 5巻入
26	6515-280-9297-5	記録紙, 心電図解析 用	210mm ×100m	12か月	フクダ電子(株) 記録紙 心電図解析用 210mm ×295mm×100m OP-6 21TE
27	6515-280-9298-5	輸液セット, 翼状針 付	50個	9か月	テルモ(株) テルフュージョン輸液セット TI- U350P05 50セット/箱
28	6515-281-8412-5	腰部固定帯	中, 75~9 0cm	12か月	アルケア(株) サクロフィックス M 10663 1個入

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
29	6515-283-2316-5	輸血セット, プラスチック製	ロックコネクタ付, 50本	12か月	テルモ(株) テルフュージョン輸血セット TB-U300L 50セット/箱
30	GM721305037	胸部電極用パッド	120個	12か月	フクダ電子(株) エコーパッド(胸部電極用) OJ-06 (F)20パック 120個入
31	GM721305038	四肢電極用パッド	120個	12か月	フクダ電子(株) エコーパッド(四肢電極用) OJ-09 (F)30パック 120個入
32	6515-290-5611-5	ペースト, パドル用	100g × 2本入	9か月	日本光電工業(株) ゲルエイド Z-101BA
33	6515-290-6556-5	酵素系中性洗剤	4L, 1本	9か月	宮野医療器(株) マストザイム M-0104 4L
34	6520-100-7773-5	酸化亜鉛ユージノールセメント, 粉末	60g	12か月	ネオ製薬工業(株) ネオダイン-α 粉末 60g
35	6520-100-7774-5	酸化亜鉛ユージノールセメント, 液	10mL	12か月	ネオ製薬工業(株) ネオダイン-α 液 10mL
36	6520-100-8630-5	ビニールシリコン印象材	バテタイプ, 1000g	12か月	㈱ジーシー エクザファイン(バテタイプ)
37	6520-100-8949-5	石膏溶解液	1L	12か月	㈱松風 スーパーメルト 1L
38	6520-100-8964-5	ワックス, レッド	100g	12か月	㈱ジーシー ユーティリティーワックス レッド 1函48本=100g

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
39	6520-100-9058-5	チップ, 注入器用	小, 100個	12か月	(株)YDM コンボジットシリンジ ノズルS 100入 13190
40	6520-100-9059-5	チップ, 注入器用	大, 100個	12か月	(株)YDM コンボジットシリンジ ノズルL 100入 13188
41	6520-100-9060-5	適合試験材, 義歯用	—	9か月	(株)ジーシー フィットチェッカー アドバンス チューブタイプ
42	6520-100-9274-5	エッチング材	6 mL	9か月	クラレノリタケデンタル(株) KエッチャントGEL 6 mL
43	6520-100-9947-5	歯科汎用アクリル系 レジン	液, 100 g	12か月	(株)ジーシー ユニファストⅢ 液
44	6520-100-9948-5	歯科汎用アクリル系 レジン	A3, 粉35 g	12か月	(株)ジーシー ユニファストⅢ 粉末 A3 1個= 35 g
45	6520-101-2134-5	歯科印象採得用トレ ー	上顎用, 大	12か月	(株)YDM 網トレー プレミアム A 上顎用 19-381
46	6520-101-2135-5	歯科印象採得用トレ ー	上顎用, 中	12か月	(株)YDM 網トレー プレミアム B 上顎用 19-384
47	6520-101-2137-5	歯科印象採得用トレ ー	下顎用, 大	12か月	(株)YDM 網トレー プレミアム A 下顎用 19-382
48	6520-101-2138-5	歯科印象採得用トレ ー	下顎用, 中	12か月	(株)YDM 網トレー プレミアム B 下顎用 19-385

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
49	6520-101-2140-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, N o . 1 0	1 2 か 月	(株)YDM 網トレー プレミアム # 1 0 (上顎 左側, 下顎右側用) 1 9 - 3 9 1
50	6520-101-2141-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, N o . 1 1	1 2 か 月	(株)YDM 網トレー プレミアム # 1 1 (上顎 右側, 下顎左側用) 1 9 - 3 9 2
51	6520-101-2142-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, N o . 1 2	1 2 か 月	(株)YDM 網トレー プレミアム # 1 2 (上顎 左側, 下顎右側用) 1 9 - 3 9 4
52	6520-101-2143-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, N o . 1 3	1 2 か 月	(株)YDM 網トレー プレミアム # 1 3 (上顎 右側, 下顎左側用) 1 9 3 9 5
53	6520-101-2233-5	グラスアイオノマー 裏装剤, 光重合型	2 0 本	1 2 か 月	(株)ヨシダ アイオノジットベースライナー 0. 3 g 入り×2 0 本
54	6520-101-2252-5	ユニファースト, フ ィットシール用筆	1 0 本	1 2 か 月	(株)ジーシー 共用小筆 N o . 4 1 0 本入り
55	6520-101-2257-5	歯科接着用レジンセ メント	セット	9 か 月	サンメディカル(株) スーパーボンド C & B セット
56	6520-101-2258-5	キャタリスト液	0. 7 m L	9 か 月	サンメディカル(株) スーパーボンド キャタリスト V 0. 7 m L
57	6520-101-2260-5	モノマー液	1 0 m L	1 2 か 月	サンメディカル(株) スーパーボンド モノマー液 1 0 m L
58	6520-101-2261-5	ポリマー粉末	クリアー, 3 g	1 2 か 月	サンメディカル(株) スーパーボンド ポリマー粉末 クリ アー 3 g

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
59	6520-101-2264-5	水酸化カルシウム覆 罩材	セット	9 か月	デンツプライシロナ(株) ダイカル 1-1セット アイボリー 色
60	6520-101-2278-5	仮封用常温重合レジ ン	粉 5 0 g	1 2 か月	(株)ジーシー フィットシール 粉末 1 本 = 5 0 g
61	6520-101-2279-5	仮封用常温重合レジ ン	液 1 5 m L × 2 本	1 2 か月	(株)ジーシー フィットシール 液 1 本 = 3 0 g (1 5 g × 2)
62	6520-101-2280-5	仮着剤, 非ユージノ ール系	セット	1 2 か月	(株)ジーシー フリージノールテンポラリーパッ ク セット
63	6520-101-2294-5	寒天印象材, 連合印 象用	6 0 本	6 か月	(株)ジーシー アローマロイドシリンジタイプ 1 函 = 6 0 本 入 (5 / 1 6 インチ)
64	6520-101-2302-5	歯科汎用アクリル系 レジ ン	ピンク, 粉 3 5 g	1 2 か月	(株)ジーシー ユニファストⅢ 粉末 = 3 5 g 1 本
65	6520-280-9584-5	カートリッジディス ペンサーⅡ	—	1 2 か月	(株)ジーシー カートリッジディスペンサーⅡ
66	6520-280-9585-5	ミキシングチップ, 歯科用	S S, 6 0 本	1 2 か月	(株)ジーシー ミキシングチップⅡ S S (イエロー) 6 0 本
67	6520-280-9586-5	ミキシングチップ, 歯科用	L, 6 0 本	1 2 か月	(株)ジーシー ミキシングチップⅡ L (グリーン) 6 0 本
68	6520-280-9659-5	歯科支台築造用グラ スポリアルケノエー トセメント, セット	デンティン	1 2 か月	(株)松風 松風ベースセメント デンティン 1 - 1 セット

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
69	6520-280-9660-5	仮封仮着用カルボン 酸系セメントセッ ト, ソフト	ホワイト	1 2 か月	㈱松風 ハイボンド テンポラリーセメント ソフト セット ホワイト
70	6520-280-9661-5	仮封仮着用カルボン 酸系セメントセッ ト, ハード	ホワイト	1 2 か月	㈱松風 ハイボンド テンポラリーセメント (ハード) セット ホワイト
71	6520-280-9672-5	コップ受, 歯科用	3 個	1 2 か月	㈱吉田製作所 Nカップ 3 個入
72	6520-280-9673-5	注射針廃棄容器, 歯 科用	—	1 2 か月	テルモ㈱ セフティーナDN 廃棄ボトルS (XX-ST8DN)
73	6520-280-9674-5	注射針廃棄蓋, 歯科 用	—	1 2 か月	テルモ㈱ セフティーナDN リリース用フタII (XX-ST08DN NCM)
74	6520-283-1454-5	超速硬性常温重合レ ジン	2-1セット	1 2 か月	㈱ジーシー ユニファストIII
75	6520-283-1455-5	酸化亜鉛ユージノー ルセメントセット	—	1 2 か月	ネオ製薬工業㈱ ネオダイン®-α 1-1セット
76	6520-284-5837-5	コンポジット充填用 注入器	ノズルLサイ ズ付	1 2 か月	㈱YDM コンポジットシリンジタイプ2 L 13251
77	6520-284-5838-5	コンポジット充填用 注入器	ノズルSサイ ズ付	1 2 か月	㈱YDM コンポジットシリンジタイプ2 S 13252
78	6520-287-4418-5	歯科接着用レジンセ メント	ミキシングタ イプ, ユニバ ーサル	1 2 か月	クラレノリタケデンタル㈱ S A ルーティングMulti

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
79	6520-287-6600-5	ビニールシリコン印 象材, 一体型	インジェクシ ョンタイプ, 64 g×2	12か月	(株)ジーシー エクザミックスファインカートリッジ <インジェクションタイプ>
80	6520-287-6601-5	ビニールシリコン印 象材, 一体型	レギュラータ イプ, 64 g×2	12か月	(株)ジーシー エクザミックスファインカートリッジ <レギュラータイプ>
81	6520-287-6603-5	根管洗浄剤, 無機塩 用	18 g, 1本	12か月	プレミアム社 RCブレップ (ポンプタイプ) 18 g入
82	6520-288-3316-5	低流動歯科充填用コ ンポジットレジン	A3	12か月	(株)ジーシー グレースフィルゼロフロー A3 1 mL
83	6520-288-3317-5	低流動歯科充填用コ ンポジットレジン	A3.5	12か月	(株)ジーシー グレースフィルゼロフロー A3.5 1 mL
84	6520-290-3063-5	歯科用支台築造材料 キット, デュアルキ ュア型	—	9か月	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィル DC コアオートミックス ONE
85	6520-290-3069-5	歯科接着用レジンセ メント	液, 10 mL	12か月	サンメディカル(株) スーパーボンド クイックモノマー液
86	6520-290-6553-5	ミキシングチップ用 ノズル, 歯科用	SS, 100 本	12か月	(株)ジーシー ミキシングチップSS用ノズル
87	6520-290-6555-5	ビニールシリコン印 象材, 咬合採得用	81 g, 2個	12か月	(株)ジーシー エグザバイトⅢ 2カートリッジ81 g (48 mL) 2本 ミキシングチッ プⅡ (L・S各3本)
88	6525-100-8957-5	X線フィルム, 歯科 用	150 mm ×300 m m, 50枚	9か月	富士フィルム(株) 富士歯科用特殊X線フィルム S u p e r R X 15×30 c m

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
89	6525-100-9738-5	X線フィルム, 直接 用, オルソ	大四切, 50 枚	9か月	富士フィルム(株) 富士直接撮影用フィルム Super HR-S 大四切 50枚
90	6525-100-9757-5	歯科用X線インスタ ントフィルム	30 mm× 40 mm, 100枚	6か月	㈱阪神技術研究所 ニューインスタントフィルム DIF -100 標準サイズ 100枚
92	6525-100-9758-5	インスタント現像定 着液	100 m L, 4個	6か月	㈱阪神技術研究所 注射器用1液式処理液 DQE 10 0 mL×4本
93	6525-101-0301-5	X線フィルム, 歯科 用, 標準型	標準サイズ, 150枚	9か月	ケアストリームヘルス(株) ノンスクリーン型歯科画像診断用X線 フィルム コダックウルトラスピード デンタルフィルム DF-58
94	6525-287-6590-5	標準歯科用フィルム 保存袋	—	12か月	㈱ビー・エス・エーサクライ X線フィルムマウンド デンタルポッ ケ T1タイプ 1箱100枚入
95	6530-101-0371-5	防水シート	87 cm× 110 c m, 100枚	12か月	大衛(株) 防水シート No. 110
96	6530-280-8913-5	湿布パック, 温・冷用	10 cm× 25 cm, 5個	12か月	スリーエムジャパン(株) コールド/ホットパック 1570B K 5個
97	6530-287-6596-5	保冷枕	340 mm ×190 m m×25 m m	12か月	アズワン(株) プロシエアやわらか保冷枕 (レギュラ ー) 8-2598-02

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
98	6530-288-3309-5	反 応 容 器 用 ト レ ー	1 0 枚	1 2 か 月	栄 研 化 学 株 O C - ヘ モ キ ャ ッ チ S ‘ 栄 研 ’ 用 ト レ イ 1 0 個
99	6545-282-9916-5	カ ー ト リ ッ ジ , 迅 速 血 液 分 析 装 置 用	E G 7 + , 2 5 個	1 か 月	ア ボ ッ ト ジ ャ パ ン 株 i - S T A T カ ー ト リ ッ ジ E G 7 + 2 5 カ ー ト リ ッ ジ (個 別 包 装)
100	6550-287-4415-5	標 準 液 , 迅 速 血 液 分 析 装 置 , C R P 測 定 ス ラ イ ド 用	C P (C R P)	6 か 月	富 士 フ イ ル ム 株 富 士 ド ラ イ ケ ム キ ャ リ プ レ ー タ C P (C R P) (C - 反 応 性 蛋 白)
101	6550-288-2490-5	カ ー ト リ ッ ジ , 迅 速 血 液 分 析 装 置 用	C H E M 8 + , 2 5 個	1 か 月	ア ボ ッ ト ジ ャ パ ン 株 i - S T A T カ ー ト リ ッ ジ C H E M 8 + 2 5 カ ー ト リ ッ ジ (個 別 包 装)
102	6550-288-3308-5	反 応 容 器 , 便 潜 血 検 査 用	1 0 回 分 , 1 0 個	6 か 月	栄 研 化 学 株 O C - ヘ モ キ ャ ッ チ S ‘ 栄 研 ’ 反 応 容 器 1 0 個 × 1 0
103	6550-288-7256-5	A T P ふ き 取 り 検 査 測 定 試 薬	2 5 本 入 り ア ル ミ 袋 × 4 / 箱	6 か 月	H y g i e n a 社 U l t r a s n a p A T P ふ き 取 り 検 査 用 一 体 型 試 薬 1 箱 (2 5 本 × 4 袋)
104	6630-100-9300-5	ス ラ イ ド , 電 解 質 自 動 分 析 装 置 用	N a ・ K ・ C 1 , 5 0 枚	9 か 月	富 士 フ イ ル ム 株 富 士 ド ラ イ ケ ム ス ラ イ ド N a - K - C 1 5 0 枚 入 (個 別 包 装)
105	6630-100-9582-5	記 録 紙 , 自 動 血 球 計 数 装 置 用	5 個	1 2 か 月	エ ル マ 販 売 株 共 通 記 録 紙 巾 5 8 m m × 2 5 m 巻 5 巻
106	6630-101-0065-5	記 録 紙 , 迅 速 血 液 分 析 装 置 用	2 5 m , 6 個	1 2 か 月	ア ボ ッ ト ジ ャ パ ン 株 i - S T A T プ リ ン タ 用 紙 6 巻
107	6630-101-0091-5	記 録 紙 , 電 解 質 自 動 分 析 装 置 用	1 0 個	1 2 か 月	富 士 フ イ ル ム メ デ ィ カ ル 株 F D C 8 0 0 用 プ リ ン タ ー 用 紙 1 0 巻 入 / 1 箱

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
108	6630-288-0254-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	CG4+, 2 5個	1か月	アボットジャパン(株) i-STATカートリッジ CG4+ 25カートリッジ(個別包装)
109	6630-290-3071-5	洗浄液, 自動血球計 数装置用	5 L	12か月	日本光電工業(株) クリナック MEK-520 5 L
110	6640-290-4984-5	チューブ	ブレイン, 1. 5 mL × 5 00本入	12か月	富士フイルム(株) 富士ブレインチューブ 1.5 mL 500本
111	6640-290-4985-5	チューブ	ヘパリン, 1. 5 mL × 5 00本入	12か月	富士フイルム(株) 富士ヘパリンチューブ 1.5 mL 500本
112	6810-100-9423-5	コントロール液, 電 解質自動分析装置用	1 mL, 1 0個	12か月	富士フイルム(株) 電解質コントロール液 1 mL × 1 0本/箱 Na, K, Clスライド用
113	6810-100-9473-5	コントロール液, 迅 速血液分析装置用	3 mL, 6 個, Lレベル	12か月	富士フイルム(株) 富士ドライケムコントロールQP-L (血漿/血清/スライド用)(3 mL × 6本/箱)
114	6810-100-9759-5	コントロール液, 迅 速血液分析装置用	3 mL, 6 個, Hレベル	12か月	富士フイルム(株) 富士ドライケムコントロール液QP-H (血漿/血清/スライド用)(3 mL × 6本/箱)
115	6850-100-9422-5	参照液, 電解質自動 分析装置用	1個	9か月	富士フイルム(株) 電解質参照液 RE 1本/1箱
116	6850-100-9581-5	洗浄液, 自動血球計 数装置用	2 L × 2個	6か月	エルマ販売(株) 自動血球計数装置用酵素洗浄液クリ ン8 1箱(2 Lパウチ入り × 2個)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
117	6850-101-0347-5	アルカリ洗浄液, 自動分析装置用	5 0 0 m L × 5 本	6 月	キヤノンメディカルシステムズ(株) M a x p i a B 1 4 5 0 0 m L × 5 本
118	6850-101-0348-5	酸性洗浄液, 自動分析装置用	2 5 0 m L × 5 本	6 月	キヤノンメディカルシステムズ(株) M a x p i a 3 2 5 0 m L × 5 本
119	6850-101-0349-5	抗菌洗浄液, 自動分析装置用	5 0 0 m L × 5 本	6 月	キヤノンメディカルシステムズ(株) M a x p i a R 5 0 0 m L × 5 本
120	7240-101-2101-5	水缶, 合成樹脂製, 活栓付	5 L	1 2 月	ニッコー・ハンセン(株) 平角缶 (2 ヶロ) 1 0 5 3 - 0 1
121	GM121264380	多目的容器, シリコン樹脂製	M, 3 個入	1 2 月	(株)藤原歯科産業 エバトップ M (φ 5 2 m m) 3 個入
122	GM121264382	縫合糸, 吸収型	丸針 2 2 m m, 強弯, 4 - 0, 7 0 c m, 1 2 入	1 2 月	ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) バイクリル 丸針 1/2Circle 2 2 m m S H - 1 7 0 c m × 1 J 3 1 0 H 1 ダース
123	GM121264383	縫合糸, 絹製, 滅菌済	白, ブレイド, 4 0 c m, 4 - 0 号, 1 0 本	1 2 月	アルフレッサファーマ(株) ネスコスーチャー®絹製縫合糸 針なし 滅菌済み G A 0 4 S W
124	GM121276661	経腸栄養ポンプ消化器用ストップコック	2 0 個入	1 2 月	(株)トップ ネオフィード三方活栓, 0 1 3 3 2 イエロー 2 0 個入
125	6510-30-293-0330	包帯, 伸縮, 固定用	2 5 m m × 5 m, 1 2 個	1 2 月	ニチバン(株) スキナゲート ガチット S G G 2 5 2 5 m m × 5 m 1 2 巻
126	6640-30-293-0340	チューブ	ブレイン, 0. 5 m L × 5 0 0 本入	1 2 月	富士フィルム(株) 富士ブレインチューブ 0. 5 m L 5 0 0 本

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
127	6515-30-293-0341	やすり	骨, ミニ	1 2 か 月	㈱YDM 骨ヤスリ ミニ
128	GM721209618	現像定着液	3 L, 4 袋	1 2 か 月	コニカミノルタ㈱ TC-DF202 4キット/箱
129	GM721219370	溶血剤, 自動血球計 数装置用	1 5 m L, 3 本	1 2 か 月	エルマ販売㈱ ヘモライザーN「エルマ」 1 5 m L × 3 本 入 り
130	GM721226256	溶血剤, 血球計数装 置, 希釈装置付用	5 0 0 m L 入 / 箱	6 か 月	エルマ販売㈱ ヘモライザー500N「エルマ」ⅢD iff 500 mL入/箱 PCE -210N用
131	GM721226257	希釈液, 血球計数装 置, 希釈装置付用	2 0 L 入 / 箱	6 か 月	エルマ販売㈱ 希釈液-Ⅲ(N) 20 L入/箱 P CE210, 210N用
132	GM721235605	ニードルチップ, 歯 科充填用	2 0 入	1 2 か 月	クラレノリタケデンタル㈱ クリアフィルマジスティLV ニー ドルチップ (2 0 個)
133	GM721257683	低流動歯科充填用 コンポジットレジ ン	A 2	1 2 か 月	㈱ジーシー グレースフィルゼロフロー A2 1 m L
134	GM721264261	歯科適合試験用材 料	1. 5 g, 1 本	1 2 か 月	昭和薬品化工㈱ デンフィットS 1. 5 g シリンジ 1 本
135	GM721264262	歯科支台築造用グ ラスポリアルケノ エートセメント, セ ット	ピンク	1 2 か 月	㈱松風 松風ベースセメント ピンク 1-1 セット
136	GM721264265	歯科用マトリック スウェッジ	1 3 mm, 1 0 0 本 入	1 2 か 月	カボデンタルシステムズ㈱ インターデンタルウェッジ イエロー

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
137	GM721264266	歯科用マトリック スウェッジ	15 mm, 1 00本入	12か月	カボデンタルシステムズ(株) インターデンタルウェッジ ブルー
138	GM721264267	歯科用マトリック スウェッジ	16 mm, 1 00本入	12か月	カボデンタルシステムズ(株) インターデンタルウェッジ レッド
139	GM721264268	歯科用マトリック スウェッジ	17 mm, 1 00本入	12か月	㈱茂久田商会 ワンダーウェッジ XL (ナチュラル) 17 mm
140	GM721264269	光重合型充填用レ ジン強化ガラスア イオノマー	ペーストタイ プまたはミキ シングタイ プ, A3	9か月	㈱ジーシー フジフィルLC カートリッジ8 g (3.9 mL) 1本 練和紙1冊
141	GM721264270	CDシステム専用 ディスプレイ	1個	12か月	㈱ジーシー CDディスプレイIII 1個
142	6525-30-293-0339	ドライフィルム、ド ライイメージャー 用	半切, 125 枚入り	12か月	コニカミノルタジャパン(株) 画像記録用フィルム SD-Q2 半 切 125枚
143	GM741264258	現像液, 現像装置, 自動式, 歯科用	2.8 L×4	6か月	㈱モリタ製作所 クレスピー現像液 1液タイプ (2. 8 L×4) 9139028
144	GM741264259	定着液, 現像装置, 自動式, 歯科用	2.8 L用× 4	6か月	㈱モリタ製作所 クレスピー定着液 2.8 L用×4 9139117
145	GM741276654	採便容器, 便潜血検 査用	2本入り, 5 0個	12か月	栄研化学(株) H採便容器BT-B E-PS42 2本×50
146	6530-288-3310-5	混合カップS	100個/1 箱	12か月	富士フィルム(株) 富士ドライケム 混合カップS

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
147	GM091279278	混合カップ, NX 6 00用	50個	12か月	富士フイルム(株) 富士ドライケム 混合カップ
148	GM121279282	セラマージュ研磨セ ット	1箱	12か月	(株) 松風 セラマージュ研磨キット
149	GM721279284	X線フィルム, 歯科 用, オルソ, 高感度 型	15×30cm, 50枚	12か月	富士フイルム(株) パノラマ用オルソフィルムスーパー HR-S 15×30cm 50枚入
150	GM721279285	歯科用接着材料, 汎 用型	4mL, 1本	12か月	クラレノリタケデンタル (株) クリアフィル® セラミック プライマー プラス 4 mL
151	GM721264264	歯科セラミックス用 接着材料	3mL, 1本	9か月	(株) ジーシー セラミックプライマーII 液1本 (3 mL)
152	GM721306206	クリアフィルユニバ ーサルボンド Quick2	5mL, 1本	12か月	クラレノリタケデンタル (株) クリアフィルユニバーサルボンド Quick2 液1本 (5mL)
153	GM521306201	ATPふき取り検査 測定試薬	20本入りア ルミ袋×5袋	6か月	キッコーマンバイオケミファ(株) ルシパック A3 Surface (湿潤綿 棒)
154	GM721306203	歯科用ラバーダムシ ート、ノンラテック ス	150mm× 150mm、 30枚入	12か月	ロエコ社 フレキシダム パープル ノンラテ ックスラバーダム
155	GM721306204	縫合針、ナイロン糸 付	歯科用、弱弯、 丸針、10本	12か月	松田医科工業(株) 針付縫合糸 丸針、弱弯 M17 4-0BN
156	GM721306205	縫合針、ナイロン糸 付	歯科用、弱弯、 丸針、24本	12か月	アルフレッサファーマ(株) ネスコスチャー®滅菌針付ナイロン 縫合糸 丸針 ET1604NA75-KF2

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 1 6 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 8 日
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 0 2 P		

1 調 達 品 目 (続 き)

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
157	GM721306207	シリコンポイント、 セラマージュ用	H R 2 タイ プ、N o 1 1、 6 本	1 2 か 月	㈱松風 シリコンポイントHRタイプHP 1 1 6 本
158	GM721306208	シリコンポイント、 セラマージュ用	H R 2 タイ プ、N o 1 3 S、6 本	1 2 か 月	㈱松風 シリコンポイントHRタイプHP 1 3 S 6 本
159	GM721306209	シリコンポイント、 セラマージュ用	H R 2 タイ プ、N o 2 8、 6 本	1 2 か 月	㈱松風 シリコンポイントHRタイプHP 2 8 6 本
160	GM721306211	低重合収縮歯科一括 充填用コンポジット レジン	U	1 2 か 月	㈱ジーシー グレースフィルバルクフロー U 2 m L
161	GM721306212	低重合収縮歯科一括 充填用コンポジット レジン	D	1 2 か 月	㈱ジーシー グレースフィルバルクフロー D 2 m L

2 使 用 期 限 等

使用期限は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において調達品目で示す製造後月数以内の製品（製造後月数が“－”で示されているものについては、製造後月数を指定しない。）とする。ただし、調達品目で示す製造後月数以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM121279281	仕 様 書 番 号
超音波診断装置用ゼリー，ハードタイプ	EM-T130804	
	作 成	令和 6年 2月 22日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の超音波診断装置用ゼリーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM121279281
品名	超音波診断装置用ゼリー，ハードタイプ
規格	250g，1本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1－個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	令和 6年 2月22日
仕 様 書 番 号	EM-T130804		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
超音波診断装置 用ゼリー	GEヘルスケア・ジャパン (株)	LOGIQLEAN ボトル ハードタイプ (硬め) 250 mL
	(有) エフケアーネッツ	エフケアーエコージ ェル 高粘度 25 0 g ボトル
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 性状は、高粘性のものとする。
- b) 容器は、ボトルタイプとする。
- c) 容量は、250 g又は250 mLを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 0 0 6 - 8 8 7 7 - 5	仕 様 書 番 号
バー	EM-T130507G	
	作 成	平成25年 4月24日
	変 更	令和 7年 2月28日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用スチールバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 2 0 1 歯科用バー

J I S T 5 5 0 4 歯科用回転器具及び振動器具一軸

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-006-8877-5
品名	バー
規格	CA用, No. 701, 12個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	7 9 2 0 - 0 0 2 - 1 1 7 5 - 5	仕 様 書 番 号
ブラシ，フラスコ用	EM-T130487E	
	作 成	平成22年 3月19日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のフラスコ用ブラシについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	7920-002-1175-5
品名	ブラシ，フラスコ用
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130487E		

1 調 達 品 目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
フラスコ用ブラシ	三商 (株) フラスコ洗浄用ブラシ 500 ml用 アズワン (株) フラスコブラシ 小 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 寸法は、全長360 mmを標準とする。
- b) 500 mL以下のフラスコに対応するものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	7 9 3 0 - 1 0 0 - 9 1 3 1 - 5	仕 様 書 番 号
洗 剤 ， 超 音 波 洗 浄 装 置 用	E M - T 1 3 0 7 2 1 B	
	作 成	平 成 3 0 年 8 月 3 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の超音波洗浄機用洗浄剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	7930-100-9131-5
品名	洗剤, 超音波洗浄装置用
規格	4 L
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130721B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
超音波洗浄機用 洗浄剤	(株) エスエヌディ 超音波洗浄機用洗浄剤 US-CLEAN 中性(アニオン系) USC-704 4L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、超音波洗浄機を用いた金属等の加工後の脱脂洗浄、ガラス器具及びプラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄ができるものとする。
- b) 液性は、pH6.0～8.0(中性)とする。
- c) 成分は、主としてアニオン系界面活性剤とする。
- d) 容量は、4Lを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721261330	仕 様 書 番 号
洗 浄 剤, バ キ ュ ー ム ・ ス ピ ッ ト ン 用	EM-T130733C	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 7年 2月28日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のパイプクリーナーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721261330
品名	洗浄剤, バキューム・スピットン用
規格	4 L
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 8 4 0 - 2 8 8 - 2 4 8 3 - 5	仕 様 書 番 号
気化性殺虫剤	EM-T 1 3 0 1 4 8 N	
	作 成	平成 1 1 年 2 月 1 0 日
	変 更	令和 7 年 5 月 9 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の殺虫剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は，次による。

- a) 納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において，製造後9か月以内とする。ただし，製造後9か月以内の製品が納品できない場合は，流通している最新の製造年月である証明を，納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6840-288-2483-5
品名	気化性殺虫剤
規格	115 g
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は，西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，**図1**に，その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に**図2**を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	令和 7年 5月 9日
仕 様 書 番 号	EM-T130148N		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
殺虫剤	日曹商事（株） 日曹殺虫プレートP
	国際衛生（株） パナプレートL
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 有効成分は、ジクロロボス（有機リン系）配合されているものとする。
- b) 殺虫プレート板及び紙製ホルダーからなる無臭性の蒸散性殺虫剤で、殺虫プレート板は、黄色の長方板状とし、気密包装されたものとする。
- c) 殺虫効果は、2か月以上持続するものとする。
- d) 容量は、1枚で、115gを標準とする。

調達要領指定書	調達要求番号	5PRZ1C10007
	契約番号	
	調達要求年月日	令和 7年 5月16日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和 7年 5月16日
物品番号		
品名	血液型判定用血清, 液状, ABO式	
規格		
仕様書番号	EM-T130503F	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 2

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
血液型判定用血清，液状，ＡＢＯ式	EM-T130503F	
	作 成	平成25年 4月24日
	変 更	平成31年 3月26日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のＡＢＯ式血液型キットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6505-100-5105-5	5 mL
2	6505-100-5106-5	10 mL

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 血液型判定用血清，液状，ＡＢＯ式，5 mL

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下，“医薬品医療機器等法”という。）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、体外診断用医薬品として製造（輸入）承認された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 血液型判定用血清，液状，ABO式
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	平成31年 3月26日
仕 様 書 番 号	EM-T130503F		

1 調 達 品 目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
A B O 式 血 液 型 キ ャ ッ プ	5 m L	和光純薬工業(株) A B O 式 血 液 型 キ ャ ッ プ モノクローナル抗Aワコー 5 m L モノクローナル抗Bワコー 5 m L 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	1 0 m L	和光純薬工業(株) A B O 式 血 液 型 キ ャ ッ プ モノクローナル抗Aワコー 1 0 m L モノクローナル抗Bワコー 1 0 m L 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 構 成

構成は、次による。

番号	構 成 品 名	数 量
1	抗A血液型判定用抗体	1 本
2	抗B血液型判定用抗体	1 本

3 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) A B O 式 血 清 型 の 判 定 が で き る も の と す る。
- b) 容 量 は、規 格 に よ る。
- c) 包 装 単 位 は、そ れ ぞ れ の 規 格 に お い て、構 成 に 示 す 2 種 類 の 製 品 を 1 セ ャ ッ ト と す る。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 0 5 - 1 0 0 - 9 3 1 4 - 5	仕 様 書 番 号
血液判定用血清, 抗D, RHコントロール付	EM-T130504K	
	作 成	平成25年 4月24日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のRh式血液型キットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、体外診断用医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6505-100-9314-5
品名	血液判定用血清, 抗D, RHコントロール付
規格	10 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130504K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
R h 式血液型 キット	富士フィルム和光純薬 (株) モノクローナル抗Dワコー 10 mL モノクローナル抗Dワコー用R hコン トロール 10 mL
	(株) イムコア R h式血液型キット
	ガンマ クローン 抗D (IgM/IgG) 10 mL
	ガンマ クローン R hコントロール 10 mL
	積水メディカル (株) R h式血液型キット
	抗Dモノクロ「三光」 10 mL R hコントロール「三光」 10 mL
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)}	この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 構成

構成は、次による。

表1－構成

番号	構 成 品 名	容 量	数 量
1	抗D血液型判定用抗体	10 mL	1本
2	R hコントロール	10 mL	1本

3 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) R h o (D) 式血液型の判定ができるものとする。
- b) 容量は、各10 mLを標準とする。
- c) 包装単位は、**表1**に示す製品を1セットとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
コップ，紙製	EM-T130252H	
	作 成	平成11年 2月26日
	変 更	令和 7年 5月 9日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の紙コップについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6530-101-0369-5	275 mL，100個
2	6530-101-0370-5	90 mL，100個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 コップ，紙製，275 mL，100個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号
品名 コップ, 紙製
規格
納入年月
納入業者

注記 1 物品番号及び規格は、表 1 による。

注記 2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記 3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図 1 に、その項目を追加し表示するものとする。

注記 4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

令和 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	令和 7年 5月 9日
仕 様 書 番 号	EM-T130252H		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
紙コップ	275 mL , 100個	サンナップ(株) 紙コップ ホワイト 275 ml (9オンス) 1袋(100個入) 株式会社大塚商会 TANOSEE 紙コップ ホワイ イト 275ml (9オンス) 1 パック (100個) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	90 mL, 100個	(株)ストリックスデザイン ストリックスデザイン ペーパー カップ 90 ml 100 個入 アートナップ(株) アートナップ 紙コップ 白無地 90 ml (3オンス) 1パック (100個) 日昭産業(株) 3オンス ホワイトカップ 90 ml 100個 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 容量は、規格に示す275 mL又は90 mLを満量(許容差, ±10%)とする。
- b) 色相は、白系とする。
- c) 数量は、100個入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 4 0 - 1 0 1 - 0 3 6 4 - 5	仕 様 書 番 号
スライドグラス，水縁磨，フロスト入	EM-T130256G	
	作 成	平成11年 2月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のスライドグラスについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6640-101-0364-5
品名	スライドグラス, 水縁磨, フロスト入
規格	76 mm×26 mm, 100枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月16日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130256G		

1 調 達 品 目

品 名	カATALOG製品名 ^{a)}
スライドグラス	松浪硝子工業（株） 水縁磨フロスト t 1.0 S2215 1箱（100枚入り）
	東京硝子工業（株） フロストスライドグラス S2215 100枚入
	武藤化学（株） 水縁磨フロスト 110611 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカATALOG製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ガラスとし、フロスト入りの製品とする。
- b) 品種は、水縁磨とする。
- c) 寸法は、長さ76 mm×幅26 mmを標準とし、厚さは、0.9 mm～1.2 mmとする。
- d) 入数は、100枚入りとする。