調達要領指定書	調達要求番号	５ＰＲＺ１ＡＮ００２９
	契約番号	
	調達要求年月日	令和　7年　7月　25日
	作成部署	用賀支処　衛生部　補給整備課　整備管理班
	作成年月日	令和　7年　7月　25日
物品番号		
品名	アンプル溶閉機，自動式の整備	
規格		
仕様書番号	ＥＭ－Ｔ５００６９８	

指定事項：今回の調達に限り、次のとおりとする。

仕様書２．２　整備対象器材

旭精機㈱製　アンプル溶閉機，自動式（ＧＭ－５７５６型）

仕様書２．６　整備実施場所

契約相手方の工場等とする。

調達要求番号：５ＰＲＺ１ＡＮ００２９

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	－	仕様書番号	
高圧ガス容器再検査及び充塡		ＥＭ－Ｔ５００６９８	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作成	令和　３年１１月　９日
		変更	年　月　日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において実施する高圧ガス容器の再検査（以下，“再検査”という。）及び充塡について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，“高圧ガス保安法”，“容器保安規則”，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２による。

再検査

“高圧ガス保安法”に基づき，引き続き高圧ガス容器を使用する場合に受検する検査であり，“容器保安規則”の定める条件に適合しているか検査し，合否を判定して，公に証明する。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とすることをいう。

a)　仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２　陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

b)　法令等

高圧ガス保安法　（昭和２６年法律第２０４号）

容器保安規則　（昭和４１年通商産業省令第５０号）

2　整備に関する要求

2.1　一般的要求事項

一般的要求事項は，“高圧ガス保安法”及び“容器保安規則”に基づく再検査及び充塡とする。

2.2　整備対象品

整備対象品名，数量などは，調達要領指定書によって指定する。

2.3　整備の種類

整備の種類は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.2 e)に示す“検査”とする。

2.4　整備の作業方式

整備の作業方式は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.3 a)の“標準（又は確定）作業方式”とする。

2.5　整備作業

作業内容は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。

表1－作業内容

番号	工程	作業内容
1	入場点検	容器外観のきず，腐食，さびなどを点検し記録する。
2	残ガス回収	残ガスを有する検査容器は，完全に残ガスを回収又は放出する。
3	分解	容器から附属品を取り外す。
4	清掃	ブラシ，圧縮空気などによって，付着している泥土，さびなどを除去し，清掃する。
5	附属品交換	“容器保安規則”で定める附属品の交換を実施する。
6	容器再検査	“高圧ガス保安法”及び“容器保安規則”に基づく容器の再検査を実施する。
7	刻印打刻	検査合格容器に刻印を打刻する。
8	組立て	分解した容器を組み立てる。
9	塗装・防せい処置	2.8による。
１０	ガス充塡	調達要領指定書によって指定されたガスの充塡を実施する。
１１	完成検査	箇条3による。

2.6　作業実施場所

作業実施場所は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.6 a)に示す“営業所など”とする。

2.7　部品・副資材

部品及び副資材は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.9による。

2.8　塗装・防せい処置

塗装及び防せい処置は，容器保安規則に基づき実施する。

2.9　整備作業間の作業中止事項

整備作業間の作業中止事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.14による。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**とし，契約担当官等に提出する。

表2－提出書類

番号	書類名	部数	提出時期	様式
1	容器耐圧試験成績書	1	納入時	契約の相手方の様式随意とする。
2	修理不能説明書	1	返納時	契約の相手方の様式随意とする。

5.2 輸送

輸送は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，契約の相手方が担任する。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

~~入　札　書~~
見　積　書

調達要求番号	5PRZ1AN0029	契約実施計画番号	5PRX1MH00450

金額 ￥

品　名	規　格	単位	数量	単価	金　額	備　考
アンプル溶閉機，自動式の整備	仕様書のとおり	EA	1			
	以下余白					
納　入　場　所	関東処　用賀支	納　期			令和8年1月30日	
入札（契約）保証金	免　除	入札（見積）書有効期間				

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

契約締結後に契約の全部又は一部を解除した場合は、見積金額に消費税相当額を加えた契約金額（一部解除する場合は、解除部分に相当する代金）の10％を違約金として契約担当官に支払うことを承諾いたします。

令和　年　月　日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会 計 課 長　今 西　耕 平　殿

住　所
会 社 名
代表者名