

調達要領指定書	調達要求番号	5PRZ1AN0030
	契約番号	
	調達要求年月日	令和 7年 7月 25日
	作成部署	用賀支処 衛生部 補給整備課 整備管理班
	作成年月日	令和 7年 7月 25日
物品番号		
品名	発動発電機, 50kVA, 三相4線式用接栓3口の修理	
規格		
仕様書番号	EM-T550002C	

指定事項：今回の調達に限り、次のとおりとする。

仕様書 2. 2 整備対象器材

発動発電機, 50kVA, 三相4線式用接栓3口

仕様書 2. 6 整備実施場所

契約相手方の工場等とする。

調達要求番号：5PRZ1AN0030

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	-		仕 様 書 番 号
衛 生 器 材 整 備 作 業		EM-T550002C	
		防衛大臣承認	年 月 日
		作 成	平成28年 4月15日
		変 更	平成31年 3月19日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する衛生器材の外注整備作業について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z500002による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 整備に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、GLT-CG-Z500002の2.1による。

2.2 整備対象器材

整備対象器材は、調達要求書による。ただし、調達要求書で示すことができない場合は、調達要領指定書によって指定する。

2.3 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2 b)に示す“修理”とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002の2.3 e)に示す“整備作業方式”とする。

2.5 整備作業

整備作業は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1とする。

表1－作業内容

番号	工程名	作業内容	注記
1	入場点検	入場品の外観の状態を点検する。	—
2	分解	修理可能な範囲の構成単位に分解する。	—
3	修理	部品交換を併せて修理を実施する。	—

表1－作業内容(続き)

番号	工程名	作業内容	注記
4	部品組立て	番号2で分解した部品及び交換部品による組立てを行う。	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
5	機能・性能試験	機能・性能試験は、3.1による。	—
6	報告	整備作業終了後、整備結果報告書を作成・提出する。	—

2.6 整備実施場所

整備実施場所は、GLT-CG-Z500002の2.6によるものとし、調達要領指定書によって指定する。

2.7 修理基準

修理基準は、取扱説明書及び製造者が規定する社内規格による。

2.8 部品・副資材

部品・副資材は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、官給しないものとし、交換部品がある場合は、調達要領指定書によって示す。

2.9 部品の返納

交換済部品は、返納しない。

2.10 塗装・防せい処置

塗装・防せい処置は、実施しない。

2.11 外観

外観は、有害なきず、割れ、まくれ、その他の欠陥がないものとする。

2.12 整備品の表示

整備品の表示は、実施しない。

3 品質保証

3.1 試験

試験は、修理基準によるほか、GLT-CG-Z500002の3.1による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、整備品の包装及び包装の表示は行わないものとするほか、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2とする。

表2－提出書類

名称	様式	部数 ^{a)}	提出先	提出時期
整備結果報告書	任意	3	契約担当官等	整備作業終了後
注^{a)} 規定の部数を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

5.2 整備作業期間中の代替機

整備作業期間中の代替機を必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.3 輸送

工場整備のための輸送については、契約の相手方が担当する。

5.4 その他

その他は、GLT-CG-Z500002の箇条7による。

5.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

~~入札書~~
見積書

調達要求番号	5PRZ1AN0030	契約実施計画番号	5PRX1MH00460
--------	-------------	----------	--------------

金額 円

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
発動発電機, 50kVA, 三相4線式 用接栓3口の修理	仕様書のとおり	EA	1			
	以下余白					
納入場所	1後支連	納期		令和8年1月30日		
入札(契約)保証金	免除	入札(見積)書有効期間				

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

契約締結後に契約の全部又は一部を解除した場合は、見積金額に消費税相当額を加えた契約金額(一部解除する場合は、解除部分に相当する代金)の10%を違約金として契約担当官に支払うことを承諾いたします。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会計課長 今西 耕平 殿

住 所
会 社 名
代表者名