調達要領指定書	調達要求番号	５ＰＲＺ１ＡＮ００７５
	契約番号	
	調達要求年月日	令和　7年　12月　3日
	作成部署	用賀支処　衛生部　補給整備課　整備管理班
	作成年月日	令和　7年　12月　3日
物品番号		
品名	酸素製造充填装置用ボンベの検査及び充填	
規格		
仕様書番号	ＥＭ－Ｔ５００６９８	

指定事項：今回の調達に限り、次のとおりとする。

仕様書２．２　整備対象器材

酸素製造充填装置（医療システム用）用ボンベ

種類	数量
医療用酸素ガス300L	6
医療用酸素ガス6000L	1

仕様書２．５　整備作業

表－１　充填するガスの種類は酸素とする。

仕様書２．６　整備実施場所

契約相手方の工場等とする。

調達要求番号：５ＰＲＺ１ＡＮ００７５

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	－	仕様書番号	
高圧ガス容器再検査及び充塡		ＥＭ－Ｔ５００６９８	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作成	令和　３年１１月　９日
		変更	年　月　日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において実施する高圧ガス容器の再検査（以下，“再検査”という。）及び充塡について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，“高圧ガス保安法”，“容器保安規則”，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２による。

再検査

“高圧ガス保安法”に基づき，引き続き高圧ガス容器を使用する場合に受検する検査であり，“容器保安規則”の定める条件に適合しているか検査し，合否を判定して，公に証明する。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とすることをいう。

a)　仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２　陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

b)　法令等

高圧ガス保安法　（昭和２６年法律第２０４号）

容器保安規則　（昭和４１年通商産業省令第５０号）

2　整備に関する要求

2.1　一般的要求事項

一般的要求事項は，“高圧ガス保安法”及び“容器保安規則”に基づく再検査及び充塡とする。

2.2　整備対象品

整備対象品名，数量などは，調達要領指定書によって指定する。

2.3　整備の種類

整備の種類は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.2 e)に示す“検査”とする。

2.4　整備の作業方式

整備の作業方式は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.3 a)の“標準（又は確定）作業方式”とする。

2.5　整備作業

作業内容は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。

表1－作業内容

番号	工程	作業内容
1	入場点検	容器外観のきず，腐食，さびなどを点検し記録する。
2	残ガス回収	残ガスを有する検査容器は，完全に残ガスを回収又は放出する。
3	分解	容器から附属品を取り外す。
4	清掃	ブラシ，圧縮空気などによって，付着している泥土，さびなどを除去し，清掃する。
5	附属品交換	“容器保安規則”で定める附属品の交換を実施する。
6	容器再検査	“高圧ガス保安法”及び“容器保安規則”に基づく容器の再検査を実施する。
7	刻印打刻	検査合格容器に刻印を打刻する。
8	組立て	分解した容器を組み立てる。
9	塗装・防せい処置	2.8による。
１０	ガス充塡	調達要領指定書によって指定されたガスの充塡を実施する。
１１	完成検査	箇条3による。

2.6　作業実施場所

作業実施場所は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の2.6 a)に示す“営業所など”とする。

2.7　部品・副資材

部品及び副資材は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の2.9による。

2.8　塗装・防せい処置

塗装及び防せい処置は，容器保安規則に基づき実施する。

2.9　整備作業間の作業中止事項

整備作業間の作業中止事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の2.14による。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**とし，契約担当官等に提出する。

表2－提出書類

番号	書類名	部数	提出時期	様式
1	容器耐圧試験成績書	1	納入時	契約の相手方の様式随意とする。
2	修理不能説明書	1	返納時	契約の相手方の様式随意とする。

5.2 輸送

輸送は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，契約の相手方が担任する。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

~~入　札　書~~
見　積　書

調達要求番号	5PRZ1AN0075	契約実施計画番号	5PRX1MH01250

金額 ￥

品　　名	規　格	単位	数量	単価	金　　額	備　考
酸素製造充填装置用ボンベの検査及び充填	仕様書のとおり	EA	1			
	以下余白					

納　入　場　所	関東処　用賀支	納　期	令和8年3月31日
入札（契約）保証金	免　除	入札（見積）書有効期間	

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

契約締結後に契約の全部又は一部を解除した場合は、見積金額に消費税相当額を加えた契約金額（一部解除する場合は、解除部分に相当する代金）の10％を違約金として契約担当官に支払うことを承諾いたします。

令和　　年　　月　　日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会 計 課 長　　今　西　　耕　平　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名