

調達要領指定書	調達要求番号	6PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和8年3月13日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和8年3月13日
物品番号		
品名	ステンレスバー	
規格		
仕様書番号	EM-T130779B	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、2、3

調達要求番号：6PRZ1C10001

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	—	仕様書番号
ステンレスバー	EM-T130779B	
	作成	令和 3年11月 9日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用スチールバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-291-9983-5	CA用, φ1.0mm, 作業長22mm, 6個
2	6520-291-9984-5	CA用, φ1.4mm, 作業長22mm, 6個
3	6520-291-9985-5	CA用, φ1.8mm, 作業長22mm, 6個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ステンレスバー, CA用, φ1.0mm, 作業長22mm, 6個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和36年厚生

省令第1号)

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 個装は、6個ごととする。
- b) 包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 個装表示は、**図1**による。

物品番号
品 名 ステンレスバー
規 格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、**表1**による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

- b) 内装及び外装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	6 P R Z 1 C 1 0 0 0 1	作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 8年 3月13日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T 1 3 0 7 7 9 B		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
ステンレスバー	CA用, φ 1.0 mm, 作業長 22 mm, 6 個	マニー (株) マニーステンレスバー サイズ2 先端径 1.0 mm 作業部長 22 mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	CA用, φ 1.4 mm, 作業長 22 mm, 6 個	マニー (株) マニーステンレスバー サイズ4 先端径 1.4 mm 作業部長 22 mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	CA用, φ 1.8 mm, 作業長 22 mm, 6 個	マニー (株) マニーステンレスバー サイズ6 先端径 1.8 mm 作業部長 22 mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ステンレススチールとする。
- b) 寸法は、全長 22 mm を標準とする。