

調達要領指定書	調達要求番号	2PRZ1AV0007
	調達要求年月日	令和4年5月9日
	作成部課	用賀支処 衛生部 補給整備課 整備管理班
	作成年月日	令和4年5月9日
品名	自動分析装置, 生化学用, 4型の修理	
仕様書番号	EM-T550002C	

指定事項：今回の調達に限り、次のとおりとする。

仕様書 2.2 整備対象器材

キャノンメディカルシステムズ(株)製 自動分析装置 TBA-C16000/LR

仕様書 2.6 整備実施場所

陸上自衛隊 朝霞駐屯地とする。

仕様書 2.8 部品・副資材

品名	数量
C16 MKIT3 FRUM86-00306*B 1	1
BELLOWS ASSY WM09-07291*B 1	3
ポペットバルブセット YZY5941-01	3
R. PROBE-L WM09-05799 1	2
R. PROBE-R WM09-05800 1	2
試薬グローブチューブ 4M09-03238-02	2
試薬グローブチューブ 4M09-03238-01	2
恒温水フィルタ BSM10-5677*A	1
恒温水ペリスタチューブ BSM10-7070*B	1