

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
リーマ，根管用，CA用	EM-T130037J	
	作成	平成10年 9月30日
	変更	平成30年 4月12日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用リーマについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-101-2226-5	No. 1, 4個
2	6520-101-2227-5	No. 2, 4個
3	6520-101-2228-5	No. 3, 4個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 リーマ，根管用，CA用，No. 1，4個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5504-1 歯科用回転器具一軸—第1部：金属製

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法

律第145号) (以下, “医薬品医療機器等法” という。)

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法” によって, 医療機器として製造販売を承認, 認証又は届出された製品であるものとするほか, この仕様書に規定していない事項は, 製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は, 調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は, 調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は, 契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は, 調達要領指定書によって指定する場合を除き, GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は, 調達要領指定書によって指定する場合を除き, 図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 リーマ, 根管用, CA用
規格
納入年月
納入業者

注記 1 物品番号及び規格は, 表 1 による。

注記 2 納入年月は, 西暦で表示するものとする。

注記 3 使用期限, 製造年月日及びロット番号があるものについては, 製品自体に記載がない場合, 図 1 に, その項目を追加し表示するものとする。

注記 4 納入業者は, 契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は, 図2によるものとし, 契約の相手方は, 納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし, 使用期限, ロット番号等がない製品については, 図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は, GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4年 3月11日	作 成 年 月 日	平成30年 4月12日
仕 様 書 番 号	EM-T130037J		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用リーマ	No. 1, 4個	株デンテック RTPリーマ #1 4本入 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	No. 2, 4個	株デンテック RTPリーマ #2 4本入 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	No. 3, 4個	株デンテック RTPリーマ #3 4本入 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4 - 1の箇条4に規定する、軸部形式（タイプ）1，アングルハンドピース用（CA用）とする。
- b) 材料は，ステンレス鋼とする。
- c) 根管ポスト用で、先端の形状が半球形のものとする。
- d) 高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）が，可能なものとする。
- e) 標準寸法は，次による。

単位 mm

規格	作業部長	作業部最大径	先端径	全長
No. 1, 4個	9	1.35	0.92	33
No. 2, 4個	10	1.65	1.17	
No. 3, 4個	10	1.95	1.48	