

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
ビッグシリコンポイントHP用	EM-T130496G	
	作 成	平成25年 4月24日
	変 更	令和 3年 8月 2日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ゴム製研磨材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-287-6592-5	研磨仕上げ用，砲弾型
2	6520-101-2020-5	中仕上げ用，砲弾型

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ビッグシリコンポイントHP用，研磨仕上げ用，砲弾型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 5 0 4 - 1 歯科用回転器具一軸—第1部：金属製

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下，“医薬品医療機器等法”という。）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医療機器として製造販売を承認、認証又は届出された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号
品名 ビッグシリコンポイントHP用
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、**表1**による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図2**によるものとし、契約の相手方は、納品書に**図2**を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4年 3月 1 日	作 成 年 月 日	令和 3年 8月 2日
仕 様 書 番 号	EM-T130496G		

1 調 達 品 目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用ゴム製 研磨材	研磨仕上げ 用, 砲弾型	(株)松風 ビッグシリコンポイントHP R3 (白) 研 磨仕上げ No. 147 6本入 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	中 仕 上 げ 用, 砲弾型	(株)松風 ビッグシリコンポイントHP R2 (茶) 中 仕上げ No. 147 6本入 (株)クエスト シリコンポイントビッグHP ブラウン (中 仕上げ) 6本入り/箱 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として 例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。		

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は, レジン床, 歯冠用硬質レジン及び硬質レジン歯の研磨に用いることができるものとする。
- b) 軸部形式は, **J I S T 5 5 0 4 - 1**の箇条4に規定する, 軸部形式 (タイプ) 2, ストレートハンドピース用 (HP用) とする。
- c) 材料は, 作業部が人造研削材 (炭化ケイ素) をシリコーンゴムで結合した研磨材, 軸部がステンレス鋼とする。
- d) 形状は, $\phi 10$ mmを標準とした砲弾型ポイントとする。
- e) 最高許容回転速度は, $15\ 000\ \text{min}^{-1}$ 以上とする。
- f) 数量は, 6本入りとする。