

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
歯科用エレベータ	EM-T130714D	
	作 成	平成30年 4月23日
	変 更	令和 3年 2月 8日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用エレベータについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-101-2003-5	直, No. 2
2	6520-101-2004-5	直, No. 3
3	6520-101-2005-5	直, No. 4
4	6520-101-2008-5	曲, No. 2
5	6520-101-2009-5	曲, No. 3
6	6520-280-8752-5	曲, No. 4
7	6520-280-8751-5	曲, No. 5
8	GM721267256	D型, NM, No. 2

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科用エレベータ, 直, No. 1

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成

すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) **仕様書**

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) **法令等**

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下、“医薬品医療機器等法”という。）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医療機器として製造販売を承認、認証又は届出された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品 名 歯科用エレベータ
規 格
納入年月
納入業者

注記 1 物品番号及び規格は、表 1 による。

注記 2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記 3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図 1 に、その項目を追加し表示するものとする。

注記 4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1－個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図2**によるものとし、契約の相手方は、納品書に**図2**を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4年 3月 1 1日	作 成 年 月 日	令和 3年 2月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T 1 3 0 7 1 4 D		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	注 記
歯科用エレベータ	直, N o . 2	(株) YDM エレベーターB型 # 2 S (株) シオダ エレベーター # 2 直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3. 5 mm
	直, N o . 3	(株) YDM エレベーターB型 # 3 S (株) シオダ エレベーター # 3 直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3. 0 mm
	直, N o . 4	(株) YDM エレベーターB型 # 4 S (株) シオダ エレベーター # 4 直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2. 5 mm
	曲, N o . 2	(株) YDM エレベーターB型 # 2 C (株) シオダ エレベーター # 2 曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3. 5 mm
	曲, N o . 3	(株) YDM エレベーターB型 # 3 C (株) シオダ エレベーター # 3 曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3. 0 mm
	曲, N o . 4	(株) YDM エレベーターB型 # 4 C (株) シオダ エレベーター # 4 曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2. 5 mm
	曲, N o . 5	(株) YDM エレベーターB型 # 5 C (株) シオダ エレベーター # 5 曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2. 0 mm
	D型, NM, N o . 2	(株) YDM エレベーターD型 # NM2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	4. 5 mm

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 形状は、各規格においてカタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形状を標準とする。
- b) 材料は、ステンレス鋼とする。
- c) 高圧蒸気滅菌が、可能なものとする。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4年 3月 11日	作 成 年 月 日	令和 3年 2月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130714D		
2 性能等 (続き) d) 先幅は, 注記による。			