

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
ステンレスバー	EM-T130779	
	作 成	令和 3年11月 9日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用スチールバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-291-9983-5	CA用, φ1.0mm, 作業長22mm, 6個
2	6520-291-9984-5	CA用, φ1.4mm, 作業長22mm, 6個
3	6520-291-9985-5	CA用, φ1.8mm, 作業長22mm, 6個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ステンレスバー, CA用, φ1.0mm, 作業長22mm, 6個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年8月10日法律第145号) (以下, “医薬品医療機器等法” という。)

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医療機器として製造販売を承認、認証又は届出された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 個装は、6個ずつとする。
- b) 包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 個装表示は、**図1**による。

物品番号
品名 ステンレスバー
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、**表1**による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

- b) 内装及び外装の表示は、**GLT-CG-Z000001**の4.2による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図2**によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、**GLT-CG-Z000001**の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4年 3月11日	作 成 年 月 日	令和 3年11月 9日
仕 様 書 番 号	EM-T130779		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
ステンレスバー	CA用, φ1.0 mm, 作業長 22 mm, 6 個	マニー (株) マニーステンレスバー サイズ2 先端径1.0 mm 作業部長22 mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	CA用, φ1.4 mm, 作業長 22 mm, 6 個	マニー (株) マニーステンレスバー サイズ4 先端径1.4 mm 作業部長22 mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	CA用, φ1.8 mm, 作業長 22 mm, 6 個	マニー (株) マニーステンレスバー サイズ6 先端径1.8 mm 作業部長22 mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は, ステンレススチールとする。
- b) 寸法は, 全長22 mmを標準とする。