

調達要求番号 :

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	GM721269197	仕 様 書 番 号	
歯科用ラバーダムシート、 ノンラテックス			EM-T130793
	作 成	令和 4年 3月 11日	
	変 更	年 月 日	
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ラバーダムについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下、“医薬品医療機器等法”という。）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医療機器として製造販売を承認、認証又は届出された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1**の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほか**G L T - C G - Z 0 0 0 0 1**の4.2による。

物品番号	GM721269197
品 名	歯科用ラバーダムシート、ノンラテックス
規 格	152 mm×152 mm, 15枚入
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図2**によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、**G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1**の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

•
•
•

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2—納入品証明書

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和 4年 3月11日	作成年月日	令和 4年 3月11日
仕様書番号	EM-T130793		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
歯科用ラバーダム シート, ノンラテックス	ロエコ社 サンクチュアリー社	フレキシダム パープル ノンラテックスラバーダム ノンラテックス デンタルダム 中厚 152 mm×152 mm ミント 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 寸法は、150 mm×150 mm以上とする。
- b) 厚さは、0.5 mm以下とする。
- c) 入数は、15枚以上とする。