

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
リーマ，根管用，CA用	EM-T130037K	
	作 成	平成10年 9月30日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用リーマについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-101-2226-5	No. 1, 4個
2	6520-101-2227-5	No. 2, 4個
3	6520-101-2228-5	No. 3, 4個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 リーマ，根管用，CA用，No. 1，4個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 5 0 4 歯科用回転及び振動器具—軸

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法

律第145号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 リーマ、根管用、CA用
規格
納入年月
納入業者

**注記1** 物品番号及び規格は、**表1**による。

**注記2** 納入年月は、西暦で表示するものとする。

**注記2** 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し記入する。

**注記4** 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

### 図1—個装表示（続き）

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・  
・  
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 3月14日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130037K		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用リーマ	No. 1, 4個	(株)デンテック RTPリーマ #1 4本入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	No. 2, 4個	(株)デンテック RTPリーマ #2 4本入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	No. 3, 4個	(株)デンテック RTPリーマ #3 4本入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4の箇条4に規定する、軸部形式(タイプ) 1, アングルハンドピース用(CA用)とする。
- b) 材料は、ステンレス鋼とする。
- c) 根管ポスト用で、先端の形状が半球形のものとする。
- d) 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)が、可能なものとする。
- e) 標準寸法は、次による。

**単位** mm

規格	作業部長	作業部最大径	先端径	全長
No. 1, 4個	9	1.35	0.92	33
No. 2, 4個	10	1.65	1.17	
No. 3, 4個	10	1.95	1.48	