

調達要領指定書	調達要求番号	5PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和 7年 3月14日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和 7年 3月14日
物品番号		
品名	歯科用エレベータ	
規格		
仕様書番号	EM-T130714E	

### 1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、2、4、5

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
歯科用エレベータ	EM-T130714E	
	作 成	平成30年 4月23日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用エレベータについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-101-2003-5	直, No. 2
2	6520-101-2004-5	直, No. 3
3	6520-101-2005-5	直, No. 4
4	6520-101-2008-5	曲, No. 2
5	6520-101-2009-5	曲, No. 3
6	6520-280-8752-5	曲, No. 4
7	6520-280-8751-5	曲, No. 5
8	GM721267256	D型, NM, No. 2

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科用エレベータ, 直, No. 1

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

b) **法令等**

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

**2 一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

**3 製品に関する要求**

**3.1 製造承認等**

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

**3.2 品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

**3.3 性能等**

性能等は、調達品目表による。

**4 品質保証**

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**5 出荷条件**

**5.1 包装**

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

**5.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品 名 歯科用エレベータ
規 格
納入年月
納入業者

**注記 1** 物品番号及び規格は、**表 1**による。

**注記 2** 納入年月は、西暦で表示するものとする。

**図 1—個装表示**

**注記 3** 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，**図 1** に，その項目を追加し表示するものとする。

**注記 4** 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

#### **図1－個装表示（続き）**

## **6 その他の指示**

### **6.1 提出書類**

提出書類は，納品書に**図2**を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

### **6.2 仕様書に関する疑義**

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・  
・  
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 3月14日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130714E		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
歯科用エレベータ	直, No. 2	(株) YDM エレベーターB型 #2S (株) シオダ エレベーター #2直 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3.5 mm
	直, No. 3	(株) YDM エレベーターB型 #3S (株) シオダ エレベーター #3直 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3.0 mm
	直, No. 4	(株) YDM エレベーターB型 #4S (株) シオダ エレベーター #4直 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2.5 mm
	曲, No. 2	(株) YDM エレベーターB型 #2C (株) シオダ エレベーター #2曲 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3.5 mm
	曲, No. 3	(株) YDM エレベーターB型 #3C (株) シオダ エレベーター #3曲 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3.0 mm
	曲, No. 4	(株) YDM エレベーターB型 #4C (株) シオダ エレベーター #4曲 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2.5 mm
	曲, No. 5	(株) YDM エレベーターB型 #5C (株) シオダ エレベーター #5曲 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2.0 mm
	D型, NM, No. 2	(株) YDM エレベーターD型 #NM2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4.5 mm

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 形状は、各規格においてカタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形状を標準とする。
- b) 材料は、ステンレス鋼とする。
- c) 高圧蒸気滅菌が、可能なものとする。

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 3月14日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130714E		
<b>2 性能等 (続き)</b> d) 先幅は, 注記による。			