

調達要領指定書	調達要求番号	5PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和 7年 3月14日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和 7年 3月14日
物品番号		
品名	ダイヤモンドポイント, FG用	
規格		
仕様書番号	EM-T130775D	

### 1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
ダイヤモンドポイント，FG用	EM-T130775D	
	作 成	令和 3年 2月 8日
	変 更	令和 6年 3月 8日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ダイヤモンドバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-4008-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ2.2mm
2	6520-100-4009-5	テーパーシリンダー，φ1.6mm， 作業長10mm
3	6520-100-4011-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ1.6mm，作業長7mm
4	6520-100-4012-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ2.1mm
5	6520-100-4015-5	テーパーシリンダー，φ1.6mm， 作業長7mm
6	6520-100-4018-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ1.6mm，作業長4.5mm
7	6520-100-4021-5	ラウンド，φ1.8mm

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
8	6520-280-9101-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ 1.7 mm
9	6520-291-3664-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ 2.2 mm, 作業長 11 mm
10	6520-291-3665-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ 1.6 mm, 作業長 7 mm
11	6520-291-3666-5	ラウンド, φ 1.3 mm
12	6520-291-3667-5	ラウンド, φ 1.0 mm
13	6520-291-3668-5	ペアシェイプ, φ 3.2 mm
14	6520-291-3670-5	ファイン, φ 1.5 mm, 作業長 7 mm, 微粒子タイプ
15	6520-291-3671-5	ナイフエッジテーパースリリンダー, φ 1.6 mm, 超微粒子タイプ
16	6520-291-3672-5	フレーム, φ 1.8 mm, 微粒子タイプ
17	GM721267257	コーンテーパースリリンダー, φ 1.3 mm, 作業長 8 mm
18	6520-30-293-0344	特殊, 六角形, φ 3.2 mm
19	6520-30-293-0345	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ 2.0 mm, 作業長 9.0 mm
20	6520-30-293-0346	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ 2.1 mm, 作業長 5.3 mm
21	6520-30-293-0347	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ 1.6 mm, 作業長 4.3 mm
22	6520-30-293-0348	ファイン, φ 1.5 mm, 作業長 1 0.2 mm
23	6520-30-293-0349	スーパーファイン, φ 2.8 mm, 作 業長 5.6 mm

#### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ダイヤモンド, FG用, フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2.2 mm

#### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) **仕様書**

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) **法令等**

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

**2 一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

**3 製品に関する要求**

**3.1 製造承認等**

製造承認等は，次による。

- a) “医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき，医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

**3.2 品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

**3.3 性能等**

性能等は，調達品目表による。

**4 品質保証**

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**5 出荷条件**

**5.1 包装**

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

**5.2 包装の表示**

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	
品名	ダイヤモンドポイント，FG用
規格	
納入年月	
納入業者	

**注記1** 物品番号及び規格は，**表1**による。

**図1**—個装表示

**注記2** 納入年月は、西暦で表示するものとする。

**注記3** 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

**注記4** 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

#### **図1－個装表示（続き）**

## **6 その他の指示**

### **6.1 提出書類**

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

### **6.2 仕様書に関する疑義**

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・  
・  
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 3 月 1 4 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 3 月 8 日
仕 様 書 番 号	EM-T 1 3 0 7 7 5 D		
<b>1 調 達 品 目</b>			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯科用ダイヤモンドバー	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 2 mm	(株) 松風  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 1 0 3
	テーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 1 0 m m	(株) 松風  (株) ジーシー  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (コーン) 1 0 4  ダイヤモンドバー スムースカット 〈F. G. 用〉テーパースリリンダー タイプ (ナイフエッジ) A 1 8
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株) 松風  (株) ジーシー  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 2 0 1  ダイヤモンドバー スムースカット 〈F. G. 用〉テーパースリリンダー タイプ (フラットエンド) B 1
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 1 mm	(株) 松風  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 2 0 2
	テーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株) ジーシー  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ダイヤモンドバー スムースカット 〈F. G. 用〉テーパースリリンダー タイプ (ナイフエッジ) B 1 8
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 4. 5 mm	(株) 松風  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 3 0 1

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 3 月 1 4 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 3 月 8 日
仕 様 書 番 号	EM-T130775D		
<b>1 調 達 品 目</b>			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯 科 用 ダ イ ヤ モ ン ド バ ー	ラウンド, φ 1. 8 mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー ラウンド 340 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパーシ リンダー, φ 1. 7 mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 102R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパーシ リンダー, φ 2. 2 mm, 作業長 11 m	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 105R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパーシ リンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 201R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンド, φ 1. 3 mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー ラウンド 440S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンド, φ 1. 0 mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー ラウンド 440SS 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ペアシェイ プ, φ 3. 2 mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー ペアシェイプ 144 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ファイン, φ 1. 5 mm, 作業長 7 m m, 微粒子タ イプ	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG ファイン テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) F201R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 3 月 1 4 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 3 月 8 日
仕 様 書 番 号	EM-T130775D		

### 1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯科用ダイヤモンドバー	ナイフエッジテーパーシリンダー, φ1.6mm, 超微粒子タイプ	(株) ジーシー      ダイヤモンドバー      スムースカット 〈F. G. 用〉テーパーシリンダータイプ (ナイフエッジ) B18ff 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フレーム, φ1.8mm, 微粒子タイプ	(株) ジーシー      ダイヤモンドバー      スムースカット 〈F. G. 用〉フレームタイプ C17f 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	コーンテーパーシリンダー, φ1.3mm, 作業長8mm	(株) 松風              松風ダイヤモンドポイントFGレギュラー      テーパーシリンダー (コーン)      204 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	特殊, 六角形, φ3.2mm	(株) 松風              松風ダイヤモンドポイントFGレギュラー      その他148 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパーシリンダー, φ2.0mm, 作業長9.0mm	(株) 松風              松風ダイヤモンドポイントFGレギュラー      テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 106RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパーシリンダー, φ2.1mm, 作業長5.3mm	(株) 松風              松風ダイヤモンドポイントFGレギュラー      テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 202RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパーシリンダー, φ1.6mm, 作業長4.3mm	(株) 松風              松風ダイヤモンドポイントFGレギュラー      テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 301RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 3月14日	作 成 年 月 日	令和 6年 3月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130775D		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
歯科用ダイヤモンドバー	ファイン, φ 1.5mm, 作業長10. 2mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG ファイン テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) F101RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	スーパーファ イン, φ2. 8mm, 作業 長5.6mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG スーパーファイン その他SF15 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例 示したものであり, 当該製品を指定するものではない。			

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部は, ステンレス鋼とする。
- b) 作業部は, ダイヤモンド粒子を固着させたものとする。
- c) ダイヤモンド粒子の固着は, 確実なものとし, 入念に加工及び仕上げを施したものとする。
- d) 1本入りとする。