

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 物品番号 | 6520-101-2283-5 | 仕様書番号 | |
| ホワイトポイント | | EM-T130009H | |
| | | 作成 | 平成10年 9月30日 |
| | | 変更 | 令和 5年 3月13日 |
| | | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のホワイトポイントについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5504-1 歯科用回転及び回転器具一軸

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器

として製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6520-101-2283-5 |
| 品名 | ホワイトポイント |
| 規格 | No.28, 12本 |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1－個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130009H | | |
| 1 調達品目 | | | |
| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | | |
| ホワイトポイント | (株)松風 ホワイトポイントCA No. 28 12本 マニー (株) アラダムポイントホワイト No. 28 12 本入 (株)コサカ ホワイトポイント CA No. 28 12本入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | | |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | | | |
| 2 性能等 | | | |
| 同等と判断する要求基準は次による。 | | | |
| a) 陶材・コンポジットレジン・硬質レジンなどの中仕上げ、及び天然歯(支台歯形成)の研磨仕上げに使用する歯科用研削材料とする。 | | | |
| b) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4 の箇条4に規定する、軸部形式(タイプ)1、アングルハンドピース用(CA用)とする。 | | | |
| c) 材料は、作業部が主として酸化アルミニウム、軸部がステンレス鋼とする。 | | | |
| d) 最高許容回転速度は、30 000 min ⁻¹ 以上とする。 | | | |
| e) 入数は、12本入りとする。 | | | |

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 物品番号 | 7290-101-2281-5 | 仕様書番号 |
| ヘッドレストカバー | EM-T130011H | |
| | 作成 | 平成10年 9月30日 |
| | 変更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のヘッドレストカバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 7290-101-2281-5 |
| 品名 | ヘッドレストカバー |
| 規格 | 100枚 |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z00001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130011H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | |
|--|-----------------------|--|
| ヘッドレスト カバー | (株)ニチエイ | ヘッドレストカバー フリーサイズ 100入 ホワイト 直径約35 cm(伸長時) |
| | 山八歯材工業(株) | ヘッドレストカバー100枚入 ホワイト 開口部伸長時Φ約35 cm フリーサイズ |
| | メディコムジャパン | クリップキャップ ホワイト フリー 100枚/パック 直径30 cmまで対応 |
| | (株)竹虎 | ソフトラペット Sホワイト ゴム径30 cm(伸長時) 100枚入 |
| | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) サイズは、フリーサイズとする。
- b) 寸法は、伸長時の直径が30 cm～35 cmとする。
- c) 色相は、白色とする。
- d) 入数は、100枚入りとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 物 品 番 号 | 6 5 2 5 - 1 0 1 - 2 2 7 6 - 5 | 仕 様 書 番 号 |
| アルバム，パノラマフィルム用 | EM-T130013H | |
| | 作 成 | 平成10年 9月30日 |
| | 変 更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のX線フィルム用アルバム，パノラマ用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-------------------|
| 物品番号 | 6525-101-2276-5 |
| 品名 | アルバム、パノラマフィルム用 |
| 規格 | 15 cm×30 cm; 50枚用 |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130013H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|--|
| X線フィルム用アルバム, パノラマ用 | (株)センジョー JMパノラマフィルムアルバム 15×30 cm用 50枚綴 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 15×30 cmの歯科用X線パノラマフィルムを収納することができる、アルバムとする。
- b) バインダーは、ボール紙の芯にポリ塩化ビニルのシートを高周波加工したものとし、2穴式のとじ具を有するものとする。
- c) フィルムを収納する用紙は、ポリ塩化ビニルのフィルムシートとし、5.0枚つづりとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| 物品番号 | 6525-101-2277-5 | 仕様書番号 |
| アルバム用紙, パノラマフィルム用 | EM-T130014H | |
| | 作成 | 平成10年 9月30日 |
| | 変更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のパノラマフィルム用アルバム用紙について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-------------------|
| 物品番号 | 6525-101-2277-5 |
| 品名 | アルバム用紙, パノラマフィルム用 |
| 規格 | 15 cm×30 cm, 50枚入 |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130014H | | |
| 1 調達品目 | | | |
| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | | |
| パノラマフィルム 用アルバム用紙 | (株) センジョー JMパノラマフィルムアルバム補充用紙 15 ×30 cm用 50枚入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | | |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | | | |
| 2. 性能等 | | | |
| 同等と判断する要求基準は次による。 | | | |
| a) 15×30 cmの歯科用X線パノラマフィルムを収納することができる、アルバムの補充用 紙とする。 | | | |
| b) 材料は、ポリ塩化ビニルのフィルムシートとする。 | | | |
| c) 形状は、2穴式のとじ穴を有するものとし、パノラマフィルムアルバム、15×30 cm用 のバインダーに適合するものとする。 | | | |
| d) 入数は、50枚入りとする。 | | | |

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 物 品 番 号 | 6 5 0 5 - 2 5 0 - 4 8 1 5 - 5 | 仕 様 書 番 号 |
| S S 寒 天 培 地 | E M - T 1 3 0 0 8 1 H | |
| | 作 成 | 平 成 1 0 年 1 2 月 2 2 日 |
| | 変 更 | 令 和 5 年 3 月 1 3 日 |
| | 作 成 部 隊 等 名 | 関 東 補 給 処 用 賀 支 処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のSS寒天培地について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、b)及びGLT-CG-Z000001の4.1による。
- b) 個装は、調達品目表による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6505-250-4815-5 |
| 品名 | SS寒天培地 |
| 規格 | 1 L用 |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、次による。

- a) 納品書に社内規格の試験法によって試験した社内試験成績書を添付するものとする。
- b) 納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130081H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---|
| SS寒天培地 | 栄研化学(株) パールコア®SS寒天培地 ‘栄研’ 60g |
| | 極東製薬工業(株) プレメディア SS寒天培地 60g 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） |
| 注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 形状は、粉末又は顆粒とし、SS寒天培地とする。
- b) 重量は、60gを標準とする。

3 個装

個装は、保存に適する遮光した気密容器に入れ、1個ごとに使用説明書を添付するものとし、びんの場合は、ボール箱に収めるものとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 物品番号 | 6505-100-4263-5 | 仕様書番号 |
| T S I カンテン培地 | EM-T130092H | |
| | 作成 | 平成10年12月22日 |
| | 変更 | 令和5年3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のT S I 寒天培地について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、b)及びGLT-CG-Z000001の4.1による。
- b) 個装は、調達品目表による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6505-100-4263-5 |
| 品名 | TSIカンテン培地 |
| 規格 | 100 g |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、次による。

- a) 納品書に社内規格の試験法によって試験した社内試験成績書を添付するものとする。
- b) 納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130092H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|-------------------------------------|
| T S I 寒天培地 | 栄研化学(株) パールコア®T S I 寒天培地 ‘栄研’ 100 g |
| | 日水製薬(株) T S I 寒天培地「ニッスイ」 100 g |
| | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） |
| 注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 腸内細菌の鑑別用培地とする。
- b) 形状は、乾燥粉末とする。
- c) 重量は、100 gを標準とする。

3 個装

個装は、保存に適する遮光した気密容器に入れ、1個ごとに使用説明書を添付するものとし、びんの場合は、ボール箱に収めるものとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 物 品 番 号 | 6 5 0 5 - 1 0 1 - 0 1 1 0 - 5 | 仕 様 書 番 号 |
| DHLカンテン培地 | EM-T130093H | |
| | 作 成 | 平成10年12月22日 |
| | 変 更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のDHL寒天培地について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、b)及びGLT-CG-Z000001の4.1による。
- b) 個装は、保存に適した遮光の気密容器に入れ、1個ごとに使用説明書を添付するものとし、「びん」の場合は、ボール箱に包装するものとする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6505-101-0110-5 |
| 品名 | DHLカンテン培地 |
| 規格 | 300g |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、次による。

- a) 納品書に社内規格の試験法によって試験した社内試験成績書を添付するものとする。
- b) 納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません。

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130093H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | | |
|---------|-----------------------|-------------------|-------|
| DHL寒天培地 | 栄研化学(株) | パールコア®DHL寒天培地「栄研」 | 300 g |
| | 塩谷エムエス(株) | DHL寒天培地「ダイゴ」 | 300 g |
| | 日水製薬(株) | DHL寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 300 g |
| | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | | |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 病原性腸内細菌の選択分離用の培地とする。
- b) 形状は、顆粒又は粉末とする。
- c) 質量は、300 g以上とする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 物品番号 | 6685-100-2567-5 | 仕様書番号 |
| 温度計，乾湿用 | EM-T130136H | |
| | 作成 | 平成11年 2月10日 |
| | 変更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の乾湿用温度計について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-------------------------------|
| 物品番号 | 6685-100-2567-5 |
| 品名 | 温度計, 乾湿用 |
| 規格 | 全長30 cm, 1/1, -20.℃ ~+50.℃ |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130136H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---|
| 乾湿用温度計 | アズワン (株) 乾湿計 並板 1-741-01 (株) 佐藤計量器製作所 乾湿計 (フック箱) Cat. No. 1 518-00 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |
| 注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 性能は、乾球温度計及び湿球温度計が各1本、水つぼ1個が目盛り板 (木製の板) に取り付けられた壁掛け用のものとする。
- b) 全長は、30 cm以下とする。
- c) 測定範囲は、-20℃～+50℃が測定可能であるものとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 物 品 番 号 | — | 仕 様 書 番 号 |
| シリコンポイント，CA用 | EM-T130165H | |
| | 作 成 | 平成11年 2月10日 |
| | 変 更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ゴム製研磨材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

| 番号 | 物品番号 | 規格 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 6520-101-2253-5 | 緑，No. 28 |
| 2 | 6520-101-2254-5 | 茶，No. 28 |

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 シリコンポイント，CA用，緑，No. 28

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5504-1 歯科用回転器具—軸—第1部：金属製

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|--------------|
| 物品番号 | |
| 品名 | シリコンポイント，CA用 |
| 規格 | |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1 一個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません。

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130165H | | |

1 調達品目

| 品名 | 規格 | カタログ製品名 ^{a)} | |
|--|-----------|-----------------------|---|
| 歯科用ゴム製 研磨材 | 緑, No. 28 | (株)松風 マニー (株) | シリコンポイントMタイプCA M3No. 28 12本入り シリコンポイントMタイプ C A M3No. 28 12本入 り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |
| | 茶, No. 28 | (株)松風 マニー (株) | シリコンポイントMタイプCA M2 No. 28 12本入り シリコンポイントMタイプ C A M2 No. 28 12本 入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | | | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、JIS T 5504-1の箇条4に規定する、軸部形式 (タイプ) 1, アングル
ハンドピース用 (CA用) とする。
- b) 材料は、作業部が人造研削剤を合成ゴム等で結合した研磨材、軸部がステンレス鋼とする。
- c) 研磨粒度は、規格に示す“茶”が細粒, “緑”が微粒とする。
- d) 形状は、カタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形態番号 (Bur No.)
の形状を標準とするほか、規格による。
- e) 入数は、12本入とする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|------------------|-------------|
| 物品番号 | 6.520-016-5838-5 | 仕様書番号 |
| ナイフ，石膏用 | EM-T130169H | |
| | 作成 | 平成11年 2月10日 |
| | 変更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の歯科技工用石膏刀について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6520-016-5838-5 |
| 品名 | ナイフ, 石膏用 |
| 規格 | |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所

会社名

代表者名

契約番号

調達要求番号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130169H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---------------------------------------|
| 歯科技工用石膏刀 | (株) YDM 石膏刀 21-340 |
| | (株) ヨシオカ 石膏刀 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |
| 注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 刀身の材料は、ステンレス鋼とする。
- b) 寸法は、全長160 mmを標準とする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 物品番号 | 6640-100-9579-5 | 仕様書番号 |
| ビーカ、自動血球計数装置用 | EM-T130243H | |
| | 作成 | 平成11年 2月26日 |
| | 変更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のビーカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6640-100-9579-5 |
| 品名 | ビーカ、自動血球計数装置用 |
| 規格 | 500個 |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130243H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---|
| ピーカー | エルマ販売(株) 希釈ピーカーL 500個入り CAT NO. 01-604-0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) |
| <p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p> | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 自動血球計数装置の希釈用とする。
- b) 入数は、500個入りとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 物 品 番 号 | 7 2 4 0 - 1 0 0 - 6 4 2 0 - 5 | 仕 様 書 番 号 |
| かご，脱衣用，台付 | EM-T130341H | |
| | 作 成 | 平成12年 4月 6日 |
| | 変 更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の脱衣かごについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 7240-100-6420-5 |
| 品名 | かご, 脱衣用, 台付 |
| 規格 | |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号

調達要求番号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130341H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---|
| 脱衣かご | 三和化研工業(株) 脱衣カゴ 1段用550×410×600 mm |
| | ナビス(株) 脱衣カゴワゴン・ラック1段式 マスカットグリーン キャスター無し 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 構成は、かご及び脚からなり、脚は折りたためるものとする。
- b) かごと脚は、ビス等で固定できるものとする。
- c) 寸法は、かごを含めて、550 mm×410 mm×600 mmを標準とする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 物品番号 | 7920-252-2653-5 | 仕様書番号 |
| ブラシ，手洗用 | EM-T130463H | |
| | 作成 | 平成19年 2月23日 |
| | 変更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の手洗用ブラシについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 7920-252-2653-5 |
| 品名 | ブラシ, 手洗用 |
| 規格 | |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月 15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月 13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130463H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---|
| 手洗用ブラシ | アズワン (株) 手洗ブラシ 0-7577-01 |
| | ケニス (株) 手洗いブラシ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |
| 注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、合成樹脂とする。
- b) 寸法は、毛丈20 mm×幅45 mm×105 mmを標準とする。
- c) 高圧蒸気滅菌 (オートクレーブ) が、可能なものとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 物 品 番 号 | 6 5 3 0 - 1 0 0 - 8 6 6 6 - 5 | 仕 様 書 番 号 |
| 消毒盤，ステンレス製 | EM-T130472H | |
| | 作 成 | 平成20年 2月18日 |
| | 変 更 | 平成31年 3月26日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のステンレスバットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|------------------|
| 物品番号 | 6530-100-8666-5 |
| 品名 | 消毒盤, ステンレス製 |
| 規格 | 4 cm×21 cm×27 cm |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 平成31年 3月26日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130472H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---|
| ステンレスバット | 松吉医科器械(株) ステンレスバット (フタなし) 3号 内寸270×210×40 mm (SUS304) |
| | (株)片桐医科工業 フタ無しバット 3号 寸法270×210×40 mm 材厚0.6 mm |
| | (株)コクゴ ステンレスバット (SUS304製) 角バット 18枚取 本体 |
| 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) | |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ステンレス鋼とする。
- b) 内寸法は、270 mm×210 mm×40 mm (許容差, 各±5 %) とする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 物 品 番 号 | 6505-100-7637-5 | 仕 様 書 番 号 |
| オキシドール | EM-T130490H | |
| | 作 成 | 平成25年 4月24日 |
| | 変 更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のオキシドールについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6505-100-7637-5 |
| 品名 | オキシドール |
| 規格 | 3%, 100 mL |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130490H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|------------------------------|
| オキシドール | 健栄製薬(株) オキシドール「ケンエー」 100 mL |
| | 小堺製薬(株) オキシドール 100 mL |
| | 日興製薬(株) オキシドール「ニッコーA」 100 mL |
| | 昭和製薬(株) オキシドール「昭和」P 100 mL |
| | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) |
| <p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p> | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された“オキシドール”とする。
- b) 組成は、過酸化水素(H₂O₂) 2.5～3.5 w/v%を含有するものとする。
- c) 容量は、100 mLを標準とする。

| | | |
|---------|-----------------|---------------|
| 調達要領指定書 | 調達要求番号 | 4PRZ1C10001 |
| | 契約番号 | |
| | 調達要求年月日 | 令和6年3月15日 |
| | 作成部課 | 衛生部補給整備課補給管理班 |
| | 作成年月日 | 令和6年3月15日 |
| 物品番号 | 6505-100-7637-5 | |
| 品名 | オキシドール | |
| 規格 | 3%, 100mL | |
| 仕様書番号 | EM-T130490H | |

5.2 包装の表示

指定事項 : 今回の要求に限り、図1 一個装表示を省略する。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 物 品 番 号 | — | 仕 様 書 番 号 |
| ビッグシリコンポイントHP用 | EM-T130496H | |
| | 作 成 | 平成25年 4月24日 |
| | 変 更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ゴム製研磨材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

| 番号 | 物品番号 | 規格 |
|-----|-----------------|------------|
| √ 1 | 6520-287-6592-5 | 研磨仕上げ用，砲弾型 |
| √ 2 | 6520-101-2020-5 | 中仕上げ用，砲弾型 |

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ビッグシリコンポイントHP用，研磨仕上げ用，砲弾型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 5 0 4 歯科用回転及び振動器具—軸

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|----------------|
| 物品番号 | |
| 品名 | ビッグシリコンポイントHP用 |
| 規格 | |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1－個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130496H | | |

1 調達品目

| 品名 | 規格 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|-----------------|---|
| 歯科用ゴム製 研磨材 | 研磨仕上げ 用, 砲弾型 | (株) 松風 ビッグシリコンポイントHP R3 (白) 研磨仕上げ No. 147 6本入 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |
| | 中仕上げ 用, 砲弾型 | (株) 松風 ビッグシリコンポイントHP R2 (茶) 中仕上げ No. 147 6本入 (株) クエスト シリコンポイントビッグHP ブラウン (中仕上げ) 6本入り/箱 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として 例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。 | | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は, レジン床, 歯冠用硬質レジン及び硬質レジン歯の研磨に用いることができるものとする。
- b) 軸部形式は, J I S T 5 5 0 4 の箇条4に規定する, 軸部形式 (タイプ) 2, ストレートハンドピース用 (HP用) とする。
- c) 材料は, 作業部が人造研削材 (炭化ケイ素) をシリコーンゴムで結合した研磨材, 軸部がステンレス鋼とする。
- d) 形状は, φ 1 0 mmを標準とした砲弾型ポイントとする。
- e) 最高許容回転速度は, 1 5 0 0 0 min⁻¹以上とする。
- f) 入数は, 6本入りとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| 物 品 番 号 | 6 6 6 5 - 1 0 0 - 8 1 8 7 - 5 | 仕 様 書 番 号 |
| 一酸化炭素検知管，北川式 | EM-T 1 3 0 4 9 9 H | |
| | 作 成 | 平成 2 5 年 4 月 2 4 日 |
| | 変 更 | 令和 5 年 3 月 1 3 日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の一酸化炭素検知管について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は，次による。

a) 納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において，製造後9か月以内とす

る。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6665-100-8187-5 |
| 品名 | 一酸化炭素検知管，北川式 |
| 規格 | ビル管用，10本 |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T.130499H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---|
| 一酸化炭素検知管 | 光明理化学工業(株) 北川式ガス検知管 106SC 一酸化炭素 10本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) |
| <p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p> | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 労働安全衛生法の規定に基づく、作業環境測定に使用される検知管とする。
- b) 光明理化学工業(株)製の北川式ガス採取器、AP-20型に適合するものとする。
- c) 機能は、検知管の薬剤が一酸化炭素と反応して変色し、先端の目盛によって濃度が測定できるものとする。
- d) 濃度目盛範囲は、1~50 ppmを標準とする。
- e) 入数は、10本入りとする。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 物 品 番 号 | 6 6 6 5 - 1 0 0 - 8 1 8 6 - 5 | 仕 様 書 番 号 |
| 炭酸ガス検知管，北川式 | EM-T130500H | |
| | 作 成 | 平成25年 4月24日 |
| | 変 更 | 令和 5年 3月13日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の炭酸ガス検知管について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とす

る。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

| | |
|------|-----------------|
| 物品番号 | 6665-100-8186-5 |
| 品名 | 炭酸ガス検知管, 北川式 |
| 規格 | ビル管用, 10本 |
| 納入年月 | |
| 納入業者 | |

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

| | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
|---|------|-------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 達 要 求 番 号 | | 作 成 部 隊 等 名 | 関東補給処用賀支処 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 6年 3月15日 | 作 成 年 月 日 | 令和 5年 3月13日 |
| 仕 様 書 番 号 | EM-T130500H | | |

1 調達品目

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} |
|--|---|
| 炭酸ガス検知管 | 光明理化学工業(株) 北川式ガス検知管 126SB 二酸化炭素 10本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) |
| 注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 | |

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 労働安全衛生法の規定に基づく、作業環境測定に使用される検知管とする。
- b) 光明理化学工業(株)製の北川式ガス採取器、AP-20型に適合するものとする。
- c) 機能は、検知管の薬剤が二酸化炭素と反応して変色し、先端の目盛によって濃度が測定できるものとする。
- d) 濃度目盛範囲は、0.021~1.0%を標準とする。
- e) 入数は、10本入りとする。