

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721276646	仕 様 書 番 号
クリアフィルユニバーサルボンド Quick ER	EM-T130800	
	作 成	令和 5年 3月 13日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用象牙質接着材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1-品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
歯科用象牙質接着材	クラレノリタケデンタル（株） クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品を納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721276646
品名	クリアフィルユニバーサルボンド Quick ER
規格	5 mL, 1本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません。

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	MS71313315002	仕様書番号
精度管理用血液	EM-T130801	
	作成	令和 5年 3月13日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の自動血球計数装置精度管理用血液について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
精度管理用血液	エルマ販売（株） 自動血球カウンター用血球コントロール CBC-8

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号	MS71313315002
品名	精度管理用血液
規格	2 ml, 3本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CV0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月11日
	作成部課	衛生部 補給整備課 整備管理班
	作成年月日	令和6年3月11日
物品番号		
品名	精度管理用血液	
規格		
仕様書番号	EM-T130801	

5.2 包装の表示

指定事項：今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM121279281	仕 様 書 番 号
超音波診断装置用ゼリー，ハードタイプ	EM-T130804	
	作 成	令和 6年 2月 22日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の超音波診断装置用ゼリーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM121279281
品名	超音波診断装置用ゼリー，ハードタイプ
規格	250 g，1本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1一個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 2月22日
仕 様 書 番 号	EM-T130804		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
超音波診断装置 用ゼリー	GEヘルスケア・ジャパン (株)	LOGIQLEAN ボトル ハードタイプ (硬め) 250 mL
	(有) エフケアーネッツ	エフケアーエコージ ェル 高粘度 25 0 g ボトル
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 性状は、高粘性のものとする。
- b) 容器は、ボトルタイプとする。
- c) 容量は、250 g又は250 mLを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	8 1 3 5 - 0 2 0 - 0 1 6 7 - 5	仕 様 書 番 号
薬包紙	EM-T130132B	
	作 成	平成10年12月22日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の薬包紙について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	8135-020-0167-5
品名	葉包紙
規格	大, 1000枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1 個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130132B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
薬包紙	(株)博愛社 薬包紙 純白模造(大) 2042 1000 枚 村中医療器(株) 薬包紙 白パラピン 大 1000枚 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 片面は、光沢のある滑らかな面とする。
- b) 寸法は、120 mm×120 mmとする。
- c) 厚さは、0.05 mmを標準とする。
- c) 入数は、1包を1000枚とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕様書番号
定着液	EM-T130687B.	
	作成	平成29年 1月26日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の定着液について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6525-100-7923-5	8 L×4
2	6525-100-8769-5	4 L×4
3	GM741276656	4 L×8

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 定着液、8 L×4

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名	
定着液	8 L×4	コニカミノルタジャパン (株)	X-RAY自動現像機用定着剤 XF-SR 8 L×4
定着液	4 L×4	富士フイルム (株)	定着液 F
定着液	4 L×8	ダイソーテック社	F-1. (4 L×8個 A液, B液)

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 定着液
規格
納入年月
納入業者

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品に

については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	定着液	
規格		
仕様書番号	EM-T130687B	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、2

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 5 - 2 8 7 - 8 3 4 8 - 5	仕 様 書 番 号
自 動 現 像 機 用 現 像 ス タ ー タ ー	E M - T 1 3 0 6 8 8 B	
	作 成	平 成 2 9 年 1 月 2 6 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の現像スターターについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1-品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
現像スターター	コニカミノルタジャパン（株） X-レイ自動現像機用現像スターター - TD-CM50S 1 L

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-287-8348-5
品名	自動現像機用現像スターター
規格	1 L
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	6525-100-7780-5	仕様書番号
現像粉剤	EM-T130689B	
	作成	平成29年 2月 1日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の現像剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1-品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
現像剤	コニカミノルタジャパン(株) X-RAY自動現像機用処理薬品 KM-ドールX(粉剤タイプ現像剤) Xレイフィルム現像剤 2L用

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月で

ある証明を、納入時に添付するものとする。

- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-100-7780-5
品名	現像粉剤
規格	標準型, 2 L用
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 5 - 1 0 0 - 7 7 8 1 - 5	仕 様 書 番 号
定着粉剤	E M - T 1 3 0 6 9 0 B	
	作 成	平成 2 9 年 2 月 1 日
	変 更	令和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の定着剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
定着剤	コニカミノルタジャパン(株) X-RAY自動現像機用処理薬品 KM-フィックス(粉剤タイプ定着剤) 酸性硬膜定着剤4 L用(2 L×2)

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月で

ある証明を、納入時に添付するものとする。

- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-100-7781-5
品名	定着粉剤
規格	4 L用
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
現像液	EM-T130691B	
	作 成	平成29年 2月 2日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の現像液について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6525-100-7921-5	8L×4
2	6525-100-8768-5	4L×4
3	GM741276655	4L×8

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 現像液, 8L×4

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名	
現像液	8 L×4	コニカミノルタジャパン (株)	X-RAY自動現像機用現像剤 XD-6 8 L×4
現像液	4 L×4	富士フイルム (株)	現像液 RD-1B4L×4
現像液	4 L×8	ダイトーマイテック社	D-1 (4L×8個 A液、B液) 大

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 現像液
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	現像液	
規格		
仕様書番号	EM-T130691B	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、2

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6515-101-2269-5	仕様書番号
ネラトンカテーテル，2孔式	EM-T130716B	
	作成	平成30年 4月23日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の間欠泌尿器用カテーテルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

- “医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき，医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6515-101-2269-5
品名	ネラトンカテーテル, 2孔式
規格	12Fr, 33cm, 50本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130716B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}		
間欠泌尿器用カテーテル	(株) トップ	トップネラトンカテーテル	12Fr 33cm 2孔式先端封じ式 50本/箱
	テルモ (株)	サフィードネラトンカテーテル	2孔式 12Fr. (4.0mm) 33cm SF-ND1213S 包装単位 50本
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ポリ塩化ビニルとし、可塑剤は、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)とする。
- b) 先端形状は、先端閉口2孔式とする。
- c) 寸法は、全長33cm、外径4.0mmを標準とする。
- d) 入数は、50本入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
歯科研磨用ストリップ，フィルム製	EM-T130718B	
	作成	平成30年 4月23日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のコンポジットレジン仕上げ研磨用ストリップについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	GM721257679	5 mm×10 m×0.05 mm, 粗粒
2	GM721257680	5 mm×10 m×0.05 mm, 中粒
3	GM721257681	5 mm×10 m×0.05 mm, 微粒
4	GM721257682	5 mm×10 m×0.05 mm, 超微粒

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科研磨用ストリップ，フィルム製，5 mm×10 m×0.05 mm, 細粒

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法

律第145号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 歯科研磨用ストリップ、フィルム製
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130718B		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
コンポジット レジン仕上げ 研磨用ストリ ップ	5 mm×10 m ×0.05 mm, 粗粒	(株) ジーシー エピテックス COARSE 粗粒 (ブルー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	5 mm×10 m ×0.05 mm, 中粒	(株) ジーシー エピテックス MEDIUM 中粒 (グリーン) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	5 mm×10 m ×0.05 mm, 微粒	(株) ジーシー エピテックス FINE 微粒(グ レー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	5 mm×10 m ×0.05 mm, 超微粒	(株) ジーシー エピテックス EXTRA FINE 超微粒(ピン ク) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 寸法は、幅 5 mm×長さ 10 m×厚さ 0.05 mm を標準とする。
- b) 基材は、プラスチックフィルムとする。
- c) 機能は、ディスペンサーに収められ、適宜の長さにカットできるものとする。
- d) 砥粒の粒度は、規格による。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7930-100-9131-5	仕様書番号
洗剤，超音波洗浄装置用	EM-T130721B	
	作成	平成30年 8月 3日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の超音波洗浄機用洗浄剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	7930-100-9131-5
品名	洗剤, 超音波洗浄装置用
規格	4 L
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月 15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月 13日
仕 様 書 番 号	EM-T130721B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
超音波洗浄機用 洗浄剤	(株) エスエヌディ 超音波洗浄機用洗浄剤 US-CLEAN 中性(アニオン系) USC-704 4 L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、超音波洗浄機を用いた金属等の加工後の脱脂洗浄、ガラス器具及びプラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄ができるものとする。
- b) 液性は、pH6.0～8.0(中性)とする。
- c) 成分は、主としてアニオン系界面活性剤とする。
- d) 容量は、4 Lを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
シリコンポイント，HP用	EM-T130724B	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ゴム製研磨材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-5604-5	茶，No. 13
2	6520-100-5605-5	緑，No. 13
3	6520-287-4421-5	茶，No. 28
4	6520-287-4422-5	緑，No. 28

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 シリコンポイント，HP用，茶，No. 13

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5504 歯科用回転及び振動器具一軸

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	
品名	シリコンポイント, HP用
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

図1—個装表示

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示(続き)

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130724B		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯科用ゴム製 研磨材	茶, No. 13	(株)松風 シリコンポイントMタイプHP M2 No. 13 12本入り マニー(株) シリコンポイントMタイプ HP M 2 No. 13 12本入り 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	緑, No. 13	(株)松風 シリコンポイントMタイプHP M3 No. 13 12本入り マニー(株) シリコンポイントMタイプ HP M 3 No. 13 12本入り 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	茶, No. 28	(株)松風 シリコンポイントMタイプHP M2 No. 28 12本入り マニー(株) シリコンポイントMタイプ HP M 2 No. 28 12本入り 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	緑, No. 28	(株)松風 シリコンポイントMタイプHP M3 No. 28 12本入り マニー(株) シリコンポイントMタイプ HP M 3 No. 28 12本入り 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4 の箇条4に規定する、軸部形式(タイプ) 2, ストレートハンドピース用(HP用)とする。
- b) 材料は、作業部が人造研削剤を合成ゴム等で結合した研磨材、軸部がステンレス鋼とする。
- c) 研磨粒度は、規格に示す“茶”が細粒, “緑”が微粒とする。
- d) 形状は、カタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形態番号(Bur No.)の形状を標準とするほか、規格による。
- e) 入数は、12本入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 0 - 8 6 4 2 - 5	仕 様 書 番 号
咬 合 紙, 青	E M - T 1 3 0 7 2 5 B	
	作 成	平 成 3 1 年 3 月 2 6 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の咬合紙について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-8642-5
品名	咬合紙, 青
規格	12枚綴, 10冊
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130725B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
咬合紙	(株) センジョー プルミエライン咬合紙 青 120×22 m. m 12枚綴×10冊
	(株) ジーシー アーティキュレイティングペーパー 青 1 2枚綴10冊 (幅22 mm×長さ120 m m)
	(株) 松風 咬合紙 青 (両面カーボン) 122×22 mm 1箱 (12枚綴×10冊)
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)}	この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、上下歯列の間に入れて噛み合わせることによりカーボン紙の青色が転写され、咬合状態を確認できるものとする。
- b) 寸法は、長さ120 mm×幅22 mmを標準とし、厚さは25 μm～40 μmとする。
- c) 入数は、12枚綴×10冊とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-100-8761-5	仕様書番号
咬合紙, 赤	EM-T130726B	
	作成	平成31年 3月26日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の咬合紙について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-8761-5
品名	咬合紙, 赤
規格	12枚綴, 10冊
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130726B		

1. 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
咬合紙	(株) センジョー プルミエライン咬合紙 赤 120×22 mm 12枚綴×10冊
	(株) ジーシー アーティキュレイティングペーパー 赤 12枚綴10冊(幅22 mm×長さ120 mm)
	(株) 松風 咬合紙 赤(両面カーボン) 122×22 mm 1箱(12枚綴×10冊)
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2. 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、上下歯列の間に入れて噛み合わせることによりカーボン紙の赤色が転写され、咬合状態を確認できるものとする。
- b) 寸法は、長さ120 mm×幅22 mmを標準とし、厚さは25 μm～40 μmとする。
- c) 入数は、12枚綴×10冊とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721261320	仕 様 書 番 号
歯科研磨用ペースト，ワンステップ型	EM-T130727B	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯面研磨材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721261320
品名	歯科研磨用ペースト，ワンステップ型
規格	60 g
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130727B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯面研磨材	ウエルテック (株) コンクール クリーニングジェル<PMT C> 60 g
	クロスフィールド (株) プロフィーペーストPro パープル (84 g/60 ml) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、歯科医師等が歯科用駆動装置及びハンドピースなどで、歯面の清掃及び研磨に用いることができるものとする。
- b) 性状は、ジェル状又はペースト状とする。
- c) 質量は、60 g以上とする。
- d) 入数は、1本とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721261321	仕 様 書 番 号
歯面研磨清掃用ブラシ	EM-T130728B	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科予防治療用ブラシについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 5 0 4 歯科用回転及び回転器具一軸

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器

として製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721261321
品名	歯面研磨清掃用ブラシ
規格	CA用
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130728B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科予防治療用ブラシ	(株)松風 メルサージュ ブラシ CAタイプ No. 1 (フラット) 36本 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、歯面の研磨、清掃に用いることができるものとする。
- b) タイプは、CAタイプ (マンドレル一体式) とする。
- c) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4の箇条4に規定する、軸部形式 (タイプ) 1, アングルハンドピース用 (CA用) とする。
- d) 材料は、作業部がナイロン、軸部がニッケルメッキを施した真ちゅうとする。
- e) ブラシ先端の形状は、水平 (フラット) とする。
- f) 入数は、36本とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721261322	仕 様 書 番 号
歯面研磨清掃用カップ	EM-T130729B	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯磨カップについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5504 歯科用回転及び回転器具一軸

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器と

して製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号	GM721261322
品名	歯面研磨清掃用カップ
規格	CA用
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130729B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯磨カップ	(株)松風 メルサージュ カップ CAタイプ No. 2 (ウェブソフト) 36本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、歯面の研磨、清掃に用いることができるものとする。
- b) タイプは、CAタイプ(マンドレルー一体式)とする。
- c) 軸部形式は、JIS T 5504の箇条4に規定する、軸部形式(タイプ)1、アングルハンドピース用(CA用)とする。
- d) 材料は、作業部が天然ゴム、軸部がニッケルメッキを施した真ちゅうとする。
- e) 形状は、図3による。
- f) 入数は、36本とする。




図3—形状

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721261323	仕 様 書 番 号
根管壁スメヤ層除去液 3%	EM-T130730B	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医薬品含有歯面処理材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721261323
品名	根管壁スメヤ層除去液3%
規格	100 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130730B		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
医薬品含有歯面処 理材	日本歯科薬品(株) スメアクリン 3%EDTA水溶液 根 管壁スミヤー層除去材 100 mL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、根管内壁のスミヤー層が除去できるものとする。
- b) 組成は、エデト酸二ナトリウム(EDTA-2Na)の濃度が3%以下であるものとする。
- c) 容量は、100 mLを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721261330	仕 様 書 番 号
洗 浄 剤 , バ キ ュ ー ム ・ ス ピ ッ ト ン 用	EM-T130.733B	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のパイプクリーナーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721261330
品名	洗浄剤, バキューム・スピットン用
規格	4 L
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130733B		

1 調 達 品 目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
パイプクリーナー	太平化学産業(株) タイフレッシュ・クリーンαⅡ 4 L (株) ビーエスエーサクライ ステリスルー 4 L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、パイプ、バキューム、スピットンを洗浄・除菌できるものとする。
- b) 実用液の濃度は、原液～10倍希釈とする。
- c) 性状は、液体とする。
- d) 容量は、4 Lを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 1 5 - 2 8 8 - 2 4 8 5 - 5	仕 様 書 番 号
サポーター，ひざ用	EM-T 1 3 0 7 3 5 B	
	作 成	令和 元年 8月22日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の保温用ひざサポーターについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表及びGLT-CG-Z00000.1の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00000.1の4.2による。

物品番号	6515-288-2485-5
品名	サポーター, ひざ用
規格	10枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z00000.1の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130735B		

1. 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
保温用ひざサポーター	アルケア (株)	保温シームレスサポーター ひざM 170 51 1枚
	(株) ムトウ	WiSM 保温用シームレスサポーター 5 2195-WHSS5 ひざM 1枚
	ダイヤ工業 (株)	保温性シームレスサポーター 109-50 46 ひざ 1枚
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2. 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 機能は、ひざ間接を保護・保温できるものとする。
- b) 材料は、次のいずれかによる。
 - 1) ウール、アクリル、ポリエステル及びポリウレタン
 - 2) テンセル、レーヨン及びポリエステル
- c) 入数は、1セットとし、1セットを10枚とする。

3. 包装

包装は、次による。

- a) 包装は、10枚 (1セット) ごとに、箱又は袋に収めるものとする。
- b) 個装は、1枚ごとにポリエチレン製の袋に収めるものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 1 5 - 2 8 8 - 2 4 8 6 - 5	仕 様 書 番 号
サポーター，足首用	EM-T130736B	
	作 成	令和 元年 8月22日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の保温用足首サポーターについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は，次による。

- a) 納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において，製造後12か月以内とする。ただし，製造後12か月以内の製品が納品できない場合は，流通している最新の製造年月である証明を，納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表及びGLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6515-288-2486-5
品名	サポーター; 足首用
規格	10枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130736B		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
保温用足首サポーター	アルケア (株) 保温シームレスサポーター 足首 17081 1枚
	(株) ムトウ WiSM 保温用シームレスサポーター 52 195-WHSS8 足首 1枚
	ダイヤ工業 (株) 保温性シームレスサポーター 109-504 3 足首 1枚
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 機能は、足首を保護・保温できるものとする。
- b) 材料は、次のいずれかによる。
 - 1) ウール, アクリル, ポリエステル及びポリウレタン
 - 2) テンセル, レーヨン及びポリエステル
- c) 入数は、1セットとし、1セットを10枚とする。

3 包装

包装は、次による。

- a) 包装は、10枚 (1セット) ごとに、箱又は袋に収めるものとする。
- b) 個装は、1枚ごとにポリエチレン製の袋に収めるものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	GM721264263	仕様書番号	
歯科金属用接着材料		EM-T130752B	
		作成	令和 2年 3月26日
		変更	令和 5年 3月13日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科金属用接着材料について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721264263
品名	歯科金属用接着材料
規格	5 mL, 1本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130752B		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
歯科金属用接着材料	(株) ジーシー	メタルプライマーZ	液1本 (5 mL)
	(株) 松風	メタルリンク	5 mL
	クラレノリタケデンタル (株)	アロイ プライマー	5 mL
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は次による。			
a) 機能は、歯科用の金属製修復物又は装置の接着に用いることができるものとし、1液性とする。			
b) 性状は、液体とする。			
c) 容量は、5 mL以上とする。			

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
歯科充填用コンポジットレジン	EM-T130754B	
	作 成	令和 2年 3月 26日
	変 更	令和 5年 3月 13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科充填用コンポジットレジンについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-287-4425-5	A3
2	GM721264271	A2, 2mL, 3.8g
3	GM721264272	A3, 2mL, 3.8g
4	GM721264273	A3.5, 2mL, 3.8g
5	GM721264274	A4, 2mL, 3.8g
6	GM721264275	B2, 2mL, 3.8g
7	GM721264276	C3, 2mL, 3.8g
8	GM721264277	WE, 2mL, 3.8g

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科充填用コンポジットレジン, A3

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 6 5 1 4 歯科修復用コンポジットレジン

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかG L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の4.2による。

物品番号
品名 歯科充填用コンポジットレジン
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 5年 3月13日
仕様書番号	EM-T130754B		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
歯科充填用コン ポジットレジン	A 2, 2 mL, 3. 8 g	(株)トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) A 2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	A 3	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィル®マジエスティ® LV A 3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	A 3, 2 mL, 3. 8 g	(株)トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) A 3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	A 3. 5, 2 mL, 3. 8 g	(株)トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) A 3. 5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	A 4, 2 mL, 3. 8 g	(株)トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) A 4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	B 2, 2 mL, 3. 8 g	(株)トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) B 2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	C 3, 2 mL, 3. 8 g	(株)トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) C 3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	WE, 2 mL, 3. 8 g	(株)トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) WE 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 種類は、J I S T 6 5 1 4の箇条3に規定する、タイプ1(咬合面を含む修復に用いるコンポジットレジン)、クラス2(光重合型コンポジットレジン)とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130754B		
<p>2 性能等(続き)</p> <p>b) 光硬化深度は, J I S T 6 5 1 4 の 4.2.5 による。</p> <p>c) 曲げ強さは, J I S T 6 5 1 4 の 4.2.6 による。</p> <p>d) 色調は, J I S T 6 5 1 4 の 4.3 によるほか, 規格による。</p> <p>e) X線造影性は, J I S T 6 5 1 4 の 4.5 に適合し, 有するものとする。</p> <p>f) 性状は, ペーストとする。</p> <p>g) 質量は, 3. 2 g 以上とする。</p>			

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
パッド，体外自動式除細動器，2型用	EM-T130756B	
	作成	令和 2年 3月 26日
	変更	令和 3年 2月 8日
作成部隊等名		関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の体表用除細動電極について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は，表1によるものとし，調達する種類は，調達要領指定書において，表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	GM121264253	114 mm×128 mm，1セット
2	GM721226255	170 mm×110 mm，1セット

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の規格による。

例 パッド，体外自動式除細動器，2型用，114 mm×128 mm，1セット

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下，“医薬品医療機器等法”という。）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医療機器として製造販売を承認、認証又は届出された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表2による。

表2-品名及びカタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名
パッド，体外自動式除細動器，2型用	114 mm×128 mm，1 セット	日本光電工業（株） 使い捨てパッド P-721
パッド，体外自動式除細動器，2型用	170 mm×110 mm，1 セット	（株）フィリップス・ジャパン ハートスタートFR3 SMA RTパッドⅢ

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	
品名	パッド，体外自動式除細動器，2型用
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

図1-個装表示

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1－個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	パッド, 体外自動式除細動器, 2型用	
規格		
仕様書番号	EM-T130756B	
<p>1.3 種類</p> <p>指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。</p> <p>連番 2</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721267258	仕 様 書 番 号
歯科技工用カーバイド切削器具	EM-T130771B	
	作 成	令和 3年 2月 8日
	変 更	令和 5年 3月 13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科技工用カーバイド切削器具について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721267258
品名	歯科技工用カーバイド切削器具
規格	No. 14
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130771B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科技工用カーバ イド切削器具	(株) 松風 技工用カーバイド 14N
	(株) モリタ 技工用カーバイド #1510 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 最高許容回転数は、30,000 rpm以上を標準とする。
- b) 作業部径は、4.5 mmを標準とする。
- c) 適応材料は、レジン、貴金属合金、ニッケルクロム合金、及びコバルトクロム合金に適応するものとする。

3 個装

個装は、1個ごとにポリエチレンなどのビニール袋に収めるものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 2 8 0 - 9 1 0 4 - 5	仕 様 書 番 号
プラスチックボール	E M - T 1 3 0 7 7 2 B	
	作 成	令 和 3 年 2 月 8 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のプラスチックボールについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1-品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
プラスチックボール	(株)藤原歯科産業 プラスチックボール L

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-280-9104-5
品名	プラスチックボール
規格	L
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM721267255	仕様書番号
歯髄診断用歯牙冷却材	EM-T130773B	
	作成	令和 3年 2月 8日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯髄診断用歯牙冷却材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1-品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
歯髄診断用歯牙冷却材	(株) シージー パルパー

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721267255
品名	歯髄診断用歯牙冷却材
規格	75 mL, 1本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM721267254	仕様書番号
アルギン酸塩印象材用接着材	EM-T130774B	
	作成	令和 3年 2月 8日
	変更	令和 5年 3月 13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のアルギン酸塩印象材用接着材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は，次による。

- a) 納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において，製造後9か月以内とする。ただし，製造後9か月以内の製品が納品できない場合は，流通している最新の製造年月である証明を，納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721267254
品名	アルギン酸塩印象材用接着材
規格	30 g, 1本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は，西暦で記入する。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130774B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
アルギン酸塩印象 材用接着材	(株) ジーシー テクニコールボンド
	(株) トクヤマデンタル アルジボンド 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 質量は、30 gを標準とする。
- b) 用途は、次による。
 - 1) メタルトレーとの接着を可能とするものとする。
 - 2) アルギン酸塩印象材用硬化剤との接着を可能とするものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-100-8615-5	仕様書番号
歯科用エクスカベータ，シャープ，両頭	EM-T130778B	
	作成	令和 3年11月 9日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用エクスカベータについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 4 0 4 歯科用エクスカベータ

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

a) “医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき，医療機器と

して製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号	6520-100-8615-5
品名	歯科用エクスカータ，シャープ， 両頭
規格	丸柄，No. 4
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は，西暦で記入する。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130778B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用エクスカベーター, シャープ, 両頭	(株) YDM エクスカベーター 丸柄 #4
	(株) シオダ 両頭エクスカベーター (丸柄) #21-22 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) J I S T 5 4 0 4 に適合しているものとする。
- b) 材料は, ステンエス及び黄銅とする。
- c) 丸柄, 両頭形とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
ステンレスバー	EM-T130779B	
	作 成	令和 3年11月 9日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用スチールバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6520-291-9983-5	CA用, φ1.0mm, 作業長22mm, 6個
2	6520-291-9984-5	CA用, φ1.4mm, 作業長22mm, 6個
3	6520-291-9985-5	CA用, φ1.8mm, 作業長22mm, 6個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ステンレスバー, CA用, φ1.0mm, 作業長22mm, 6個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和36年厚生

省令第1号)

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 個装は、6個ごととする。
- b) 包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 個装表示は、図1による。

物品番号
品名 ステンレスバー
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

- b) 内装及び外装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130779B		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
ステンレスバー	CA用, φ1.0mm, 作業長22mm, 6個	マニー(株) マニーステンレスバー サイズ2 先端径1.0mm 作業部長22mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	CA用, φ1.4mm, 作業長22mm, 6個	マニー(株) マニーステンレスバー サイズ4 先端径1.4mm 作業部長22mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	CA用, φ1.8mm, 作業長22mm, 6個	マニー(株) マニーステンレスバー サイズ6 先端径1.8mm 作業部長22mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は, ステンレススチールとする。
- b) 寸法は, 全長22mmを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 2 8 7 - 6 5 9 9 - 5	仕 様 書 番 号
水酸化カルシウム系歯科根管充填材	EM-T130780B	
	作 成	令和 3年11月 9日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の水酸化カルシウム系歯科根管充填材料について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-287-6599-5
品名	水酸化カルシウム系歯科根管充填材
規格	2 g
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は，西暦で記入する。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1－個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130780B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
水酸化カルシウム 系歯科根管充填材	日本歯科薬品(株) カルシベックスII 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) シリンジは、2 gを標準とする。
- b) シリンジは、ロック式とする。
- c) 充填材は、水酸化カルシウム、硫酸バリウムなどを含むものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	GM721269193	仕 様 書 番 号	
歯科用根管充填シーラ		EM-T130789B	
		作 成	令和 4年 3月11日
		変 更	令和 5年 3月13日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用根管充填シーラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721269193
品名	歯科用根管充填シーラ
規格	バイオアクティブガラス系
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません。

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130789B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用根管充填シーラ	日本歯科薬品(株) ニシカキャナルシーラーBGmulti ペ ースト(ダブルシリンジ) 1本 [A材4.5 g (2.5 mL), B材4.5 g (2. 5 mL)] 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) バイオアクティブガラス配合の根管充填剤とする。
- b) 性状は、ペーストタイプとする。
- c) 形状は、ダブルシリンジタイプとする。
- d) プランジャーを押すことにより、2種類の材を等量採取できるものとし、適したペーストを得ることができるものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721269195	仕 様 書 番 号
マイクロブラシ，歯科用	EM-T130791B	
	作 成	令和 4年 3月11日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のマイクロブラシについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

- “医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき，医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号	GM721269195
品名	マイクロブラシ，歯科用
規格	100本入
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130791B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
マイクロブラシ、歯科用	(株) 松風	マイクロブラシ
	マイクロブラシインターナショナル社	マイクロブラシ
	(株) トクヤマデンタル	ミニブラシ
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 先端は、φ 2.0 mmを標準とする。
- b) 前長は、8.5 cmを標準とする。
- c) 入数は、1箱に100本入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721269196	仕 様 書 番 号
ポイント，コンポマスタ，CA用	EM-T130792B	
	作 成	令和 4年 3月11日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ゴム製研磨材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5504 歯科用回転及び回転器具一軸

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器と

して製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4. 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721269196
品名	ポイント、コンポマスタ、CA用
規格	28号、4本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130792B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ポイント、コンポマ スタ、CA用	(株) 松風 コンポマスターCA No. 28
	(株) ジーシー ダイヤシャイン CA用 128 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4の箇条4に規定する、軸部形式（タイプ）1、アングルハンドピース用（CA用）とする。
- b) 材料は、作業部が人造研磨剤を合成ゴム等で結合した研磨剤、軸部がステンレス鋼とする。
- c) 入数は、1箱に4本入とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM741276649	仕 様 書 番 号
バロス発泡顆粒-S	EM-T130797B	
	作 成	令和 5年 1月16日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のX線診断二重造影用発泡剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本標準商品分類（平成2年6月改訂）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

a) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項で示すものであり、動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されるものを除くものとする。

b) 日本標準商品分類中分類87（医薬品及び関連製品）で示すものであり、分類番号87 7213（造影補助剤）とする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
X線診断二重 造影用発泡剤	堀井薬品工業（株） 集検用バロス発泡顆粒—S 5.0 g×300

3.3 ロット管理等

納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT—CG—Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT—CG—Z000001の4.2による。

物品番号	GM741276649
品名	バロス発泡顆粒—S
規格	5.0 g×300本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT—CG—Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号	GM741276649	
品名	バロス発泡顆粒-S	
規格	5.0g×300本	
仕様書番号	EM-T130797B	

5.2 包装の表示

指定事項 : 今回の要求に限り、図1一個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM741276650	仕様書番号
バロス発泡顆粒－S用、コップ	EM-T130798B	
	作成	令和 5年 1月16日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の発泡剤服用コップについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
発泡剤服用コップ	堀井薬品工業（株） バロスカップ20

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM741276650
品名	バロス発泡顆粒-S用、コップ
規格	20 ml, 300個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号	GM741276650	
品名	パロス発泡顆粒-S用、コップ	
規格	20ml, 300個	
仕様書番号	EM-T130798B	

5.2 包装の表示

指定事項： 今回の要求に限り、図1-個装表示を省略する。