

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6510-100-8073-5	仕様書番号
テープ,ウレタン製	EM-T130665C	
	作成	平成27年11月4日
	変更	令和5年3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のアンダーラップテープについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6510-100-8073-5
品名	テープ,ウレタン製
規格	70 mm×25 m, 12個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130665C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
アンダーラップテープ	ニチバン(株) バトルウィン™ アンダーラップテープ U 70F 70 mm×25 m 12巻
	(株) 共和 ミリオン アンダーラップ 70 mm×25 m ピンク 12巻入 LN-C7025
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) サイズは、70 mm×25 mを標準とする。
- b) 入数は、1箱12個入とする。
- c) 素材は、ウレタン製とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-290-6554-5	仕様書番号
寒天印象材，連合印象用， カートリッジ式	EM-T130693C	
	作成	平成29年 3月10日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用寒天印象材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

- “医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき，医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-290-6554-5
品名	寒天印象材，連合印象用，カートリッジ式
規格	48本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130693C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用寒天印象材	(株) ヨシダ ハイドロスティックリーガルグリーンカートリッジタイプ
	(株) ジーシー アローマロイドカートリッジタイプ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 形状は、カートリッジタイプとする。
- b) 入数は、48本入りとする。
- c) 引裂き強さは、0.8 N/mm以上とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6530-101-2301-5	仕様書番号
貯尿袋，消臭	EM-T130704C	
	作成	平成29年 9月25日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の消臭貯尿袋について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6530-101-2301-5
品名	貯尿袋, 消臭
規格	200 mm×400 mm, 100枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130704C		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
消臭貯尿袋	岡本医科工業 (株) ローヤル貯尿袋 (消臭) 2 5 0 0 c c (1箱100枚入) W200×H370 mm
	松吉医科器械 (株) マイスコ消臭貯尿袋 2 5 0 0 mL 1 0 0枚 W200×H375 mm MY-7 500
	アズワン (株) プロシエア消臭貯尿袋 2.5 L 1箱 (100枚入り) 幅200×長さ375 m m PUB-100
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ポリエチレン (消臭成分配合) とする。
- b) 寸法は、幅200 mm×高さ400 mmを標準とする。
- c) 容量は、2 5 0 0 mLを貯尿できるものとする。
- d) 100 mLごとに、2 5 0 0 mLまでの目盛を有するものとする。
- e) 貯尿架台へ、取り付けることができるものとする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	6515-286-9595-5	仕様書番号
除細動パッド	EM-T130712C	
	作成	平成30年 4月23日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の体表用除細動電極について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号	6515-286-9595-5
品名	除細動パッド
規格	1ペア
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130712C		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
体表用除細動電極	(株) フィリップス・ジャパン SMARTパッドⅢ 1組		
	(株) フィリップス・ジャパン ハートスタート DPパッド DP1 1組		
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は次による。			
a) (株) フィリップス・ジャパン製のハートスタートFR2に適合するものとする。			
b) ディスポーザブルタイプとする。			
c) 構成は、患者装着用パッド1対、導電ケーブル及び接続コネクタとする。			
d) 使用期限は、製造から30か月以上とする。			
e) 保管温度は、0～50℃とする。			

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
歯科用ラバーダムクランプ	EM-T130717C	
	作成	平成30年 4月23日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ラバーダムクランプについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	GM721257673	前歯用，#211，1個
2	GM721257674	小臼歯用，#206，1個
3	GM721257675	小臼歯用，#207，1個
4	GM721257676	上顎大白歯用，#201，1個
5	GM721257677	下顎大白歯用，#202，1個
6	GM721257678	下顎大白歯用，#56，1個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科用ラバーダムクランプ，前歯用，#211，1個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 3 0 1

歯科用ラバーダムクランプ

b) 仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 歯科用ラバーダムクランプ
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

図1－個装表示

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130717C		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用ラ バーダム クランプ	前歯用, # 2 11, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 211 (前歯用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 9 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	小白歯用, # 206, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 206 (小白歯用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 206 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	小白歯用, # 207, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 207 (小白歯用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 207 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	上顎大白歯 用, # 201, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 201 (上顎大白歯 用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 201 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	下顎大白歯 用, # 202, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 202 (下顎大白歯 用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 202 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	下顎大白歯 用, # 56, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 56 (下顎大白歯用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 56 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ステンレス鋼とする。
- b) 品質は、次による。
 - 1) 構造は、J I S T 5 3 0 1の3.1による。
 - 2) 形状は、J I S T 5 3 0 1の3.2によるほか、規格を標準とする。
- c) 表示は、J I S T 5 3 0 1の箇条7による。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	歯科用ラバーダムクランプ	
規格		
仕様書番号	EM-T130717C	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、4、5、6

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	GM721261329	仕 様 書 番 号	
防錆洗浄液，歯科用		EM-T130732C	
		作 成	平成31年 3月26日
		変 更	令和 5年 3月13日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の防錆洗浄液について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721261329
品名	防錆洗浄液, 歯科用
規格	500 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130732C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
防錆洗浄液, 歯科用	日本歯科薬品 (株) ラスノンソニック 500 ml
	(株) YDM ゼットワン・エコ 500 ml 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 容器の構造は、原液を計量できるキャップを有するものとする。
- b) 機能は、歯科用器具等に付着したタンパク質・脂肪分の汚れを、洗浄できるもので、防錆効果を有するものとする。
- c) 実用液に対し、200倍に希釈できるものとする。
- d) 容量は、500 mLを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM121264378	仕様書番号
義歯床用短期弾性裏装材	EM-T130755C	
	作成	令和 2年 3月26日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の義歯床用短期弾性裏装材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 6 5 1 9 義歯床用短期弾性裏装材

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器

として製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM121264378
品名	義歯床用短期弾性裏装材
規格	1-1セット, ホワイト
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130755C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
義歯床用短期 弾性裏装材	(株)ジーシー ティッシュコンディショナー ホワイト 1-1セ ット 粉末90 g 1本, 液90 g (101 mL) 1本
	(株)松風 松風ティッシュコンディショナーII ホワイト 粉 120 g, 液100 mL 各1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

構成は、次による。

表1-構成

番号	構 成 品 名	数 量
1	粉末	1
2	液体	1
3	紛量計	1
4	スポイト	1
5	ラバーカップ	1
6	スパチュラ	1

3 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、義歯床の粘膜面に短期間装着できるものとする。
- b) 品質は、J I S T 6 5 1 9の箇条3による。
- c) 包装単位は、表1に示す製品を1セットとする。
- d) 質量(容量)は、次による。
 - 1) 粉末は、90 g以上とする。
 - 2) 液体は、100 mL以上とする。
- e) 色相は、白色とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721269194	仕 様 書 番 号
紙トレイ，歯科用	EM-T130790C	
	作 成	令和 4年 3月11日
	変 更	令和 5年 8月 8日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用トレイについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721269194
品名	紙トレイ，歯科用
規格	100枚入
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 8月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130790C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
紙トレイ, 歯科用	ペーパーウェア (株) デンタルディスポトレイ DDT-5 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) オートクレーブ滅菌及びEOG滅菌が可能とする。
- b) 耐熱温度は, 220℃を標準とする。
- c) 寸法は, 220 mm×130 mm×15 mmを標準とする。
- d) 入数は, 1袋に100枚入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721269197	仕 様 書 番 号
歯科用ラバーダムシート， ノンラテックス	EM-T130793C	
	作 成	令和 4年 3月11日
	変 更	令和 6年 2月22日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ラバーダムについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
歯科用ラバーダムシート、 ノンラテックス	ロエコ社 フレキシダム パープル ノンラテックスラバーダム

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721269197
品名	歯科用ラバーダムシート、ノンラテックス
規格	152 mm×152 mm, 15枚入
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 0 - 8 9 5 9 - 5	仕 様 書 番 号
モノ一測定器，片頭	EM-T130190D	
	作 成	平成11年 2月10日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯周用プローブについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 4 1 8 - 1 歯周用プローブ—第1部：一般要求事項

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器と

して製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-8959-5
品名	モーノ測定器，片頭
規格	No. 2
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は，西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません。

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 5年 3月13日
仕様書番号	EM-T130190D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯周用プローブ	(株) YDM ペリオプローブ #2 09-550
	(株) シオダ 片頭ペリオプローブ #P-W 5801676 061
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2. 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) J I S T 5 4 1 8 - 1 に適合する片頭のプローブとする。
- b) 形状は、J I S T 5 4 1 8 - 1 の箇条4に規定する“タイプ3”とする。
- c) 段階的な目盛は、J I S T 5 4 1 8 - 1 の5.2.1に適合するものとし、作業部の最先端から測定して1-2-3-5-7-8-9-10 mmする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6640-254-2524-5	仕様書番号
軟膏へら	EM-T130475D	
	作成	平成20年 2月18日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の軟膏へらについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6640-254-2524-5
品名	軟膏へら
規格	150 mm
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130475D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
軟膏ヘラ	アズワン(株) 軟膏ヘラ (ステンレス製) 特大 32×150 mm 6-528-01
	東京硝子器械(株) 軟膏ヘラ 木柄付 特大 全長280 mm ヘラ長さ150 mm 最大幅31 mm
	清水アキラ(株) サンダイヤ 木柄付軟膏ヘラ 特大 ヘラ 長さ150 mm
	(株) サンクラフト パティシエール パレットナイフ 15 cm 小 PP-522
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ヘラ部がステンレス、柄部が天然木とする。
- b) 寸法は、ヘラ部の長さが150 mm (許容差, ±5 %) とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 1 - 2 2 4 5 - 5	仕 様 書 番 号
ポ イ ン ト , カ ー ボ ラ ン ダ ム , C A 用	E M - T 1 3 0 6 7 9 D .	
	作 成	平 成 2 8 年 4 月 6 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用研削器材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 5 5 0 4 歯科用回転及び振動器具一軸

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器と

して製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-101-2245-5
品名	ポイント、カーボランダム、CA用
規格	28号、12本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130679D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用研削器材	(株)松風 松風カーボランダムポイント CA 荒仕 上げ用 No. 28 12本
	マニー(株) カーボランダムポイント CA 中粒 N o. 28 12本入
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、JIS T 5504の箇条4に規定する、軸部形式(タイプ)1, アングルハンドピース用(CA用)とする。
- b) 材料は、作業部が主として炭化けい素(カーボランダム), 軸部が製造者等の任意の金属材料とする。
- c) 研磨粒度は、中粒(金属・陶材・硬質レジンの荒仕上げ用)とする。
- d) 形状は、カタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形態番号(Bur No.)の形状を標準とする。
- e) 最高許容回転速度は、30 000 min⁻¹以上とする。
- f) 入数は、12本入りとする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	—	仕様書番号
ポイント，カーボランダム，HP用	EM-T130680D	
	作成	平成28年 4月 6日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用研削器材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
√ 1	6520-101-2053-5	13号，12本
2	6520-280-9669-5	45号，12本

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ポイント，カーボランダム，HP用，13号，12本

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5504 歯科用回転及び回転器具一軸

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 ポイント、カーボランダム、HP用
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130680D		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用研削器材	13号, 12本	(株) 松風 松風カーボランダムポイント HP 荒仕上げ用 No. 13 12本 マニー (株) カーボランダムポイント HP 中粒 No. 13 12本入 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	45号, 12本	(株) 松風 松風カーボランダムポイント HP 荒仕上げ用 No. 45 12本 マニー (株) カーボランダムポイント HP 中粒 No. 45 12本入 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、JIS T 5504の箇条4に規定する、軸部形式 (タイプ) 2, ストレートハンドピース用 (HP用) とする。
- b) 材料は、作業部が主として炭化けい素 (カーボランダム), 軸部がステンレス鋼とする。
- c) 研磨粒度は、中粒 (金属・陶材・硬質レジンの荒仕上げ用) とする。
- d) 形状は、カタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形態番号 (Bur No.) の形状を標準とするほか、規格による。
- e) 最高許容回転速度は、30 000 min⁻¹以上とする。
- f) 入数は、規格による。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721276653	仕 様 書 番 号
歯科用仮封材，水硬性	EM-T130695D	
	作 成	平成29年 3月10日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の水硬性仮封材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

a) “医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき，医療機器

として製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は，次による。

- a) 納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において，製造後12か月以内とする。ただし，製造後12か月以内の製品が納品できない場合は，流通している最新の製造年月である証明を，納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721276653
品名	歯科用仮封材，水硬性
規格	ホワイト，30g
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は，西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
鉗子，抜歯用	EM-T130713D	
	作 成	平成30年 4月23日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の抜歯用鉗子について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6520-006-2350-5	No. 53R
2	6520-006-2352-5	No. 69.
3	6520-006-2355-5	No. 150
4	6520-006-2357-5	No. 151
5	6520-006-2361-5	No. 222
6	6520-006-2372-5	No. 53L
7	6520-100-8618-5	No. 44
8	6520-101-2125-5	No. 8
9	6520-101-2126-5	No. 27
10	6520-101-2128-5	No. 10S

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 鉗子，抜歯用，No. 53R

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を

成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品 名 鉗子、抜歯用
規 格
納入年月
納入業者

図1—個装表示

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1－個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130713D		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}	
鉗子, 抜歯用	No. 53R	(株) シオダ ビューフレディ・ジャパン	抜歯鉗子 (ステンレス製) #53R 上顎右大白歯用 抜歯鉗子 F53R 上顎 右側第1・第2大白歯用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	No. 69	(株) YDM (株) シオダ ビューフレディ・ジャパン	抜歯鉗子 #69 上下顎 残根 抜歯鉗子 (ステンレス製) #69 上下顎兼用残根用 抜歯鉗子 F69 上下顎 破折根・歯根用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	No. 150	(株) シオダ ビューフレディ・ジャパン	抜歯鉗子 (ステンレス製) #150 上顎前歯・小白 歯・残根用 抜歯鉗子 F150 上顎 切歯・犬歯・小白歯・歯根 用 左右共用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	No. 151	(株) シオダ ビューフレディ・ジャパン	抜歯鉗子 (ステンレス製) #151 下顎前歯・小白 歯・残根用 抜歯鉗子 F151 下顎 切歯・犬歯・小白歯・歯根 用 左右共用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	No. 222	(株) YDM ビューフレディ・ジャパン	抜歯鉗子 #222 下顎 智歯 抜歯鉗子 F222 下顎 第3大白歯用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130713D		

1 調 達 品 目 (続 き)

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
鉗子, 抜歯用	No. 53L	(株) シオダ 抜歯鉗子 (ステンレス製) #53L上顎左側大白歯 ヒューフレディ・ジャパン 抜歯鉗子 F53L 上顎 左側第1・第2大白歯用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	No. 44	(株) YDM 抜歯鉗子 #44 下顎残 根 (株) シオダ 抜歯鉗子 (ステンレス製) #44 下顎残根用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	No. 8	(株) YDM 抜歯鉗子 #8 上顎智歯 (株) シオダ 抜歯鉗子 (ステンレス製) #8 上顎智歯用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	No. 27	(株) YDM 抜歯鉗子 #27 下顎大 臼歯 (株) シオダ 抜歯鉗子 (ステンレス製) #27 下顎大白歯用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	No. 10S	(株) YDM 抜歯鉗子 #10S 上顎 大白歯 (株) シオダ 抜歯鉗子 (ステンレス製) #10S 上顎大白歯用 ヒューフレディ・ジャパン 抜歯鉗子 F10S 上顎 臼歯用 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

a) 形状は、各規格においてカタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形状を標準

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130713D		
<p>2) 性能等 (続 き)</p> <p style="margin-left: 20px;">とする。</p> <p>b) 材料は, ステンレス鋼とする。</p> <p>c) 高圧蒸気滅菌が, 可能なものとする。</p>			

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	鉗子, 抜歯用	
規格		
仕様書番号	EM-T130713D	
<p>1.3 種類</p> <p>指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。</p> <p>連番 1、3、5、6、8、9、10</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
歯科根管用ファイバーポスト	EM-T130715D	
	作成	平成30年 4月23日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科根管用ポスト成形品について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	GM721257669	φ1.2, 10本
2	GM721257670	φ1.4, 10本
3	GM721257671	φ1.6, 10本

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科用ファイバーポスト, φ1.2, 10本

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚

生省令第1号)

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号
品名 歯科根管用ファイバーポスト
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130715D		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}	
歯科根管用 ポスト成形 品	φ 1. 2 , 10本	(株) ジーシー	ファイバーポスト φ 1 . 2 10本
		(株) 松風	ビューティーコアファイ バーポスト1. 2 mm 10本入
		クラレノリタケデンタル (株)	クリアフィルADファイ バーポストII No. 4 10本
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			
	φ 1. 4 , 10本	(株) ジーシー	ファイバーポスト φ 1 . 4 10本
		(株) 松風	ビューティーコアファイ バーポスト1. 4 mm 10本入
		クラレノリタケデンタル (株)	クリアフィルADファイ バーポストII No. 5 10本
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			
	φ 1. 6 , 10本	(株) ジーシー	ファイバーポスト φ 1 . 6 10本
		(株) 松風	ビューティーコアファイ バーポスト1. 6 mm 10本入
		クラレノリタケデンタル (株)	クリアフィルADファイ バーポストII No. 6 10本
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130715D		
<p>2 性能等</p> <p>同等と判断する要求基準は次による。</p> <p>a) 根管内に，支台築造材料と共に挿入し，支台歯の維持または補強効果を得られるものとする。</p> <p>b) 材料は，ガラスファイバー，B i s - GMA及びメタクリル酸系モノマーの共重合体とする。</p> <p>c) 寸法は，全長が18 mm～22 mm，最大径は，規格に示す径を標準とする。</p> <p>d) 入数は，10本入とする。</p>			

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM721261461	仕様書番号
メディカルキャップ	EM-T130757D	
	作成	令和 2年 4月 1日
	変更	令和 5年 3月 13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のディスプレイキャップについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721261461
品名	メディカルキャップ
規格	100枚入, フリーサイズ
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130757D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ディスプレイキャップ	オカダ医材 (株) ME-22W ディスポーザブル ルメディカルキャップ ホワイト 100枚
	(株) 三商 ディスポキャップ ホワイト 100枚入 #51505
	(株) ファーストレイト アイソレーション・キャップ FR-210 100入 ホワイ イト
	(株) メディテックジャパン テクセルメディカルキャップ2 1 ホワイト PP21W
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として
例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、ゴム紐を有するキャップで、頭髮などの落下を防止できるものとし、ゴムにより伸縮性があるものとする。
- b) 材料は、不織布とする。
- c) サイズは、フリーサイズとする。
- d) 色相は、白系とする。
- e) 入数は、100枚入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
ダイヤモンドポイント，FG用	EM-T130775D	
	作成	令和 3年 2月 8日
	変更	令和 6年 3月 8日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ダイヤモンドバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-4008-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ2.2mm
2	6520-100-4009-5	テーパーシリンダー，φ1.6mm， 作業長10mm
3	6520-100-4011-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ1.6mm，作業長7mm
4	6520-100-4012-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ2.1mm
5	6520-100-4015-5	テーパーシリンダー，φ1.6mm， 作業長7mm
6	6520-100-4018-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ1.6mm，作業長4.5mm
7	6520-100-4021-5	ラウンド，φ1.8mm

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
8	6520-280-9101-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ1.7mm
9	6520-291-3664-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ2.2mm, 作業長11mm
10	6520-291-3665-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ1.6mm, 作業長7mm
11	6520-291-3666-5	ラウンド, φ1.3mm
12	6520-291-3667-5	ラウンド, φ1.0mm
13	6520-291-3668-5	ペアシェイプ, φ3.2mm
14	6520-291-3670-5	ファイン, φ1.5mm, 作業長7mm, 微粒子タイプ
15	6520-291-3671-5	ナイフエッジテーパースリリンダー, φ 1.6mm, 超微粒子タイプ
16	6520-291-3672-5	フレーム, φ1.8mm, 微粒子タイプ
17	GM721267257	ユーンテーパースリリンダー, φ1.3 mm, 作業長8mm
18	GM721274145	特殊, 六角形, φ3.2mm
19	GM721276641	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ2.0mm, 作業長9.0mm
20	GM721276642	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ2.1mm, 作業長5.3mm
21	GM721276643	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ1.6mm, 作業長4.3mm
22	GM721276644	ファイン, φ1.5mm, 作業長1 0.2mm
23	GM721276645	スーパーファイン, φ2.8mm, 作 業長5.6mm

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ダイヤモンド, FG用, フラットエンドテーパースリリンダー, φ2.2mm

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	
品名	ダイヤモンドポイント, FG用
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

図1—個装表示

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1－個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 3月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130775D		
1. 調達品目			
品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}	
歯科用ダイヤモンドバー	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 2mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 103 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	テーパースリリンダー, φ 1. 6mm, 作業長10mm	(株) 松風 (株) ジーシー	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (コーン) 104 ダイヤモンドバー スムースカット (F. G. 用) テーパーシリンダー タイプ (ナイフエッジ) A18 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6mm, 作業長7mm	(株) 松風 (株) ジーシー	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 201 ダイヤモンドバー スムースカット (F. G. 用) テーパーシリンダー タイプ (フラットエンド) B1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 1mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 202 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	テーパースリリンダー, φ 1. 6mm, 作業長7mm	(株) ジーシー	ダイヤモンドバー スムースカット (F. G. 用) テーパーシリンダー タイプ (ナイフエッジ) B18 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6mm, 作業長4. 5mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 301 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月 15日	作 成 年 月 日	令和 6年 3月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130775D		
1 調 達 品 目			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ダイヤモンドバー	ラウンド, φ 1.8mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー ラウンド 340 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパースリンドー, φ 1.7mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 102R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパースリンドー, φ 2.2mm, 作業長11mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 105R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパースリンドー, φ 1.6mm, 作業長7mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 201R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンド, φ 1.3mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー ラウンド 440S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンド, φ 1.0mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー ラウンド 440SS 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ペアシェイプ, φ3.2 mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー ペアシェイプ 144 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ファイン, φ 1.5mm, 作業長7mm, 微粒子タイプ	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG ファイン テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) F201R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 3月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130775D		
1 調 達 品 目			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ダイヤモンドバー	ナイフエッジテーパーシリンダー, φ1.6mm, 超微粒子タイプ	(株)ジーシー	ダイヤモンドバー スムースカット〈F. G. 用〉テーパーシリンダータイプ (ナイフエッジ) B18ff 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フレーム, φ1.8mm, 微粒子タイプ	(株)ジーシー	ダイヤモンドバー スムースカット〈F. G. 用〉フレームタイプ C17f 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	コーンテーパーシリンダー, φ1.3mm, 作業長8mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (コーン) 204 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	特殊, 六角形, φ3.2mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー その他148 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパーシリンダー, φ2.0mm, 作業長9.0mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 106RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパーシリンダー, φ2.1mm, 作業長5.3mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 202RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエンドテーパーシリンダー, φ1.6mm, 作業長4.3mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (ラウンドエンド) 301RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 3月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130775D		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ダイヤモンドバー	ファイン, φ 1.5mm, 作業長10. 2mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG ファイン テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) F101RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	スーパーファ イン, φ2. 8mm, 作業 長5.6mm	(株) 松風	松風ダイヤモンドポイントFG スーパーファイン その他SF15 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部は、ステンレス鋼とする。
- b) 作業部は、ダイヤモンド粒子を固着させたものとする。
- c) ダイヤモンド粒子の固着は、確実なものとし、入念に加工及び仕上げを施したものとする。
- d) 1本入りとする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	-	仕様書番号
ビニール袋	EM-T130633E	
	作成	平成26年 5月 1日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品ビニール袋について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	8105-100-7793-5	130 mm×250 mm, 100枚
2	8105-101-0108-5	120 mm×85 mm, 200枚
3	8105-101-0109-5	140 mm×100 mm, 200枚
4	8105-101-1938-5	230 mm×340 mm, 100枚

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ビニール袋, 130 mm×250 mm, 100枚

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 1711

ポリエチレンフィルム製袋

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 ビニール袋
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 5年 3月13日
仕様書番号	EM-T130633E		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
ビニール袋	130 mm × 250 mm, 100 枚	(株) ジャパックス K-08 NO. 08規格袋
		サンキョウプラテック (株) 規格袋 No. 8 FC-8
		大倉工業 (株) OK袋 厚さ0.03 mm No. 8 (株) 三共 バラの規格袋 No. 8 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	120 mm × 85 mm, 200 枚	(株) ジャパックス チャック付きポリ袋 DG-4
		サンキョウプラテック (株) チャック付きポリ袋 ZD-04
		(株) 生産日本社 ユニパック0.04タイプ (チャック付ポリエチレン) D-4 タキロンシーアイ (株) サンジップ チャック付きポリ袋D-4 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	140 mm × 100 mm, 200 枚	(株) ジャパックス チャック付きポリ袋 EG-4
		サンキョウプラテック (株) チャック付きポリ袋 ZE-04
		(株) 生産日本社 ユニパック0.04タイプ (チャック付ポリエチレン) E-4 タキロンシーアイ (株) サンジップ チャック付きポリ袋E-4 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130633E		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
ビニール袋	230 mm ×340 mm, 100枚	(株) ジャパックス K-12 NO. 12規格袋 サンキョウプラテック (株) 規格袋 No. 12 FC-12 大倉工業 (株) OK袋 厚さ0.03 mm No. 12 (株) 三共 バラの規格袋 No. 12 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ポリエチレン (PE, LDPE, 又はL-LDPE) とする。
- b) 構造は、JIS Z 1711の箇条4に示す“平袋 (ボトムシール)”とする。
- c) 寸法は、規格によるものとし、許容差は、JIS Z 1711の6.2による。
- d) 色相は、透明とする。
- e) 入数は、規格による。
- f) 厚さ及びその他は、次による。

番号	規格	厚さ	その他
1	130 mm×250 mm, 100枚	0.03 mm	—
2	120 mm×85 mm, 200枚	0.04 mm	チャック付き袋
3	140 mm×100 mm, 200枚		
4	230 mm×340 mm, 100枚	0.03 mm	—

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001・4PRZ1C10002
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	ビニール袋	
規格		
仕様書番号	EM-T130633E	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、3、4

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	-	仕様書番号	
サンドペーパー，コーン，ミニ		EM-T130657E	
		作成	平成27年 4月 1日
		変更	令和 5年 3月13日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用研磨剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6520-101-2193-5	中目，60本
2	6520-101-2194-5	細目，60本

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称，表1の規格による。

例 サンドペーパー，コーン，ミニ，中目，60本

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 サンドペーパー, コーン, ミニ
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130657E		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用研磨剤	中目, 60本	大木化学工業(株) シャープミニ 中 60個 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	細目, 60本	大木化学工業(株) シャープミニ 細 60個 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 構造は、サンドペーパーをコーン状(円錐形)に巻き上げ形成したものとする。
- b) 研磨粒度は、規格による。
- c) 入数は、60個入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕 様 書 番 号
精製水	EM-T130663E	
	作 成	平成27年 9月 4日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する市販品の精製水について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6505-280-9061-5	500 mL
2	MSY5100000023	18 L

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 精製水, 500 mL

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 精製水
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 5年 3月13日
仕様書番号	EM-T130663E		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}	
精製水	500 mL	日医工(株) 精製水「Nikp」	500 mL
		共栄製薬(株) 精製水	500 mL
		健栄製薬(株) 精製水「ケンエー」	500 mL
		高杉製薬(株) 精製水	500 mL
		東海製薬(株) 精製水	500 mL
		中北薬品(株) 精製水	500 mL
		日興製薬(株) 精製水	500 mL
		山善製薬(株) 精製水	500 mL
		シオエ製薬(株) 精製水シオエ	500 mL
		吉田製薬(株) 精製水「ヨシダ」	500 mL
		丸石製薬(株) 精製水	500 mL
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	18 L	共栄製薬(株) 精製水	18 L
		健栄製薬(株) 精製水「ケンエー」	18 L
		小塚製薬(株) 精製水(蒸留水)	18 L
		日興製薬(株) 精製水	18 L
		シオエ製薬(株) 精製水 シオエ	18 L
		丸石製薬(株) 精製水	18 L
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された、“精製水”であり、医療用とする。
- b) 組成は、1 mL中に日本薬局方 精製水 1 mLを含有するものとする。
- c) 容量は、規格を標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
歯科用エレベータ	EM-T130714E	
	作成	平成30年 4月23日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用エレベータについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
✓ 1	6520-101-2003-5	直, No. 2
2	6520-101-2004-5	直, No. 3
3	6520-101-2005-5	直, No. 4
✓ 4	6520-101-2008-5	曲, No. 2
5	6520-101-2009-5	曲, No. 3
6	6520-280-8752-5	曲, No. 4
7	6520-280-8751-5	曲, No. 5
↓ 8	GM721267256	D型, NM, No. 2

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科用エレベータ, 直, No. 1

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2. 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品 名 歯科用エレベータ
規 格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

図1-個装表示

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130714E		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	注 記
歯科用エレベータ	直, No. 2	(株) YDM エレベーターB型 #2S (株) シオダ エレベーター #2直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3.5 mm
	直, No. 3	(株) YDM エレベーターB型 #3S (株) シオダ エレベーター #3直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3.0 mm
	直, No. 4	(株) YDM エレベーターB型 #4S (株) シオダ エレベーター #4直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2.5 mm
	曲, No. 2	(株) YDM エレベーターB型 #2C (株) シオダ エレベーター #2曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3.5 mm
	曲, No. 3	(株) YDM エレベーターB型 #3C (株) シオダ エレベーター #3曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3.0 mm
	曲, No. 4	(株) YDM エレベーターB型 #4C (株) シオダ エレベーター #4曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2.5 mm
	曲, No. 5	(株) YDM エレベーターB型 #5C (株) シオダ エレベーター #5曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2.0 mm
	D型, NM, No. 2	(株) YDM エレベーターD型 #NM2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	4.5 mm

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 形状は、各規格においてカタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形状を標準とする。
- b) 材料は、ステンレス鋼とする。
- c) 高圧蒸気滅菌が、可能なものとする。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130714E		
2 性能等 (続き)			
d) 先幅は、注記による。			

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	歯科用エレベータ	
規格		
仕様書番号	EM-T130714E	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、4、8

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
医療器材，小分け	EM-T150004E	
	作 成	平成28年 4月 6日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の医療器材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

医療器材

医療器材とは，次による。

- 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下，“医薬品医療機器等法”という。）第2条第4項で示すものであり，動物の疾病の診断，治療若しくは予防に使用されるもの及び動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とされているものを除くものとする。
- 医薬品医療機器等法第2条第5項，第6項及び第7項で示すものとする。
- 日本標準商品分類中分類66（医療用機器）及び86（医療用品及び関連製品）で示すものとする。

1.2.2

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.4

小分け

この仕様書においては，市販品を官側の要望する数量に分割することをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品医療機器等法（昭和35年法律第145号）

日本標準商品分類（平成2年6月改訂）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 小分け

小分けは、調達品目表による。

3.3 使用期限等

使用期限等は、調達品目表による。

3.4 調達品目

調達品目は、調達要領指定書において、調達品目表の調達品目の連番によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。ただし、自衛隊病院に直納する場合は、省略するものとする。

物品番号
品名
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号、品名及び規格は、調達品目表によるものとし、規格の記載がない場合は、ハイフンを表示するものとする。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T150004E		

1 調達品目

連番	物品番号	品名	規格	製造後 月数	数量	カタログ製品名
1	6850-283-2318-5	酵素系洗浄剤	-	6か月	1本	乾商事(株) メディボールEX 4kg 4 本

2 小分け

調達品目に示すカタログ製品を、調達品目表に示す数量単位に小分けするものとする。

3 使用期限等

使用期限等は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において調達品目で示す製造後月数以内の製品とする。ただし、調達品目で示す製造後月数以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	医療器材, 小分け	
規格		
仕様書番号	EM-T150004E	
<p>1.2.4 小分け</p> <p>指定事項 : 1本単位で納品するものとする。</p> <p>3.4 調達品目</p> <p>指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。</p> <p>連番 1</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6525-101-0332-5	仕様書番号
フィルム保存袋，歯科用	EM-T130198F	
	作成	平成11年 2月10日
	変更	平成29年 7月28日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用フィルム保存袋について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-101-0332-5
品名	フィルム保存袋, 歯科用
規格	100枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません。

平成 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成29年 7月28日
仕 様 書 番 号	EM-T130198F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用フィルム 保存袋	(株)博愛社 フィルム保存袋 (200×300 mm) 用 100枚 入
	(株)博愛社 フィルム袋 (パノラマ) 縦176×横310 1箱 500枚 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 撮影済歯科用X線フィルムを保存できる、紙製の袋とする。
- b) 寸法は、縦が176 mm～200 mm、横が300 mm～310 mmとする。
- c) 数量は、100枚入り又は100枚ごとに小分けするものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 5 - 1 0 1 - 0 3 5 3 - 5	仕 様 書 番 号
フイルム保存袋	EM-T130261F	
	作 成	平成11年 2月26日
	変 更	平成29年 3月10日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のX線フィルム袋について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-101-0353-5
品名	フィルム保存袋
規格	茶色, 半切用, 100枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成29年 3月10日
仕 様 書 番 号	EM-T130261F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
X線フィルム袋	(株)博愛社	X線フィルム袋 半切 8413 100枚入
	シンリョウ(株)	レントゲン袋 半切判 4110 100枚入
	日産紙工業(株)	レントゲンフィルム袋 半切 RL L-1 1箱(100枚入り)
	コニカミノルタジャパン(株)	撮影済フィルム保存袋 半切 10 0枚入
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、クラフト紙とする。
- b) 色相は、茶色系とする。
- c) 寸法は、縦440 mm～455 mm×横370 mm～385 mmとし、半切サイズのX線フィルムを保存できるものとする。
- d) 数量は、100枚入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	6 5 3 0 - 1 0 0 - 2 9 6 1 - 5	仕 様 書 番 号	
握力計		EM-T130497E	
		作 成	平成25年 4月24日
		変 更	平成30年 4月12日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の握力計について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6530-100-2961-5
品名	握力計
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成30年 4月12日
仕 様 書 番 号	EM-T130497E		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
握力計	トーエイライト(株) 握力計ST100 T-1780
	(株)エバリュウ 握力計ES-100 EKJ107
	秦運動工業(株) スメドレー型握力計 100 kg
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 測定方式は、スメドレー式とする。
- b) 測定範囲は、0 kg～100 kgとし、0.5 kgごとに目盛を有するものとする。
- c) 材料は、本体がポリカーボネートとする。
- d) 重量は、600 g以下とする。