

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 8 5 0 - 1 0 1 - 2 3 0 0 - 5	仕 様 書 番 号
即重合用筆洗浄剤	E M - T 1 3 0 0 0 5 J	
	作 成	平成10年 9月30日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の筆洗浄剤について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6850-101-2300-5
品名	即重合用筆洗浄剤
規格	100 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130005J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
筆洗浄剤	(株) ニッシン 即重用筆クリーナー セット内容 (液100 mL, 空ガラス容器, スポイト)
	サンメディカル (株) スーパーボンド 筆洗い液II 製品構成 (筆洗い液II 1本 (100 mL), 洗浄用ポット1個, ワンタッチキャップ1個) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p><b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 筆などに固着した、常温重合型レジンの除去ができるものとする。
- b) 内要品に、専用の洗浄容器を有するものとする。
- c) 容量は、100 mLを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 1 - 2 2 5 5 - 5	仕 様 書 番 号
トレー清浄剤	E M - T 1 3 0 0 2 2 J	
	作 成	平成10年 9月30日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のアルギン酸塩印象材清掃材について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-101-2255-5
品名	トレー清浄剤
規格	1.2kg
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住所  
会社名  
代表者名

契約番号

調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130022J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
アルギン酸塩印象材 清掃材	(株) 松風 スーパートレークリーナー 1.2 kg (計量 スプーン付)
	(株) ジーシー トレクリーン 粉末1.2 kg 付属品：計量 スプーン
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) トレーに付着したアルギン酸塩印象材を清掃できるものとする。
- b) 付属品として、計量スプーンを有するものとする。
- c) 形状は、粉末とする。
- d) 容量は、1.2 kg以上とする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	—	仕様書番号
う蝕検知液	EM-T130029J	
	作成	平成10年 9月30日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のう蝕検知液について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6850-101-2246-5	4 mL, 赤
2	GM721261324	4 mL, 青

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 う蝕検知液, 4 mL, 赤

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z00001の4.2による。

物品番号
品名 う蝕検知液
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130029J		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
う蝕検知液	赤, 4mL	クラレノリタケデンタル (株) カリエスディテクター 4mL 日本歯科薬品 (株) ニシカカリエスチェックレッド 4mL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	青, 4mL	日本歯科薬品 (株) ニシカカリエスチェックブルー 4mL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) う蝕象牙質感染層のみを、規格に示す“赤”又は“青”に染色することができる、う蝕検知液とする。
- b) 容量は、4 mL以上とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6510-101-2314-5	仕様書番号
伸縮管状包帯	EM-T130064J	
	作成	平成10年12月22日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のチューブ包帯について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6510-101-2314-5
品名	伸縮管状包帯
規格	ギプス用, 137 mm×18 m, 1巻
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130064J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
チューブ包帯	日本衛材 (株) チュービストッキーネ 5号
	イワツキ (株) キャストネット 5号
	(株) ムトウ WiSM ストッキネット (綿100%) 5号
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) ギプスの下巻きに適した伸縮性の管状包帯とする。
- b) 材料は、綿100%とする。
- c) 寸法は、幅137 mm～140 mm、長さ18 m以上とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6505-100-8372-5	仕様書番号
一般細菌試験紙	EM-T130084J	
	作成	平成10年12月22日
	変更	平成31年 3月26日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の一般細菌試験紙について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6505-100-8372-5
品名	一般細菌試験紙
規格	100枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、次による。

- 契約の相手方は、納品書に社内規格の試験法によって試験した社内試験成績書を添付するものとする。
- 契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、1個ごとに取扱い（使用）説明書を添付するものとする。
- 契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成31年 3月26日
仕 様 書 番 号	EM-T130084J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
一般細菌試験紙	柴田科学(株) 一般細菌試験紙 滅菌パック入 100枚 サン化学(株) 一般細菌数用簡易試験紙 SC-No. 3 100枚入り 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、発色剤としてTTCを主成分とした試験紙とし、容易に一般細菌の検査ができるものとする。
- b) 数量は、100枚入りとする。
- c) 製造者の規定する滅菌を施したのものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 0 5 - 1 0 0 - 0 8 7 4 - 5	仕 様 書 番 号
簡易赤痢菌型診断用血清	EM-T130094J	
	作 成	平成10年12月22日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の赤痢菌キットについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目とし

て許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後2か月以内とする。ただし、製造後2か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、b)及びGLT-CG-Z000001の4.1による。
- b) 個装は、調達品目表の表1に示す10種類を、1セットにまとめて包装するものとする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6505-100-0874-5
品名	簡易赤痢菌型診断用血清
規格	-
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、次による。

- a) 納品書に社内規格の試験法によって試験した社内試験成績書を添付するものとする。
- b) 納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130094J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>		
赤痢菌キ ット	デンカ生研(株)	赤痢菌免疫血清「生研」シリーズ	
		210012	志賀赤痢菌A多価 2 mL×1
		210036	フレキシネル赤痢菌B多価 2 mL×1
		210043	ボイド赤痢菌C多価 2 mL×1
		210081	ソンネ赤痢菌D多価 2 mL×1
		210210	フレキシネル赤痢菌 I型 2 mL×1
		210227	フレキシネル赤痢菌 II型 2 mL×1
		210234	フレキシネル赤痢菌 III型 2 mL×1
		210241	フレキシネル赤痢菌 IV型 2 mL×1
		210258	フレキシネル赤痢菌 V型 2 mL×1
	210265	フレキシネル赤痢菌 VI型 2 mL×1	
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)			
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

### 2 構成

構成は、次による。

表1-構成

番号	構 成 品 名	容 量	数 量
1	志賀赤痢菌A多価	2 mL	1
2	フレキシネル赤痢菌B多価	2 mL	1
3	ボイド赤痢菌C多価	2 mL	1
4	ソンネ赤痢菌D多価	2 mL	1
5	フレキシネル赤痢菌 I型	2 mL	1
6	フレキシネル赤痢菌 II型	2 mL	1
7	フレキシネル赤痢菌 III型	2 mL	1
8	フレキシネル赤痢菌 IV型	2 mL	1
9	フレキシネル赤痢菌 V型	2 mL	1
10	フレキシネル赤痢菌 VI型	2 mL	1

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130094J		
<b>3 性能等</b> 同等と判断する要求基準は次による。 a) 赤痢菌の血清型の判定ができるものとする。 b) 包装単位は、表1に示す10種類の製品を1セットとする。			

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 8 4 0 - 1 0 1 - 0 1 1 5 - 5	仕 様 書 番 号
殺 虫 剤 , ホ ウ 酸 , ゴ キ ブ リ 用	E M - T 1 3 0 2 2 8 J	
	作 成	平 成 1 1 年 2 月 2 6 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のホウ酸殺虫剤について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医薬部外品として製造（輸入）承認された製品とする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6840-101-0115-5
品名	殺虫剤, ホウ酸, ゴキブリ用
規格	16個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

#### 6 その他の指示

##### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

##### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書



調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6840-101-0114-5	仕 様 書 番 号
ネズミ捕獲シート	EM-T130229J	
	作 成	平成11年 2月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のネズミ捕獲用シートについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6840-101-0114-5
品名	ネズミ捕獲シート
規格	2個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住所  
会社名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130229J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
ネズミ捕獲用シート	アース製薬(株)    ネズミホイホイ    2個入
	大日本除虫菊(株)    ねずみハンター    2個入
	キング園芸(株)    強力ネズミとりハウスタイプ
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 効能は、ネズミ捕獲用とする。
- b) 性状は、粘着式とする。
- c) 入数は、2個入りとする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	6840-101-0113-5	仕様書番号
ゴキブリ捕獲シート	EM-T130230J	
	作成	平成 9年 3月17日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のゴキブリ捕獲用シートについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6840-101-0113-5
品名	ゴキブリ捕獲シート
規格	5個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130230J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
ゴキブリ捕獲用シート	アース製薬(株) ごきぶりホイホイ+デコボコシート 5枚 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 効能は、ゴキブリ捕獲用とする。
- b) 性状は、粘着式とする。
- c) 入数は、5セット入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 0 - 8 3 6 9 - 5	仕 様 書 番 号
両頭鋭匙	EM-T130353J	
	作 成	平成13年 4月 6日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用キュレットについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-8369-5
品名	両頭鋭匙
規格	No. 4
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130353J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用キュレット	(株) YMD 鋭匙 曲 #4
	(株) TDM 鋭匙 曲 #4
	(株) タスク 鋭匙 #4
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ステンレス鋼などの金属とする。
- b) 形状は、規格による。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	7 3 5 0 - 0 1 8 - 9 3 7 3 - 5	仕 様 書 番 号
コップ, 金属製	EM-T130401J	
	作 成	平成14年 4月 1日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の金属製コップについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

## 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	7350-018-9373-5
品名	コップ, 金属製
規格	-
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書



調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
ガターパーチャポイント	EM-T130505J	
	作 成	平成25年 4月24日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用根管充填ガッターパーチャポイントについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-8646-5	ISO25, 28 mm, 120本
2	6520-100-8647-5	ISO30, 28 mm, 120本
3	6520-100-8648-5	ISO35, 28 mm, 120本
4	6520-100-8649-5	ISO40, 28 mm, 120本
5	6520-100-9067-5	ISO45, 28 mm, 120本
6	6520-100-9068-5	ISO50, 28 mm, 120本
7	6520-100-9069-5	ISO55, 28 mm, 120本
8	6520-100-9070-5	ISO60, 28 mm, 120本
9	6520-100-9072-5	ISO70, 28 mm, 120本
10	6520-101-2151-5	細大, 150本
11	6520-101-2152-5	細中, 150本
12	6520-101-2153-5	細小, 150本
13	6520-101-2154-5	中大, 150本

表1-種類 (続き)

14	6520-101-2155-5	中中, 150本
15	6520-101-2156-5	中小, 150本

#### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び規格による。

例 ガターパーチャポイント, ISO.45, 28 mm, 120本

#### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 規格

JIS T 6515 歯科用根管充てん (填) ポイント

##### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和36年厚生省令第1号)

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造 (輸入) 承認された製品とする。

b) 医療機器として製造 (輸入) 承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造 (輸入) 品目として許可を受けているもの又は医療機器製造 (輸入) 製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 ガターパーチャポイント
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による

注記2 品名は仕様書の名称による。

注記3 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記4 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記5 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130505J		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用根管充填 ガッタパー チャポイント	ISO25, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #025 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #25 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO30, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #030 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #30 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO35, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #035 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #35 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO40, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #040 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #40 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO45, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #045 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #45 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO50, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #050 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #50 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130505J		

### 1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯科用根管充填ガッタパーチャポイント	ISO55, 28mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #055 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈カラーコード〉 #55 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO60, 28mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #060 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈カラーコード〉 #60 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO70, 28mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #070 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈カラーコード〉 #70 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	細大, 150本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 細大 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈アクセサリー〉 細大 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	細中, 150本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 細中 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈アクセサリー〉 細中 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	細小, 150本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 細小 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈アクセサリー〉 細小 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130505J		

### 1 調 達 品 目 ( 続 き )

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯科用根管充填ガッタパーチャポイント	中大, 150本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 大 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈アクセサリー〉 大 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	中中, 150本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 中 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈アクセサリー〉 中 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	中小, 150本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 小 (株)ジーシー ガターパーチャポイント〈アクセサリー〉 小 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

### 2 性 能 等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 品質は、JIS T 6515の箇条4に適合するものとする。
- b) 材料は、ガッタパーチャ、酸化亜鉛、重金属酸化物などで構成されているものとする。
- c) サイズ及び入数は、規格による。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6532-101-2268-5	仕様書番号
エプロン，歯科患者用	EM-T130019K	
	作成	平成10年 9月30日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の患者用エプロンについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

## 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6532-101-2268-5
品名	エプロン，歯科患者用
規格	ブルー，テープ付，100枚×5
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契 約 番 号

調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130019K		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
患者用エプロン	(株) ビーエスエーサクライ 両面テープ付きエプロン フローラ プラス (100枚入) ブルー, ケ ース
	(株) ニチエイ デンタルエプロン テープ付 10 0入×1 ブルー
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として  
例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 歯科患者に用いる, 使い捨てのエプロンとする。
- b) ワンタッチ式で止めることができる, テープを有するものとする。
- c) 寸法は, 縦560 mm×横430 mmを標準とする。
- d) 色相は, 青系とする。
- e) 数量は, 500枚とする。
- f) 包装入数は, 1包装ごとに5箱とし, 1箱ごとに100枚とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	-	仕 様 書 番 号
リーマ，根管用，CA用	EM-T130037K	
	作 成	平成10年 9月30日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用リーマについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1－種類

番号	物品番号	規格
1	6520-101-2226-5	No. 1, 4個
2	6520-101-2227-5	No. 2, 4個
3	6520-101-2228-5	No. 3, 4個

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 リーマ，根管用，CA用，No. 1，4個

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS T 5504 歯科用回転及び振動器具一軸

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法

律第145号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 リーマ、根管用、CA用
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示（続き）

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130037K		

### 1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯科用リーマ	No. 1, 4個	(株)デンテック RTPリーマ #1 4本入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	No. 2, 4個	(株)デンテック RTPリーマ #2 4本入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	No. 3, 4個	(株)デンテック RTPリーマ #3 4本入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

### 2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4の箇条4に規定する、軸部形式(タイプ)1、アングルハンドピース用(CA用)とする。
- b) 材料は、ステンレス鋼とする。
- c) 根管ポスト用で、先端の形状が半球形のものとする。
- d) 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)が、可能なものとする。
- e) 標準寸法は、次による。

単 位   mm

規 格	作 業 部 長	作 業 部 最 大 径	先 端 径	全 長
No. 1, 4個	9	1.35	0.92	33
No. 2, 4個	10	1.65	1.17	
No. 3, 4個	10	1.95	1.48	

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	6 5 0 5 - 1 0 0 - 8 3 7 1 - 5	仕 様 書 番 号	
大腸菌群試験紙		EM-T130085K	
		作 成	平成10年12月22日
		変 更	令和 5年 3月13日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の大腸菌群試験紙について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6505-100-8371-5
品名	大腸菌群試験紙
規格	100枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、次による。

- 納品書に社内規格の試験法によって試験した社内試験成績書を添付するものとする。
- 調達要領指定書によって指定する場合を除き、1個ごとに取扱い（使用）説明書を添付するものとする。
- 納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住所  
会社名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130085K		
<b>1 調達品目</b>			
品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>		
一般細菌試験紙	柴田科学(株) 大腸菌群試験紙 滅菌パック入 100枚 サン化学(株) 大腸菌群簡易試験紙 SC-No. 1 100枚 入り 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
<b>2 性能等</b>			
同等と判断する要求基準は次による。			
a) 機能は、大腸菌群が試験紙上で培養され、赤いスポットとして計数できるものとする。			
b) 入数は、100枚入りとする。			
c) 製造者の規定する滅菌を施したものとする。			

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 3 0 - 1 0 0 - 8 6 8 4 - 5	仕 様 書 番 号
発色ろ紙	EM-T130121K	
	作 成	平成10年12月22日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の発色ろ紙について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品が、納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6630-100-8684-5
品名	発色ろ紙
規格	100枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130121K		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
発色ろ紙	柴田科学(株) POVテスター3, 5型発色ろ紙 100枚入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 柴田科学(株)製のPOVテスター3及びPOVテスター5に使用できるものとする。
- b) 入数は、100枚入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 3 0 - 1 0 0 - 8 6 8 3 - 5	仕 様 書 番 号
過酸化物質測定用試液	EM-T130122K	
	作 成	平成10年12月22日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の過酸化物質測定用試薬について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品が、納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6630-100-8683-5
品名	過酸化物価測定用試液
規格	50 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130122K		

### 1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
過酸化物質測定用 試薬	柴田科学(株) POVテスター3, 5型 試薬 50 mL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 柴田科学(株)製のPOVテスター3及び5型に使用できるものとする。
- b) 容量は、50 mLを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 3 0 - 1 0 0 - 8 3 7 4 - 5	仕 様 書 番 号
P O V テ ス タ ー	E M - T 1 3 0 1 2 3 K	
	作 成	平 成 1 0 年 1 2 月 2 2 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の過酸化水素試験紙について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後1か月以内とする。ただし、製造後1か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6630-100-8374-5
品名	POVテスター
規格	50枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130123K		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
過酸化物価試験紙	柴田科学(株) POV試験紙(過酸化物価試験紙) 50枚入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<p>注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 寸法は、6.5 mm×6 mmを標準とする。
- b) 入数は、50枚入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
殺虫剤，エアゾール	EM-T130142K	
	作成	平成11年 2月10日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のエアゾール式殺虫剤について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6840-100-7924-5	ゴキブリ用
2	6840-100-8108-5	一般用

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 殺虫剤，エアゾール，300 mL

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医薬部外品として製造（輸入）承認された製品とする。

#### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 殺虫剤, エアゾール
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

### 6 その他の指示

#### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

## 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130142K		

### 1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
エアゾール式 殺虫剤	ゴキブリ用	フマキラー (株) ゴキファイタープロ ストロング 450 mL アース製薬 (株) ゴキジェットプロ 450 mL 大日除虫菊 (株) ゴキブリハンター 450 mL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	一般用	アース製薬 (株) アースジェット 300 mL 大日除虫菊 (株) キンチョール 300 mL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

### 2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 有効成分は、ピレスロイド系とする。
- b) 機能は、殺虫剤を霧状に噴射できるものとする。
- c) “殺虫剤、エアゾール、ゴキブリ用” は、次による。
  - 1) 性能は、特にゴキブリの駆除に高い効果を有するものとする。
  - 2) 容量は、450 mL以上とする。
- d) 殺虫剤、エアゾール、一般用” は、次による。
  - 1) 性能は、ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニの駆除に効果を有するものとする。
  - 2) 容量は、300 mL以上とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6840-287-6605-5	仕様書番号
防蚊剤	EM-T130149K	
	作成	平成11年 2月10日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の防蚊剤について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

## 2 一般的事項

“この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。”

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医薬部外品として製造（輸入）承認された製品とする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6840-287-6605-5
品名	防蚊剤
規格	30巻缶入
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

#### 6 その他の指示

##### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

##### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130149K		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
防蚊剤	フマキラー (株)      フマキラー蚊とり線香本練り      30巻缶入
	大日本除虫菊 (株)      金鳥の渦巻      30巻 (缶)
	アース製薬 (株)      アース渦巻香      30巻缶入
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 性能は、緑色のうずまき状の特有の臭気を有するものとし、効果時間は、6時間以上とする。
- b) 有効成分は、ピレスロイド系とする。
- c) 入数は、30巻缶入とする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	6550-288-2487-5	仕様書番号
ギムザ染色液	EM-T130383K	
	作成	平成14年 2月 8日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のギムザ染色液について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6550-288-2487-5
品名	ギムザ染色液
規格	100 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130383K		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>		
ギムザ染色液	武藤化学(株)	15002	ギムザ染色液 100 mL
	関東化学(株)	17596-23	ギムザ染色液 血液染色用 100 mL
	ナカライテスク(株)	37114-64	ギムザ染色液 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 用途は、悦液染色用とする。
- b) 性能は、核、リンパ球(細胞質及びアズール顆粒)、単球(原形質及びアズール顆粒)、好中球、好酸球、好塩基球、血小板及び赤血球の染色判別ができるものとする。
- c) 容量は、100 mLを標準とする。
- d) 使用期限は、12か月以上とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 5 0 - 2 8 8 - 2 4 8 8 - 5	仕 様 書 番 号
ラ イ ト 染 色 液	E M - T 1 3 0 4 0 4 K	
	作 成	平 成 1 5 年 2 月 1 4 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のライト染色液について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6550-288-2488-5
品名	ライト染色液
規格	100 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130404K		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
ライト染色液	武藤化学(株) ライト染色液 15032 100 mL
	関東化学(株) 45002-23 ライト染色液 血液染色用 100 mL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 用途は、血液染色用とする。
- b) 性能は、リンパ球(細胞質及び顆粒)、単球(原形質)、好中球、好酸球、好塩基球、血小板及び赤血球の染色判別ができるものとする。
- c) 容量は、100 mLを標準とする。
- d) 使用期限は、12か月以上とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6505-100-9314-5	仕様書番号
血液判定用血清, 抗D, RHコントロール付	EM-T130504K	
	作成	平成25年 4月24日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のRh式血液型キットについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、体外診断用医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による

#### 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6505-100-9314-5
品名	血液判定用血清, 抗D, RHコントロール付
規格	10 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1-個装表示

#### 6 その他の指示

##### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

##### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130504K		

### 1 調 達 品 目

品 名	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
R h 式 血 液 型 キ ャ ッ ト	富士フイルム和光純薬 (株) モノクローナル抗Dワコー 10 mL
	モノクローナル抗Dワコー用Rhコントロール 10 mL
	(株) イムコア Rh式血液型キット
	ガンマ クローン 抗D (IgM/IgG) 10 mL
	ガンマ クローン Rhコントロール 10 mL
積水メディカル (株)	Rh式血液型キット
	抗Dモノクロ「三光」 10 mL
	Rhコントロール「三光」 10 mL
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 構 成

構成は、次による。

表1-構成

番 号	構 成 品 名	容 量	数 量
1	抗D血液型判定用抗体	10 mL	1本
2	Rhコントロール	10 mL	1本

### 3 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) Rh<sub>o</sub> (D) 式血液型の判定ができるものとする。
- b) 容量は、各10 mLを標準とする。
- c) 包装単位は、表1に示す製品を1セットとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
医 薬 品 等	EM-T150001K	
	作 成	平成28年 4月 6日
	変 更	令和 6年 2月22日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医薬品等について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 医薬品等

医薬品等とは、次による。

- a) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項で示すものであり、動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されるものを除くものとする。
- b) 医薬品医療機器等法第2条第2項及び第14項で示すものとする。
- c) 日本標準商品分類中分類87（医薬品及び関連製品）で示すものとする。

#### 1.2.2

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.3

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本標準商品分類（平成2年6月改訂）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 使用期限等

使用期限等は、調達品目表による。

#### 3.3 ロット管理等

ロット管理されている納入品は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限が同一のものとする。

#### 3.4 調達品目

調達品目は、調達要領指定書において、調達品目表の調達品目の連番によって指定する。

### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。ただし、自衛隊病院に直納する場合は、省略するものとする。

物品番号
品名
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号、品名及び規格は、調達品目表による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

### 6 その他の指示

#### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

#### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150001K				
<b>1 調 達 品 目</b>					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
1	6505-100-5121-5	水溶性プレドニン2 0 mg	20 mg, 2 mL, 10管	12か月	塩野義製薬㈱ 水溶性プレドニン20 mg 10管
2	6505-100-6933-5	キシロカインゼリー 2 %	2 %, 30 mL, 5本	12か月	サンド㈱ キシロカインゼリー2 % [チュー ブ] 30 mL×5本
3	6505-100-7381-5	ガスコン錠40 m g	40 mg, 1 00錠	12か月	キッセイ薬品工業㈱ ガスコン錠40 mg 100錠(10 錠×10)
4	6505-100-7609-5	フロジン外用液 5 %	5 %, 30 mL, 10本	12か月	ニプロファーマ㈱ フロジン外用液5 % 30 mL×1 0
5	6505-100-7702-5	複方アズレン浴剤	18 kg	12か月	紀陽除虫菊㈱ ノボピンレッド 18 kg入り
6	6505-100-7911-5	簡易菌検出紙, ブド ウ球菌用	100枚	6か月	サン化学㈱ サンコリブドウ球菌簡易検出紙 1箱 100枚入
7	6505-100-7912-5	簡易菌検出紙, 大腸 菌群用	100枚	6か月	サン化学㈱ サンコリ大腸菌群簡易検出紙 1箱1 00枚入
8	6505-100-8773-5	キシロカインビスカ ス2 %	2 %, 100 mL	12か月	サンド㈱ キシロカインビスカス2 % [瓶]1 00 mL
9	6505-100-8861-5	アルメタ軟膏	0.1 %, 5 g, 10本	12か月	塩野義製薬㈱ アルメタ軟膏 チューブ5 g×10
10	6505-100-8877-5	生理食塩液PL「フ ソー」	100 mL, 10本	12か月	扶桑薬品工業㈱ 生理食塩液PL「フソー」 100 m L 10ポリアル (スタンダブル)

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処		
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 6年 2月22日		
仕様書番号	EM-T150001K				
1 調達品目 ( 続 き )					
連番	物品番号	品名	規格	製造後 月数	カタログ製品名
11	6505-100-9539-5	コールタイジン点鼻液	0.1%, 1 5 mL, 10 本	12か月	㈱陽進堂 コールタイジン点鼻液 15 mL 10本
12	6505-100-9677-5	ツムラ葛根湯エキス 顆粒 (医療用)	2.5 g, 1 89包	12か月	㈱ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2.5 g×189包
13	6505-100-9679-5	ツムラ小青竜湯エキ ス顆粒 (医療用)	3.0 g, 1 89包	12か月	㈱ツムラ ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用) 3.0 g×189包
14	6505-100-9889-5	大塚生食注	20 mL, 5 0管	12か月	㈱大塚製薬工場 大塚生食注 20 mL 50管プラ スチックアンプル入り
15	6505-100-9922-5	メイロン静注7%	7%, 20m L, 10管	9か月	㈱大塚製薬工場 メイロン静注7% 20 mL 10 管 プラスチックアンプル入り
16	6505-101-0134-5	ドグマチール錠50 mg	50 mg, 1 00錠	12か月	日医工㈱ ドグマチール錠50 mg 100錠 (10錠×10)
17	6505-101-0174-5	アルロイドG内用液 5%	600 mL, 5本	12か月	カイゲンファーマ㈱ アルロイドG内用液5% 600 mL ×5本
18	6505-101-0191-5	アトラント外用液 1%	1%, 10m L, 20本	12か月	久光製薬㈱ アトラント外用液1% 10 mL× 20
19	6505-101-0192-5	ニゾラルクリーム 2%	2%, 10 g, 20本	12か月	ヤンセンファーマ㈱ ニゾラルクリーム2% 10 g× 20
20	6505-101-0208-5	アローゼン顆粒	0.5 g, 6 00包	12か月	㈱ポーラファルマ アローゼン顆粒 (0.5 g) 60 0包 (0.5 g×4連×15×10)

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処		
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 6年 2月22日		
仕様書番号	EM-T150001K				
1 調達品目 ( 続 き )					
連番	物品番号	品名	規格	製造後 月数	カタログ製品名
21	6505-101-0209-5	トレランG液75 g	75 g, 22 5 mL, 20 本	12か月	エイワイファーマ(株) トレランG液75 g 225 mL ×20瓶
22	6505-101-0212-5	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」	2%, 300 mL, 1本	12か月	堀井薬品工業(株) ジメチコン内用液2%「ホリイ」 3 00 mL (ポリ瓶)
23	6505-101-0262-5	尿検査試験紙, 10 項目用	100枚	6か月	シーメンスヘルスケア・ダイアグノス ティクス(株) N-マルティスティックスSG-L 100枚
24	6505-101-0289-5	ウエルパス手指消毒 液0.2%	0.2%, 1 L	12か月	丸石製薬(株) ウエルパス手指消毒液0.2% 1 L
25	6505-101-0346-5	インジゴカルミン注 20mg「AFP」	5 mL×1 0管	12か月	アルフレッサファーマ(株) インジゴカルミン注20mg「AF P」 (5 mL) 10アンプル
26	6505-101-1845-5	コンスタン0.4 m g錠	0.4 mg, 100錠	12か月	武田薬品工業(株) コンスタン0.4 mg錠 100錠 (10錠×10)
27	6505-101-1852-5	キシロカイン液 「4%」	4%, 100 mL	12か月	サンド(株) キシロカイン液「4%」 [瓶]100 mL
28	6505-101-1854-5	サンコバ点眼液0. 02%	0.02%, 5 mL, 10 本	12か月	参天製薬(株) サンコバ点眼液0.02% プラスチ ック点眼容器 5 mL×10本
29	6505-101-1855-5	チラーヂンS錠50 μg	50 μg, 1 00錠	12か月	あすか製薬(株) チラーヂンS錠50 μg 100錠 (10錠×10)
30	6505-101-1868-5	ステリハイドL20 W/V%液	20%, 50 0 mL	12か月	丸石製薬(株) ステリハイドL20 W/V%液 5 00 mL (緩衝化剤150 mL添付)

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150001K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
31	6505-101-2322-5	MS温シップ「タイ ホウ」	20 g × 5 枚, 10包	12か月	岡山大鵬薬品(株) MS温シップ「タイホウ」 20 g
32	GK711279230	キンカン	55 mL	12か月	(株)金冠堂 キンカン 55 mL
33	6505-280-9060-5	硫酸バリウム	300 g, 3 0本	12か月	(株)伏見製薬所 バリトゲンHD 300 g × 30本
34	6505-280-9077-5	サホライド液歯科用 38%	5 mL	12か月	東洋製薬化成(株) サホライド液歯科用38% 5 mL
35	6505-282-4337-5	キシロカイン注ポリ アンプル1%	1%, 10m L, 10管	12か月	サンド(株) キシロカイン注ポリアンプル1% [ア ンプル]10 mL × 10管
36	6505-282-4460-5	尿中糖たん白潜血ウ ロ試験紙	50枚	12か月	ロシュ・ダイアグノスティックス(株) Comburテスト4 50枚
37	6505-282-4478-5	サンリズムカプセル 50 mg	50 mg, 1 00カプセル	12か月	第一三共(株) サンリズムカプセル50 mg (PT P) 100カプセル
38	6505-282-6601-5	メルカゾール錠5 mg	5 mg, 50 0錠	12か月	あすか製薬(株) メルカゾール錠5 mg 500錠(P TP)
39	6505-283-0008-5	C型肝炎抗体検出キ ット	40回用	6か月	(株)ミズホメディ オーソ クイックチェイサーHCV Ab・テストプレート 40回用 (1 テスト × 40)
40	6505-283-2029-5	ディスオーバ消毒液 0.55%	0.55%, 3.8 L	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) ディスオーバ消毒液0.55% 3.8 L

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150001K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
41	6505-287-0192-5	MS冷シップ「タイ ホウ」	20 g × 5 枚, 10包	12か月	岡山大鵬薬品(株) MS冷シップ「タイホウ」 20 g
42	6505-287-1183-5	0.02%ヘキザッ ク水W	0.02%, 250 mL	12か月	吉田製薬(株) 0.02%ヘキザック水W 250 mL
43	6505-287-1184-5	0.05%ヘキザッ ク水W	0.05%, 250 mL	12か月	吉田製薬(株) 0.05%ヘキザック水W 250 mL
44	6505-287-1185-5	0.5%ヘキザック アルコール液	0.5%, 5 00 mL	12か月	吉田製薬(株) 0.5%ヘキザックアルコール液 5 00 mL
45	6505-287-1779-5	プリビシー液0. 02%	0.02%, 500 mL	12か月	(株)大塚製薬工場 プリビシー液0.02% 500 mL 1本 プラスチック容器入り
46	6505-287-1780-5	消毒用エタプロコ ール	500 mL	12か月	日興製薬(株) 消毒用エタプロコール 500 mL
47	6505-287-1988-5	ソルデム3AG輸液	500 mL, 20管	12か月	テルモ(株) ソルデム3AG輸液, 500 mL × 2 0袋
48	6505-287-1989-5	ソルデム3A輸液	500 mL, 20管	12か月	テルモ(株) ソルデム3A輸液 500 mL × 2 0袋
49	6505-287-1993-5	フェルビナクスチ ック軟膏3%「三笠」	40 g, 10 本	12か月	三笠製薬(株) フェルビナクスチック軟膏3%「三 笠」 40 g × 10本
50	6505-287-3670-5	ベノキシール点眼液 0.4%	0.4%, 1 0 mL	12か月	参天製薬(株) ベノキシール点眼液0.4% プラス チック点眼容器 10 mL

## 調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150001K				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
51	6505-287-4924-5	アズノールうがい液 4 %	5 mL, 10 本	12か月	㈱日本点眼薬研究所 アズノールうがい液4 % 5 mL× 10
52	6505-287-6762-5	アフタッチ口腔用貼 付剤25 μg	25 μg, 1 00錠	12か月	アルフレッサファーマ㈱ アフタッチ口腔用貼付剤25 μg PTP 100錠(10錠×10)
53	6505-288-2474-5	キシロカインポンプ スプレー8 %	80 g	12か月	サンド㈱ キシロカインポンプスプレー8 % [瓶]80 g
54	6505-288-2479-5	スポンゼル	2.5 cm× 5 cm, 3枚	12か月	LTLファーマ㈱ スポンゼル(2.5 cm×5 cm) 3枚入
55	6505-288-3314-5	ヘキザックAL 1 %綿棒12	1本入×50	9か月	吉田製薬㈱ ヘキザックAL1 %綿棒12. 1本 入×50
56	6505-289-0463-5	ラクテック注	500 mL, 20袋ソフト バッグ	12か月	㈱大塚製薬工場 ラクテック注 500 mL 20袋 ソフトバッグ入り
57	6505-289-0465-5	大塚生食注	500 mL, 20袋ソフ トバッグ	12か月	㈱大塚製薬工場 大塚生食注 500 mL 20袋 ソフトバッグ入り
58	6505-289-0466-5	大塚糖液5 %	500 mL, 20袋ソフ トバッグ	12か月	㈱大塚製薬工場 大塚糖液5 % 500 mL 20袋 ソフトバッグ入り
59	6505-290-6551-5	トラベルミン配合錠	100錠	12か月	サンノーバ㈱ トラベルミン配合錠 100錠(P T P)
60	6505-291-3638-5	ジフルブレドナート 軟膏0.05 % 「イワキ」	5 g, 10本	12か月	岩城製薬㈱ ジフルブレドナート軟膏0.05 % 「イワキ」 5 g×10

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150001K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
61	6505-291-3640-5	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリ ンジ「明治」	1%, 2.5 mL, 10筒	12か月	Meiji Seika ファルマ(株) ヒアルロン酸Na関節注25mgシ リンジ「明治」(プラスチックシリ ンジ・ロックあり)
62	6505-291-3787-5	リマプロストアルフ アデクス錠5μg 「サワイ」	5μg, 2.1 0錠	12か月	沢井製薬(株) リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」 210錠(21錠 ×10) PTP
63	6505-291-3788-5	ロフラゼブ酸エチル 錠1mg「サワイ」	1mg, 10 0錠	12か月	沢井製薬(株) ロフラゼブ酸エチル1mg「サワイ」 100錠(10錠×10) PTP
64	6505-291-3794-5	ブテナフィン塩酸塩 液1%「トーワ」	1%, 10 mL, 20本	12か月	東和薬品(株) ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 10mL×20本
65	6505-291-3799-5	デルモゾールGロー ション	0.12%, 10mL, 10本	12か月	岩城製薬(株) デルモゾールGローション 10mL×10本
66	6505-291-3801-5	ヘパリン類似物質ク リーム0.3%「日 医工」	0.3%, 2 5g, 10本	12か月	帝國製薬(株) ヘパリン類似物質クリーム0.3% 「日医工」
67	6505-291-7665-5	ヒアルロン酸Na点 眼液0.1%「セン ジュ」	0.1%, 5 mL, 10本	12か月	千寿製薬(株) ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「セ ンジュ」
68	6505-292-3306-5	ドキサゾン錠1 mg「サワイ」	1mg, 10 0錠	12か月	沢井製薬(株) ドキサゾン錠1mg「サワイ」 100錠(10錠×10)
69	6505-292-3320-5	フルオロメトロン点 眼液0.1%「セン ジュ」	0.1%, 5 mL, 10本	12か月	千寿製薬(株) フルオロメトロン点眼液0.1%「セ ンジュ」 5mL×10
70	6508-287-4295-5	石けん、液体、手洗 用、泡ポンプ付	1kg	12か月	サラヤ(株) シャボネットユ・ムP-5 1kg泡 ポンプ付 23358

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150001K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
71	6508-287-8338-5	液 体 石 け ん , ポ ン プ 付	2 5 0 m L	1 2 か 月	レ キ ッ ト ベ ン キ ー ザ ー ・ ジ ャ ぱ ン (株) 液 体 ミ ュ ー ズ オ リ ジ ナ ル 本 体 2 5 0 m L
72	6510-100-7741-5	液 状 絆 創 膏	1 1 m L	1 2 か 月	(株) 東 京 甲 子 社 コ ロ ス キ ン 1 1 m L
73	6840-100-8930-5	く ん 煙 殺 虫 剤	2 5 立 方 メ ー ト ル 用	1 2 か 月	レ ッ ク (株) バ ル サ ン S P 2 0 g
74	6840-101-1947-5	電 子 蚊 取 器 , 液 剤 式	コ ー ド 付	1 2 か 月	ア ー ス 製 薬 (株) ア ー ス ノ ー マ ッ ト 6 0 日 セ ッ ト
75	6840-101-1948-5	蚊 取 剤 , 電 子 蚊 取 器 用	6 0 日 用	1 2 か 月	ア ー ス 製 薬 (株) ア ー ス ノ ー マ ッ ト 取 替 え ボ ト ル 6 0 日 用 無 香 料 4 5 m L ボ ト ル × 1 本
76	6840-287-8330-5	サ フ ロ チ ン M C 懸 濁 液	2 L × 2 個	9 か 月	日 本 化 薬 (株) サ フ ロ チ ン M C 2 L ボ ト ル × 2
77	GK711261456	ク ロ ベ タ ザ ー ル プ ロ ピ オ ン 酸 エ ス テ ル 軟 膏 0 . 0 5 % 「 M Y K 」	0 . 0 5 % , 5 g , 1 0 本	1 2 か 月	前 田 薬 品 工 業 (株) ク ロ ベ タ ザ ー ル プ ロ ピ オ ン 酸 エ ス テ ル 軟 膏 0 . 0 5 % 「 M Y K 」 5 g × 1 0
78	GK711264281	ド キ ン ビ 水 虫 液	2 0 m L	1 2 か 月	松 浦 薬 業 (株) ド キ ン ビ 水 虫 液 2 0 m L
79	GK711276647	ク ロ モ グ リ ク 酸 N a 点 眼 液 2 % 「 V T R S 」	1 0 0 m g , 5 m L , 1 0 本	1 2 か 月	マ イ ラ ン E P D 合 同 会 社 ク ロ モ グ リ ク 酸 N a 点 眼 液 2 % 「 V T R S 」 5 m L × 1 0 瓶
80	GK711276663	ラ メ ル テ オ ン 錠 8 m g 「 武 田 テ バ 」	8 m g , 1 0 0 錠	1 2 か 月	武 田 テ バ フ ァ ー マ (株) ラ メ ル テ オ ン 錠 8 m g 「 武 田 テ バ 」 P T P 包 装 1 0 0 錠 ( 1 0 錠 × 1 0 )

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日
仕 様 書 番 号	EM-T150001K		

1 調 達 品 目 (続 き)

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
81	GK711276664	液 体 石 け ん, 詰 替 用	4 5 0 m L	1 2 か 月	レキットベンキーザー・ジャパン(株) 液 体 ミ ュ ー ズ オ リ ジ ナ ル 詰 替 パ ッ ク 4 5 0 m L
82	GM741260719	B 型 肝 炎 ウ イ ル ス 表 面 抗 原 検 出 キ ャ ッ ト	2 0 検 体	1 か 月	富 士 レ ビ オ (株) エ ス プ ラ イ ン H B s A g 1 0 テ ス ト × 2
83	GM741260720	B 型 肝 炎 ウ イ ル ス 表 面 抗 体 検 出 キ ャ ッ ト	2 0 検 体	1 か 月	富 士 レ ビ オ (株) エ ス プ ラ イ ン H B s A b - N 1 0 テ ス ト × 2

2 使 用 期 限 等

使用期限等は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において調達品目で示す製造後月数以内の製品とする。ただし、調達品目で示す製造後月数以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001・4PRZ1C10002・4PRZ1C10003
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	医薬品等	
規格		
仕様書番号	EM-T150001K	
<p>3.4 調達品目</p> <p>指定事項： 今回の要求に限り、次の連番を調達する。</p> <p>連番 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25、26、27、28、29、31、32、33、34、35、36、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、77、78、79、81、82、83</p> <p>5.2 包装の表示</p> <p>指定事項： 今回の要求に限り、次の連番の図1一個装表示を省略する。</p> <p>連番 1、2、3、4、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、26、27、28、29、31、32、34、35、38、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、72、77、78、79</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号	
医 療 器 材		EM-T150002K	
		作 成	平成28年 4月 6日
		変 更	令和 6年 2月22日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医療器材について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1.

##### 医療器材

医療器材とは、次による。

- a) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項で示すものであり、動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されるもの及び動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とされているものを除くものとする。
- b) 医薬品医療機器等法第2条第5項、第6項及び第7項で示すものとする。
- c) 日本標準商品分類中分類66（医療用機器）及び86（医療用品及び関連製品）で示すものとする。

#### 1.2.2

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.3

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本標準商品分類（平成2年6月改訂）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 使用期限等

使用期限等は、調達品目表による。

#### 3.3 調達品目

調達品目は、調達要領指定書において、調達品目表の調達品目の連番によって指定する。

### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。ただし、自衛隊病院に直納する場合は、省略するものとする。

物品番号
品名
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号、品名及び規格は、調達品目表による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

### 6 その他の指示

#### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

#### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処		
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 6年 2月22日		
仕様書番号	EM-T150002K				
1 調達品目					
連番	物品番号	品名	規格	製造後 月数	カタログ製品名
1	6505-100-9092-5	希釈液, 自動血球計算装置用	10 L	1.2か月	シスメックス㈱ セルパック (II) 10 L
2	6505-100-9954-5	喀痰固定液, 青キャップ	30 mL	1か月	武藤化学㈱ YM式喀痰固定液ニューLタイプ 30 mL
3	6505-100-9955-5	喀痰固定液, 青キャップ	30 mL, 30個	1か月	武藤化学㈱ YM式喀痰固定液ニューLタイプ 30 mL×30本
4	6505-101-0367-5	標本固定剤, スプレー式	8.0 mL	6か月	アルフレッサファーマ㈱ サイトキープII 80 mL
5	6510-101-2240-5	伸縮包帯, 粘着性	5.0 cm×5 m, 6個	12か月	アルケア㈱ エラテックス 5号 5.0 cm×5 m 6巻
6	6510-101-2241-5	伸縮包帯, 粘着性	10.0 cm×5 m, 3個	12か月	アルケア㈱ エラテックス 10号 10.0 cm×5 m 3巻
7	6510-283-2329-5	穿刺部被覆保護材, Sサイズ	1000枚	12か月	ニチバン㈱ チューシャバン Sサイズ
8	6510-287-4296-5	救急絆創膏	5.0 mm×75 mm, 50枚入	12か月	アルケア㈱ デルマポアドレッシング 2号 1箱 50枚入り
9	6510-287-4297-5	救急絆創膏	100 mm×160 mm, 20枚入	12か月	アルケア㈱ デルマポアドレッシング 5号 1箱 20枚入り
10	6515-100-5684-5	単回使用パッド入り副木	アルミ製, 75 mm×400 mm, 6個	12か月	アルケア㈱ アルフェンス3号 6枚/箱

## 調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002K				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
11	6515-100-5685-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 13 mm× 200 mm, 24個	12か月	アルケア㈱ アルフェンス10号 24枚/箱
12	6515-100-5686-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 18 mm× 400 mm, 12個	12か月	アルケア㈱ アルフェンス12号 12枚/箱
13	6515-100-5687-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 25 mm× 400 mm, 12個	12か月	アルケア㈱ アルフェンス13号 12枚/箱
14	6515-100-9400-5	心電図記録紙, 折た たみ式	145 mm ×100 m	12か月	フクダ電子㈱ 感熱記録紙 145 mm×150 m m×100 m OP-383TE
15	6515-100-9959-5	汎用針付注射筒	2.5 mL, 23 G, 2.5 mm, R・B, 100本	12か月	テルモ㈱ テルモシリンジ注射針付SS-0.2S Z2325 2.5 mL 23 G
16	6515-101-0327-5	四肢用電極, 心電計 用	成人用, 4個	12か月	フクダ電子㈱ エーカークリップ TE-43 成人 用 4個/箱入セット
17	6515-101-0328-5	胸部用電極, 心電計 用	成人用, 6個	12か月	フクダ電子㈱ 胸部電極 TE-01 成人用 6個 /箱
18	6515-101-2221-5	縫合針, ナイロン糸 付, 外科用, 弱弯, 逆 三角針	1号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ エチロン 698G 1箱
19	6515-101-2222-5	縫合針, ナイロン糸 付, 外科用, 弱弯, 逆 三角針	2号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ エチロン 662G 1箱

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
20	6515-101-2238-5	四肢電極用パッド	400個	12か月	フクダ電子㈱ エコーパッド(四肢電極用) OJ-0 9 25パック 100個入 4個
21	6515-101-2250-5	腰部固定帯	LL	12か月	アルケア㈱ サクロフィックス LL No. 10 661
22	6515-101-2251-5	腰部固定帯	L	12か月	アルケア㈱ サクロフィックス L No. 106 62
23	6515-101-2282-5	持針器, ペリオ	直	12か月	㈱YDM 持針器 ペリオ 直 14-506
24	6515-101-2304-5	縫合針, 絹糸付, 外科 用, 弱弯, 逆三角針	1号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ シルク 640 G 12本
25	6515-101-2305-5	縫合針, ナイロン糸 付, 歯科用, 弱弯, 丸 針	12本	12か月	アルフレッサファーマ㈱ ネオブレード・N MET 1604 BA 50
26	6515-101-2307-5	心電図記録紙	5巻	12か月	フクダ電子㈱ 感熱記録紙 210 mm×30 m OP-69TE 5巻入
27	6515-280-9297-5	記録紙, 心電図解析 用	210 mm ×100 m	12か月	フクダ電子㈱ 記録紙 心電図解析用 210 mm ×295 mm×100 m OP-6 21TE
28	6515-280-9298-5	輸液セット, 翼状針 付	50個	9か月	テルモ㈱ テルフュージョン輸液セット TI- U350P05 50セット/箱
29	6515-281-8412-5	腰部固定帯	中, 75~9 0 cm	12か月	アルケア㈱ サクロフィックス M 10663 1個入

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
30	6515-283-2316-5	輸血セット, プラスチック製	ロックコネクタ付, 50本	12か月	テルモ㈱ テルフュージョン輸血セット TB-U300L 50セット/箱
31	6515-287-8328-5	胸部電極用パッド	150個	12か月	フクダ電子㈱ エコーパッド OJ-06 (胸部電極用) 25パック 150個入
32	6515-287-8329-5	四肢電極用パッド	100個	12か月	フクダ電子㈱ エコーパッド OJ-09 (四肢電極用) 25パック 100個入
33	6515-290-5611-5	ペースト, バドル用	100g × 2本入	9か月	日本光電工業㈱ ゲルエイド Z-101BA
34	6515-290-6556-5	酵素系中性洗剤	4L, 1本	9か月	宮野医療器㈱ マストザイム M-0104 4L
35	6520-100-7773-5	酸化亜鉛ユージノールセメント, 粉末	60g	12か月	ネオ製薬工業㈱ ネオダイン-α 粉末 60g
36	6520-100-7774-5	酸化亜鉛ユージノールセメント, 液	10mL	12か月	ネオ製薬工業㈱ ネオダイン-α 液 10mL
37	6520-100-8630-5	ビニールシリコン印象材	パテタイプ, 1000g	12か月	㈱ジーシー エクザファイン (パテタイプ)
38	6520-100-8949-5	石膏溶解液	1L	12か月	㈱松風 スーパーメルト 1L
39	6520-100-8964-5	ワックス, レッド	100g	12か月	㈱ジーシー ユーティリティーワックス レッド 1函48本=100g

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
40	6520-100-9058-5	チップ, 注入器用	小, 100個	12か月	㈱YDM コンポジットシリンジ ノズルS 100入 13190
41	6520-100-9059-5	チップ, 注入器用	大, 100個	12か月	㈱YDM コンポジットシリンジ ノズルL 100入 13188
42	6520-100-9060-5	適合試験材, 義歯用	-	9か月	㈱ジーシー フィットチェッカー アドバンス チューブタイプ
43	6520-100-9274-5	エッチング材	6 mL	9か月	クラレノリタケデンタル㈱ KエッチャントGEL 6 mL
44	6520-100-9947-5	歯科汎用アクリル系 レジン	液, 100 g	12か月	㈱ジーシー ユニファストⅢ 液
45	6520-100-9948-5	歯科汎用アクリル系 レジン	A3, 粉35 g	12か月	㈱ジーシー ユニファストⅢ 粉末 A3 1個= 35 g
46	6520-101-2134-5	歯科印象採得用トレ ー	上顎用, 大	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム A 上顎用 19-381
47	6520-101-2135-5	歯科印象採得用トレ ー	上顎用, 中	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム B 上顎用 19-384
48	6520-101-2137-5	歯科印象採得用トレ ー	下顎用, 大	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム A 下顎用 19-382
49	6520-101-2138-5	歯科印象採得用トレ ー	下顎用, 中	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム B 下顎用 19-385

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日
仕 様 書 番 号	EM-T150002K		

1 調 達 品 目 ( 続 き )

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
50	6520-101-2140-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, No. 10	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム #10 (上顎 左側, 下顎右側用) 19-391
51	6520-101-2141-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, No. 1.1	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム #11 (上顎 右側, 下顎左側用) 19-392
52	6520-101-2142-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, No. 1.2	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム #12 (上顎 左側, 下顎右側用) 19-394
53	6520-101-2143-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, No. 1.3	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム #13 (上顎 右側, 下顎左側用) 19395
54	6520-101-2233-5	ガラスアイオノマー 裏装剤, 光重合型	20本	12か月	㈱ヨシダ アイオノジットベースライナー 0. 3 g入り×20本
55	6520-101-2252-5	ユニファースト, フ イットシール用筆	10本	12か月	㈱ジーシー 共用小筆 No. 4 10本入り
56	6520-101-2257-5	歯科接着用レジンセ メント	セット	9か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド C&Bセット
57	6520-101-2258-5	キャタリスト液	0.7 mL	9か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド キャタリストV 0.7 mL
58	6520-101-2260-5	モノマー液	10 mL	12か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド モノマー液 10 mL
59	6520-101-2261-5	ポリマー粉末	クリアー, 3 g	12か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド ポリマー粉末 クリ アー 3 g

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
60	6520-101-2264-5	水酸化カルシウム覆 罩材	セット	9 月	デンツプライシロナ(株) ダイカル 1-1セット アイボリー 色
61	6520-101-2278-5	仮封用常温重合レジ ン	粉 5 0 g	1 2 月	(株)ジーシー フィットシール 粉末1本=50 g
62	6520-101-2279-5	仮封用常温重合レジ ン	液 1 5 m L × 2 本	1 2 月	(株)ジーシー フィットシール 液1本=30 g (1 5 g × 2)
63	6520-101-2280-5	仮着剤, 非ユージノ ール系	セット	1 2 月	(株)ジーシー フリージノールテンポラリーパック セット
64	6520-101-2294-5	寒天印象材, 連合印 象用	6 0 本	6 月	(株)ジーシー アローマロイドシリンジタイプ 1 函 = 6 0 本 入 ( 5 / 1 6 インチ)
65	6520-101-2302-5	歯科汎用アクリル系 レジ ン	ピンク, 粉 3 5 g	1 2 月	(株)ジーシー ユニファストⅢ 粉末=35 g 1 本
66	6520-280-9584-5	カートリッジディス ペンサーⅡ	-	1 2 月	(株)ジーシー カートリッジディスペンサーⅡ
67	6520-280-9585-5	ミキシングチップ, 歯科用	SS, 6 0 本	1 2 月	(株)ジーシー ミキシングチップⅡ SS(イエロー) 6 0 本
68	6520-280-9586-5	ミキシングチップ, 歯科用	L, 6 0 本	1 2 月	(株)ジーシー ミキシングチップⅡ L(グリーン) 6 0 本
69	6520-280-9659-5	歯科支台築造用グラ スポリアルケノエー トセメント, セット	デンティン	1 2 月	(株)松風 松風ベースセメント デンティン 1 - 1 セット

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処		
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 2月22日		
仕 様 書 番 号	EM-T-150002K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
70	6520-280-9660-5	仮封仮着用カルボン酸系セメントセット, ソフト	ホワイト	12か月	㈱松風 ハイボンド テンポラリーセメント ソフト セット ホワイト
71	6520-280-9661-5	仮封仮着用カルボン酸系セメントセット, ハード	ホワイト	12か月	㈱松風 ハイボンド テンポラリーセメント (ハード) セット ホワイト
72	6520-280-9672-5	コップ受, 歯科用	3個	12か月	㈱吉田製作所 Nカップ 3個入
73	6520-280-9673-5	注射針廃棄容器, 歯科用	-	12か月	テルモ㈱ 廃棄ボトル S (テルモ歯科注射針専用)
74	6520-280-9674-5	注射針廃棄蓋, 歯科用	-	12か月	テルモ㈱ 廃棄ボトル S リリース用フタ II (ワンタッチカートリッジシリンジ II用 セフティーナDNシステム)
75	6520-283-1454-5	超速硬性常温重合レジン	2-1セット	12か月	㈱ジーシー ユニファストIII
76	6520-283-1455-5	酸化亜鉛ユージノールセメントセット	-	12か月	ネオ製薬工業㈱ ネオダイン®-α 1-1セット
77	6520-284-5837-5	コンポジット充填用注入器	ノズルLサイズ付	12か月	㈱YDM コンポジットシリンジタイプ2 L 13251
78	6520-284-5838-5	コンポジット充填用注入器	ノズルSサイズ付	12か月	㈱YDM コンポジットシリンジタイプ2 S 13252
79	6520-287-4418-5	歯科接着用レジンセメント	ミキシングタイプ, ユニバーサル	12か月	クラレノリタケデンタル㈱ SルーティングMulti

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T.150002K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
80	6520-287-6600-5	ビニールシリコン印 象材, 一体型	インジェクシ ョンタイプ, 64 g×2	12か月	備ジーシー エクザミックスファインカートリッジ <インジェクションタイプ>
81	6520-287-6601-5	ビニールシリコン印 象材, 一体型	レギュラータ イプ, 64 g×2	12か月	備ジーシー エクザミックスファインカートリッジ <レギュラータイプ>
82	6520-287-6603-5	根管洗浄剤, 無機塩 用	18 g, 1本	12か月	プレミア社 RCプレップ (ポンプタイプ) 18 g入
83	6520-288-3316-5	低流動歯科充填用コ ンポジットレジン	A.3	12か月	備ジーシー グレースフィルゼロフロー A.3 1 mL
84	6520-288-3317-5	低流動歯科充填用コ ンポジットレジン	A.3.5	12か月	備ジーシー グレースフィルゼロフロー A.3.5 1 mL
85	6520-290-3063-5	歯科用支台築造材料 キット, デュアルキ ュア型	—	9か月	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィル DC コアオートミックス ONE
86	6520-290-3069-5	歯科接着用レジンセ メント	液, 10mL	12か月	サンメディカル(株) スーパーボンド クイックモノマー液
87	6520-290-6553-5	ミキシングチップ用 ノズル, 歯科用	SS, 100 本	12か月	備ジーシー ミキシングチップSS用ノズル
88	6520-290-6555-5	ビニールシリコン印 象材, 咬合採得用	81 g, 2個	12か月	備ジーシー エグザバイトⅢ 2カートリッジ81 g (48 mL) 2本 ミキシングチッ プⅡ (L・S各3本)
89	6525-100-8957-5	X線フィルム, 歯科 用	150 mm ×300 m m, 50枚	9か月	富士フィルム(株) 富士歯科用特殊X線フィルム Sup er RX 15×30 cm

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日
仕 様 書 番 号	EM-T150002K		

1 調 達 品 目 ( 続 き )

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
90	6525-100-9738-5	X線フィルム, 直接 用, オルソ	大四切, 50 枚	9か月	富士フィルム(株) 富士直接撮影用フィルム Super HR-S 大四切 50枚
91	6525-100-9757-5	歯科用X線インスタ ントフィルム	30 mm× 40 mm, 100枚	6か月	(株)阪神技術研究所 ニューインスタントフィルム DIF -100 標準サイズ 100枚
92	6525-100-9758-5	インスタント現像定 着液	100 m L, 4個	6か月	(株)阪神技術研究所 注射器用1液式処理液 DQE 10 0 mL×4本
93	6525-101-0301-5	X線フィルム, 歯科 用, 標準型	標準サイズ, 150枚	9か月	ケアストリームヘルス(株) ノンスクリーン型歯科画像診断用X線 フィルム コダックウルトラスピード デンタルフィルム DF-58
94	6525-287-4423-5	ドライフィルム, ド ライイメージャー用	半切, 125 枚入	9か月	コニカミノルタジャパン(株) ドライ画像記録用フィルム SD-Q 半切 デイライトバック包装 125枚
95	6525-287-6590-5	標準歯科用フィルム 保存袋	—	12か月	(株)ビー・エス・エーサクライ X線フィルムマウンド デンタルポッ ケ T1タイプ 1箱100枚入
96	6530-101-0371-5	防水シート	87 cm× 110 c m, 100枚	12か月	大衛(株) 防水シート No. 110
97	6530-280-8913-5	湿布パック, 温・冷用	10 cm× 25 cm, 5個	12か月	スリーエムジャパン(株) コールド/ホットパック 1570B K 5個

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処		
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 6年 2月22日		
仕様書番号	EM-T150002K				
1 調達品目 ( 続 き )					
連番	物品番号	品名	規格	製造後 月数	カタログ製品名
98	6530-287-6596-5	保冷枕	340 mm × 190 mm × 25 mm	12か月	アズワン㈱ プロシエアやわらか保冷枕 (レギュラ ー) 8-2598-02
99	6530-288-3309-5	反応容器用トレー	10枚	12か月	栄研化学㈱ OC-ヘモキャッチS '栄研' 用トレ イ 10個
100	6545-280-8917-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	6+, 25個	1か月	アボットジャパン㈱ i-STATカートリッジ 6+ 2 5カートリッジ(個別包装)
101	6545-282-9916-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	EG7+, 2 5個	1か月	アボットジャパン㈱ i-STATカートリッジ EG7+ 25カートリッジ (個別包装)
102	6550-287-4415-5	標準液, 迅速血液分 析装置, CRP測定 スライド用	CP (CRP)	6か月	富士フイルム㈱ 富士ドライケム キャリブレータCP (CRP) (C-反応性蛋白)
103	6550-288-2490-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	CHEM8 +, 25個	1か月	アボットジャパン㈱ i-STATカートリッジ CHEM 8+25カートリッジ(個別包装)
104	6550-288-3308-5	反応容器, 便潜血検 査用	10回分, 1 0個	6か月	栄研化学㈱ OC-ヘモキャッチS '栄研' 反応容 器 10個×10
105	6550-288-7256-5	ATPふき取り検査 測定試薬	25本入りア ルミ袋×4/ 箱	6か月	Hygiena社 Ultrasnap ATPふき取り 検査用一体型試薬 1箱 (25本×4 袋)
106	6630-100-9300-5	スライド, 電解質自 動分析装置用	Na・K・C l, 50枚	9か月	富士フイルム㈱ 富士ドライケムスライド Na-K- Cl 50枚入(個別包装)

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
107	6630-100-9582-5	記録紙, 自動血球計 数装置用	5 個	1 2 か 月	エルマ販売(株) 共通記録紙 巾 5 8 m m × 2 5 m 巻 5 巻
108	6630-101-0065-5	記録紙, 迅速血液分 析装置用	2 5 m, 6 個	1 2 か 月	アボットジャパン(株) i-STAT プリンタ用紙 6 巻
109	6630-101-0091-5	記録紙, 電解質自動 分析装置用	1 0 個	1 2 か 月	富士フイルムメディカル(株) FDC800用 プリンター用紙 1 0 巻入 / 1 箱
110	6630-288-0254-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	CG4+, 2 5 個	1 か 月	アボットジャパン(株) i-STATカートリッジ CG4+ 25カートリッジ(個別包装)
111	6630-290-3071-5	洗浄液, 自動血球計 数装置用	5 L	1 2 か 月	日本光電工業(株) クリナック MEK-520 5 L
112	6640-290-4984-5	チューブ	ブレイン, 1. 5 m L × 5 0 0 本入	1 2 か 月	富士フイルム(株) 富士ブレインチューブ 1. 5 m L 5 0 0 本
113	6640-290-4985-5	チューブ	ヘパリン, 1. 5 m L × 5 0 0 本入	1 2 か 月	富士フイルム(株) 富士ヘパリンチューブ 1. 5 m L 5 0 0 本
114	6810-100-9423-5	コントロール液, 電 解質自動分析装置用	1 m L, 1 0 個	1 2 か 月	富士フイルム(株) 電解質コントロール液 1 m L × 1 0 本 / 箱 Na, K, C l スライド用
115	6810-100-9473-5	コントロール液, 迅 速血液分析装置用	3 m L, 6 個, L レベル	1 2 か 月	富士フイルム(株) 富士ドライケムコントロールQP-L (血漿 / 血清 / スライド用) (3 m L × 6 本 / 箱)
116	6810-100-9759-5	コントロール液, 迅 速血液分析装置用	3 m L, 6 個, H レベル	1 2 か 月	富士フイルム(株) 富士ドライケムコントロール液QP-H (血漿 / 血清 / スライド用) (3 m L × 6 本 / 箱)

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日
仕 様 書 番 号	EM-T150002K		

### 1 調 達 品 目 ( 続 き )

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
117	6850-100-9422-5	参照液, 電解質自動 分析装置用	1個	9か月	富士フィルム㈱ 電解質参照液 RE 1本/1箱
118	6850-100-9581-5	洗浄液, 自動血球計 数装置用	2 L×2個	6か月	エルマ販売㈱ 自動血球計数装置用酵素洗浄液クリ ン8 1箱(2 Lパウチ入り×2個)
119	6850-101-0347-5	アルカリ洗浄液, 自 動分析装置用	500 mL ×5本	6か月	キヤノンメディカルシステムズ㈱ Maxpia B14 500 mL ×5本
120	6850-101-0348-5	酸性洗浄液, 自動分 析装置用	250 mL ×5本	6か月	キヤノンメディカルシステムズ㈱ Maxpia 3 250 mL×5本
121	6850-101-0349-5	抗菌洗浄液, 自動分 析装置用	500 mL ×5本	6か月	キヤノンメディカルシステムズ㈱ Maxpia R 500 mL×5本
122	7240-101-2101-5	水缶, 合成樹脂製, 活 栓付	5 L	12か月	ニッコー・ハンセン㈱ 平角缶(2ヶロ) 1053-01
123	GM121264380	多目的容器, シリコ ン樹脂製	M, 3個入	12か月	㈱藤原歯科産業 エバトップ M(φ5.2 mm) 3個 入
124	GM121264382	縫合糸, 吸収型	丸針 2.2 mm m, 強弯, 4- 0, 70 c m, 12入	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ バイクリル 丸針 1/2Circle 2.2 mm SH-1 70 cm×1 J 310H 1ダース
125	GM121264383	縫合糸, 絹製, 滅菌済	白, ブレイド, 40 cm, 4- 0号, 10本	12か月	アルフレッサファーマ㈱ ネスコスチャー®絹製縫合糸 針な し 滅菌済み GA04SW
126	GM121276661	経腸栄養ポンプ消化 器用ストップコック	20個入	12か月	㈱トップ ネオフィード三方活栓, 01332 イエロー 20個入

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002K				
1 調 達 品 目 ( 続 き )					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
127	GK711276652	包帯, 伸縮, 固定用	25 mm × 5 m, 12個	12か月	ニチバン㈱ スキナゲート ガチット SGG25 25 mm × 5 m 12巻
128	GM721209418	チューブ	プレイン, 0. 5 mL × 50 0本入	12か月	富士フィルム㈱ 富士プレインチューブ 0.5 mL 500本 富士ドライケム用: 454710-24642-1
129	GM721276640	やすり	骨, ミニ	12か月	㈱YDM 骨ヤスリ ミニ
130	GM721209618	現像定着液	3 L, 4袋	12か月	コニカミノルタ㈱ TC-DF202 4キット/箱
131	GM721219370	溶血剤, 自動血球計 数装置用	15 mL, 3 本	12か月	エルマ販売㈱ ヘモライザーN「エルマ」 15 mL × 3本入り
132	GM721226256	溶血剤, 血球計数装 置, 希釈装置付用	500 mL 入/箱	6か月	エルマ販売㈱ ヘモライザー500N「エルマ」III iff 500 mL入/箱 PCE -210N用
133	GM721226257	希釈液, 血球計数装 置, 希釈装置付用	20 L 入 /箱	6か月	エルマ販売㈱ 希釈液-III (N) 20 L入/箱 P CE210, 210N用
134	GM721235605	ニードルチップ, 歯 科充填用	20入	12か月	クラレノリタケデンタル㈱ クリアフィルマジスティLV ニー ドルチップ (20個)
135	GM721257683	低流動歯科充填用コ ンポジットレジン	A2	12か月	㈱ジーシー グレースフィルゼロフロー A2 1 mL
136	GM721264261	歯科適合試験用材料	1.5 g, 1 本	12か月	昭和薬品化工㈱ デンフィットS 1.5 g シリンジ 1本

## 調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002K				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
137	GM721264262	歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント, セット	ピンク	12か月	(株)松風 松風ベースセメント ピンク 1-1 セット
138	GM721264265	歯科用マトリックスウェッジ	13 mm, 1 00本入	12か月	カボデンタルシステムズ(株) インターデンタルウェッジ イエロー
139	GM721264266	歯科用マトリックスウェッジ	15 mm, 1 00本入	12か月	カボデンタルシステムズ(株) インターデンタルウェッジ ブルー
140	GM721264267	歯科用マトリックスウェッジ	16 mm, 1 00本入	12か月	カボデンタルシステムズ(株) インターデンタルウェッジ レッド
141	GM721264268	歯科用マトリックスウェッジ	17 mm, 1 00本入	12か月	(株)茂久田商会 ワンダーウェッジ XL(ナチュラル) 17 mm
142	GM721264269	光重合型充填用レジン強化グラスアイオノマー	ペーストタイプまたはミキシングタイプ, A3	9か月	(株)ジーシー フジフィルLC カートリッジ8 g (3.9 mL) 1本 練和紙1冊
143	GM721264270	CDシステム専用ディスプレイペンサー	1個	12か月	(株)ジーシー CDディスプレイペンサーⅢ 1個
144	GM721276662	ドライフィルム、ドライイメージャー用	半切, 125 枚入り	12か月	コニカミノルタジャパン(株) 画像記録用フィルム SD-Q2 半 切 125枚
145	GM741264258	現像液, 現像装置, 自動式, 歯科用	2.8 L×4	6か月	(株)モリタ製作所 クレスピー現像液 1液タイプ (2. 8 L×4) 9139028
146	GM741264259	定着液, 現像装置, 自動式, 歯科用	2.8 L用× 4	6か月	(株)モリタ製作所 クレスピー定着液 2.8 L用×4 9139117

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 2 日
仕 様 書 番 号	EM-T150002K		

### 1 調 達 品 目 ( 続 き )

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
147	GM741276654	採便容器, 便潜血検査用	2本入り, 50個	12か月	栄研化学㈱ H採便容器BT-B E-PS42 2本×50
148	6530-288-3310-5	混合カップS	100個/1箱	12か月	富士フィルム㈱ 富士ドライケム 混合カップS
149	GM091279278	混合カップ, NX600用	50個	12か月	富士フィルム㈱ 富士ドライケム 混合カップ
150	GM121279282	セラマージュ研磨セット	1箱	12か月	(株) 松風 セラマージュ研磨キット
151	GM721279283	シリコンポイント, セラマージュ用	HR2タイプ, 各6本	12か月	(株) 松風 シリコンポイントHRタイプHP
152	GM721279284	X線フィルム, 歯科用, オルソ, 高感度型	15×30cm, 50枚	12か月	富士フィルム㈱ パノラマ用オルソフィルムスーパー HR-S 15×30cm 50枚入
153	GM721279285	歯科用接着材料, 汎用型	4mL, 1本	12か月	クラレノリタケデンタル (株) クリアフィル® セラミック プライマー プラス 4 mL
154	GM721264264	歯科セラミックス用接着材料	3mL, 1本	9か月	(株) ジーシー セラミックプライマーII 液1本 (3mL)

### 2 使用期限等

使用期限は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において調達品目で示す製造後月数以内の製品（製造後月数が“－”で示されているものについては、製造後月数を指定しない。）とする。ただし、調達品目で示す製造後月数以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001・4PRZ1C10002・4PRZ1C10003
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	医療器材	
規格		
仕様書番号	EM-T150002K	

### 3.3 調達品目

指定事項： 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、  
25、26、27、28、29、30、31、32、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、  
47、48、49、50、51、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、  
69、70、71、73、74、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、91、92、  
93、94、95、96、97、98、99、102、104、105、106、107、111、112、114、115、116、  
117、118、119、120、121、127、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、  
139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
単回使用メス	EM-T130054L	
	作 成	平成10年12月22日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の単回使用メスについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6515-101-2265-5	No. 11, 20本
2	6515-101-2266-5	No. 12, 20本
3	6515-101-2267-5	No. 15, 20本

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 単回使用メス, No. 10, 20本

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S T 2107 単回使用手術用メス

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145

号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 単回使用メス
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

図1-個装表示

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

#### 図1－個装表示（続き）

### 6 その他の指示

#### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

#### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 5年 3月13日
仕様書番号	EM-T130054L		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
単回使用メス	No. 1 1, 20本	フェザー安全剃刀 (株)  カイ・インダストリーズ (株)	ディスポーザブルスカル ペル No. 11 スタ ンダード 20本入  KAIスカルペル No. . 11 20本入 (一般 用)
	No. 1 2, 20本	フェザー安全剃刀 (株)  カイ・インダストリーズ (株)	ディスポーザブルスカル ペル No. 12 スタ ンダード 20本入  KAIスカルペル No. . 12 20本入 (一般 用)
	No. 1 5, 20本	フェザー安全剃刀 (株)  カイ・インダストリーズ (株)	ディスポーザブルスカル ペル No. 15 スタ ンダード 20本入  KAIスカルペル No. . 15 20本入 (一般 用)

注<sup>a)</sup>、この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) JIS T 2107に規定する、手術用メス、一体形とする。
- b) ブレードの形状は、JIS T 2107の表1及び図3に適合するものとするほか、規格による。
- c) 品質は、JIS T 2107の箇条5によるものとし、滅菌済みとする。
- d) ブレードの材料は、JIS T 2107の箇条7によるものとする。
- e) 入数は、20本入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 1 - 2 2 2 9 - 5	仕 様 書 番 号
歯科用カーバイドバー	EM-T130032M	
	作 成	平成10年 9月30日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用カーバイドバーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S T 5 5 0 . 4 歯科用回転及び回転器具一軸

#### b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器

として製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z0000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z0000001の4.2による。

物品番号	6520-101-2229-5
品名	歯科用カーバイドバー
規格	FG用, No. 1931, 10本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1－個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z0000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130032M		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用カーバ イドバー	マニー (株) Mカーバイドバー+ IIクラ ス FG 10入 ブリスタ ー #M1931
	デンツプライシロナ (株) ミッドウエスト カーバイド バー オペレーティブ FC Cピアー FG 1931 10PK
	(株) 新協 SSホワイトカーバイドバー (FG) GW1 (193 1) 1パック (10本入 り)
	(株) 松風 ジェットカーバイドバー F G (リムーバル) 5本入 1931
	カボデンタルシステムズジャパン (株) ブルーホワイトカーバイドバ ー リムーバル用 FGタイ プ ピアー 1931 1本
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例  
示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4の箇条4に規定する、軸部形式 (タイプ) 3, フリクション  
グリップ用 (FG用) とする。
- b) 材料は、作業部が主として炭化タングステン (タングステンカーバイド), 軸部が製造者等  
の任意の金属材料とする。
- c) 作業部の構造は、クロスカットを有する6枚刃とする。
- d) 寸法は、作業部の最大径が1. 0 mm (許容差, ±0. 1 mm), 作業部の長さが1. 6  
mm~2. 0 mmとし、全長は、19 mm (許容差, ±0. 5 mm) とする。
- e) 最高許容回転速度は、300 000 min<sup>-1</sup>以上とする。
- f) 入数は、10本入り (又は合計10本を1セット) とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 8 4 0 - 2 8 8 - 2 4 8 3 - 5	仕 様 書 番 号
気化性殺虫剤	EM-T130148M	
	作 成	平成11年 2月10日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の殺虫剤について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6840-288-2483-5
品名	気化性殺虫剤
規格	115g
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130148M		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
殺虫剤	アース製薬(株) バポナ 殺虫プレート 日曹商事(株) 日曹殺虫プレートP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 有効成分は、ジクロロボス(有機リン系)とし、21 g以上配合されているものとする。
- b) 殺虫プレート板及び紙製ホルダーからなる無臭性の蒸散性殺虫剤で、殺虫プレート板は、黄色の長方板状とし、気密放送されたものとする。
- c) 殺虫効果は、2か月以上持続するものとする。
- d) 容量は、1枚で、115 gを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
手袋，合成ゴム製，手術用	EM-T130444N	
	作成	平成18年 3月 8日
	変更	令和 6年 3月 8日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の非天然ゴム製手術用手袋について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は，表1によるものとし，調達する種類は，調達要領指定書において，表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6515-288-3318-5	5 1/2号，50双，1箱
2	6515-283-6733-5	6号，50双
3	6515-283-6734-5	6 1/2号，50双
4	6515-283-6735-5	7号，50双
5	6515-283-6736-5	7 1/2号，50双
6	GM121269191	8号，50双

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の規格による。

例 手袋，合成ゴム製，手術用，5 1/2号，50双，1箱

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S T 9 1 0 7

単回使用手術用ゴム手袋

#### b) 仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、JIS T 9107の箇条10及びGLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 手袋, 合成ゴム製, 手術用
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 3月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130444N		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
手術, 合成 ゴム製, 手 術用	5 1 / 2 号, 50双, 1箱	東レ・メディカル (株)  (株) ジェイ・エム・エス	センシタッチ合成ゴム製手術用手袋 SGS1055NN ラテックスフリー手術用手袋 ダ ーマプレンノーパウダー JG -DPNPSP55  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	6号; 50双	東レ・メディカル (株)  (株) ジェイ・エム・エス	センシタッチ合成ゴム製手術用手袋 SGS1060NN ラテックスフリー手術用手袋 ダ ーマプレンノーパウダー JG -DPNPSP60  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	6 1 / 2 号, 50双	東レ・メディカル (株)  (株) ジェイ・エム・エス	センシタッチ合成ゴム製手術用手袋 SGS1065NN ラテックスフリー手術用手袋 ダ ーマプレンノーパウダー JG -DPNPSP65  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	7号, 50双	東レ・メディカル (株)  (株) ジェイ・エム・エス	センシタッチ合成ゴム製手術用手袋 SGS1070NN ラテックスフリー手術用手袋 ダ ーマプレンノーパウダー JG -DPNPSP70  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	7 1 / 2 号, 50双	東レ・メディカル (株)  (株) ジェイ・エム・エス	センシタッチ合成ゴム製手術用手袋 SGS1075NN ラテックスフリー手術用手袋 ダ ーマプレンノーパウダー JG -DPNPSP75  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 3月 8日
仕 様 書 番 号	EM-T130444N		

### 1 調達品目 (続き)

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
手術, 合成 ゴム製, 手 術用	8号, 50双	東レ・メディカル (株) センシタッチ合成ゴム製手術用手袋 SGS1080NN (株) ジェイ・エム・エス ラテックスフリー手術用手袋 ダーマブレンノーパウダー JG-DPNPSP80 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 種類は、J I S T 9 1 0 7 の4.1に規定する“2種”とする。
- b) 形状は、J I S T 9 1 0 7 の4.2に規定する“形状C”とする。
- c) 表面仕上げは、J I S T 9 1 0 7 の4.3に規定する“表面仕上げT”とする。
- d) 呼び番号及び寸法は、J I S T 9 1 0 7 の表1に適合するものとするほか、規格による。
- e) 品質は、J I S T 9 1 0 7 の箇条6による。
- f) 滅菌は、J I S T 9 1 0 7 の箇条9による。
- g) 入数は、1箱50双入りとする。
- h) ノーパウダーの非天然ゴム製の手術用手袋とする。
- i) 加硫促進剤は、不使用とする。
- j) シングルでの使用が可能なものとする。
- k) 厚さは、指先0.19 mm±0.005 mm, 掌0.18 mm±0.005 mm, 及びカフ部0.16 mm±0.005 mmを標準とする。
- l) 色相は、緑系とする。