

調達要領指定書	調達要求番号	3PRZ1C10005
	契約番号	
	調達要求年月日	令和5年5月12日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和5年5月12日
物品番号		
品名	医療器材	
規格		
仕様書番号	EM-T150002J	
<p>3.3 調達品目</p> <p>指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。</p> <p>連番 18、19、23、38、74、95、139</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
医 療 器 材	EM-T150002J	
	作 成	平成28年 4月 6日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医療器材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

医療器材

医療器材とは、次による。

- a) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項で示すものであり、動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されるもの及び動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とされているものを除くものとする。
- b) 医薬品医療機器等法第2条第5項、第6項及び第7項で示すものとする。
- c) 日本標準商品分類中分類66（医療用機器）及び86（医療用品及び関連製品）で示すものとする。

1.2.2

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本標準商品分類（平成2年6月改訂）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 使用期限等

使用期限等は、調達品目表による。

3.3 調達品目

調達品目は、調達要領指定書において、調達品目表の調達品目の連番によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。ただし、自衛隊病院に直納する場合は、省略するものとする。

物品番号
品名
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号、品名及び規格は、調達品目表による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
1	6505-100-9092-5	希 積 液, 自 動 血 球 計 算 装 置 用	1 0 L	1 2 か 月	シ ス メ ッ ク ス ㈱ セ ル パ ッ ク (Ⅱ) 1 0 L
2	6505-100-9954-5	喀 痰 固 定 液, 青 キ ャ ッ プ	3 0 m L	1 か 月	武 藤 化 学 ㈱ Y M 式 喀 痰 固 定 液 ニ ュ ー L タ イ プ 3 0 m L
3	6505-100-9955-5	喀 痰 固 定 液, 青 キ ャ ッ プ	3 0 m L, 3 0 個	1 か 月	武 藤 化 学 ㈱ Y M 式 喀 痰 固 定 液 ニ ュ ー L タ イ プ 3 0 m L × 3 0 本
4	6505-101-0367-5	標 本 固 定 剤, ス プ レ ー 式	8 0 m L	6 か 月	ア ル フ レ ッ サ フ ェ ー マ ㈱ サ イ ト キ ー プ Ⅱ 8 0 m L
5	6510-101-2240-5	伸 縮 包 帯, 粘 着 性	5 c m × 5 m, 6 個	1 2 か 月	ア ル ケ ア ㈱ エ ラ テ ッ ク ス 5 号 5. 0 c m × 5 m 6 巻
6	6510-101-2241-5	伸 縮 包 帯, 粘 着 性	1 0 c m × 5 m, 3 個	1 2 か 月	ア ル ケ ア ㈱ エ ラ テ ッ ク ス 1 0 号 1 0. 0 c m × 5 m 3 巻
7	6510-283-2329-5	穿 刺 部 被 覆 保 護 材, S サ イ ズ	1 0 0 0 枚	1 2 か 月	ニ チ バ ン ㈱ チ ュ ー シ ャ バ ン S サ イ ズ
8	6510-287-4296-5	救 急 絆 創 膏	5 0 m m × 7 5 m m, 5 0 枚 入	1 2 か 月	ア ル ケ ア ㈱ デ ル マ ポ ア ド レ ッ シ ン グ 2 号 1 箱 5 0 枚 入 り
9	6510-287-4297-5	救 急 絆 創 膏	1 0 0 m m × 1 6 0 m m, 2 0 枚 入	1 2 か 月	ア ル ケ ア ㈱ デ ル マ ポ ア ド レ ッ シ ン グ 5 号 1 箱 2 0 枚 入 り
10	6515-100-5684-5	単 回 使 用 パ ッ ド 入 り 副 木	ア ル ミ 製, 7 5 m m × 4 0 0 m m, 6 個	1 2 か 月	ア ル ケ ア ㈱ ア ル フ ェ ン ス 3 号 6 枚 / 箱

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
11	6515-100-5685-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 13 mm × 200 mm, 24個	12か月	アルケア㈱ アルフェンス10号 24枚/箱
12	6515-100-5686-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 18 mm × 400 mm, 12個	12か月	アルケア㈱ アルフェンス12号 12枚/箱
13	6515-100-5687-5	単回使用パッド入り 副木	アルミ製, 25 mm × 400 mm, 12個	12か月	アルケア㈱ アルフェンス13号 12枚/箱
14	6515-100-9400-5	心電図記録紙, 折た たみ式	145 mm ×100 m	12か月	フクダ電子㈱ 感熱記録紙 145 mm×150 m m×100 m OP-383TE
15	6515-100-9959-5	汎用針付注射筒	2.5 mL, 23 G, 25 mm, R・B, 100本	12か月	テルモ㈱ テルモシリンジ注射針付SS-02S Z2325 2.5 mL 23 G
16	6515-101-0327-5	四肢用電極, 心電計 用	成人用, 4個	12か月	フクダ電子㈱ エーカークリップ TE-43 成人 用 4個/箱入セット
17	6515-101-0328-5	胸部用電極, 心電計 用	成人用, 6個	12か月	フクダ電子㈱ 胸部電極 TE-01 成人用 6個 /箱
18	6515-101-2221-5	縫合針, ナイロン糸 付, 外科用, 弱弯, 逆三角針	1号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ エチロン 698G 1箱
19	6515-101-2222-5	縫合針, ナイロン糸 付, 外科用, 弱弯, 逆三角針	2号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ エチロン 662G 1箱

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
20	6515-101-2238-5	四肢電極用パッド	400個	12か月	フクダ電子㈱ エコーパッド (四肢電極用) OJ-0 9 25バック 100個入 4個
21	6515-101-2250-5	腰部固定帯	LL	12か月	アルケア㈱ サクロフィックス LL No. 10 661
22	6515-101-2251-5	腰部固定帯	L	12か月	アルケア㈱ サクロフィックス L No. 106 62
23	6515-101-2282-5	持針器, ベリオ	直	12か月	㈱YDM 持針器 ベリオ 直 14-506
24	6515-101-2304-5	縫合針, 絹糸付, 外科用, 弱弯, 逆三角針	1号, 12本	12か月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ シルク 640 G 12本
25	6515-101-2305-5	縫合針, ナイロン糸付, 歯科用, 弱弯, 丸針	12本	12か月	アルフレッサファーマ㈱ ネオブレード・N MET 1604 BA 50
26	6515-101-2307-5	心電図記録紙	5巻	12か月	フクダ電子㈱ 感熱記録紙 210 mm×30 mm OP-69TE 5巻入
27	6515-280-9297-5	記録紙, 心電図解析用	210 mm ×100 mm	12か月	フクダ電子㈱ 記録紙 心電図解析用 210 mm ×295 mm×100 mm OP-6 21TE
28	6515-280-9298-5	輸液セット, 翼状針付	50個	9か月	テルモ㈱ テルフュージョン輸液セット TI- U350P05 50セット/箱
29	6515-281-8412-5	腰部固定帯	中, 75~9 0 cm	12か月	アルケア㈱ サクロフィックス M 10663 1個入

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処		
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連番	物品番号	品名	規格	製造後 月数	カタログ製品名
30	6515-283-2316-5	輸血セット, プラス チック製	ロックコネク タ付, 50本	12か月	テルモ㈱ テルフュージョン輸血セット TB- U300L 50セット/箱
31	6515-287-8328-5	胸部電極用パッド	150個	12か月	フクダ電子㈱ エコーパッド OJ-06 (胸部電極用) 25パック 150個入
32	6515-287-8329-5	四肢電極用パッド	100個	12か月	フクダ電子㈱ エコーパッド OJ-09 (四肢電極用) 25パック 100個入
33	6515-290-5611-5	ペースト, バドル用	100 g × 2本入	9か月	日本光電工業㈱ ゲルエイド Z-101BA
34	6515-290-6556-5	酵素系中性洗剤	4 L, 1本	9か月	宮野医療器㈱ マストザイム M-0104 4 L
35	6520-100-7773-5	酸化亜鉛ユージノー ルセメント, 粉末	60 g	12か月	ネオ製薬工業㈱ ネオダイン-α 粉末 60 g
36	6520-100-7774-5	酸化亜鉛ユージノー ルセメント, 液	10 mL	12か月	ネオ製薬工業㈱ ネオダイン-α 液 10 mL
37	6520-100-8630-5	ビニールシリコン印 象材	パテタイプ, 1000 g	12か月	㈱ジーシー エクザファイン (パテタイプ)
38	6520-100-8949-5	石膏溶解液	1 L	12か月	㈱松風 スーパーメルト 1 L
39	6520-100-8964-5	ワックス, レッド	100 g	12か月	㈱ジーシー ユーティリティーワックス レッド 1函48本=100 g

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処		
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
40	6520-100-9058-5	チップ, 注入器用	小, 100個	12か月	㈱YDM コンボジットシリンジ ノズルS 100入 13190
41	6520-100-9059-5	チップ, 注入器用	大, 100個	12か月	㈱YDM コンボジットシリンジ ノズルL 100入 13188
42	6520-100-9060-5	適合試験材, 義歯用	—	9か月	㈱ジーシー フィットチェッカーONE
43	6520-100-9274-5	エッチング材	6 mL	9か月	クラレノリタケデンタル㈱ KエッチャントGEL 6 mL
44	6520-100-9947-5	歯科汎用アクリル系 レジン	液, 100g	12か月	㈱ジーシー ユニファストIII 液
45	6520-100-9948-5	歯科汎用アクリル系 レジン	A3, 粉35g	12か月	㈱ジーシー ユニファストIII 粉末 A3 1個= 35g
46	6520-101-2134-5	歯科印象採得用トレ ー	上顎用, 大	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム A 上顎用 19-381
47	6520-101-2135-5	歯科印象採得用トレ ー	上顎用, 中	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム B 上顎用 19-384
48	6520-101-2137-5	歯科印象採得用トレ ー	下顎用, 大	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム A 下顎用 19-382
49	6520-101-2138-5	歯科印象採得用トレ ー	下顎用, 中	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム B 下顎用 19-385

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
50	6520-101-2140-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, No. 10	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム #10 (上顎 左側, 下顎右側用) 19-391
51	6520-101-2141-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, No. 11	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム #11 (上顎 右側, 下顎左側用) 19-392
52	6520-101-2142-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, No. 12	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム #12 (上顎 左側, 下顎右側用) 19-394
53	6520-101-2143-5	歯科印象採得用トレ ー	片顎用, No. 13	12か月	㈱YDM 網トレー プレミアム #13 (上顎 右側, 下顎左側用) 19395
54	6520-101-2233-5	グラスアイオノマー 裏装剤, 光重合型	20本	12か月	㈱ヨシダ アイオノジットベースライナー 0. 3g入り×20本
55	6520-101-2252-5	ユニファースト, フ ィットシール用筆	10本	12か月	㈱ジーシー 共用小筆 No. 4 10本入り
56	6520-101-2257-5	歯科接着用レジンセ メント	セット	9か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド C&Bセット
57	6520-101-2258-5	キャタリスト液	0.7 mL	9か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド キャタリストV 0.7 mL
58	6520-101-2260-5	モノマー液	10 mL	12か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド モノマー液 10 mL
59	6520-101-2261-5	ポリマー粉末	クリアー, 3 g	12か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド ポリマー粉末 クリ アー 3g

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
60	6520-101-2264-5	水酸化カルシウム覆 罩材	セット	9か月	デンツプライシロナ(株) ダイカル 1-1セット アイボリー 色
61	6520-101-2278-5	仮封用常温重合レジ ン	粉50g	12か月	(株)ジーシー フィットシール 粉末1本=50g
62	6520-101-2279-5	仮封用常温重合レジ ン	液15mL ×2本	12か月	(株)ジーシー フィットシール 液1本=30g(1 5g×2)
63	6520-101-2280-5	仮着剤, 非ユージノ ール系	セット	12か月	(株)ジーシー フリージノールテンポラリーバック セット
64	6520-101-2294-5	寒天印象材, 連合印 象用	60本	6か月	(株)ジーシー アローマロイドシリンジタイプ 1函 =60本入(5/16インチ)
65	6520-101-2302-5	歯科汎用アクリル系 レジン	ピンク, 粉3 5g	12か月	(株)ジーシー ユニファストⅢ 粉末=35g1本
66	6520-280-9584-5	カートリッジディス ペンサーⅡ	-	12か月	(株)ジーシー カートリッジディスペンサーⅡ
67	6520-280-9585-5	ミキシングチップ, 歯科用	SS, 60本	12か月	(株)ジーシー ミキシングチップⅡ SS(イエロー) 60本
68	6520-280-9586-5	ミキシングチップ, 歯科用	L, 60本	12か月	(株)ジーシー ミキシングチップⅡ L(グリーン) 60本
69	6520-280-9659-5	歯科支台築造用グラ スポリアルケノエー トセメント, セット	デンティン	12か月	(株)松風 松風ベースセメント デンティン 1 -1 セット

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処		
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連番	物品番号	品名	規格	製造後 月数	カタログ製品名
70	6520-280-9660-5	仮封仮着用カルボン 酸系セメントセッ ト, ソフト	ホワイト	12か月	㈱松風 ハイボンド テンポラリーセメント ソフト セット ホワイト
71	6520-280-9661-5	仮封仮着用カルボン 酸系セメントセッ ト, ハード	ホワイト	12か月	㈱松風 ハイボンド テンポラリーセメント (ハード) セット ホワイト
72	6520-280-9672-5	コップ受, 歯科用	3個	12か月	㈱吉田製作所 Nカップ 3個入
73	6520-280-9673-5	注射針廃棄容器, 歯 科用	—	12か月	テルモ㈱ 廃棄ボトル S (テルモ歯科注射針専 用)
74	6520-280-9674-5	注射針廃棄蓋, 歯科 用	—	12か月	テルモ㈱ 廃棄ボトル S リリース用フタ II (ワンタッチカートリッジシリンジ II用 セフティーナDNシステム)
75	6520-283-1454-5	超速硬性常温重合レ ジン	2-1セット	12か月	㈱ジーシー ユニファストIII
76	6520-283-1455-5	酸化亜鉛ユージノー ルセメントセット	—	12か月	ネオ製薬工業㈱ ネオダイン®-α 1-1セット
77	6520-284-5837-5	コンポジット充填用 注入器	ノズルLサイ ズ付	12か月	㈱YDM コンポジットシリンジタイプ2 L 13251
78	6520-284-5838-5	コンポジット充填用 注入器	ノズルSサイ ズ付	12か月	㈱YDM コンポジットシリンジタイプ2 S 13252
79	6520-287-4418-5	歯科接着用レジンセ メント	ミキシングタ イプ, ユニバ ーサル	12か月	クラレノリタケデンタル㈱ SAルーティングMulti

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
80	6520-287-6600-5	ビニールシリコン印 象材, 一体型	インジェクシ ョンタイプ, 64 g×2	12か月	㈱ジーシー エクザミックスファインカートリッジ <インジェクションタイプ>
81	6520-287-6601-5	ビニールシリコン印 象材, 一体型	レギュラータ イプ, 64 g ×2	12か月	㈱ジーシー エクザミックスファインカートリッジ <レギュラータイプ>
82	6520-287-6603-5	根管洗浄剤, 無機塩 用	18 g, 1本	12か月	プレミア社 RCブレップ (ポンプタイプ) 18 g入
83	6520-288-3316-5	低流動歯科充填用コ ンポジットレジン	A3	12か月	㈱ジーシー グレースフィルゼロフロー A3 1 mL
84	6520-288-3317-5	低流動歯科充填用コ ンポジットレジン	A3.5	12か月	㈱ジーシー グレースフィルゼロフロー A3.5 1 mL
85	6520-290-3063-5	歯科用支台築造材料 キット, デュアルキ ュア型	-	9か月	クラレノリタケデンタル㈱ クリアフィル DC コアオートミックス ONE
86	6520-290-3069-5	歯科接着用レジンセ メント	液, 10mL	12か月	サンメディカル㈱ スーパーボンド クイックモノマー液
87	6520-290-6553-5	ミキシングチップ用 ノズル, 歯科用	SS, 100 本	12か月	㈱ジーシー ミキシングチップSS用ノズル
88	6520-290-6555-5	ビニールシリコン印 象材, 咬合採得用	81 g, 2個	12か月	㈱ジーシー エグザバイトⅢ 2カートリッジ81 g (48 mL) 2本 ミキシングチッ プⅡ (L・S各3本)
89	6525-100-8957-5	X線フィルム, 歯科 用	150 mm ×300 m m, 50枚	9か月	富士フィルム㈱ 富士歯科用特殊X線フィルム Sup er RX 15×30 cm

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処		
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連番	物品番号	品名	規格	製造後 月数	カタログ製品名
90	6525-100-9738-5	X線フィルム, 直接 用, オルソ	大四切, 50 枚	9か月	富士フィルム㈱ 富士直接撮影用フィルム Super HR-S 大四切 50枚
91	6525-100-9757-5	歯科用X線インスタ ントフィルム	30 mm× 40 mm, 1 00枚	6か月	㈱阪神技術研究所 ニューインスタントフィルム DIF -100 標準サイズ 100枚
92	6525-100-9758-5	インスタント現像定 着液	100 mL, 4個	6か月	㈱阪神技術研究所 注射器用1液式処理液 DQE 10 0 mL×4本
93	6525-101-0301-5	X線フィルム, 歯科 用, 標準型	標準サイズ, 150枚	9か月	ケアストリームヘルス㈱ ノンスクリーン型歯科画像診断用X線 フィルム コダックウルトラスピード デンタルフィルム DF-58
94	6525-287-3014-5	X線フィルム, 歯科 用, 高感度型	15 cm× 30 cm, 1 00枚	12か月	コニカミノルタジャパン㈱ 直接撮影用フィルム A PLUS 15 cm×30 cm 100枚
95	6525-287-4423-5	ドライフィルム, ド ライイメージャー用	半切, 125 枚入	9か月	コニカミノルタジャパン㈱ ドライ画像記録用フィルム SD-Q 半切 デイライトパック包装 125枚
96	6525-287-6590-5	標準歯科用フィルム 保存袋	-	12か月	㈱ビー・エス・エーサクライ X線フィルムマウンド デンタルポッ ケ T1タイプ 1箱100枚入
97	6530-101-0371-5	防水シート	87 cm× 110 cm, 100枚	12か月	大衛㈱ 防水シート No. 110
98	6530-280-8913-5	湿布パック, 温・冷 用	10 cm× 25 cm, 5 個	12か月	スリーエムジャパン㈱ コールド/ホットパック 1570B K 5個

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	E M - T 1 5 0 0 2 J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
99	6530-287-6596-5	保冷枕	3 4 0 m m × 1 9 0 m m × 2 5 m m	1 2 か 月	アズワン㈱ プロシエアやわらか保冷枕 (レギュラ ー) 8-2598-02
100	6530-288-3309-5	反応容器用トレー	1 0 枚	1 2 か 月	栄研化学㈱ OC-ヘモキャッチS '栄研' 用トレ イ 1 0 個
101	6530-288-3310-5	混合カップS	1 0 0 個 / 1 箱	1 2 か 月	富士フイルム㈱ 富士ドライケム 混合カップS
102	6545-280-8917-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	6 +, 2 5 個	1 か 月	アボットジャパン㈱ i-STATカートリッジ 6+ 2 5カートリッジ(個別包装)
103	6545-282-9916-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	E G 7 +, 2 5 個	1 か 月	アボットジャパン㈱ i-STATカートリッジ E G 7 + 2 5カートリッジ (個別包装)
104	6550-287-4415-5	標準液, 迅速血液分 析装置, CRP測定 スライド用	C P (C R P)	6 か 月	富士フイルム㈱ 富士ドライケム キャリブレータC P (CRP) (C-反応性蛋白)
105	6550-288-2490-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	C H E M 8 +, 2 5 個	1 か 月	アボットジャパン㈱ i-STATカートリッジ C H E M 8 + 2 5カートリッジ(個別包装)
106	6550-288-3308-5	反応容器, 便潜血検 査用	1 0 回 分, 1 0 個	6 か 月	栄研化学㈱ OC-ヘモキャッチS '栄研' 反応容 器 1 0 個 × 1 0
107	6550-288-7256-5	A T P ふ き 取 り 検 査 測定試薬	2 5 本 入 り ア ル ミ 袋 × 4 / 箱	6 か 月	H y g i e n a 社 U l t r a s n a p A T P ふ き 取 り 検 査 用 一 体 型 試 薬 1 箱 (2 5 本 × 4 袋)
108	6630-100-9300-5	スライド, 電解質自 動分析装置用	N a ・ K ・ C l, 5 0 枚	9 か 月	富士フイルム㈱ 富士ドライケムスライド N a - K - C l 5 0 枚 入 (個別包装)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
109	6630-100-9582-5	記録紙, 自動血球計 数装置用	5 個	1 2 か 月	エルマ販売㈱ 共通記録紙 巾 5 8 m m × 2 5 m 巻 5 巻
110	6630-101-0065-5	記録紙, 迅速血液分 析装置用	2 5 m, 6 個	1 2 か 月	アボットジャパン㈱ i-STAT プリンター用紙 6 巻
111	6630-101-0091-5	記録紙, 電解質自動 分析装置用	1 0 個	1 2 か 月	富士フイルムメディカル㈱ FDC800用 プリンター用紙 1 0 巻入 / 1 箱
112	6630-288-0254-5	カートリッジ, 迅速 血液分析装置用	CG4+, 2 5 個	1 か 月	アボットジャパン㈱ i-STATカートリッジ CG4+ 2 5 カートリッジ(個別包装)
113	6630-290-3071-5	洗浄液, 自動血球計 数装置用	5 L	1 2 か 月	日本光電工業㈱ クリナック MEK-520 5 L
114	6640-290-4984-5	チューブ	プレイン, 1. 5 m L × 5 0 0 本入	1 2 か 月	富士フイルム㈱ 富士プレインチューブ 1. 5 m L 5 0 0 本
115	6640-290-4985-5	チューブ	ヘパリン, 1. 5 m L × 5 0 0 本入	1 2 か 月	富士フイルム㈱ 富士ヘパリンチューブ 1. 5 m L 5 0 0 本
116	6810-100-9423-5	コントロール液, 電 解質自動分析装置用	1 m L, 1 0 個	1 2 か 月	富士フイルム㈱ 電解質コントロール液 1 m L × 1 0 本 / 箱 Na, K, Cl スライド用
117	6810-100-9473-5	コントロール液, 迅 速血液分析装置用	3 m L, 6 個, L レベル	1 2 か 月	富士フイルム㈱ 富士ドライケムコントロール液QP-L (血漿 / 血清 / スライド用) (3 m L × 6 本 / 箱)
118	6810-100-9759-5	コントロール液, 迅 速血液分析装置用	3 m L, 6 個, H レベル	1 2 か 月	富士フイルム㈱ 富士ドライケムコントロール液QP-H (血漿 / 血清 / スライド用) (3 m L × 6 本 / 箱)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
119	6850-100-9422-5	参照液, 電解質自動 分析装置用	1 個	9 か 月	富士フィルム㈱ 電解質参照液 RE 1本/1箱
120	6850-100-9581-5	洗浄液, 自動血球計 数装置用	2 L×2 個	6 か 月	エルマ販売㈱ 自動血球計数装置用酵素洗浄液クリー ン8 1箱 (2 Lパウチ入り×2 個)
121	6850-101-0347-5	アルカリ洗浄液, 自 動分析装置用	5 0 0 m L ×5 本	6 か 月	キャノンメディカルシステムズ㈱ Maxpia B14 500 mL ×5 本
122	6850-101-0348-5	酸性洗浄液, 自動分 析装置用	2 5 0 m L ×5 本	6 か 月	キャノンメディカルシステムズ㈱ Maxpia 3 250 mL×5 本
123	6850-101-0349-5	抗菌洗浄液, 自動分 析装置用	5 0 0 m L ×5 本	6 か 月	キャノンメディカルシステムズ㈱ Maxpia R 500 mL×5 本
124	7240-101-2101-5	水缶, 合成樹脂製, 活栓付	5 L	1 2 か 月	ニッコー・ハンセン㈱ 平角缶 (2ヶロ) 1053-01
125	GM121264380	多目的容器, シリコ ン樹脂製	M, 3 個入	1 2 か 月	㈱藤原歯科産業 エバトップ M (φ52 mm) 3 個 入
126	GM121264382	縫合糸, 吸収型	丸針 2 2 m m, 強弯, 4 -0, 7 0 c m, 1 2 入	1 2 か 月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ バイクリル 丸針 1/2Circle 2 2 mm SH-1 70 cm×1 J 310H 1ダース
127	GM121264383	縫合糸, 絹製, 滅菌 済	白, ブレイド, 4 0 c m, 4- 0号, 1 0 本	1 2 か 月	アルフレッサファーマ㈱ ネスコスーチャー®絹製縫合糸 針な し 滅菌済み GA04SW
128	GM121276661	経腸栄養ポンプ消化 器用ストップコック	2 0 個入	1 2 か 月	㈱トップ ネオフィード三方活栓, 01332 イエロー 20 個入

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
129	GK711276652	包帯, 伸縮, 固定用	25mm×5m, 12個	12か月	ニチバン(株) スキナゲート ガチット SGG25 25mm×5m 12巻
130	GM721209418	チューブ	ブレイン, 0.5mL×500本入	12か月	富士フィルム(株) 富士ブレインチューブ 0.5mL 500本 富士ドライケム用: 454710-24642-1
131	GM721276640	やすり	骨, ミニ	12か月	(株)YDM 骨ヤスリ ミニ
132	GM721209618	現像定着液	3L, 4袋	12か月	コニカミノルタ(株) TC-DF202 4キット/箱
133	GM721219370	溶血剤, 自動血球計 数装置用	15mL, 3本	12か月	エルマ販売(株) ヘモライザーN「エルマ」 15mL ×3本入り
134	GM721226256	溶血剤, 血球計数装 置, 希釈装置付用	500mL 入/箱	6か月	エルマ販売(株) ヘモライザー500N「エルマ」ⅢD iff 500mL入/箱 PCE -210N用
135	GM721226257	希釈液, 血球計数装 置, 希釈装置付用	20L 入 /箱	6か月	エルマ販売(株) 希釈液-Ⅲ(N) 20L入/箱 P CE210, 210N用
136	GM721235605	ニードルチップ, 歯 科充填用	20入	12か月	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィルマジスティLV ニー ドルチップ (20個)
137	GM721257683	低流動歯科充填用コ ンポジットレジン	A2	12か月	(株)ジーシー グレースフィルゼロフロー A2 1 mL
138	GM721264261	歯科適合試験用材料	1.5g, 1 本	12か月	昭和薬品化工(株) デンフィットS 1.5gシリンジ 1本

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処		
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日		
仕 様 書 番 号	EM-T150002J				
1 調 達 品 目 (続 き)					
連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
139	GM721264262	歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント, セット	ピンク	12か月	㈱松風 松風ベースセメント ピンク 1-1 セット
140	GM721264265	歯科用マトリックスウェッジ	13 mm, 1 00本入	12か月	カボデンタルシステムズ㈱ インターデンタルウェッジ イエロー
141	GM721264266	歯科用マトリックスウェッジ	15 mm, 1 00本入	12か月	カボデンタルシステムズ㈱ インターデンタルウェッジ ブルー
142	GM721264267	歯科用マトリックスウェッジ	16 mm, 1 00本入	12か月	カボデンタルシステムズ㈱ インターデンタルウェッジ レッド
143	GM721264268	歯科用マトリックスウェッジ	17 mm, 1 00本入	12か月	㈱茂久田商会 ワンダーウェッジ XL(ナチュラル) 17 mm
144	GM721264269	光重合型充填用レジ ン強化グラスアイオ ノマー	ペーストタイ プまたはミキ シングタイ プ, A3	9か月	㈱ジーシー フジフィルLC カートリッジ8 g (3.9 mL) 1本 練和紙1冊
145	GM721264270	CDシステム専用デ イスペンサー	1個	12か月	㈱ジーシー CDディスペンサーⅢ 1個
146	GM721276662	ドライフィルム、ド ライイメージャー用	半切, 125 枚入り	12か月	コニカミノルタジャパン㈱ 画像記録用フィルム SD-Q2 半 切 125枚
147	GM741264258	現像液, 現像装置, 自動式, 歯科用	2.8 L×4	6か月	㈱モリタ製作所 クレスピー現像液 1液タイプ(2. 8 L×4) 9139028
148	GM741264259	定着液, 現像装置, 自動式, 歯科用	2.8 L用× 4	6か月	㈱モリタ製作所 クレスピー定着液 2.8 L用×4 9139117

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T150002J		

1 調 達 品 目 (続 き)

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	製 造 後 月 数	カ タ ロ グ 製 品 名
149	GM741276654	採便容器, 便潜血検査用	2本入り, 50個	12か月	栄研化学㈱ H採便容器BT-B E-PS42 2本×50

2 使 用 期 限 等

使用期限は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において調達品目で示す製造後月数以内の製品（製造後月数が“－”で示されているものについては、製造後月数を指定しない。）とする。ただし、調達品目で示す製造後月数以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	3PRZ1C10005
	契約番号	
	調達要求年月日	令和5年5月12日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和5年5月12日
物品番号		
品名	ガターパーチャポイント	
規格		
仕様書番号	EM-T130505J	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 9

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
ガターパーチャポイント	EM-T130505J	
	作 成	平成25年 4月24日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用根管充填ガッターパーチャポイントについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-8646-5	ISO25, 28 mm, 120本
2	6520-100-8647-5	ISO30, 28 mm, 120本
3	6520-100-8648-5	ISO35, 28 mm, 120本
4	6520-100-8649-5	ISO40, 28 mm, 120本
5	6520-100-9067-5	ISO45, 28 mm, 120本
6	6520-100-9068-5	ISO50, 28 mm, 120本
7	6520-100-9069-5	ISO55, 28 mm, 120本
8	6520-100-9070-5	ISO60, 28 mm, 120本
9	6520-100-9072-5	ISO70, 28 mm, 120本
10	6520-101-2151-5	細大, 150本
11	6520-101-2152-5	細中, 150本
12	6520-101-2153-5	細小, 150本
13	6520-101-2154-5	中大, 150本

表1-種類 (続き)

14	6520-101-2155-5	中中, 150本
15	6520-101-2156-5	中小, 150本

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び規格による。

例 ガターパーチャポイント, ISO45, 28 mm, 1.20本

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 6515 歯科用根管充てん (填) ポイント

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和36年厚生省令第1号)

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき, 医療機器として製造 (輸入) 承認された製品とする。
- 医療機器として製造 (輸入) 承認を受ける必要がない製品の場合は, “医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造 (輸入) 品目として許可を受けているもの又は医療機器製造 (輸入) 製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は, 調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は, 調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は, 次による。

- 納入品は, 調達要領指定書によって指定する場合を除き, 納期において, 製造後12か月以内とする。ただし, 製造後12か月以内の製品が納品できない場合は, 流通している最新の製造年月である証明を, 納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は, 契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 ガターパーチャポイント
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による

注記2 品名は仕様書の名称による。

注記3 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記4 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記5 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130505J		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯科用根管充填ガッタパーチャポイント	ISO25, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #025 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #25 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO30, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #030 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #30 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO35, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #035 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #35 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO40, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #040 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #40 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO45, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #045 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #45 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO50, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #050 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #50 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130505J		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯科用根管充填ガッタパーチャポイント	ISO55, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #055 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #55 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO60, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #060 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #60 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ISO70, 28 mm, 120本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント メイン 120本入 #070 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈カラーコード〉 #70 120本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	細大, 150 本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 細大 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈アクセサリー〉 細大 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	細中, 150 本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 細中 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈アクセサリー〉 細中 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	細小, 150 本	(株)モリタ JMガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 150本入 細小 (株)ジーシー ガッターパーチャポイント〈アクセサリー〉 細小 150本 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130505J		

1 調 達 品 目 (続 き)

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯 科 用 根 管 充 填 ガ ッ タ パ ー チ ャ ポ イ ン ト	中 大, 1 5 0 本	(株) モ リ タ J M ガ ッ タ パ ー チ ャ ポ イ ン ト ア ク セ サ リ ー ポ イ ン ト 1 5 0 本 入 大 (株) ジ ー シ ー ガ タ ー パ ー チ ャ ポ イ ン ト (ア ク セ サ リ ー) 大 1 5 0 本 又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)
	中 中, 1 5 0 本	(株) モ リ タ J M ガ ッ タ パ ー チ ャ ポ イ ン ト ア ク セ サ リ ー ポ イ ン ト 1 5 0 本 入 中 (株) ジ ー シ ー ガ タ ー パ ー チ ャ ポ イ ン ト (ア ク セ サ リ ー) 中 1 5 0 本 又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)
	中 小, 1 5 0 本	(株) モ リ タ J M ガ ッ タ パ ー チ ャ ポ イ ン ト ア ク セ サ リ ー ポ イ ン ト 1 5 0 本 入 小 (株) ジ ー シ ー ガ タ ー パ ー チ ャ ポ イ ン ト (ア ク セ サ リ ー) 小 1 5 0 本 又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 品質は、J I S T 6 5 1 5 の 箇 条 4 に 適 合 す る も の と す る。
- b) 材 料 は、ガ ッ タ パ ー チ ャ、酸 化 亜 鉛、重 金 属 酸 化 物 な ど で 構 成 さ れ て い る も の と す る。
- c) サ イ ズ 及 び 入 数 は、規 格 に よ る。

調達要領指定書	調達要求番号	3PRZ1C10005
	契約番号	
	調達要求年月日	令和5年5月12日
	作成部 課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和5年5月12日
物 品 番 号		
品 名	歯科充填用コンポジットレジン	
規 格		
仕 様 書 番 号	EM-T130754B	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
歯科充填用コンポジットレジン	EM-T130754B	
	作成	令和 2年 3月26日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科充填用コンポジットレジンについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6520-287-4425-5	A3
2	GM721264271	A2, 2mL, 3.8g
3	GM721264272	A3, 2mL, 3.8g
4	GM721264273	A3.5, 2mL, 3.8g
5	GM721264274	A4, 2mL, 3.8g
6	GM721264275	B2, 2mL, 3.8g
7	GM721264276	C3, 2mL, 3.8g
8	GM721264277	WE, 2mL, 3.8g

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科充填用コンポジットレジン, A3

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) **規格**

J I S T 6 5 1 4 歯科修復用コンポジットレジン

b) **仕様書**

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) **法令等**

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 **一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 **製品に関する要求**

3.1 **製造承認等**

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 **品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 **性能等**

性能等は、調達品目表による。

4 **品質保証**

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 **出荷条件**

5.1 **包装**

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の4.1による。

5.2 **包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかG L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の4.2による。

物品番号	
品名	歯科充填用コンポジットレジン
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130754B		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯科充填用コン ポジットレジン	A 2, 2 mL, 3. 8 g	(株) トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) A 2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	A 3	クラレノリタケデンタル (株) クリアフィル [®] マジエスティ [®] LV A 3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	A 3, 2 mL, 3. 8 g	(株) トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) A 3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	A 3. 5, 2 mL, 3. 8 g	(株) トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) A 3. 5 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	A 4, 2 mL, 3. 8 g	(株) トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) A 4 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	B 2, 2 mL, 3. 8 g	(株) トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) B 2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	C 3, 2 mL, 3. 8 g	(株) トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) C 3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	WE, 2 mL, 3. 8 g	(株) トクヤマデンタル エステライトΣクイック 2 mL (3.8 g) WE 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 種類は、JIS T 6514の箇条3に規定する、タイプ1 (咬合面を含む修復に用いるコンポジットレジン)、クラス2 (光重合型コンポジットレジン) とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130754B		
<p>2 性能等(続き)</p> <p>b) 光硬化深度は、J I S T 6 5 1 4 の4.2.5による。</p> <p>c) 曲げ強さは、J I S T 6 5 1 4 の4.2.6による。</p> <p>d) 色調は、J I S T 6 5 1 4 の4.3によるほか、規格による。</p> <p>e) X線造影性は、J I S T 6 5 1 4 の4.5に適合し、有するものとする。</p> <p>f) 性状は、ペーストとする。</p> <p>g) 質量は、3.2 g以上とする。</p>			

調達要領指定書	調達要求番号	3PRZ1C10005
	契約番号	
	調達要求年月日	令和5年5月12日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和5年5月12日
物品番号		
品名	歯科用ラバーダムクランプ	
規格		
仕様書番号	EM-T130717C	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、3

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
歯科用ラバーダムクランプ	EM-T130717C	
	作 成	平成30年 4月23日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ラバーダムクランプについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	GM721257673	前歯用，#211，1個
2	GM721257674	小白歯用，#206，1個
3	GM721257675	小白歯用，#207，1個
4	GM721257676	上顎大白歯用，#201，1個
5	GM721257677	下顎大白歯用，#202，1個
6	GM721257678	下顎大白歯用，#56，1個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科用ラバーダムクランプ，前歯用，#211，1個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5301 歯科用ラバーダムクランプ

b) 仕様書

c) **法令等**

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 **一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 **製品に関する要求**

3.1 **製造承認等**

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 **品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 **性能等**

性能等は、調達品目表による。

4 **品質保証**

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 **出荷条件**

5.1 **包装**

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 **包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 歯科用ラバーダムクランプ
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

図1—個装表示

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月 15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月 13日
仕 様 書 番 号	EM-T130717C		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯科用ラ バーダム クランプ	前歯用, # 2 11, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 211 (前歯用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 9 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	小白歯用, # 206, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 206 (小白歯用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 206 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	小白歯用, # 207, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 207 (小白歯用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 207 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	上顎大白歯 用, # 201, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 201 (上顎大白歯 用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 201 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	下顎大白歯 用, # 202, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 202 (下顎大白歯 用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 202 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	下顎大白歯 用, # 56, 1個	(株) YDM ラバーダムクランプ# 56 (下顎大白歯用) (株) デンテック ラバーダムクランプ# 56 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ステンレス鋼とする。
- b) 品質は、次による。
 - 1) 構造は、J I S T 5 3 0 1の3.1による。
 - 2) 形状は、J I S T 5 3 0 1の3.2によるほか、規格を標準とする。
- c) 表示は、J I S T 5 3 0 1の箇条7による。

調達要領指定書	調達要求番号	3PRZ1C10005
	契約番号	
	調達要求年月日	令和5年5月12日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和5年5月12日
物品番号		
品名	現像液	
規格		
仕様書番号	EM-T130691B	
<p>1.3 種類</p> <p>指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。</p> <p>連番 1、2</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕 様 書 番 号
現像液	EM-T130691B	
	作 成	平成29年 2月 2日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の現像液について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6525-100-7921-5	8L×4
2	6525-100-8768-5	4L×4
3	GM741276655	4L×8

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 現像液，8L×4

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名
現像液	8 L×4	コニカミノルタジャパン (株) X-RAY自動現像機用現像剤 XD-6 8 L×4
現像液	4 L×4	富士フイルム (株) 現像液 RD-1B4L×4
現像液	4 L×8	ダイトーマイテック社 D-1 (4L×8個 A液、B液) 大

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品 名 現像液
規 格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	3PRZ1C10005
	契約番号	
	調達要求年月日	令和5年5月12日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和5年5月12日
物品番号		
品名	歯科用エレベータ	
規格		
仕様書番号	EM-T130714E	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、2、3、4、5、6、7

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
歯科用エレベータ	EM-T130714E	
	作成	平成30年 4月23日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用エレベータについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6520-101-2003-5	直, No. 2
2	6520-101-2004-5	直, No. 3
3	6520-101-2005-5	直, No. 4
4	6520-101-2008-5	曲, No. 2
5	6520-101-2009-5	曲, No. 3
6	6520-280-8752-5	曲, No. 4
7	6520-280-8751-5	曲, No. 5
8	GM721267256	D型, NM, No. 2

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 歯科用エレベータ, 直, No. 1

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

b) **法令等**

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 **一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 **製品に関する要求**

3.1 **製造承認等**

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 **品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 **性能等**

性能等は、調達品目表による。

4 **品質保証**

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 **出荷条件**

5.1 **包装**

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 **包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 歯科用エレベータ
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、**表1**による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

図1—個装表示

注記 3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記 4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130714E		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カタログ製品名 ^{a)}	注 記
歯科用エレベータ	直, No. 2	(株) YDM エレベーターB型 #2S (株) シオダ エレベーター #2直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3.5 mm
	直, No. 3	(株) YDM エレベーターB型 #3S (株) シオダ エレベーター #3直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3.0 mm
	直, No. 4	(株) YDM エレベーターB型 #4S (株) シオダ エレベーター #4直 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2.5 mm
	曲, No. 2	(株) YDM エレベーターB型 #2C (株) シオダ エレベーター #2曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3.5 mm
	曲, No. 3	(株) YDM エレベーターB型 #3C (株) シオダ エレベーター #3曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3.0 mm
	曲, No. 4	(株) YDM エレベーターB型 #4C (株) シオダ エレベーター #4曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2.5 mm
	曲, No. 5	(株) YDM エレベーターB型 #5C (株) シオダ エレベーター #5曲 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2.0 mm
	D型, NM, No. 2	(株) YDM エレベーターD型 #NM2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	4.5 mm

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 形状は、各規格においてカタログ製品名に示す製造者等が規定する、社内規格の形状を標準とする。
- b) 材料は、ステンレス鋼とする。
- c) 高圧蒸気滅菌が、可能なものとする。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和 5年 3月15日	作成年月日	令和 5年 3月13日
仕様書番号	EM-T130714E		
2 性能等（続き）			
d) 先幅は、注記による。			

調達要領指定書	調達要求番号	3PRZ1C10005
	契約番号	
	調達要求年月日	令和5年5月12日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和5年5月12日
物品番号		
品名	定着液	
規格		
仕様書番号	EM-T130687B	
<p>1.3 種類</p> <p>指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。</p> <p>連番 1、2</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
定着液	EM-T130687B	
	作 成	平成29年 1月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の定着液について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6525-100-7923-5	8 L×4
2	6525-100-8769-5	4 L×4
3	GM741276656	4 L×8

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 定着液，8 L×4

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名
定着液	8 L×4	コニカミノルタジャパン (株) X-RAY自動現像機用定着剤 XF-SR 8 L×4
定着液	4 L×4	富士フイルム (株) 定着液 F
定着液	4 L×8	ダイソーテック社 F-1 (4 L×8個 A液, B液)

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品 名 定着液
規 格
納入年月
納入業者

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品に

については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	3PRZ1C10005
	契約番号	
	調達要求年月日	令和5年5月12日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和5年5月12日
物品番号		
品名	ファイル, キャナル	
規格		
仕様書番号	EM-T130508G	
<p>1.3 種類</p> <p>指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。</p> <p>連番 4</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
ファイル, キャナル	EM-T130508G	
	作 成	平成25年 4月24日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ファイルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-9194-5	K型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個
2	6520-100-9195-5	K型, 短柄, ISO20, 28 mm, 6個
3	6520-100-9196-5	K型, 短柄, ISO25, 28 mm, 6個
4	6520-100-9197-5	K型, 短柄, ISO30, 28 mm, 6個
5	6520-100-9198-5	K型, 短柄, ISO35, 28 mm, 6個
6	6520-100-9199-5	K型, 短柄, ISO40, 28 mm, 6個
7	6520-100-9200-5	K型, 短柄, ISO45, 28 mm, 6個
8	6520-100-9201-5	K型, 短柄, ISO50, 28 mm, 6個
9	6520-100-9202-5	K型, 短柄, ISO55, 28 mm, 6個
10	6520-100-9203-5	K型, 短柄, ISO60, 28 mm, 6個
11	6520-100-9204-5	K型, 短柄, ISO70, 28 mm, 6個
12	6520-100-9205-5	K型, 短柄, ISO80, 28 mm, 6個
13	6520-100-9218-5	H型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個
14	6520-100-9219-5	H型, 短柄, ISO20, 28 mm, 6個

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
15	6520-100-9220-5	H型, 短柄, ISO25, 28 mm, 6個
16	6520-100-9221-5	H型, 短柄, ISO30, 28 mm, 6個
17	6520 100 9222-5	H型, 短柄, ISO35, 28 mm, 6個
18	6520-100-9223-5	H型, 短柄, ISO40, 28 mm, 6個
19	6520-101-2157-5	H型, 短柄, ISO45, 21 mm, 6個
20	6520-101-2158-5	H型, 短柄, ISO45, 25 mm, 6個
21	6520-101-2159-5	H型, 短柄, ISO45, 28 mm, 6個
22	6520-101-2160-5	H型, 短柄, ISO50, 21 mm, 6個
23	6520-101-2161-5	H型, 短柄, ISO50, 25 mm, 6個
24	6520-101-2162-5	H型, 短柄, ISO50, 28 mm, 6個
25	6520-101-2163-5	H型, 短柄, ISO55, 21 mm, 6個
26	6520-101-2164-5	H型, 短柄, ISO55, 25 mm, 6個
27	6520-101-2165-5	H型, 短柄, ISO55, 28 mm, 6個
28	6520-101-2166-5	H型, 短柄, ISO60, 21 mm, 6個
29	6520-101-2167-5	H型, 短柄, ISO60, 25 mm, 6個
30	6520-101-2168-5	H型, 短柄, ISO60, 28 mm, 6個
31	6520-101-2172-5	H型, 短柄, ISO70, 21 mm, 6個
32	6520-101-2173-5	H型, 短柄, ISO70, 25 mm, 6個
33	6520-101-2174-5	H型, 短柄, ISO70, 28 mm, 6個
34	6520-101-2175-5	H型, 短柄, ISO80, 21 mm, 6個
35	6520-101-2176-5	H型, 短柄, ISO80, 25 mm, 6個
36	6520-101-2177-5	H型, 短柄, ISO80, 28 mm, 6個
37	6520-101-2180-5	K型, 短柄, ISO45, 21 mm, 6個
38	6520-101-2181-5	K型, 短柄, ISO45, 25 mm, 6個
39	6520-101-2182-5	K型, 短柄, ISO50, 21 mm, 6個
40	6520-101-2183-5	K型, 短柄, ISO50, 25 mm, 6個
41	6520-101-2184-5	K型, 短柄, ISO55, 21 mm, 6個
42	6520-101-2185-5	K型, 短柄, ISO55, 25 mm, 6個
43	6520-101-2186-5	K型, 短柄, ISO60, 21 mm, 6個
44	6520-101-2187-5	K型, 短柄, ISO60, 25 mm, 6個
45	6520-101-2188-5	K型, 短柄, ISO70, 21 mm, 6個
46	6520-101-2189-5	K型, 短柄, ISO70, 25 mm, 6個
47	6520-101-2190-5	K型, 短柄, ISO80, 21 mm, 6個
48	6520-101-2191-5	K型, 短柄, ISO80, 25 mm, 6個
49	GM721254437	K型, 短柄, ISO08, 28 mm, 6個
50	GM721254438	K型, 短柄, ISO10, 28 mm, 6個
51	GM721254439	H型, 短柄, ISO08, 28 mm, 6個

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
52	GM721254440	H型, 短柄, ISO10, 28 mm, 6個

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ファイル, キャンナル, K型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS T 5221-1 歯科用歯内療法器具-第1部: 一般的要求事項及び試験方法

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和36年厚生省令第1号)

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき, 医療機器として製造 (輸入) 承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造 (輸入) 承認を受ける必要がない製品の場合は, “医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造 (輸入) 品目として許可を受けているもの又は医療機器製造 (輸入) 製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は, 調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は, 調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は, 契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は, 調達要領指定書によって指定する場合を除き, GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 ファイル, キャナル
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、**表1**による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調達品目			
品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO15 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #15 28 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO15 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO20, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO20 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #20 28 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO20 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO25, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO25 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #25 28 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO25 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO30, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO30 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #30 28 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO30 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型, 短 柄, ISO 3 5, 2 8 m m, 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 3 5 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 3 5 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 3 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型, 短 柄, ISO 4 0, 2 8 m m, 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 4 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 4 0 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 4 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型, 短 柄, ISO 4 5, 2 8 m m, 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 4 5 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 4 5 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 4 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型, 短 柄, ISO 5 0, 2 8 m m, 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 5 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 5 0 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 5 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		

1 調 達 品 目 (続 き)

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO55, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO5 5 6本入り
		(株) ジーシー ジーシーファイルK #55 28 m m 6本入り
		マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO 55 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	K型, 短柄, ISO60, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO6 0 6本入り
		(株) ジーシー ジーシーファイルK #60 28 m m 6本入り
		マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO 60 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	K型, 短柄, ISO70, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO7 0 6本入り
		(株) ジーシー ジーシーファイルK #70 28 m m 6本入り
		マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO 70 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	K型, 短柄, ISO80, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO8 0 6本入り
		(株) ジーシー ジーシーファイルK #80 28 m m 6本入り
		マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO 80 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	H型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO15 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #15 28 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO15 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO20, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO20 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #20 28 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO20 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO25, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO25 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #25 28 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO25 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO30, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO30 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #30 28 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO30 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	H型, 短柄, ISO35, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO3 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #35 28 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 35 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO40, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO4 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #40 28 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 40 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO45, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 21 mm ISO4 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #45 21 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 21 mm ISO 45 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO45, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 25 mm ISO4 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #45 25 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 25 mm ISO 45 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	H型, 短柄, ISO45, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO4 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #45 28 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 45 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO50, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 21 mm ISO5 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #50 21 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 21 mm ISO 50 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO50, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 25 mm ISO5 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #50 25 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 25 mm ISO 50 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO50, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO5 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #50 28 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 50 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		

1 調 達 品 目 (続 き)

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯 科 用 フ ァ イ ル	H型, 短柄, ISO55, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 21 mm ISO5 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #55 21 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 21 mm ISO 55 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	H型, 短柄, ISO55, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 25 mm ISO5 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #55 25 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 25 mm ISO 55 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	H型, 短柄, ISO55, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO5 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #55 28 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 55 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	H型, 短柄, ISO60, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 21 mm ISO6 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #60 21 m m 6本入り マニー (株) マニーHファイル 21 mm ISO 60 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	H型, 短柄, ISO60, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 25 mm ISO60 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #60 25 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 25 mm ISO60 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO60, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO60 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #60 28 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO60 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO70, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 21 mm ISO70 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #70 21 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 21 mm ISO70 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO70, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 25 mm ISO70 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #70 25 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 25 mm ISO70 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	H型, 短柄, ISO70, 28 mm, 6個	(株) 松風	松風Hファイル 28 mm ISO70 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルH #70 28 mm 6本入り
		マニー (株)	マニーHファイル 28 mm ISO70 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO80, 21 mm, 6個	(株) 松風	松風Hファイル 21 mm ISO80 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルH #80 21 mm 6本入り
		マニー (株)	マニーHファイル 21 mm ISO80 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO80, 25 mm, 6個	(株) 松風	松風Hファイル 25 mm ISO80 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルH #80 25 mm 6本入り
		マニー (株)	マニーHファイル 25 mm ISO80 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO80, 28 mm, 6個	(株) 松風	松風Hファイル 28 mm ISO80 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルH #80 28 mm 6本入り
		マニー (株)	マニーHファイル 28 mm ISO80 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO45, 21 mm, 6個	(株) 松風	松風Kファイル 21 mm ISO4 5 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #45 21 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 21 mm ISO 45 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO45, 25 mm, 6個	(株) 松風	松風Kファイル 25 mm ISO4 5 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #45 25 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 25 mm ISO 45 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO50, 21 mm, 6個	(株) 松風	松風Kファイル 21 mm ISO5 0 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #50 21 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 21 mm ISO 50 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO50, 25 mm, 6個	(株) 松風	松風Kファイル 25 mm ISO5 0 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #50 25 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 25 mm ISO 5.0 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO55, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 21 mm ISO5 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #55 21 m m 6本入り マニー (株) マニーKファイル 21 mm ISO 55 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO55, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 25 mm ISO5 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #55 25 m m 6本入り マニー (株) マニーKファイル 25 mm ISO 55 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO60, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 21 mm ISO6 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #60 21 m m 6本入り マニー (株) マニーKファイル 21 mm ISO 60 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO60, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 25 mm ISO6 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #60 25 m m 6本入り マニー (株) マニーKファイル 25 mm ISO 60 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO70, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 21 mm ISO70 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #70 21 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 21 mm ISO70 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO70, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 25 mm ISO70 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #70 25 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 25 mm ISO70 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO80, 21 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 21 mm ISO80 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #80 21 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 21 mm ISO80 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO80, 25 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 25 mm ISO80 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #80 25 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 25 mm ISO80 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO08, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO08 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #08 28 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO08 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO10, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO10 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #10 28 mm 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO10 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO08, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO08 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #08 28 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO08 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	H型, 短柄, ISO10, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO10 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルH #10 28 mm 6本入り マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO10 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
<p>2 性能等</p> <p>同等と判断する要求基準は次による。</p> <p>a) J I S T 5 2 2 1 - 1 に規定される, 標準形状器具とする。</p> <p>b) 形状は, 規格に示すH型又はK型とする。</p> <p>c) 作業部の材料は, ステンレス鋼又はニッケル・チタン合金とする。</p> <p>d) 作業部の長さは, J I S T 5 2 2 1 - 1 の5.2.1に適合するものとするほか, 規格による。</p> <p>e) 寸法表記及び直径は, J I S T 5 2 2 1 - 1 の表1に適合するものとするほか, 規格による。</p> <p>f) 入数は, 規格による。</p> <p>g) ラバーストッパーを有するものとする。</p>			

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 5 - 1 0 1 - 2 2 7 6 - 5	仕 様 書 番 号
アルバム、パノラマフィルム用	EM-T130013H	
	作 成	平成10年 9月30日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のX線フィルム用アルバム、パノラマ用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-101-2276-5
品名	アルバム、パノラマフィルム用
規格	15 cm×30 cm, 50枚用
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月 15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月 13日
仕 様 書 番 号	EM-T130013H		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
X線フィルム用アルバム、パノラマ用	(株) センジョー JMパノラマフィルムアルバム 15×30 cm用 50枚綴 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 15×30 cmの歯科用X線パノラマフィルムを収納することができる、アルバムとする。
- b) バインダーは、ボール紙の芯にポリ塩化ビニルのシートを高周波加工したものとし、2穴式のとじ具を有するものとする。
- c) フィルムを収納する用紙は、ポリ塩化ビニルのフィルムシートとし、50枚つづりとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 5 - 2 8 7 - 8 3 4 8 - 5	仕 様 書 番 号
自 動 現 像 機 用 現 像 ス タ ー タ ー	E M - T 1 3 0 6 8 8 B	
	作 成	平 成 2 9 年 1 月 2 6 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の現像スターターについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
現像スターター	コニカミノルタジャパン（株） X-レイ自動現像機用現像スターター — TD-CM50S 1 L

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-287-8348-5
品名	自動現像機用現像スターター
規格	1 L
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 8 5 0 - 1 0 1 - 2 3 0 0 - 5	仕 様 書 番 号
即重合用筆洗浄剤	EM-T130005J	
	作 成	平成10年 9月30日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の筆洗浄剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6850-101-2300-5
品名	即重合用筆洗浄剤
規格	100 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130005J		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
筆洗浄剤	(株) ニッシン 即重用筆クリーナー セット内容 (液100 mL, 空ガラス容器, スポイト) サンメディカル (株) スーパーボンド 筆洗い液II 製品構成 (筆洗い液II 1本 (100 mL), 洗浄用ポット1個, ワンタッチキャップ1個) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 筆などに固着した、常温重合型レジンの除去ができるものとする。
- b) 内要品に、専用の洗浄容器を有するものとする。
- c) 容量は、100 mLを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6525-100-7780-5	仕様書番号
現像粉剤	FM-T130689B	
	作成	平成29年 2月 1日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の現像剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1-品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
現像剤	コニカミノルタジャパン(株) X-RAY自動現像機用処理薬品 KM-ドールX (粉剤タイプ現像剤) Xレイフィルム現像剤 2 L用

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月で

ある証明を、納入時に添付するものとする。

- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-100-7780-5
品名	現像粉剤
規格	標準型, 2 L用
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 5 - 1 0 0 - 7 7 8 1 - 5	仕 様 書 番 号
定 着 粉 剤	E M - T 1 3 0 6 9 0 B	
	作 成	平 成 2 9 年 2 月 1 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の定着剤について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1-品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
定着剤	コニカミノルタジャパン(株) X-RAY自動現像機用処理薬品 K M-フィックス (粉剤タイプ定着剤) 酸性硬膜定着剤 4 L用 (2 L×2)

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月で

ある証明を、納入時に添付するものとする。

- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、申請書をもって速やかに契約担当官等の承認を得るものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6525-100-7781-5
品名	定着粉剤
規格	4 L用
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM721267258	仕様書番号
歯科技工用カーバイド切削器具	EM-T130771B	
	作成	令和 3年 2月 8日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科技工用カーバイド切削器具について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721267258
品名	歯科技工用カーバイド切削器具
規格	No. 14
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で記入する。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません。

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130771B		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科技工用カーバ イド切削器具	(株) 松風 技工用カーバイド 14N
	(株) モリタ 技工用カーバイド #1510 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 最高許容回転数は、30,000 rpm以上を標準とする。
- b) 作業部径は、4.5 mmを標準とする。
- c) 適応材料は、レジン、貴金属合金、ニッケルクロム合金、及びコバルトクロム合金に適応するものとする。

3 個 装

個装は、1個ごとにポリエチレンなどのビニール袋に収めるものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	GM721269195	仕 様 書 番 号
マイクロブラシ，歯科用	EM-T130791B	
	作 成	令和 4年 3月11日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のマイクロブラシについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721269195
品名	マイクロブラシ、歯科用
規格	100本入
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月 15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月 13日
仕 様 書 番 号	EM-T130791B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}								
マイクロブラシ, 歯 科用	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">(株) 松風</td> <td style="text-align: right;">マイクロブラシ</td> </tr> <tr> <td>マイクロブラシインターナショナル社</td> <td style="text-align: right;">マイクロブラシ</td> </tr> <tr> <td>(株) トクヤマデンタル</td> <td style="text-align: right;">ミニブラシ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)</td> </tr> </table>	(株) 松風	マイクロブラシ	マイクロブラシインターナショナル社	マイクロブラシ	(株) トクヤマデンタル	ミニブラシ	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
(株) 松風	マイクロブラシ								
マイクロブラシインターナショナル社	マイクロブラシ								
(株) トクヤマデンタル	ミニブラシ								
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)									
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。									

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 先端は、φ 2. 0 mmを標準とする。
- b) 前長は、8. 5 cmを標準とする。
- c) 入数は、1箱に100本入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM721276653	仕様書番号
歯科用仮封材，水硬性	EM-T130695D	
	作成	平成29年 3月10日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の水硬性仮封材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器

として製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は，次による。

- a) 納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において，製造後12か月以内とする。ただし，製造後12か月以内の製品が納品できない場合は，流通している最新の製造年月である証明を，納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721276653
品名	歯科用仮封材，水硬性
規格	ホワイト，30g
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は，西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1 個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130695D		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
水硬性仮封材	(株)ジーシー キャビットン ファスト ホ ワイト 30 g
	ヘレウスクルツァージャパン (株) ルミコン テンポラリーシ ーラー ホワイト 30 g 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 唾液からの水分により硬化する、パテ状の仮封材とする。
- b) 使用時に、加熱や練和が不要なものとする。
- c) 色相は、白系とする。
- d) 質量は、30 g以上とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 0 1 6 - 5 8 3 7 - 5	仕 様 書 番 号
ナイフ，彫刻用	EM-T130170G	
	作 成	平成11年 2月10日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科技工用彫刻刀について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医薬機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-016-58337-5
品名	ナイフ，彫刻用
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は，西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1－個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130170G		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科技工用彫刻刀	(株) YDM 彫刻刀 エバン 201010421
	(株) イシズカ 彫刻刀 (エバン) #1
	(株) タスク エバン彫刻刀 #1 CODE No. 41001
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、作業部がステンレス鋼，柄部がアルミニウムとする。
- b) 寸法は、全長160 mmを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 0 1 6 - 5 8 3 8 - 5	仕 様 書 番 号
ナイフ，石膏用	EM-T 1 3 0 1 6 9 H	
	作 成	平成 1 1 年 2 月 1 0 日
	変 更	令和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の歯科技工用石膏刀について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-016-5838-5
品名	ナイフ, 石膏用
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月 15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月 13日
仕 様 書 番 号	EM-T130169H		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科技工用石膏刀	(株) YDM 石膏刀 21-340 (株) ヨシオカ 石膏刀 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 刀身の材料は、ステンレス鋼とする。
- b) 寸法は、全長160 mmを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 0 - 8 3 6 9 - 5	仕 様 書 番 号
両頭鋭匙	E M - T 1 3 0 3 5 3 J	
	作 成	平成13年 4月 6日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用キュレットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-8369-5
品名	両頭鋭匙
規格	No. 4
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130353J		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用キュレット	(株) YMD 鋭匙 曲 #4
	(株) TDM 鋭匙 曲 #4
	(株) タスク 鋭匙 #4
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ステンレス鋼などの金属とする。
- b) 形状は、規格による。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 0 - 8 6 4 2 - 5	仕 様 書 番 号
咬合紙，青	EM-T130725B	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の咬合紙について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-8642-5
品名	咬合紙, 青
規格	12枚綴, 10冊
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130725B		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
咬合紙	(株) センジョー プルミエライン咬合紙 青 120×22 m m 12枚綴×10冊
	(株) ジーシー アーティキュレイティングペーパー 青 1 2枚綴10冊 (幅22 mm×長さ120 m m)
	(株) 松風 咬合紙 青 (両面カーボン) 122×22 mm 1箱 (12枚綴×10冊)
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、上下歯列の間に入れて噛み合わせるによりカーボン紙の青色が転写され、咬合状態を確認できるものとする。
- b) 寸法は、長さ120 mm×幅22 mmを標準とし、厚さは25 μm～40 μmとする。
- c) 入数は、12枚綴×10冊とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 0 - 8 7 6 1 - 5	仕 様 書 番 号
咬合紙，赤	E M - T 1 3 0 7 2 6 B	
	作 成	平成31年 3月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の咬合紙について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-8761-5
品名	咬合紙, 赤
規格	12枚綴, 10冊
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月 15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月 13日
仕 様 書 番 号	EM-T130726B		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
咬合紙	(株) センジョー プルミエライン咬合紙 赤 120×22 mm 12枚綴×10冊
	(株) ジーシー アーティキュレイティングペーパー 赤 12枚綴10冊(幅22 mm×長さ120 mm)
	(株) 松風 咬合紙 赤(両面カーボン) 122×22 mm 1箱(12枚綴×10冊)
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、上下歯列の間に入れて噛み合わせるによりカーボン紙の赤色が転写され、咬合状態を確認できるものとする。
- b) 寸法は、長さ120 mm×幅22 mmを標準とし、厚さは25 μm～40 μmとする。
- c) 入数は、12枚綴×10冊とする。