

一般競争入札公告

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾正輝

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「契約条項」及び「入札心得」を承知のうえ参加されたい。

1 競争入札に付する事項

件名	規格	単位	数量	納期	納地
薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L ほか 3 件	(総品目総額) 別紙第 1 のとおり				桂駐屯地

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- 令和 4, 5, 6 年度全省庁統一資格において、物品の販売の D 級以上の資格を有するものとする。
- 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
- 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 契約条項及び入札心得

- 適用する契約条項
駐屯地用標準契約書の「物品売買契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。
- 契約条項及び入札心得を示す場所
陸上自衛隊関西補給処桂支処 総務部会計課 契約班

4 競争入札の日時及び場所

- 入札日時 : 令和 7 年 2 月 21 日 (金) 0930
- 入札場所 : 桂駐屯地 本部庁舎 1F 多目的室

5 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10（軽減税率対象品目については100分の8）に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

6 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札心得に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

7 落札決定方法

総品目総額決定（同価の場合には、抽選により決定する。）

8 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免除
- (2) 契約保証金：免除
- (3) 違約金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

9 契約書の作成

落札決定後、遅滞なく契約書を作成する。

但し、契約金額が50万円未満の場合は契約書の作成を省略することができる。

10 その他

- (1) 入札参加者は、入札前日までに競争入札受付票(別紙第2)に必要事項を記入し、資格決定通知書(写)と合わせて提出(FAX可)すること。
- (2) 電報・電話等による入札は認めない。
- (3) 郵便による入札については2月20日(木)1700着分までを有効とし便着の確認を必ずすること。
また入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施する。
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
- (5) 予定価格に達しない場合は再度入札を実施する。再度入札の場合は別途連絡する。
- (6) 市場価格調査を2月19日(水)1200までに提出されたい。
- (7) 同等品により入札する場合は、同等品申請書(別紙第3)に必要事項を記入し、2月18日(火)1200までに会計課まで提出(FAX可)し、承認を受けた上で入札をすること。

11 入札公告掲示場所

- (1) 陸上自衛隊桂駐屯地 本部庁舎1F 会計課事務室前掲示板
- (2) 陸上自衛隊桂駐屯地ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/3d/katsura/>
- (3) 陸上自衛隊宇治駐屯地 関西補給処調達会計部掲示板

12 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒615-8103 京都市西京区川島六の坪

陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処 会計課 契約班 担当 岩本、安達(344, 347)

TEL (075) 381-2125 FAX (075) 381-8881

No.	品名	規格	単位	数量	備考	納期
1	薬品保冷库, 引違い戸型, 350L	仕様書の通り	個	1		7.3.31
2	小型包装品用高压蒸気滅菌器, 卓上型, 15L	仕様書の通り	個	1		7.3.31
3	視力表, モニタ型	仕様書の通り	個	1		7.3.31
4	汎用検査室用遠心機	仕様書の通り	個	1		7.3.31

競争入札受付票

令和 年 月 日

入札件名		入札日時	令和7年2月21日（金） 09：30～
仕様書等 受領者	住所		
	会社名	(電話 — —)	
	受領者（役職・氏名）		
官側受付日			

同等品申請書

分任契約担当官 陸上自衛隊
関西補給処桂支処会計課長 殿

住 所：
会 社 名：
代表者氏名：

印

下記の応札（見積）予定物品が調達要求物品と同等であることを確認願います。

入札（見積）年月日： 7年 2月 21日

区分：

番 号	品 名	公告規格	同 等 品 規 格	定 価	備 考	官側判定

※必ずカタログ等の写しを添付すること

品目が多数となる等、上記に記入し難い場合は、別紙を作成し割印を押印
一品目につき複数の同等品を申請する場合は、それぞれ行を異にして記入する。

令和 年 月 日

契約担当官 殿

上記のとおり判定したので通知する。

要求権者

印

令和 年 月 日

殿

上記のとおり判定されたので通知する。

分任契約担当官 陸上自衛隊
関西補給処桂支処会計課長 殿 印

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	4110-289-0385-5	仕様書番号
薬品保冷庫，引違い戸型，350L	GM-T107865D	
	作成	平成28年10月19日
	変更	令和4年6月30日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の薬品保冷庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

構成は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“薬品保冷庫、引違い戸型、350L”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1

による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 6月 30日
仕様書番号	GM-T107865D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
薬品保冷庫	PHC(株) 薬用冷蔵ショーケース MPR-S300H-PJ 日本フリーザー(株) 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31HC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など	
		PHC(株)	日本フリーザー(株)
本体	1	MPR-S300H-PJ	NC-ME31HC
遮光ガラス	1	MPR-300GH-PW	遮光フィルム
自記温度記録計	1	MTR-0621LH-PJ	AKM-0620
記録計取付金具	1	MPR-S30W-PW	-
自記温度記録計用記録紙(1年分)	1	MTR-0621LH-PJ に含む。	AKM-0620に含む。
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 外形寸法は、W900 mm×D600 mm×H1900 mm以下とし、内容積は、350 L±10%とする。
- b) 扉は、引違い戸式で、熱線反射フィルム又はLow-E二重ガラスとし、遮光ガラス又は遮光フィルム付とする。
- c) 冷媒は、代替フロン又はノンフロンとする。
- d) 棚を5段以上もつものとし、1段当たりの耐荷重は、20 kg以上とする。
- e) 冷却方式は、強制循環式とする。
- f) 温度センサをもち、温度調節及び表示は、デジタル式とする。
- g) 高温及び低温時に、ランプ、ブザー、デジタル表示などによる警報機能をもつ。
- h) 庫内灯は、LEDライトとする。
- i) 錠前を1個以上もつものとする。
- j) キャスタをもち、移動可能とする。

調達品目表（続き）

- k) 温度設定は、+2℃～+14℃の範囲で可能とする。
- l) 自動除霜機能をもち、庫内の温度上昇の抑制が可能とする。
- m) 自記温度記録計の取付けが可能とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4RHZ1A10050
	調達要求年月日	令和7年 1月30日
	作成部隊等名	関西補給処桂支処総務部
	作成年月日	令和7年 1月30日
品名	薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L	
仕様書番号	GM-T107865D	

3.4 製品の表示

b) 1種銘板の取得番号は," 0311710" とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。

提出資料の提出先は陸上自衛隊関西補給処桂支処総務部衛生課とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6 5 3 0 - 1 0 0 - 4 6 4 1 - 5	仕 様 書 番 号
小型包装品用高圧蒸気滅菌器，卓上型， 1 5 L	GM-T 1 0 4 2 7 5 R	
	作 成	昭和 4 4 年 1 0 月 3 日
	変 更	令和 3 年 7 月 1 2 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の小型包装品用高圧蒸気滅菌器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 3年 7月 12日
仕様書番号	GM-T104275R		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
小型包装品用高圧蒸気滅菌器	(株)湯山製作所 YS-A-C006J 不二光学機械(株) HAC 240XP (株)東邦製作所 TW-23AL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など		
		(株)湯山製作所	不二光学機械(株)	(株)東邦製作所
本体	1	YS-A-C006J	HAC 240XP	TW-23AL
網かご	1	YS-A-C006J 用バスケット	HAC 240XP 用専用半月網カゴ	滅菌用バスケット B-U190
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 小型包装品用の高圧蒸気滅菌器とする。
- b) タイマをセット後、滅菌から乾燥まで自動処理で行えるものとする。
- c) 圧力容器の寸法は、φ230 mm×300 mm以上とする。
- d) 外形寸法は、W500 mm×D550 mm×H400 mm以下とする。
- e) 滅菌温度の設定は、3段階以上（115℃、121℃及び132℃～135℃）の設定が可能とする。
- f) 135℃以下での乾燥が可能とする。
- g) 電源は、AC100V、50Hz/60Hzとする。
- h) 本体専用のバスケット又は半月網カゴをもつ。

調達要領指定書	調達要求番号	4RHZ1AI0050
	調達要求年月日	令和7年 1月30日
	作成部隊等名	関西補給処桂支処総務部
	作成年月日	令和7年 1月30日
品名	小型包装品用高圧蒸気滅菌器, 卓上型, 15L	
仕様書番号	GM-T104275R	
<p>3.5 製品の表示</p> <p>b) 1種銘板の取得番号は," 0317114" とする。</p> <p>6.2.2 提出書類</p> <p>提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。</p> <p>提出資料の提出先は陸上自衛隊関西補給処桂支処総務部衛生課とする。</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6 5 4 0 - 4 2 2 - 7 3 0 3 - 5	仕 様 書 番 号
視力表, モニタ型	GM-T 1 0 5 9 0 3 J	
	作 成	平成 5 年 1 2 月 2 1 日
	変 更	令和 4 年 6 月 7 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の視力表について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z. 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 6月 7日
仕様書番号	GM-T105903J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
視力表	(株)トプコン パネルチャート PC-50
	(株)ニデック システムチャート SC-1600 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など	
		(株)トプコン	(株)ニデック
本体	1	PC-50	SC-1600
リモコン	1	LR-50	リモコン
専用架台	1	フロアスタンド	フロアスタンド
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) ランドルト環視標による視力表とする。
- 2) 検査視標は、1文字表示及び縦又は横1列表示が可能とする。
- 3) 乱視検査用視標をもつものとする。
- 4) 外形寸法は、W550 mm×D70 mm×H560 mm以下とする。
- 5) 質量は、10 kg以下とする。
- 6) 視力値は、0.05～2.0の範囲での表示が可能とする。
- 7) 設置距離は、3 m～6 mの範囲での検査が可能とする。
- 8) 電源は、AC100 V, 50 Hz/60 Hzとする。

b) リモコンは、次による。

- 1) リモコンにより、本体の操作が可能とする。
- 2) 液晶ディスプレイをもつものとする。
- 3) 液晶表示部に、視標の方向（マーク）及び視力値（数字）の表示が可能とする。

c) 専用架台（フロアスタンド）をもつものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	4RHZ1AI0050
	調達要求年月日	令和7年 1月30日
	作成部隊等名	関西補給処桂支処総務部
	作成年月日	令和7年 1月30日
品名	視力表, モニタ型	
仕様書番号	GM-T105903J	

3.5 製品の表示

b) 1種銘板の取得番号は," 0313615" とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。

提出資料の提出先は陸上自衛隊関西補給処桂支処総務部衛生課とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6 6 4 0 - 1 0 0 - 6 9 7 4 - 5	仕 様 書 番 号
汎用検査室用遠心機	GM-T107971C	
	作 成	令和 2年 5月 28日
	変 更	令和 4年 6月 28日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の汎用検査室用遠心機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 6月 28日
仕様書番号	GM-T107971C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
汎用検査室用遠心機	(株)コクサン 卓上遠心機 H-36α (株)久保田製作所 卓上遠心機 S500T 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

番号	名称		(株)コクサン		(株)久保田製作所	
			規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
1	本体		H-36α	1	S500T	1
2	ロータ		RF-120	1	ST-724M	1
3			RF-126	1	—	—
4	バケット（4個／1組）		MT-100	1	053-5820	1
5			MT-109	1	053-5840 （構成番号8のラックを含む。）	1
6	ケース（4個／1組）	ラック，10ml用（72本～80本）	PA-120	1	055-4740	1
7		ラック，15ml用（40本～48本）	PB-120	1	055-0880	1
8		ラック，15ml用（68本～72本）	PB-126	1	—	—
9		ラック，50ml用（8本）	PC-120	1	055-4760	1
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。						

調達品目表（続き）

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 構成の番号2～3のロータは、スイングロータとし、使用時の最高回転数は、3 000 r p m以上とする。
- b) 構成の番号2～3のロータを使用した場合、最大遠心力は、2 000 × g以上とする。
- c) 最大処理量は、1 000 m l以上とする。
- d) 回転数及び時間の設定が可能とする。
- e) 回転数の表示が可能とする。
- f) ドアロックなどの安全装置をもつものとする。
- g) 回転数の自然減速が可能とする。
- h) 電源は、AC100 V, 50 Hz / 60 Hzとする。
- i) 本体の外形寸法は、W450 mm×D560 mm×H400 mm以下とする。
- j) 本体の質量は、42 k g以下とする。
- k) 構成の番号2～3のロータに対応するバケットをもつものとする。
- l) ケース（ラック）は、10m l用（72本～80本）、15m l用（40本～48本）、15m l用（68本～72本）、50m l用（8本）とする。
- m) ケース（ラック）は、ガラス管又は採血管用とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4RHZ1AI0050
	調達要求年月日	令和7年 1月30日
	作成部隊等名	関西補給処桂支処総務部
	作成年月日	令和7年 1月30日
品名	汎用検査室用遠心機	
仕様書番号	GM-T107971C	
<p>3.5 製品の表示</p> <p>b) 1種銘板の取得番号は," 0316202" とする。</p> <p>6.2.2 提出書類</p> <p>提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。</p> <p>提出資料の提出先は陸上自衛隊関西補給処桂支処総務部衛生課とする。</p>		

入 札 書

分任契約担当
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾 正輝 殿

〒 _____

(税抜き価格)

住所・会社名・代表者名

- 1 納入先 陸上自衛隊桂駐屯地
 2 決定方式 総品目総額
 3 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。
 4 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

7.2.21

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価(税抜き)	金 額(税抜き)	備 考
1	薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L	仕様書の通り	個	1			
2	小型包装品用高压蒸気滅菌器, 卓上型, 15L	仕様書の通り	個	1			
3	視力表, モニタ型	仕様書の通り	個	1			
4	汎用検査室用遠心機	仕様書の通り	個	1			

市場価格調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾正輝 殿

〒

(税抜き価格)

住所・会社名・代表者名

1 納入先

陸上自衛隊桂駐屯地

No.	品名	規格	単位	数量	単価(税抜き)	金額(税抜き)	備考
1	薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L	仕様書の通り	個	1			
2	小型包装品用高圧蒸気滅菌器, 卓上型, 15L	仕様書の通り	個	1			
3	視力表, モニタ型	仕様書の通り	個	1			
4	汎用検査室用遠心機	仕様書の通り	個	1			

入 札 書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾 正 輝 殿

〒

(税抜き価格)

住所・会社名・代表者名

- 1 納入先 陸上自衛隊桂駐屯地
- 2 決定方式 総品目総額
- 3 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。
- 4 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

7.2.21

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価(税抜き)	金 額(税抜き)	備 考
1	薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L	仕様書の通り	個	1			
2	小型包装品用高圧蒸気滅菌器, 卓上型, 15L	仕様書の通り	個	1			
3	視力表, モニタ型	仕様書の通り	個	1			
4	汎用検査室用遠心機	仕様書の通り	個	1			

市場価格調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾正輝 殿

〒 _____

(税抜き価格)

住所・会社名・代表者名

1 納入先

陸上自衛隊桂駐屯地

No.	品名	規格	単位	数量	単価(税抜き)	金額(税抜き)	備考
1	薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L	仕様書の通り	個	1			
2	小型包装品用高圧蒸気滅菌器, 卓上型, 15L	仕様書の通り	個	1			
3	視力表, モニタ型	仕様書の通り	個	1			
4	汎用検査室用遠心機	仕様書の通り	個	1			