

令和4年7月28日

関西補給処 宇治駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
15	二酸化硫黄ガス(100ppm)	関西補給処整備部化学整備工場	令和4年10月31日	令和4年7月28日	令和4年8月8日12時00分	令和4年8月8日13時00分	参加資格不問	
				— 以下余白 —				

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先

〒611-0011

住所 : 京都府宇治市五ヶ庄官有地

契約機関名(担当): 関西補給処調達会計部契約課(市村)

電場番号(内線): 0774-31-8121(292)

陸上自衛隊仕様書

物品番号	000001103041	仕様書番号	
		HC-Z200019	
		防衛大臣承認	年 月 日
		作成	平成23年 7月28日
		変更	年 月 日
		作成部隊等名	補給統制本部
二酸化硫黄ガス (100ppm)			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊が保有する携帯試験装置に使用する二酸化硫黄ガス (100ppm) について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
HC-Z180083 携帯試験装置

b) 法令等

高圧ガス保安法 (昭和26年 法律第204号)
容器保安規則 (昭和41年 通商産業省令第50号)

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 成分

成分は、表1による。

表1-成分

番号	品名	分子式	濃度	注記
1	二酸化硫黄	SO ₂	100ppm	窒素雰囲気中の濃度とする
2	窒素	N ₂	—	—

2.3 容器

容器は、0.35L型とし、“高圧ガス保安法”及び“容器保安規則”に適合しているものとする。細部は、図1による。

2.4 充填圧力

充填圧力は、4.9MPaとする。

2.5 塗装

塗装は、製造者の社内規格による。

3 検査

検査は、契約担当官等が定める検査実施要領による。

4 出荷条件

出荷条件は、GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 納入書類

納入書類は、品質保証書（社内検査成績書を含む。）とする。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

単位 mm

PT3/8(ネジの公差:基準径にて+1/2,-1山)




図1-密器