

公告第 1 3 6 — 1 号

令和 7 年 2 月 4 日

変 更 公 告

分任契約担当官

陸上自衛隊福知山駐屯地

第 3 4 9 会計隊長 塩津 幸孝

公告第 1 3 6 号「遠心機（令和 7 年 1 月 2 9 日）」に係る入札について、内容の一部を下記のとおり変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。

1 変更事項

仕様書を別添のとおり変更する。

2 入札に関する事項の問い合わせ先

〒 6 2 0 — 8 5 0 2 京都府福知山市字天田無番地

陸上自衛隊福知山駐屯地 第 3 4 9 会計隊 契約班 安達

TEL 0773-22-4141（内線 543）

FAX 0773-22-9549

Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6 6 4 0 - 1 0 0 - 6 9 7 4 - 5	仕 様 書 番 号
汎用検査室用遠心機	GM-T 1 0 7 9 7 1 C	
	作 成	令和 2 年 5 月 2 8 日
	変 更	令和 7 年 2 月 4 日
	作成部隊等名	福知山駐屯地業務隊衛生科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の汎用検査室用遠心機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 構成

構成は，調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，**G L T－C G－Z 0 0 0 0 1**の**2.3**及び**N D S Z 8 0 1 1**による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1 部	陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊 衛生科
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 9の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	4RU01AM0037	作成部隊等名	福知山駐屯地業務隊衛生科
調達要求年月日	令和 7 年 1 月 2 7 日	作成年月日	令和 4 年 6 月 2 8 日
仕様書番号	GM-T 1 0 7 9 7 1 C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
汎用検査室用遠心機	(株)コクサン 卓上遠心機 H-36α (株)久保田製作所 卓上遠心機 S500T 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

番号	名称		(株)コクサン		(株)久保田製作所	
			規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
1	本体		H－3 6 α	1	S 5 0 0 T	1
2	ロータ		R F－1 2 0	1	S T－7 2 4 M	1
3	バケット（4個／1組）		M T－1 0 0	1	0 5 3－5 8 2 0	1
4	ケース（4個／1組）	ラック，1 0 m l 用（7 2 本～8 0 本）	P A－1 2 0	1	0 5 5－4 7 4 0	1
5		ラック，1 5 m l 用（4 0 本～4 8 本）	P B－1 2 0	1	0 5 5－0 8 8 0	1
6		ラック，5 0 m l 用（8 本）	P C－1 2 0	1	0 5 5－4 7 6 0	1

注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

調達品目表（続き）

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) **構成**の番号2のロータは、スイングロータとし、使用時の最高回転数は、3 0 0 0 r p m 以上とする。
- b) **構成**の番号2のロータを使用した場合、最大遠心力は、2 0 0 0 × g 以上とする。
- c) 最大処理量は、1 0 0 0 m l 以上とする。
- d) 回転数及び時間の設定が可能とする。
- e) 回転数の表示が可能とする。
- f) ドアロックなどの安全装置をもつものとする。
- g) 回転数の自然減速が可能とする。
- h) 電源は、A C 1 0 0 V, 5 0 H z / 6 0 H z とする。
- i) 本体の外形寸法は、W 4 5 0 m m × D 5 6 0 m m × H 4 0 0 m m 以下とする。
- j) 本体の質量は、4 2 k g 以下とする。
- k) **構成**の番号2のロータに対応するバケットをもつものとする。
- l) ケース（ラック）は、1 0 m l 用（7 2 本～8 0 本）、1 5 m l 用（4 0 本～4 8 本）、5 0 m l 用（8 本）とする。
- m) ケース（ラック）は、ガラス管又は採血管用とする。