

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部業務科長 武下 克城

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
4QF310403360	4RL01AM0078 0001	411028903855					
品名 または 件名							
薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L ほか3件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	EA						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
伊丹駐業				伊丹駐業衛生科			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
伊丹駐業衛生科				令和7年3月31日 (月)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

中部方面会計隊本部業務科事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和7年2月19日（水）10時00分 会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

- 1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
次の各項目のすべての条件を満たす者
 - (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 - (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 - (3) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
 - (4) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
 - (5) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
 - (6) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
 - (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
 - (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
 - (10) 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）において、近畿地域の競争参加資格を有する者。
- 2 低入札価格調査について
 - (1) 予算決算及び会計令第85条による基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
 - (2) 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の資料作成、調査等に協力すること。
- 3 契約条項等を示す場所
仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、中部方面会計隊本部業務科契約班窓口又は陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページにおいて掲載し配布する。
令和7年2月5日～令和7年2月18日（0815～1700）
- 4 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100（消費税を含まない。）を記載すること。
- 5 入札の無効
 - (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
 - (2) 入札に関する条項に違反した入札
 - (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- 6 契約書等の作成
 - (1) 契約金額が50万円以上は契約書を作成する。
 - (2) 細部の記載要領については、落札決定後落札者に説明・作成する。
- 7 適用する契約条項
駐屯地用標準契約の物品売買契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。
- 8 その他
 - (1) **郵便等による入札については、令和7年2月14日17時00分到着分までを有効とする。**
なお、事前に郵便入札の申し出を中部方面会計隊本部業務科契約班まで行うとともに、必ず便着の確認をすること。また、落札となるべき同価による入札が2者以上あった場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し落札者を決定する。再度の入札となった場合は、別途連絡する。
 - (2) 電報・電話等による入札は認めない。
 - (3) **入札に参加を希望する者は、入札参加希望受付時（令和7年2月14日17時00分まで）に資格審査結果通知書の写しを提出すること。（メール推奨、持参、郵送、FAX可）**
 - (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
（様式随意、なお郵便入札時は不要）
 - (5) **市価調査等依頼の場合は協力されたい。（メールFAX可）**
提出締切日時は、令和7年2月13日12時00分とする。
 - (6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊伊丹駐屯地中部方面会計隊本部契約班にて閲覧とされたい。
 - (7) 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
 - (8) 落札決定については総目録予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とするなお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
 - (9) **同等品による入札を希望する場合は、令和7年2月12日12時00分までに、同等品入札申請書及びその同等の規格・仕様がわかる資料を提出し、官側の承認を得ること。（メール推奨、持参、郵送、FAX可）**
〒664-0012 兵庫県伊丹市緑ヶ丘7-1-1
陸上自衛隊伊丹駐屯地 中部方面会計隊本部 業務科契約班 担当：田中
072-782-0001 内線(3440) FAX072-782-0035（直通）
メールアドレス plans-mafin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
（仕様書に関する事項）
陸上自衛隊伊丹駐屯地 業務隊衛生科 担当：徳永
072-782-0001 内線(3274)



本公告は、陸上自衛隊伊丹駐屯地 中部方面会計隊本部業務科契約班
陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載。
QRコードから公式サイトにアクセスできます。

入札書

分任契約担当官陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部 業務科長 武下 克城 殿

¥ 品目別

(消費税含まない)

- 1.納入期限 令和7年3月31日
2.納入場所 陸上自衛隊伊丹駐屯地

上記入札条件及び「入札及び契約心得」及び「標準契約書及び請書」の契約条項を承諾の上入札します。
また、当社(個人の場合)、当団体(団体の場合)は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。

令和7年2月19日

住所・名称・代表者名

内訳(消費税含まない)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L	仕様書のとおり	EA	1		
視力表, モニタ型	仕様書のとおり	EA	1		
汎用検査室用遠心機	仕様書のとおり	EA	1		
振とう器, 水平回転型	仕様書のとおり	EA	1		
品目ごと積算内訳書を添付してください(書式は貴社様式)。					
以下余白					

※ なつ印は鮮明に、訂正個所には代表者印を

市価調査書

分任契約担当官陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部 業務科長 武下 克城 殿

品目別

(消費税含まない)

- 1.納入期限 令和7年3月31日
2.納入場所 陸上自衛隊伊丹駐屯地
3.締切日 令和7年2月17日

通信欄	広く市場価格調査を実施し、適切な価格の把握に努め予定価格の算定の資料とするため、各取引業者の方々にご協力を頂いております。金額をご記入の上、FAXでご返信お願いします。
-----	--

令和 年 月 日 住所・名称・代表者名

内訳(消費税含まない)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L	仕様書のとおり	EA	1		
視力表, モニタ型	仕様書のとおり	EA	1		
汎用検査室用遠心機	仕様書のとおり	EA	1		
振とう器, 水平回転型	仕様書のとおり	EA	1		
品目ごと積算内訳書を添付してください(書式は貴社様式)。					
以下余白					
なつ印は鮮明に、訂正箇所には代表者印を					

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	4 1 1 0 - 2 8 9 - 0 3 8 5 - 5	仕 様 書 番 号
薬品保冷庫，引違い戸型，350L	GM-T107865D	
	作 成	平成28年10月19日
	変 更	令和 4年 6月30日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の薬品保冷庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

構成は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“薬品保冷庫，引違い戸型，350L”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1

による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 6月 30日
仕様書番号	GM-T107865D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
薬品保冷库	PHC(株) 薬用冷蔵ショーケース MPR-S300H-PJ 日本フリーザー(株) 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31HC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など	
		PHC(株)	日本フリーザー(株)
本体	1	MPR-S300H-PJ	NC-ME31HC
遮光ガラス	1	MPR-300GH-PW	遮光フィルム
自記温度記録計	1	MTR-0621LH-PJ	AKM-0620
記録計取付金具	1	MPR-S30W-PW	—
自記温度記録計用記録紙（1年分）	1	MTR-0621LH-PJ に含む。	AKM-0620に含 む。
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 外形寸法は、W900 mm×D600 mm×H1900 mm以下とし、内容積は、350 L±10 %とする。
- b) 扉は、引違い戸式で、熱線反射フィルム又はLow-E二重ガラスとし、遮光ガラス又は遮光フィルム付とする。
- c) 冷媒は、代替フロン又はノンフロンとする。
- d) 棚を5段以上もつものとし、1段当たりの耐荷重は、20 kg以上とする。
- e) 冷却方式は、強制循環式とする。
- f) 温度センサをもち、温度調節及び表示は、デジタル式とする。
- g) 高温及び低温時に、ランプ、ブザー、デジタル表示などによる警報機能をもつ。
- h) 庫内灯は、LEDライトとする。
- i) 錠前を1個以上もつものとする。
- j) キャスタをもち、移動可能とする。

調達品目表（続き）

- k) 温度設定は、+ 2 °C～+ 1 4 °Cの範囲で可能とする。
- l) 自動除霜機能をもち、庫内の温度上昇の抑制が可能とする。
- m) 自記温度記録計の取付けが可能とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6 5 4 0 - 4 2 2 - 7 3 0 3 - 5	仕 様 書 番 号
視力表，モニタ型	GM-T105903J	
	作 成	平成 5年12月21日
	変 更	令和 4年 6月 7日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の視力表について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 構成

構成は，調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 6月 7日
仕様書番号	GM-T105903J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
視力表	(株)トプコン パネルチャート PC-50 (株)ニデック システムチャート SC-1600 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など	
		(株)トプコン	(株)ニデック
本体	1	PC-50	SC-1600
リモコン	1	LR-50	リモコン
専用架台	1	フロアスタンド	フロアスタンド
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) ランドルト環視標による視力表とする。
- 2) 検査視標は、1文字表示及び縦又は横1列表示が可能とする。
- 3) 乱視検査用視標をもつものとする。
- 4) 外形寸法は、W550 mm×D70 mm×H560 mm以下とする。
- 5) 質量は、10 kg以下とする。
- 6) 視力値は、0.05～2.0の範囲での表示が可能とする。
- 7) 設置距離は、3 m～6 mの範囲での検査が可能とする。
- 8) 電源は、AC100 V、50 Hz/60 Hzとする。

b) リモコンは、次による。

- 1) リモコンにより、本体の操作が可能とする。
- 2) 液晶ディスプレイをもつものとする。
- 3) 液晶表示部に、視標の方向（マーク）及び視力値（数字）の表示が可能とする。

c) 専用架台（フロアスタンド）をもつものとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 4 0 - 1 0 0 - 6 9 7 4 - 5	仕 様 書 番 号
汎用検査室用遠心機， 6 0 0 0 r p m	H M - T 1 1 0 0 3 9 G	
	作 成	平成 1 0 年 4 月 2 2 日
	変 更	平成 2 8 年 1 月 2 6 日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の汎用検査室用遠心機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 3 5 年法律第 1 4 5 号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和 3 6 年厚生省令第 1 号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”によって、医療機器として製造（輸入）承認された製品であるものとする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を要しない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”によって、医療機器製造（輸入）品目として許可を得ているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表（様式適宜） 1部
- c) 納入品カタログ 1部

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**表1**による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

6.3 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	平成28年 1月26日
仕様書番号	HM-T110039G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
汎用検査室用遠心機	(株)コクサン H-36α 久保田商事(株) 4000 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格等	
		(株)コクサン	久保田商事(株)
本体	1	H-36α	4000
ロータ	1	RF-120	ST-722M
バケット	1	MT-100	053-5820
ラック, 10 ml用	0	PA-120	055-4740
ラック, 15 ml用	1	PB-120	055-0880
ラック, 15 ml用 (ユニカル管・カルチャーチューブ)	0	PD-120	055-4780
ラック, 50 ml用	0	PC-120	055-4760
ラック, 50 ml用 (ユニカル管・カルチャーチューブ)	0	PE-120	055-6070
注^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 最高回転数は、6000 rpm以上とする。
- b) 最大遠心力は、5000 × g以上とする。
- c) 最大処理量は、1000 ml以上とする。
- d) 回転数及び時間の設定ができるものとする。
- e) 回転数の表示ができるものとする。
- f) 上蓋が開いているときは回転しない安全装置を有するものとする。
- g) 回転数の自然減速ができるものとする。
- h) 電源は、AC100 V, 50 Hz / 60 Hzとする。

調達品目表（続き）

3 性能等（続き）

- i) 外寸は、W 4 5 0 mm×D 5 6 0 mm×H 4 0 0 mm以下とする。
- j) 質量は、4 2 k g以下とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6 6 4 0 - 0 0 4 - 2 9 8 7 - 5	仕 様 書 番 号
振とう器，水平回転型	HM-T 1 1 0 1 4 4 E	
	作 成	平成10年 4月22日
	変 更	令和 4年 6月20日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の振とう器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成

構成は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 6月20日
仕様書番号	HM-T110144E		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
振とう器	(有)システムステージ東京 水平回転振とう器 KR-1N タイテック(株) ダブルシェーカー NR-30 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

品名	数量	規格等	
		(有)システムステージ東京	タイテック(株)
振とう器本体	1	KR-1N	NR-30
天板用滑り止めシート	1	本体に含む。	ST-4030

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) 電動機を内蔵し、操作パネルにおいて、タイマ(15分以上)、速度調節及び電源ON/OFFの操作が可能とする。
- 2) 水平運動が可能で、組織固定用液の振とうに支障が無い構造とする。
- 3) 底部の脚は、ゴム製とし、振とう時に本体が移動しない構造とする。
- 4) 外形寸法は、W450 mm×D410 mm×H300 mm以下とする。
- 5) 回転数は、20 rpm~100 rpmの範囲で調節が可能とする。
- 6) 振幅は、25 mm以上とする。
- 7) 電源は、AC100 V、50 Hz/60 Hzとする。

b) 天板は、次による。

- 1) 寸法は、W380 mm×D300 mm以上とする。
- 2) 滑り止め防止用のシートをもつものとする。