

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期間）	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
96	視力表，モニタ 型セット	千僧駐屯地	7.3.31	7.2.13	7.2.18	7.2.18 10時00分		

- 4 駐屯地用標準契約の物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。
- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒664-0014

住所 兵庫県伊丹市広畑1-1

契約機関名（担当） 第352会計隊（担当：国沢）

電話番号：072-781-0021（内線3338）

F A X ： 072-779-6700

市価調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊千僧駐屯地
第352会計隊長 岩村 俊男 殿

※契約金額については見積金額に10%に相当する額を加算（円位未満切捨て）した金額とします。

¥ (消費税を含まない)

納 地： 千僧駐屯地

納 期： 令和7年3月31日

内 訳 (外税)

㊞

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 視力表, モニタ型セット	仕様書のとおり	ST	1			
2	以下余白					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

- なつ印は鮮明に、訂正箇所には代表者印、2枚続きには割印を
- 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。
- 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。

見積書

一連番号

96

分任契約担当官
陸上自衛隊千僧駐屯地
第352会計隊長 岩村 俊
男

殿

※契約金額については見積金額に10%に相当する額を
加算（円位未満切捨て）した金額とします。

¥

(消費税を含まない)

納 地： 千僧駐屯地
納 期： 令和7年3月31日
見積期日： 令和7年2月18日
契約保証金： 免 除

㊞

内 訳 (外税)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 視力表, モニタ型セット	仕様書のとおり	ST	1			
2	以下余白					
3						
4						
5						
6	1 なつ印は鮮明に、訂正個所には代表者印を 2 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。 3 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6540-422-7303-5	仕 様 書 番 号
視力表，モニタ型	GM-T105903J	
	作 成	平成 5年12月21日
	変 更	令和 4年 6月 7日
	作成部隊等名	千僧駐屯地業務隊衛生科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の視力表について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 構成

構成は，調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1 部	陸上自衛隊千僧駐屯地業務隊 衛生科
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	4RL81A0055	作成部隊等名	千僧駐屯地業務隊衛生科
調達要求年月日	令和 7年 2月12日	作成年月日	令和 4年 6月 7日
仕様書番号	GM-T105903J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
視力表	(株)トプコン パネルチャート PC-50 (株)ニデック システムチャート SC-1600 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など	
		(株)トプコン	(株)ニデック
本体	1	PC-50	SC-1600
リモコン	1	LR-50	リモコン
専用架台	1	フロアスタンド	フロアスタンド
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) ランドルト環視標による視力表とする。
- 2) 検査視標は、1文字表示及び縦又は横1列表示が可能とする。
- 3) 乱視検査用視標をもつものとする。
- 4) 外形寸法は、W550 mm×D70 mm×H560 mm以下とする。
- 5) 質量は、10 kg以下とする。
- 6) 視力値は、0.05～2.0の範囲での表示が可能とする。
- 7) 設置距離は、3 m～6 mの範囲での検査が可能とする。
- 8) 電源は、AC100 V、50 Hz/60 Hzとする。

b) リモコンは、次による。

- 1) リモコンにより、本体の操作が可能とする。
- 2) 液晶ディスプレイをもつものとする。
- 3) 液晶表示部に、視標の方向（マーク）及び視力値（数字）の表示が可能とする。

c) 専用架台（フロアスタンド）をもつものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4RL81AT0055
	調達要求年月日	令和7年2月12日
	作成部課	千僧駐屯地業務隊衛生科
	作成年月日	令和7年2月12日
品名	視力表, モニタ型	
仕様書番号	GM-T105903J	

3.5 製品の表示

b) 1種銘板の取得番号は, ”0316202” とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。
提出資料の提出先は陸上自衛隊関西補給処装備計画部衛生課とする。