

令和7年2月25日

伊丹駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 契約書を作成します。
- 4 件名リスト

一連 番号	件 名	納 入 (履 行) 場 所	納期 (履行期間)	見積依頼書 公 告 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
120	汎用検査室用遠心機	陸上自衛隊伊丹駐屯地 (伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1)	7.3.31	7.2.25	7.3.4 10時00分	7.3.4 10時00分		

- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

〒664-0012

住 所 兵庫県伊丹市緑が丘7丁目1番地1 契約機関名 陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊本部契約班 (担当：田中)

電 話 番 号 072-782-0001 (内線：3440)

FAX番号 072-782-0035

仕様書に関する問い合わせ先

陸上自衛隊伊丹駐屯地 伊丹駐屯地業務隊衛生科 担当：徳永 (3274)

((QRコードについては公式サイトにアクセスできます。))



調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 4 0 - 1 0 0 - 6 9 7 4 - 5	仕 様 書 番 号
汎用検査室用遠心機， 6 0 0 0 r p m	H M - T 1 1 0 0 3 9 G	
	作 成	平成 1 0 年 4 月 2 2 日
	変 更	平成 2 8 年 1 月 2 6 日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の汎用検査室用遠心機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 3 5 年法律第 1 4 5 号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和 3 6 年厚生省令第 1 号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”によって、医療機器として製造（輸入）承認された製品であるものとする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を要しない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”によって、医療機器製造（輸入）品目として許可を得ているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表（様式適宜） 1部
- c) 納入品カタログ 1部

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**表1**による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

6.3 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	平成28年 1月26日
仕様書番号	HM-T110039G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
汎用検査室用遠心機	(株)コクサン H-36α 久保田商事(株) 4000 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格等	
		(株)コクサン	久保田商事(株)
本体	1	H-36α	4000
ロータ	1	RF-120	ST-722M
バケット	1	MT-100	053-5820
ラック, 10 ml用	0	PA-120	055-4740
ラック, 15 ml用	1	PB-120	055-0880
ラック, 15 ml用 (ユニカル管・カルチャーチューブ)	0	PD-120	055-4780
ラック, 50 ml用	0	PC-120	055-4760
ラック, 50 ml用 (ユニカル管・カルチャーチューブ)	0	PE-120	055-6070
注^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 最高回転数は、6000 rpm以上とする。
- b) 最大遠心力は、5000 × g以上とする。
- c) 最大処理量は、1000 ml以上とする。
- d) 回転数及び時間の設定ができるものとする。
- e) 回転数の表示ができるものとする。
- f) 上蓋が開いているときは回転しない安全装置を有するものとする。
- g) 回転数の自然減速ができるものとする。
- h) 電源は、AC100 V, 50 Hz / 60 Hzとする。

調達品目表（続き）

3 性能等（続き）

- i) 外寸は、W 4 5 0 mm×D 5 6 0 mm×H 4 0 0 mm以下とする。
- j) 質量は、4 2 k g以下とする。