

令和7年12月24日

オープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場 所	納期（履行） 期 限	見積依頼書 公 表 日	見 積 書 提 出 期 限	見積合わせ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
1	一般的電気手術器，歯科用ほか2件	久居駐業医務室	R8.3.31	R7.12.24	R8.1.13 09:00	R8.1.13 10:00		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒514-1118

住所三重県津市久居新町975

契約機関名（担当）第337会計隊（中嶋）

電話番号（内線）059-255-3133（内429）

FAX 059-255-3290

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 ¥ 品目別

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
一般的電気手術器, 歯科用	仕様書のとおり	個	1		
歯科材料加温器	仕様書のとおり	個	1		
歯科用根管長測定器	仕様書のとおり	個	1		
	以下余白				
納入(履行)場所	久居駐業医務室	納 期	8.3.31		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和    年    月    日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地

第337会計隊長 藤田 亮 殿

住 所

会社名

代表者名

担当者名

担当者連絡先



## 市場価格調書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

### 品目別

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
一般的電気手術器, 歯科用	仕様書のとおり	個	1		
歯科材料加温器	仕様書のとおり	個	1		
歯科用根管長測定器	仕様書のとおり	個	1		
	以下余白				
納入(履行)場所	久居駐業医務室	納期	8.3.31		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和    年    月    日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地

第337会計隊長 藤田 亮 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

担当者連絡先

Ⓜ

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	6520-101-1095-5	仕様書番号	
歯科材料加温器		HM-T110001G	
		作 成	平成10年 4月15日
		変 更	令和 4年 6月16日
		作成部隊等名	補給統制本部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科材料加温器について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札時又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 6月16日
仕様書番号	HM-T110001G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科材料加温器	㈱クラーク 遠赤ウォーマー DEC-5 カートリッジタイプ 藤栄電気㈱ てきおん君カートリッジ TEC-16型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) カートリッジタイプのものとする。
- b) 最大処理能力は、16本以上とする。
- c) 予約タイムをもつものとする。
- d) 電源は、AC100V、50Hz/60Hzとする。
- e) 保存温度は、55℃から70℃の範囲を設定可能とする。
- f) 溶解保持時間は、1分から30分の範囲を設定可能とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RQX1A70419
	調達要求年月日	令和7年12月15日
	作成部課	久居駐屯地業務隊衛生科
	作成年月日	令和7年12月15日
品名	歯科材料加温器	
仕様書番号	HM-T110001G	
<p>3.5 製品の表示</p> <p>b) 1種銘板の取得番号は, ” 0317121” とする。</p> <p>6.2.2 提出書類</p> <p>提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。</p> <p>提出資料の提出先は久居駐屯地業務隊衛生科医務室とする。</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-100-7259-5	仕様書番号
歯科用根管長測定器	GM-T105766R	
	作成	平成 2年10月24日
	変更	令和 7年 4月 1日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用根管長測定器について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7年 4月 1日
仕様書番号	GM-T105766R		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用根管長測定器	(株)モリタ製作所 ルートZX mini 藤栄電気(株) ジャスティV 長田電機工業(株) オサダアピット15 EM-S15 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 根管長の測定が可能とする。
- b) 表示モニタ又はアナログメータを備える。
- c) 乾電池による使用が可能とする。
- d) 質量(乾電池を除く。)は、300 g以下とする。
- e) 外形寸法は、W110 mm以下×D110 mm以下×H120 mm以下とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RQX1A70420
	調達要求年月日	令和7年12月15日
	作成部課	久居駐屯地業務隊衛生科
	作成年月日	令和7年12月15日
品名	歯科用根管長測定器	
仕様書番号	GM-T105766R	
<p>3.5 製品の表示</p> <p>b) 1種銘板の取得番号は、”0317301”とする。</p> <p>6.2.2 提出書類</p> <p>提出書類は、添付資料と同じであれば省略してもよい。</p> <p>提出資料の提出先は久居駐屯地業務隊衛生科医務室とする。</p>		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-100-6028-5	仕様書番号
一般的電気手術器，歯科用	GM-T107294F	
	作成	平成22年 6月29日
	変更	令和 3年11月15日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の一般的電気手術器について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 構成

構成は、調達品目表による。

### 3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

### 6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 3年11月15日
仕様書番号	GM-T107294F		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
一般的電気手術器	藤栄電気㈱ ベストサージ TME-701型 城田電気炉材㈱ プログーF 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 構成

名称	藤栄電気㈱		城田電気炉材㈱	
	規格など	数量 <sup>a)</sup>	規格など	数量 <sup>a)</sup>
本体	ベストサージ TME-701型	1	プログーF	1
対極板	対極板（アース棒）	1	—	—
収納箱	収納箱	1	収納箱	1
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 切開及び凝固の2モード出力をもつものとする。
- b) 切開の最大出力は、45 W以上とする。
- c) 凝固の最大出力は、25 W以上とする。
- d) 出力周波数は、1 MHzとする。
- e) 対極板（アース棒）又は同様の機能をもつ。
- f) 電源は、AC100 V、50 Hz/60 Hzとする。
- g) 外形寸法は、W150 mm×D200 mm×H85 mm以下とする。
- h) 質量は、2.5 kg以下とする。
- i) 付属のチップは、3種類以上もつものとする。
- j) 収納箱の材料は、ジュラルミンとし、本体を収納可能で衝撃から保護する緩衝材をもつものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RQX1A70418
	調達要求年月日	令和7年12月15日
	作成部課	久居駐屯地業務隊衛生科
	作成年月日	令和7年12月15日
品名	一般的電気手術器, 歯科用	
仕様書番号	GM-T107294F	
<p>3.5 製品の表示</p> <p>b) 1種銘板の取得番号は, ” 0317113” とする。</p> <p>6.2.2 提出書類</p> <p>提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。</p> <p>提出資料の提出先は久居駐屯地業務隊衛生科医務室とする。</p>		