

令和8年1月20日

変更公告

分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 岩崎 一也
(公 印 省 略)

令和8年1月19日付公告第OG28号、「酸素充填（2L容器）ほか4件」に係る一般競争入札を下記のとおり変更する。

[変更前]

件名

酸素充填（2L容器）ほか4件

[変更後]

件名

酸素充填（2L容器）ほか6件

内訳は品目等内訳書のとおり

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
酸素ポンベの耐圧検査 及び耐圧検査に付随する作業	衛一6	
	作 成	令和8年1月19日
	変 更	
	作成部隊等名	春日井駐屯地業務隊衛生科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊春日井駐屯地において外注整備する医療用酸素ポンベ（以下“本品”という。）の耐圧検査及び耐圧検査に付随する部品交換等その他作業について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z500002による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 整備に関する要求

2.1 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2e)に示す“検査”とする。

2.2 整備の作業方式

整備の方式は、GLT-CG-Z500002の2.3c)に示す“標準・標準外作業方式”によるものとする。

2.3 検査作業内容

2.3.1 標準内作業

検査契約業者は、「容器保安規則」及び「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」に基づき、容器及び付属品の再検査を実施した後、再検査合格品については容器及び付属品を組み上げ、気密試験を実施した後、塗装を施し、本品の性能を正常に発揮させる。なお、再検査の結果に関わらず、容器及び付属品について「再検査成績書」を1部作成し、検査官に提出する。

2.3.2 標準外作業

検査契約業者は、あらかじめ契約された作業を除き標準内作業中に追加作業が発生した場合は標準外作業とし、「標準外作業見積書」を検査作業着手前に監督官に1部提出する。標準外作業明細書による見積により契約を締結した後、標準外作業を実施し、再検査を実施した後、容器及び付属品を組み上げ、気密試験を実施した後、塗装を施し、完全な使用可能状態に回復させる。なお、容器及び付属品について、「再検査成績書」を1部作成し、検査官に提出する。

2.4 部品

追加作業に使用する部品材料は本品に使用されているもの、もしくは同等品を使用する。

2.5 部品の返納

検査契約業者は、交換済部品を返納する際、「返品書」を作成して検査官の承認を受けた後、物品管理官へ返納する。ただし、公害等発生のおそれのある物品については、互いに協議する。

2.6 検査品の引き渡し

検査契約業者が本品を受領するときは、関係係官立会のうえ本品の品名・数量を確認した後、「受領書」により受領する。本品を官側が送付した場合は、本品の品名・数量を確認した後、速やかに「受領書」を官側に送付する。

2.7 納入

検査契約業者が検査完成品を納入するときは、「納品書」を添えて納入する。受領から納入の間における本品の保守管理は、検査契約業者の責任とする。

3 品質保証

3.1 試験

検査契約業者は、本品の機能及び性能に関する試験を実施し、社内技術基準に基づいた「試験成績表」を作成して、検査官に提出する。ただし、「試験成績書」は「再検査成績書」をもって、これにかえることができる。

3.2 監督

「標準外作業見積書」および「再検査成績書」をもってこれにかえる。

3.3 検査

3.3.1 性能検査

検査完成後の本品の性能検査は、検査契約業者作成の「試験成績書」をもってこれにかえる。

3.3.2 完成検査

検査官は、検査契約業者作成の「試験成績書」をもって実施する。

3.3.3 交換部品

交換した不良部品は、「返品書」により確認する。

4 出荷条件

一般商慣習による。

5 その他の指示

5.1 保証期間

本品の保証期間は検査合格後1箇年とし、その期間中に不良又は損傷が発生した場合には、係官と契約者の協議の結果、検査契約業者負担と判定された部分は無償修理を行う。

5.2 輸送費用

検査契約業者が本品の標準内外作業を実施する際に生じる輸送費用は、全額検査契約業者が負担する。

5.3 提出書類

- a) 受領書 2部
- b) 再検査成績書 1部
- c) 納品書・(受領)検査調書 2部
- d) 返品書 2部
- e) 標準外作業見積書 2部 ※発生時のみ

5.4 仕様書に記載されていない事項

仕様書に記載されていない事項については、互いの協議により決定する。

入札参加申込書

分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 殿

件名	酸素充填（2L容器）ほか6件
会社名	
代表者名	
法人番号	
住所	〒 _____
電話番号	
FAX番号	
メールアドレス	
担当者名	

本件担当	陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 尾方
TEL	0568-81-7183（内線 377）
FAX	0568-81-9072

※入札を辞退する際は必ず一報してください。

官側記載欄

チェック	コメント
<input type="checkbox"/>	一般競争参加資格確認申請書等受領しました。
<input type="checkbox"/>	市場価格調査書を受領しました。
<input type="checkbox"/>	入札書を受領しました。

市場価格調査書

調達要求番号	56Z01A00007ほか
契約実施計画番号	5QHY10G00500

提出期限：令和8年2月4日(水) 10時00分

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、
FAX(0568-81-9072)により送信をお願い致します。 陸上自衛隊春日井駐屯地会計隊 担当：尾方

※市場価格とは
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは異なりますのでご注意ください。

分任契約担当官陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 岩崎 一也 殿

住所・会社名・代表社名・担当者氏名・担当者連絡先

金額 円

(各金額には消費税を含まない)

(単位：円)

品名	規格	単位	数量	単価	金額	担当者	調達要求番号
酸素充填(2L容器)ほか6件	別紙のとおり						
以下余白							
合計							
納入(履行)場所	陸上自衛隊春日井駐屯地		納期(履行期限)		令和8年3月19日		
契約保証金	免除		入札(見積)書有効期間		令和8年3月19日		

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額	担当者	調達要求番号
1	酸素充填（2L容器）	2L 90%以上（詰替え）	EA	2.00			春日井駐屯地 10後支連 衛生隊 佐藤2曹（内線： 278）	56Z01A00007
2	酸素充填（10L容器）	10L 90%以上（詰替え）	EA	1.00			春日井駐屯地 10後支連 衛生隊 佐藤2曹（内線： 278）	56Z01A00007
3	容器再検査料	耐圧検査	EA	2.00			春日井駐屯地 10後支連 衛生隊 佐藤2曹（内線： 278）	56Z01A00007
4	バルブ部品交換	GY6・M・0.75（同等品 以上）	EA	2.00			春日井駐屯地 10後支連 衛生隊 佐藤2曹（内線： 278）	56Z01A00007
5	内部ショット	内部ショット	EA	1.00			春日井駐屯地 10後支連 衛生隊 佐藤2曹（内線： 278）	56Z01A00007
6	医療用酸素 2L 90%以上 （詰替え）	仕様書のとおり	EA	3.00			春日井駐業 春日井駐業 衛生科 宮次2曹（358）	5RSL1AM0021
7	医療用酸素（2L）容器再検 査料	仕様書のとおり	EA	2.00			春日井駐業 春日井駐業 衛生科 宮次2曹（332）	5RSL1AM0021
	以下余白							
	合計							

入札書

調達要求番号	56Z01A00007ほか
契約実施計画番号	5QHY10G00500

金額 円

(消費税及び地方消費税を含まない。)

提出期限：令和8年2月5日(木) 10時00分

品名	規格	単位	数量	単価	金額
酸素充填(2L容器)ほか6件	別紙のとおり				
以下余白					
合計					
納入(履行)場所	陸上自衛隊春日井駐屯地	納期(履行期限)			令和8年3月19日
契約保証金	免除	入札(見積)書有効期間			令和8年3月19日

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和8年2月5日

分任契約担当官

陸上自衛隊春日井駐屯地

第408会計隊春日井派遣隊長

岩崎 一也 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

