

# 公 告

分任契約担当  
陸上自衛隊守山駐屯地  
第408会計隊長 小見 義則

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5QH41KK04070	5RQM1AM0102 0001	651510051185	GM-T106723N				
品名 または 件名							
医用電子血圧計 ほか2件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
2.00	ST				1		
納地または工事場所				引 渡 場 所			
守山				業務隊			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
医務室 坪井2曹 (内4332)				令和8年3月30日 (月)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、会計隊事務室に掲示する。

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和8年2月5日（木）9時00分 第408会計隊商議室

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

別紙のとおり

※守山駐屯地において、郵便局は午後1回の配達のため

郵便入札する場合については、到着日に注意し発送をお願いします。

遠方の地域からの入札者が未到着になりがちです。

## 1 競争入札に付する事項

(1) 件名:

品名	規格	単位	数量	履行期限	履行場所	備考
医用電子血圧計ほか2件	仕様書のとおり			8.3.30	守山駐屯地	

## 2 入札参加資格

- 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者
- 全省庁統一資格の「**物品の販売**」において**A,B,C,D級**の競争参加資格を有する者。  
※又は**令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)**を申請中であることを確認できるものを提出(FAX可)
- 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請については認めない。  
ただし、真にやむを得ない事由に該当すると指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

## 3 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

- 基本契約条項  
物品売買契約条項
- 特約条項  
ア 談合等の不正行為に関する特約条項  
イ 暴力団排除に関する特約条項

## 4 競争入札執行の日時及び場所

**令和8年2月5日(木)09時00分** 第408会計隊商議室

## 5 入札参加手続き

入札に参加を希望する者は、**令和8年2月2日(月)17時まで**に入札に関する受付手続き**(案件名・会社名連絡先を記載した送信票等)**を完了すること。この際、資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX送信可)

## 公告HP



## 6 落札者の決定方法 (消費税相当額含まない)【総品目総額】

- 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。同価の場合は抽選により決定する。
- 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札書には消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額の110分の100を記載すること。

## 7 入札保証金及び契約保証金

免除する。

## 8 入札及び契約条件

- 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
- 契約書については、**契約金額が100万円以上**については契約書を作成する。

## 9 入札の無効

次の各項目に該当する場合、当該入札を無効とする。

- 電信電話及びFAXによる入札
- 本公告に示した入札参加資格のない者が行った入札
- 入札金額、入札者氏名及び押印が判明しがたい入札
- 第5項に示す受付手続きを完了していない者の入札、その他入札に関する条件に違反した入札
- 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

## 10 郵便入札に関する事項

- 郵便入札の場合は、電話にて事前に連絡するとともに便着の確認を契約班に必ず実施すること。**

また、件名を記載した封筒に入札書を入れて封印し、**期日までに第408会計隊契約班に必着**させること。  
入札金額が同額による場合は当該入札に関係のない職員により抽選を実施し、再度入札となった場合は別途連絡する。

- 到着期日 **令和8年2月4日(水)17時00分まで**

- 手段 書留郵便・使送等の手段を用い、確実に期日までに到着するよう留意すること。

- 送付先

〒463-0067 名古屋市守山区守山3-12-1

陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 契約班 担当：氣仙(きせん)

052-791-2191 内線(4349) FAX052-791-2379(直通)

本公告は、中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示している。



陸上自衛隊仕様書		
物品番号	6515-100-5118-5	仕様書番号
医用電子血圧計	GM-T106723N	
	作成	平成18年 2月 8日
	変更	令和 6年 2月21日
	作成部隊等名	補給統制本部衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医用電子血圧計について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 構成

構成は、調達品目表による。

### 3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	5 R Q M 1 A M 0 1 0 2	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 8年 1月19日	作成年月日	令和 6年 2月21日
仕様書番号	GM-T106723N		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
医用電子血圧計	オムロンヘルスケア (株) HBP-9035 (株) エー・アンド・デイ TM-2657WP キヤノンメドテックサプライ (株) UDEX-i2 Type-II (プリンタ付き) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 構成

名称	オムロンヘルスケア (株)		(株) エー・アンド・デイ		キヤノンメドテックサプライ (株)	
	規格など	数量 <sup>a)</sup>	規格など	数量 <sup>a)</sup>	規格など	数量 <sup>a)</sup>
本体	HBP-9035	1	TM-2657WP	1	UDEX-i2 Type-II (プリンタ付き)	1
専用架台	HBP-ST-903	1	TM-ST520	1	専用架台US-1K (組立式)	1
専用椅子			TM-STA001	1	椅子SNC-T134BKN-ADJST (エアース)	1
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。						

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 血圧測定範囲は、10 mmHg～250 mmHg を満たさなければならない。
- b) 脈拍数測定範囲は、40拍/分～180拍/分を満たさなければならない。
- c) 環状帯に腕を入れ、スイッチを押すだけで測定が可能とする。
- d) プリンタを内蔵する。
- e) 左右どちらの腕でも測定が可能とする。
- f) 測定値を確認可能なデジタル表示画面をもつ。
- g) 専用架台及び専用椅子をもつ。
- h) 電源は、AC100V, 50/60Hzとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RQM1AM0102
	調達要求年月日	令和8年1月19日
	作成部課	守山駐屯地業務隊衛生科
	作成年月日	令和8年1月19日
品名	医用電子血圧計	
仕様書番号	GM-T106723N	

### 3.5 製品の表示

b) 1種銘板の取得番号は、”0313510”とする。

### 6.2.2 提出書類

提出書類は、添付資料と同じであれば省略してもよい。  
提出資料の提出先は陸上自衛隊守山駐屯地業務隊衛生科とする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-100-8009-5	仕 様 書 番 号
超音波洗浄器，歯科用	HM-T110158G	
	作 成	平成10年 4月22日
	変 更	令和 4年 6月30日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の器具除染用洗浄器について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応  
共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2 構成

構成は，調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。  
なお、1種銘板の品名は、“超音波洗浄器，歯科用”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

### 6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	5RQM1AM0103	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	令和 8年 1月19日	作成年月日	令和 4年 6月30日
仕様書番号	HM-T110158G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
器具除染用洗浄器	シャープ(株) 卓上型超音波洗浄機 UT-107M (株)エヌエヌディ ウルトラソニック3800Z 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 構成

名称	シャープ(株)		(株)エヌエヌディ	
	規格など	数量 <sup>a)</sup>	規格など	数量 <sup>a)</sup>
本体	UT-107M	1	ウルトラソニック3800Z	1
専用バスケット	UT-B107	1	標準附属品	1
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 超音波による洗浄が可能とする。
- b) 1分～30分の洗浄時間の設定が可能とする。
- c) 電源は、AC100V、50Hz/60Hzとする。
- d) 洗浄槽の寸法は、W240mm×D110mm×H100mm以上とする。
- e) 洗浄槽の容量は、2.5L以上とする。
- f) 本体の質量は、5kg以下とする。
- g) 高周波出力は、70W以上とする。
- h) 発振周波数は、37kHz～44kHzとする。
- i) 専用バスケットをもつものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RQM1AM0103
	調達要求年月日	令和8年1月19日
	作成部課	守山駐屯地業務隊衛生科
	作成年月日	令和8年1月19日
品名	超音波洗浄器, 歯科用	
仕様書番号	HM-T110158G	
<p>3.4 製品の表示</p> <p>b) 1種銘板の取得番号は, ”0317107” とする。</p> <p>6.2.2 提出書類</p> <p>提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。</p> <p>提出資料の提出先は陸上自衛隊守山駐屯地業務隊衛生科とする。</p>		

調達要求番号：5RQM1AM0104

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-100-8785-5	仕 様 書 番 号
キャビネット， 歯科用壁掛式， 殺菌灯付	HM-T110008E	
	作 成	平成10年 4月15日
	変 更	令和 4年 6月16日
作成部隊等名	補 給 統 制 本 部	

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用壁掛式キャビネットについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

##### 6.2 納入書類

###### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

###### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

##### 6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

##### 6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

## 6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	5 R Q M 1 A M 0 1 0 4	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	令和 8 年 1 月 1 9 日	作成年月日	令和 4 年 6 月 1 6 日
仕様書番号	HM-T 1 1 0 0 0 8 E		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用壁掛式キャビネット	(株)ニッシン キャビオII バットタイプ (株)東京歯材社 P-Sニュースペシャル・バット用 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 壁掛式の歯科用キャビネットとし、開閉は左右分離型とする。
- b) 材料は、スチール製とし、内装は、ステンレス張りとする。
- c) ラックは、30段以上をもち、バットを30枚以上収納可能とする。
- d) 10 W～15 Wの殺菌灯を2灯もち、各ラックに照射可能とする。
- e) 外形寸法は、W 615 mm×D 215 mm×H 525 mm以下とする。
- f) 質量は、25 kg以下とする。
- g) バットは、ラック数(30段以上)に応じた数量をもつものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RQM1AM0104
	調達要求年月日	令和8年1月19日
	作成部課	守山駐屯地業務隊衛生科
	作成年月日	令和8年1月19日
品名	キャビネット, 歯科用壁掛式, 殺菌灯付	
仕様書番号	HM-T110008E	
<p>3.3 製品の表示</p> <p>b) 1種銘板の取得番号は, ”0317108” とする。</p> <p>6.2.2 提出書類</p> <p>提出書類は, 添付資料と同じであれば省略してもよい。</p> <p>提出資料の提出先は陸上自衛隊守山駐屯地業務隊衛生科とする。</p>		

# 入札書

担当：氣仙

調達要求番号	5RQM1AM0102ほか	契約実施計画番号	5QH41KK04070
--------	---------------	----------	--------------

金額¥ (税抜)

※送料等諸雑費を含めた金額で見積をお願いします。

品名	規格	単位	数量	単価	金額
医用電子血圧計	仕様書のとおり	ST	2		
超音波洗浄器，歯科用	仕様書のとおり	ST	1		
キャビネット，歯科用壁掛式，殺菌灯付	仕様書のとおり	ST	2		
合計					
納入場所	守山駐屯地業務隊衛生科 坪井	納期	令和8年3月30日		
入札（契約）保証金	免除	入札（見積）書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8年 2月 5日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住所  
会社名  
代表者氏名  
代表者電話番号  
担当者氏名  
担当者電話番号

メールアドレス：

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

## 市価調査表

担当：氣仙

調達要求番号	5RQM1AM0102ほか	契約実施計画番号	5QH41KK04070
--------	---------------	----------	--------------

金額¥

(税抜)

市価調査提出期限

令和8年2月3日

※送料等諸雑費を含めた金額で見積をお願いします。

FAX等で提出をお願いします。

品名	規格	単位	数量	単価	金額
医用電子血圧計	仕様書のとおり	ST	2		
超音波洗浄器，歯科用	仕様書のとおり	ST	1		
キャビネット，歯科用壁掛式，殺菌灯付	仕様書のとおり	ST	2		
合計					
納入場所	守山駐屯地業務隊衛生科 坪井		納期	令和8年3月30日	
入札（契約）保証金	免除	入札（見積）書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所  
会 社 名  
代 表 者 氏 名  
代 表 者 電 話 番 号  
担 当 者 氏 名  
担 当 者 電 話 番 号