

令和8年1月22日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 契約金額が100万円以上は契約書を作成します。
- 4 件名リスト

一連 番号	件 名	納 入 (履 行) 場 所	納 期 (履行期限)	見積り依頼書 公 告 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
88	胃集団検診車、3号整備 ほか1件	陸上自衛隊伊丹駐屯地 (伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1)	8.3.31	8.1.22	8.2.2 10時00分	8.2.2 10時00分		グループ別 総額決定

- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

〒664-0012 兵庫県伊丹市緑が丘7丁目1番地1

陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊本部契約班 (担当:長峯)

電話番号 072-782-0001 (内線:3424) FAX番号 072-782-0035

(QRコードについては公式サイトにアクセスできます。)





調達要求番号：5RL01AM0069

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
胃集団検診車，3号整備	防衛大臣承認		
	作成	令和8年1月9日	
	変更		
	作成部隊等名	伊丹駐屯地業務隊衛生科	

### 1 総則

この仕様書は、陸上自衛隊伊丹駐屯地が使用する集団検診車，3号の整備について規定する。

#### 1. 2 型式及び器材番号

ESPACIO AVANT (富士フィルムメディカル)。

#### 2 修理の内容

貴社の整備チェックシートに基づき点検整備すること。また、下記の部品を交換・調整・試運転し確認をすること。

品名	部品コード	数量
Silicon Oil	7325128A	1
Gasket	7325129A	1
Silicon Washer	7325127A	1
X線発生器バッテリー	K641A005	1
MGSW S-T10 AC100V	K211A073	1
DC Power Supply	K621A122	1
P. C. B Type Power Supply	K621A257	1
P. C. B Type Power Supply	K621A113	1
P. C. B Type Power Supply	K621A232	1

#### 3 実施場所

伊丹駐屯地医務室

#### 4 監督及び検査

部品交換及び完成検査については検査官が使用責任者立会のもと試験を実施し機能を十分認めた後、合格とする。

#### 5 保証期間

整備内容については完成検査合格後3ヶ月とし、その期間中に不良または損傷が発生した場合には、係官と契約者の協議の結果、契約業者負担と判断した部分は無償修理をおこなうものとする。

#### 6 その他の指示

- 整備にかかる電気、水道代は契約業者負担とする
- 契約業者が追加の診断、追加作業を実施する際に生じた輸送費用は全額契約業者が負担するものとする。
- 有害物質を含む電池等を交換した場合は契約業者が無償にて回収するものとする。

調達要求番号：5RL01AM0070

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
臨床化学自動分析装置，検査システム付整備	防衛大臣承認	
	作成	令和8年1月9日
	変更	
	作成部隊等名	伊丹駐屯地業務隊衛生科

## 1 総則

この仕様書は、陸上自衛隊伊丹駐屯地が使用する臨床化学自動分析装置，検査システムの整備について規定する。

### 1. 2 型式及び器材番号

TBA-2000FR (キャノンメディカル)

### 2 修理の内容

貴社の整備チェックシートに基づき点検整備すること。また、下記の部品を交換・調整・試運転し確認をすること。

品名	部品コード	数量
乾燥ノズルチップ	4M09-00355	2
試薬プローブチューブ (A用)	4M09-03238-01	1
試薬プローブチューブ (B用)	4M09-03238-02	1
光源ランプ	BM10-6125*F 1	1
チェックバルブ (青)	BSM10-3593*A	4
スターラー	BSM10-4621*F	2
真空ポンプバルブ (2P)	BSM10-5140	4
真空ポンプダイヤフラム	BSM10-5141	4
真空ポンプガasket (2P)	BSM10-5142*A	4
恒温水フィルター (10μ)	BSM10-5677*A	1
恒温水ペリスタチューブ	BSM10-7070*B	1
サンプルプローブツチューブ	PM10-50760*A 1	1
高濃度ペリスタポンプチューブ	PM10-53453*C 1	2
高濃度ノズル～ペリタス間チューブ A	PM10-54611*D 1	1
高濃度ノズル～ペリタス間チューブ B	PM10-54611*D 2	1
サンプルプローブ	PM10-70090*D 1	1
試薬プローブ L	WM09-05799*A 1	1
試薬プローブ R	WM09-05800*A 1	1
洗浄ノズル (洗浄、2, 3)	WM09-05998*B 1	1
洗浄ノズル (洗浄、1, 4, 5)	WM09-05999*B 1	1
ベローズ ASSY	WM09-07873 1	3
洗剤・電極ボトル用フィルター	YZB673-01*A	3
Icc シリンジ	YZD5490-02*A	4
サンプルシリンジシール	YZE5279-01	3
サンプルシリンジチップ	YZE5281-01	3
薬液シリンジシール	YZE5283-01	4
薬液シリンジチップ	YZE5285-01	4

反応管ワイパー（白）	YZG5231-01	2
シリンジ用パッキン	YZG5299-01*A	12
サンプルシリンジ用 O リング	YZG895-04	3
試薬シリンジ用 O リング	YZG984-01	4
ポペットバルブセット	YZY5941-01	3
冷蔵庫フィルタ	BSM10-5338	1
RO ポンプヘッド	1504	1
プレカーボン	ACF-1	1
カートリッジ純水器（クラスピュア）	C-5S	2

### 3 実施場所

伊丹駐屯地医務室

### 4 監督及び検査

部品交換及び完成検査については検査官が使用責任者立会のもと試験を実施し機能を十分認めた後、合格とする。

### 5 保証期間

整備内容については完成検査合格後 3 ヶ月とし、その期間中に不良または損傷が発生した場合には、係官と契約者の協議の結果、契約業者負担と判断した部分は無償修理をおこなうものとする。

### 6 その他の指示

6. 1 整備にかかる電気、水道代は契約業者負担とする
6. 2 契約業者が追加の診断、追加作業を実施する際に生じた輸送費用は全額契約業者が負担するものとする。
6. 3 有害物質を含む電池等を交換した場合は契約業者が無償にて回収するものとする。



# 市場価格調査書 (A)

【陸上自衛隊伊丹駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。各項目に記入の上、令和8年2月2日までに FAX(072-782-0035)に送信をしてください。陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊契約班 担当:長峯

※市場価格とは  
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは異なりますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊伊丹駐屯地  
中部方面会計隊本部 業務科長 加藤 江利菜 殿

令和 年 月 日  
住所等

¥

(各金額には消費税を含まない。)

(単位:円)

	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	胃集団検診車、3号整備	仕様書のとおり	EA	1		
2	積算内訳書を添付してください(書式は貴社様式)。					
3		一以下余白一				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
	合 計					



# 市場価格調査書 (B)

【陸上自衛隊伊丹駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。各項目に記入の上、令和8年2月2日までに FAX(072-782-0035)に送信をしてください。陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊契約班 担当:長峯

※市場価格とは  
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは異なりますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊伊丹駐屯地  
中部方面会計隊本部 業務科長 加藤 江利菜 殿

令和 年 月 日  
住所等

¥

(各金額には消費税を含まない。)

(単位:円)

	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	臨床化学自動分析装置、検査システム整備	仕様書のとおり	EA	1		
2	積算内訳書を添付してください(書式は貴社様式)。					
3	一以下余白一					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合 計						