

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一 番 連 号	件 名	納入（履行） 場 所	納 期 （履行期限）	見積り依頼書 公 表 日	見 積 書 提出期限	見積り合わせ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備考
1	全自動身長体重計, BMI機能付ほか1件	陸上自衛隊徳島駐屯地	8.3.31	8.1.28	8.2.3 10時00分	8.2.3 10時00分		
		以下余白						

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒779-1116

住 所 徳島県阿南市那賀川町小延413番地1

契約機関名 陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊 (担当：金澤)

電話番号 0884-42-0991 (内線：347)

FAX 番号 0884-42-0993

## オープンカウンター補足説明

### 1 契約条項を示す場所

徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊において示す。

### 2 見積合わせの場所及び日時

- (1) 場 所：陸上自衛隊徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊 事務室
- (2) 日 時：令和8年2月3日(火) 10時00分(一連番号1)

### 3 説明会

実施しない。

### 4 見積方法

見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額（外税）を記入すること。

### 5 見積決定方法

#### 総品目総額

見積決定にあたっては、単価金額が最低の価格の見積書をもって申込した者を契約の相手方とし、当該金額の10%（軽減税率対象項目については8%）当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする）をもって決定金額とす、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象項目については108分の100）を記載すること見積金額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低価格の見積を決定者とする。なお、見積決定者となるべき最低価格の見積が2名以上ある場合は抽選により見積者を決定する。

### 6 契約書の作成

- (1) 契約金額が100万円以上の場合は請書を、250万円以上の場合は契約書を作成する。契約書の記載要領については、落札決定後に説明する。
- (2) 適用する条項は下記の条項を適用する。
  - ア 基本契約条項  
物品売買契約条項
  - イ 特約条項  
談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項。

### 7 その他

- (1) 入札及び契約心得は、中部方面隊ホームページ内の標準入札心得による。
- (2) この見積に関する公告及び陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要領は陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊に掲示しています。  
また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ  
<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しています。
- (3) 見積書は、随時第348会計隊徳島派遣隊事務所において配布します。
- (4) 規格の確認及び落札後の日程等調整は、下記の連絡先までお願いします。
- (5) 問い合わせ及び連絡先

#### 見積及び契約に関する事項

〒779-1116 徳島県阿南市那賀川町小延413-1

陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊契約班 担当：金澤

TEL 0884-42-0991（内線347）

FAX 0884-42-0993

# 見 積 書

件名リスト一連番号 1

## 見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件名	規格	単位	数量	単価	金額
1	全自動身長体重計, BMI機能付	仕様書のとおり(角形銘板の取付, 搬入に係る経費を含む)	EA	1		
2	医用電子血圧計	仕様書のとおり(角形銘板の取付, 搬入に係る経費を含む)	EA	1		
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納入(履行)場所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納期		令和8年3月31日	
落札方法		総品目総額	見積書有効期間			
契約保証金		免除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年2月3日

分任契約担当官

陸上自衛隊徳島駐屯地

第348会計隊徳島派遣隊長 前田 瑞貴 殿

住 所

会 社 名

代表者名

Ⓜ

# 市 価 調 査 書

件名リスト一連番号 1

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	全自動身長体重計, BMI機能付	仕様書のとおり(角形銘板の取付, 搬入に係る経費を含む)	EA	1		
2	医用電子血圧計	仕様書のとおり(角形銘板の取付, 搬入に係る経費を含む)	EA	1		
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納入(履行)場所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和8年3月31日	
落 札 方 法		総品目総額				

令和8年2月2日

分任契約担当官

陸上自衛隊徳島駐屯地

第348会計隊徳島派遣隊長 前田 瑞貴 殿

住 所

会 社 名

代表者名

Ⓜ

申込日年日： . . .

## 見積参加申込票

公開日	令和8年1月28日(水)
件名	全自動身長体重計,BMI機能付ほか1件
見積日時	令和8年2月3日(火) 10時00分
見積場所	陸上自衛隊徳島駐屯地 会計隊事務室

会社名		
電話番号		
FAX番号		
メールアドレス		
担当者名		
参加方法 (該当する欄に○ をして下さい)	持参	郵便 / FAX

### 注意事項等

- 1 見積に参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し下記の3の連絡先までFAXしてください。
- 2 見積書を郵送する場合  
郵送する封筒の表に見積の件名、見積日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。なお、FAXでの提出を可とする。その場合でも発送者の責により受信の確認をすること。
- 3 連絡先  
第348会計隊徳島派遣隊 契約班 担当：金澤  
TEL 0884-42-0991 (内線：347)  
**FAX 0884-42-0993**
- 4 見積書書式等について  
参加申込確認後、メールまたはFAXの方法にて該当する見積書を送付致します。

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
全自動身長体重計	GM-T107642G	
	作成	平成24年 8月28日
	変更	令和 8年 1月15日
	作成部隊等名	徳島駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の全自動身長体重計について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。（今回はBMI機能付が該当）

表1-種類

種類	物品番号	注記
体組成計付	—	調達品目表A
BMI機能付	6670-287-1798-5	調達品目表B

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 全自動身長体重計，体組成計付

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

計量法（平成4年法律第51号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構成

構成は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。  
なお、1種銘板の品名は、仕様書の名称及び表1の種類とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表2-提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1	陸上自衛隊徳島駐屯地業務隊
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表 A (本表は該当しない)

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7年 4月 4日
仕様書番号	GM-T107642G		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
全自動身長 体重計	体組成計付	(株) タニタ秋田 自動身長計付き体組成計 DC-270A-N (株) エー・アンド・デイ 自動身長計付き体組成計 AD-6551 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

### 2 構成

名称	(株) タニタ秋田		(株) エー・アンド・デイ	
	規格など	数量 <sup>a)</sup>	規格など	数量 <sup>a)</sup>
本体	DC-270A-N	1	AD-6551	1
表示ボックス タンド	OP-005	1	AD6551-01	1
昇降補助手すり	OP-502	1	AD6551-02	1
注 <sup>a)</sup> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) 身長、体重、体脂肪率及びBMI値を同時に測定し、測定結果のデジタル表示が可能とする。
- 2) 測定結果をプリンタで印字することが可能とする。
- 3) 身長の測定可能範囲は、100 cm～200 cmを満たし、最小表示単位は、0.1 cmとする。
- 4) 体重の最大ひょう量は、150 kg以上とし、最小表示単位は、0.1 kgとする。
- 5) 日本語による音声ガイド機能をもつ。
- 6) 内臓脂肪レベル、筋肉量、体水分量及び基礎代謝量の表示機能をもつ。
- 7) “計量法”に基づく検定付きはかりとし、検定証印をもつ。
- 8) 電源は、AC100 V、50/60 Hzとする。

b) 表示ボックス (コントローラ) の固定が可能なスタンドを備える。

c) 昇降時補助用の手すりを備える。

## 調達品目表B

調達要求番号	5RV01AM0015	作成部隊等名	徳島駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和8年1月15日	作成年月日	令和8年1月15日
仕様書番号	GM-T107642G		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
全自動身長 体重計	BMI機能 付	(株) エー・アンド・デイ 全自動身長体重計 AD-6228A-R seca (株) 超音波式全自動身長体重計 (検定付) seca 655 uhp 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 構成

名称	(株) エー・アンド・デイ		seca (株)	
	規格など	数量 <sup>a)</sup>	規格など	数量 <sup>a)</sup>
本体	AD-6228A-R	1	seca 655uhp	1
プリンタ	AD-PR580A	-	本体に含む。	-

**注<sup>a)</sup>** 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 身長、体重及びBMI値を同時に測定し、測定結果のデジタル表示が可能とする。
- b) 測定結果をプリンタで印字することが可能とする。
- c) 身長の測定可能範囲は、100 cm～200 cmを満たし、最小表示単位は、0.1 cmとする。
- d) 体重の最大ひょう量は、150 kg以上とし、最小表示単位は、0.1 kg以下とする。
- e) “計量法”に基づく検定付きはかりとし、検定証印をもつ。
- f) 電源は、AC100 V, 50/60 Hzとする。

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	6515-100-5118-5	仕様書番号
医用電子血圧計		GM-T106723N
		作成 平成18年 2月 8日
		変更 令和 8年 1月15日
		作成部隊等名 徳島駐屯地業務隊

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医用電子血圧計について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 構成

構成は、調達品目表による。

### 3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊徳島駐屯地業務隊
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	5RV01AM0015	作成部隊等名	徳島駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和8年1月15日	作成年月日	令和8年1月15日
仕様書番号	GM-T106723N		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
医用電子血圧計	オムロンヘルスケア (株) HBP-9035 (株) エー・アンド・デイ TM-2657WP キヤノンメドテックサプライ (株) UDEX-i2 Type-II (プリンタ付き) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 構成

名称	オムロンヘルスケア (株)		(株) エー・アンド・デイ		キヤノンメドテックサプライ (株)	
	規格など	数量 <sup>a)</sup>	規格など	数量 <sup>a)</sup>	規格など	数量 <sup>a)</sup>
本体	HBP-9035	1	TM-2657WP	1	UDEX-i2 Type-II (プリンタ付き)	1
専用架台	HBP-ST-903	1	TM-ST520	1	専用架台US-1K (組立式)	1
専用椅子			TM-STA001	1	椅子SNC-T134BKN-ADJST (エア一式)	1
注 <sup>a)</sup> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。						

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 血圧測定範囲は、10 mmHg～250 mmHgを満たさなければならない。
- b) 脈拍数測定範囲は、40拍/分～180拍/分を満たさなければならない。
- c) 環状帯に腕を入れ、スイッチを押すだけで測定が可能とする。
- d) プリンタを内蔵する。
- e) 左右どちらの腕でも測定が可能とする。
- f) 測定値を確認可能なデジタル表示画面をもつ。
- g) 専用架台及び専用椅子をもつ。
- h) 電源は、AC100V、50/60Hzとする。