

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	GM7 1 1 1 9 6 3 3 0	仕 様 書 番 号	
血球計数装置，標本作成装置付 X E－5 0 0 0 修理		札幌病衛2 8－6 6	
		防衛大臣承認	平成 年 月 日
		作 成	平成2 9年 2 月 7 日
		変 更	平成 年 月 日
		作成部隊等名	自衛隊札幌病院 資材部

1 総則

1.1 適応範囲

この仕様書は，自衛隊札幌病院において使用する血球計数装置，標本作成装置付XE－5000の外注修理について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，GLT-CG-Z000001Rの1.2.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001R 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002F 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 修理に関する要求

2.1 品名・規格

品名・規格は，調達要求書により指定する。

2.2 整備の種類

整備の種類は，GLT-CG-Z500002Fの2.2.b)に示す“修理”とする。

2.3 整備の方式

整備の方式は，GLT-CG-Z500002Fの2.3.a)とし，整備作業は表1による。

2.4 修理基準

修理基準は，取扱説明書及び製造会社社内規格による。

2.5 部品・副資材等

部品・副資材は，GLT-CG-Z500002Fの2.9「調達要領指定書」による。

細部は，調達要領指定書により指定する。

2.6 機能・性能

整備品の機能及び性能は，修理基準等による。「製造時の基準と同一であること」

3 品質保証

3.1 機能・性能検査

機能及び性能検査を行うものとし，GLT-CG-Z500002Fの3.1による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z500002Fの3.2による。

4 その他の指示

その他の指示は調達要領指定書により指定する。

又、本仕様書に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、官側の指示によるものとする。

表 1－整備作業表

区分	工程		作業内容	注記
整備作業	1	修理	部品交換を要する場合は、調達要領指定書により指定する。	その他の指示がある場合は、調達用要領指定書により指定する。
	2	機能・性能検査	3.1 に示す機能及び性能検査を行う。	—
	3	完成検査	3.2 に示す完成検査を行う。	—

調達要領指定書	発 簡 番 号		
	調 達 要 求 番 号	9MTF1AD0037	
	調 達 要 求 年 月 日	令和 2年 1月10日	
	作 成 部 課	衛生資材部衛生資材課	
	作 成 年 月 日	令和 2年 1月 9日	
品 名	血球計数装置, 標本作成装置付 XE-5000 修理		
仕 様 書 番 号	札幌病衛28-66		
指定事項:			
2 修理に関する要求			
2. 5 部品・副資材等			
	部 品 名	規 格	数量
1	シリンジユニット No. 23	04303111	1個
2	センシヨクブ SP1K	03314913	1個
3	PCB No. 1263	03331914	1個
4	センシヨクエキチャンバクミタテ No. 3 (SP-1KIヨウ)	95309321	2個
5	センシヨクエキチャンバクミタテ No. 4 (SP1KI)	95309428	1個
6	エアドライヤNo. 3クミタテ (C3)	44234608	1個
7	ベローズユニットクミタテ (SP-1KIヨウ)	80500658	1個
8	シリンジユニット (XE-2100ヨウ)	02324814	1個
9	ポンプ ASSY No. 118 (XE-2100)	BS705161	1個
10	シースシリンジクミタテ No. 5	98315510	1個
11	エアドライヤ No. 1 コンポウ (XE-2100)	93312436	1個
12	チューブ No. 106	44285060	1個
13	ケンシュツキ No. 5 クミタテ (C2/XE)	92359721	1個