

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM711218693	仕 様 書 番 号
自動免疫化学分析装置，3型 修理	札幌病衛28-53	
	防衛大臣承認	令和 年 月 日
	作 成	平成28年11月24日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	自衛隊札幌病院 資材部

1 総則

1.1 適応範囲

この仕様書は、自衛隊札幌病院において使用する自動免疫化学分析装置，3型の外注修理について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001Rの1.2.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001R 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002F 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 修理に関する要求

2.1 品名・規格

品名・規格は、調達要求書により指定する。

2.2 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002Fの2.2.b)に示す“修理”とする。

2.3 整備の方式

整備の方式は、GLT-CG-Z500002Fの2.3.a)とし、整備作業は表1による。

2.4 修理基準

修理基準は、取扱説明書及び製造会社社内規格による。

2.5 部品・副資材等

部品・副資材は、GLT-CG-Z500002Fの2.9「調達要領指定書」による。

細部は、調達要領指定書により指定する。

2.6 機能・性能

整備品の機能及び性能は、修理基準等による。「製造時の基準と同一であること」

3 品質保証

3.1 機能・性能検査

機能及び性能検査を行うものとし、GLT-CG-Z500002Fの3.1による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z500002Fの3.2による。

4 その他の指示

その他の指示は調達要領指定書により指定する。

又、本仕様書に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、官側の指示によるものとする。

表 1－整備作業表

区分	工程		作業内容	注記
整備作業	1	修理	部品交換を要する場合は、調達要領指定書により指定する。	その他の指示がある場合は、調達要領指定書により指定する。
	2	機能・性能検査	3.1 に示す機能及び性能検査を行う。	—
	3	完成検査	3.2 に示す完成検査を行う。	—

調達要領指定書	発 簡 番 号		
	調 達 要 求 番 号	0MTF1AD0028	
	調 達 要 求 年 月 日	令和 3年 1月13日	
	作 成 部 課	衛生資材部衛生資材課	
	作 成 年 月 日	令和 3年 1月 8日	
品 名	自動免疫化学分析装置, 3型 修理		
仕 様 書 番 号	札幌病衛28-53		
指定事項:			
2 修理に関する要求			
2. 5 部品・副資材等			
	品 名	規 格	数量
1	分岐バルブ	7-77612-03	4 個
2	トリガー分注ポンプ	7-96344-01J	1 個
3	陰圧タンク廃液弁	7-76446-01	1 個
4	陰圧ポンプ補修キット	7-201782-01	1 個
5	試薬回転台補助ベアリング	7-78016-03	1 個