

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	GM711211649	仕 様 書 番 号	
電子内視鏡システム 修理		札幌病衛28-72	
		防衛大臣承認	平成 年 月 日
		作 成	平成29年 2月16日
		変 更	令和 年 月 日
		作成部隊等名	自衛隊札幌病院 資材部

1 総則

1.1 適応範囲

この仕様書は、自衛隊札幌病院において使用する電子内視鏡システムの外注修理について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001Rの1.2.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

- GLT-CG-Z000001R 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
- GLT-CG-Z500002F 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 修理に関する要求

2.1 品名・規格

品名・規格は、調達要求書により指定する。

2.2 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002Fの2.2b)に示す“修理”とする。

2.3 整備の方式

整備の方式は、GLT-CG-Z500002Fの2.3a)とし、整備作業は表1による。

2.4 修理基準

修理基準は、取扱説明書及び製造会社社内規格による。

2.5 部品・副資材等

部品・副資材は、GLT-CG-Z500002Fの2.9「調達要領指定書」による。  
細部は、調達要領指定書により指定する。

2.6 機能・性能

整備品の機能及び性能は、修理基準等による。「製造時の基準と同一であること」

3 品質保証

3.1 機能・性能検査

機能及び性能検査を行うものとし、GLT-CG-Z500002Fの3.1による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z500002Fの3.2による。

#### 4 その他の指示

その他の指示は調達要領指定書により指定する。

又、本仕様書に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、官側の指示によるものとする。

**表 1－整備作業表**

区分	工程		作業内容	注記
整備 作業	1	修理	部品交換を要する場合は、調達要領指定書により指定する。	その他の指示がある場合は、調達用要領指定書により指定する。
	2	機能・性能検査	3.1 に示す機能及び性能検査を行う。	—
	3	完成検査	3.2 に示す完成検査を行う。	—

調達要領指定書	発 簡 番 号		
	調 達 要 求 番 号	1MTF1AD0013	
	調 達 要 求 年 月 日	令和 3年 7月26日	
	作 成 部 課	衛生資材部衛生資材課	
	作 成 年 月 日	令和 3年 7月19日	
品 名	電子内視鏡システム 修理		
仕様書番号	札幌病衛28-72		
指定事項：			
<b>2 修理に関する要求</b>			
<b>2.5 部品・副資材等</b>			
(ビデオスコープ, 上部消化管用, 3型 CIF-H260)			
No	品 名	規 格	数量
1	CCD修理	NP201200	1個
2	操作部ユニット	RU697400	1個
3	湾曲管ユニット	GL555900	1個
4	IG蛇管ユニット	GL556000	1個
5	ELコネクターユニット	GL102300	1個
6	鉗子チャンネルユニット	RU690600	1個
7	リペアアウタープラグU	GV626900	6個
8	アトツツ5	GR430500	1個
9	送気送水チャンネルユニット	RU061800	1個
10	Wトメ5	GR428100	4個
11	ノズルユニット	GL051600	1個
12	リペアーインナーソケットS	GE205900	6個
13	湾曲ゴム	GR033300	1個
14	Cカバーピン	GS244900	2個
15	ウラパッキン60	RC043500	1個
16	先端カバー	GR881400	1個
17	ハイリング	GD456900	6個
18	ヌケドメピン	GR641400	1個
19	トクSK1.4	GM938900	2個
20	Oリング	GS917400	1個
21	トクHU1.4	GM931700	2個
22	T0.45×2.8OR	GS924000	1個
23	アースタンシ	GM288500	2個

24	KSゴム	GR205300	1個
25	T1.5×19.5OR	GS900500	1個
26	T1.5×31.4OR	GS937900	1個
27	Oリング	GS903500	1個
28	T2.4×26OR	GM891600	1個
29	T3.8×15.8OR	GS901900	1個
30	T1.9×12OR	GS900200	1個
31	T1.5×12OR	GS901800	1個
32	T3.5×7.1OR	GS902400	1個
33	クリップ	GD457500	6個
34	ゴムカバー	GR428700	1個
35	コイル	DL395200	1個