公告 第 47 号
令和8年11月13日

公　　告

分任契約担当官
自衛隊札幌病院
会計課長　齊　藤　　祐

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6MT61AA00210	6MTF1AD0021 0001	GM011232477	6-1

品名　または　件名
据置型デジタル式汎用Ｘ線診断装置，長尺・断層処理機能付　修理
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
札幌病	札幌病　衛生資材部　衛生資材課
搬入場所	納期または工期
札幌病　衛生資材部　衛生資材課	令和9年1月29日（金）

2　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3　契約条項を示す場所
「入札及び契約心得」及び「契約条項」については、自衛隊札幌病院総務部会計課契約班に掲示する。細部は、第７項（２）の契約条項を適用する。

4　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年12月2日（水）10時00分　自衛隊札幌病院１Ｆ　カンファレンスルーム

5　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

6　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

7　注意事項
【役務】
(1)　競争に参加する者に必要な資格に関する事項
ア　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ　予算決算及び会計令第７１条に該当しない者であること。
ウ　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
エ　別紙「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。
(2)　適用する契約条項等
駐屯地標準契約書「役務請負契約条項」、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
(3)　保証金等に関する事項
ア　入札保証金
免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。
イ　契約保証金
免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。
(4)　入札の無効
ア　第１号で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
イ　入札開始時刻に遅れた者による入札
ウ　入札に関する条項に違反した入札
エ　入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

オ　電報・電話・ＦＡＸによる入札

カ　暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

(5)　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０（軽減税率対象品目については１００分の８）に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札書は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。

(6)　落札決定方式

総額が当課所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(7)　契約書の作成

落札者は、落札決定後遅滞なく駐屯地用標準契約書の様式により契約書を作成する。

(8)　その他

ア　契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。

イ　入札に参加する場合は、令和７・８・９年度の資格審査結果通知書（写）を提出すること。

ウ　入札に参加する者は入札書に次の文面を記載するものとする。

「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、上記公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札いたします。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」

エ　代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。

オ　郵便による入札は、自衛隊札幌病院総務部会計課契約班（担当：髙橋）に入札書送付の旨を必ず電話連絡し、２重の封筒それぞれに、次の文面を記載し封印をするとともに、内封筒に入札書を入れ、内封筒以外に第７項第８号イの資格審査結果通知書（写）を同封し、簡易書留にて令和８年１２月１日（火）１７時００分までに担当者に到着したものを有効とする。

「令和８年１２月２日（水）据置型デジタル式汎用Ｘ線診断装置，長尺・断層処理機能付　修理　入札書在中」

カ　郵便入札を含む入札において、再度入札を行う場合は、官側が指定する日時において実施するものとする。ただし、初度の入札に参加した者のみ有効とする。

キ　入札会場への入室は、入札時間の１５分前から可能とする。

ク　入札に関する問い合わせ先

自衛隊札幌病院　総務部　会計課　契約班（担当：髙橋）

ＴＥＬ：０１１－５８１－３１０１（内線：４２４３）

ケ　仕様書に関する問い合わせ先

自衛隊札幌病院　衛生資材部　衛生資材課　整備班（担当：福本）

ＴＥＬ：０１１－５８１－３１０１（内線：４４２７）

(9)　公告掲示場所及び期間

ア　掲示場所

(ｱ)　自衛隊札幌病院総務部会計課

(ｲ)　自衛隊札幌病院ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/hosp/

イ　掲示期間

令和８年１１月１３日（金）～令和８年１２月２日（水）

別　紙

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

1　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

2　前項により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

3　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

4　第２項の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

(1)　資本関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更正法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。

ア　親会社（会社法第２条４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合

イ　親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(2)　人的関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

ア　一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

イ　一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ　(1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

調達要求番号：６ＭＴＦ１ＡＤ００２１

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	ＧＭ０１１２３２４７７	仕　様　書　番　号	
据置型デジタル式汎用Ｘ線診断装置，長尺・断層処理機能付　修理		札幌病衛６－１	
		防衛大臣承認	令和　　年　　月　　日
		作　　成	令和　６年　４月　１日
		変　　更	令和　　年　　月　　日
		作成部隊等名	自衛隊札幌病院 衛生資材部

1　総則

1.1　適応範囲

この仕様書は，自衛隊札幌病院において使用する据置型デジタル式汎用Ｘ線診断装置，長尺・断層処理機能付の外注修理について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＡの 1.2.2 による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ａ）　仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＡ　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２Ｑ　　陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2　修理に関する要求

2.1　品名・規格

品名・規格は，調達要領指定書により指定する。

2.2　整備の種類

整備の種類は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２Ｑの 2.2b)に示す“修理”とする。

2.3　整備の方式

整備の方式は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２Ｑの 2.3a)とし，整備作業は**表１**による。

2.4　修理基準

修理基準は，取扱説明書及び製造会社社内規格による。

2.5　部品・副資材等

部品・副資材は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２Ｆの 2.9「調達要領指定書」による。
細部は，調達要領指定書により指定する。

2.6　機能・性能

整備品の機能及び性能は，修理基準等による。「製造時の基準と同一であること」

3　品質保証

3.1　機能・性能検査

機能及び性能検査を行うものとし，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２Ｑの 3.1 による。

3.2　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２Ｑの 3.2 による。

4　その他の指示

その他の指示は調達要領指定書により指定する。

又，本仕様書に記載なき事項及び疑義を生じた場合は，官側の指示によるものとする。

表１－整備作業表

区分	工程		作業内容	注記
整備作業	1	修理	部品交換を要する場合は，調達要領指定書により指定する。	その他の指示がある場合は，調達用要領指定書により指定する。
	2	機能・性能検査	3.1 に示す機能及び性能検査を行う。	－
	3	完成検査	3.2 に示す完成検査を行う。	－

調達要領指定書	発　簡　番　号	
	調　達　要　求　番　号	６ＭＴＦ１ＡＤ００２１
	調　達　要　求　年　月　日	令和　８年１１月　６日
	作　成　部　課	衛生資材部衛生資材課
	作　成　年　月　日	令和　８年１１月　６日
品　　名	据置型デジタル式汎用Ｘ線診断装置，長尺・断層処理機能付　修理	
仕 様 書 番 号	札幌病衛６－１	

指定事項：

2　修理に関する要求

2.1　品名・規格

装　置　名	規格・型式	製造番号	数　量
ＳＩＥＭＥＮＳ　Ｈｅａｌｔｈｉｎｅｅｒｓ			
据置型デジタル式汎用Ｘ線診断装置	Ｙｓｉｏ	２３５６７	１

2.5　部品・副資材等

Ｎｏ	品　名	部品番号	数　量
１	Ｒｏｔ　Ｅｎｃｏｄ　１３ｂｉｔ　ｍｕｌｔｉｔｕｒｎ　ＢＭＭＨ５８＝Ｄ＝	１０９６３０９２	１
２	Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｌｉｆｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ	１０２７３３９４	１
３	Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　Ｓｕｐｐｌｙ　Ｍｏｄｕｌｅ	１０１４０４９４	１
４	Ｔａｐｅ　ｍｅａｓｕｒｅ，ＮＲＦ	１００９２５４３	１