

令和4年 9月14日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 池 崎 学

北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備 考
2G02900	汎用血液ガス分析装置、携帯用（修理）	北処	5.1.31	4.9.14	4.9.29	4.9.29 1200	防衛省競争参加資格 （全省庁統一資格） は問わない。	

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒 061-1393
北海道恵庭市西島松308番地
陸上自衛隊島松駐屯地 北海道補給処調達会計部契約課
TEL：0123-36-8611 担当：第2契約班（内線：5257、5342）
FAX：0123-36-8719（直通）

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	2320-100-8665-5	仕 様 書 番 号
衛生器材外注整備	NM-T200019D	
	防衛大臣承認	
	作 成	平成18年 2月24日
	変 更	平成22年 5月28日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において外注整備する衛生器材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z500002の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z500002

陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2. 整備に関する要求

2.1 品名・数量等

品名・数量等は調達要領指定書により指定する。

2.2 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2.b)に示す“修理”とする。

2.3 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002の2.3.a)に示す“確定作業方式”とし、確定作業は、付表1による。

2.4 修理基準

修理基準は、当該物品の製造会社基準・取扱説明書等（以下、会社基準という。）による。

2.5 部品・副資材

部品及び副資材は、GLT-CG-Z500002の2.9による。

2.6 塗装・防せい処置

GLT-CG-Z500002の2.10による。

2.7 外観

外観は、GLT-CG-Z500002の2.12.1による。

2.8 機能・性能

機能及び性能は、3.1に示す試験を行ったとき、2.4の修理基準の規定に適合しなければならない。

2.9 整備品の表示

整備品の表示は、表示しないものとする。ただし、表示を必要とする場合は、GLT-CG-Z500002の2.13によるものとし、調達要領指定書により指定する。

3. 品質保証

3.1 試験

機能及び性能試験を行うものとし、試験項目及び方法は2.4に示す修理基準による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z500002の3.2による。

4. 出荷条件

出荷条件は、GLT-CG-Z500002の4による。ただし、包装及び包装の表示は、調達要領指定書に指定する場合を除き、商習慣とする。

5. その他の指示

その他の指示は、GLT-CG-Z500002の5によるものの他、必要事項について、調達要領指定書により指定する。

付表 1 確定作業表

番号	作業工程	作業内容	備考
1	入場点検	入場品の外観状態を点検する。	
2	分解	入場品を点検計測が可能な構成単位に分解する。	プリント基板等は分解しない。
3	点検計測	目視, 測定機器等により磨耗, 損傷の状態を点検計測し修理項目を確認する。	点検計測を行う場合に必要な清掃, 手入れ, 調整等を含む。
4	部品修正	不備品の交換及び修理*	
5	部品組立	第2工程で分解した部品及び交換部品による組立 なお, 組立に伴う調整, 給油脂を含む。	
6	試験	本文 3.1 による。	
7	完成検査	本文 3.2 による。	

注 * 不備品は, 調達要領指定書により指定する。

調達要領指定書	調達要求番号	2MCN1AL0006
	調達要求年月日	令和4年9月5日
	作成部課	装備計画部衛生課
	作成年月日	令和4年9月1日
物品番号	663010103805	
品名・規格	汎用血液ガス分析装置、携帯用（修理）	
仕様書番号	NM-T200019D	
<p>指定事項</p> <p>1 仕様書 2.1 品名・数量等 汎用血液ガス分析装置、携帯用 （アポットジャパン（株）I-STAT）</p> <p>2 仕様書 2.6 塗装・防せい処置 塗装・防せい処置は、実施しない。</p> <p>3 仕様書 2.9 整備品の表示 整備品の表示は、実施しない。</p> <p>4 仕様書 3.2 監督・検査 監督は、実施しない。</p> <p>5 仕様書 5 その他 (1) 付表1 確定作業表の「7 完成検査」は、実施しない。 (2) 輸送は、契約相手方が担任するものとする。 (3) 引渡し及び搬入場所 陸上自衛隊北海道補給処整備部衛生課 （北海道恵庭市西島松308）</p>		