



調達要求番号： 3MCR2A2 0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号	6670-161-6310-5	仕 様 書 番 号				
		WQ-S100079				
基準品, 燃料計量機検査用	作	成	平成21年	9月	2日	
	変	更	平成	年	月	日
	作成部隊名		九州補給処装詰部需品課			

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、基準器、燃料計量機検査用について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は、次によるほかGLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品でカタログ等によって明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2. 一般的要求事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並の例に準拠する。

### 3. 製品に関する要求

#### 3.1 品名等及びカタログ製品名

調達品目表による。

#### 3.2 塗接

塗接は、調達品目表により指定する場合を除き、製作会社の規格による。

#### 3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に図に示す銘板を堅固に接合するものとする。




図 1 製品の表示

#### 4. 検査

検査は、契約担当官等の定める検査実施要領による。

#### 5. 出荷条件

包装は、再生利用の容易さ廃棄時の負荷低減に配慮されていることが望ましい。

#### 6. その他の指示

##### 6.1 付属品・予備品

調達品目表による。

##### 6.2 提出書類

調達品目表による。

##### 6.3 その他

この仕様書及び調達品目表の内容に関し疑義を生じた場合は契約担当官等に協議するものとする。

# 調 達 品 目 表

調達要求番号		仕様書番号	WQ-S100079
調達要求年月日		作成年月日	平成21年 9月 2日
物品番号等	6670-161-6310-5	作成部隊等名	九州補給処装計部需品課

1. 調達品目 調達品目は、表1による。

表1 調達品目

品 名	製 造 会 社	型 式
基準器, 燃料計上量機検査用	(株) 千代田製作所	10L
又)同等品 (他社製品を含む)		

2. 性能

性能は表2による。

表2

項 目	性 能	
目盛 範囲	9.8~10.2L	
最小目盛	10mL	
排液弁口径	25A	
全高×外径	605×310mm	
重 量	7.5Kg	
タンク材質及び塗装	鋼板・焼付塗装	
付 属 品	排液ホース・アースコード	
格 納 箱	外形寸法	360×410×645mm
	重 量	7.5Kg

3. 付属品・予備品

付属品及び予備品は、製作会社の仕様による。

4. 提出書類

契約の相手方は、契約後速やかに取扱説明書・部品表・アフターサービス連絡表を九州補給処装計面部需品課へ各1部提出するものとする。

5. 同等品審査 表1の調達品目にした市販品以外の同等品 (他社の製品を含む。) でたれする場合は、次に示す書類等を契約担当官等が示す期日までに提出し、承認を受けるものとする。

ただし、同一年度内において、既に承認された製品でたれする場合は、審査を省略することができる。

製品カタログ (品番・写真・性能及び諸元等が記されたもの。) ×3部

6. その他

この仕様書及び調達品目表の内容に関し疑義を生じた場合は契約担当官等に協議するものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	0027
	調 達 要 求 番 号	3MCQ2AZ0001
	調 達 要 求 年 月 日	令和5年6月9日
	作 成 年 月 日	令和5年6月6日

品 名	基準器、燃料計量機検査用
-----	--------------

仕様書番号	WQ-S100079
-------	------------

指定事項：次について、仕様書の調達品目表を補足する。

#### 1. 調達品目

品 名	カタログ製品名
基準器、燃料計量機検査用	(株)千代田製作所 10L基準タンク 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)

この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

#### 2. 性能

項 目	性 能	
目 盛 範 囲	9.8～10.2L	
最 小 一 目 盛	10mL	
排 液 弁 口 径	25A	
全 高 × 外 径	628×300mm	
重 量	8.0kg	
タンク材質及び塗装	鋼板・焼付塗装	
付 属 品	排液ホース・フースコード	
格納箱	外 径 寸 法	360×410×670mm
	重 量	8.0kg

#### 4. 提出書類

文中、九州補給処装備計画部需品課とあるを、北海道補給処装備計画部需品課に改める。