

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
件 名	P C 交 換 役 務	要 求 番 号	6 N L 8 1 A U 0 0 0 1
		仕 様 書 番 号	6
		作 成 年 月 日	令 和 8 年 4 月 2 1 日
		作 成 部 隊 等 名	八 戸 駐 屯 地 業 務 隊 衛 生 科
1 適用範囲 この仕様書は、八戸駐屯地業務隊衛生科と請負調査機関（以下、契約相手方という。）間において実施する調査の外注（以下、役務という。）について規定する。 2 役務内容 (1) 器材納入（X線撮影装置デジタル式、携帯用規格Extageシステム、3Mカラーモニタ付き） (2) 器材設置設定 (3) J-Viewからの過去データ移行 (4) 既存検査機器との接続設定 (5) 画像転送確認作業 3 実施要領等 (1) 実施時期：発注後契約相手方と調整 (2) 実施場所：陸上自衛隊八戸駐屯地医務室 4 納入器材詳細 (1) P C H P Z 2 T W G l i ワークステーション CPU I n t e l C o r e U l t r a 5 プロセッサ O S W i n d o w s 1 1 P r o f e s s i o n a l メモリー 1 6 G B ストレージ構成 2 T B H D D （システム＋データ） R A I D 1 構成データ領域 1 . 7 T B ドライブ D V D ライター ソフトウェア E x t a g e J - V i e w 1 2 検査画像の一括印刷機能付き (2) モニタ E I Z O R a d i F o r c e R X 3 7 0 (3) その他 バックアップ用外付け 2 T B （ R A I D - 1 ） 無停電電源装置 5 仕様書に関する疑義 本仕様書に記載しない内容で疑義が生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。 6 役務完了 本検査は契約相手方の書類提出後、検査官の確認をもって完了とする。			