

調達要求番号：6NMV1A09501

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
圧縮密閉機能付き生理用品回収容器 維持管理委託業務	仕 様 書 番 号		
	第 1 号		
	作 成	令和8年6月3日	
	作成担当者	仙台駐屯地業務隊 総務科 総務班	

1 業務目的

抗菌・防臭機能を有する圧縮密閉機能付き生理用品回収容器で二次感染を予防し、トイレ環境を良好に保つことによって、施設の維持管理に供することを目的とする。

2 設置場所

- (1) 宮城県仙台市宮城野区南目館1-1 陸上自衛隊仙台駐屯地 各隊舎等内女性トイレ
- (2) 宮城県宮城郡松島町初原字樋の沢16 陸上自衛隊反町分屯地 各隊舎等内女性トイレ

3 設置台数

- (1) 陸上自衛隊仙台駐屯地 75台
- (2) 陸上自衛隊反町分屯地 4台

4 設置期間

令和8年8月1日～令和9年3月31日

5 業務項目

- (1) 圧縮密閉機能付き生理用品回収容器の設置業務
- (2) 圧縮密閉機能付き生理用品回収容器の保守点検業務

6 業務仕様

- (1) 圧縮密閉機能付き生理用品回収容器（以下「容器」という。）は借用とする。
- (2) 容器の設置及び保守点検は、本仕様書に基づき実施する。ただし、本仕様書に記載のない事項は施設管理者と協議の上決定すること。
- (3) 容器の破損及び故障に対する処置は、原則として受注者の負担とする。なお、その他については、発注者及び受注者の協議とすること。

7 性能、品質

- (1) センサー感知による自動巻取り式で、生理用品をラミネートフィルムでパッキングできる機能を有していること。
- (2) 生理用品包材のラミネートフィルムはパッキングにより細菌の封じ込め効果があること。
- (3) 容器の自動巻取りの動力は乾電池式であること。
- (4) 容器は生理用品より大きなゴミ投入を予防する設計であり、投入口から廃棄された生理用品が見えない構造であること。
- (5) 容器のサイズは、W320×D210×H650 (mm) 程度とし、使用済み生理用品を 150 個以上回収可能であること。
- (6) 容器本体表面に抗菌機能、内部には芳香防臭機能を有していること。

8 保守点検

- (1) 保守点検は、受注者が派遣する専門の作業員（以下「作業員」という。）が行うこと。
- (2) 保守点検は、良好な状態で使用できるように、容器本体の洗浄と抗菌処理が施された容器への交換を 2 ヶ月に 1 回以上行うこと。また、設置場所の使用状況に応じて回収やラミネートフィルム等の消耗品の交換を実施すること。
- (3) 保守点検の消耗品の交換により発生したゴミ類は乙が全て持ち帰り、リサイクル法並びに廃棄物処理法に準じて適正な処理を行うこと。
- (4) 容器の破損及び故障等の緊急事態が発生した場合には、速やかに作業員を派遣し、必要な処置を行うこと。

9 その他

- (1) 保守点検の実施に当たっては、施設管理者と協議し、承諾を得ること。
- (2) 作業者は、作業時において社員証を携帯し、自社の制服（作業服）を着用すること。
- (3) 作業者は、使用者の妨げとならないように注意すること。
- (4) 契約終了後は原則 1 ヶ月以内に容器を取外し、原状復帰を行うこと。
- (5) 業務遂行上に必要な工具、物品及び安全用具は、受注者の負担とすること。
- (6) 細部設置場所等は、入札参加企業にのみ公表
- (7) 設置要領の変更等、官側が必要とする際は速やかに協議に応ずること。

10 調整先

仙台駐屯地業務隊総務科 総務班 022-231-1111（内線 3803）