

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
心電図解析装置	GM-T 1 0 5 6 9 6 W	
	作 成	平成 元年 7月26日
	変 更	令和 7年 5月28日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の多機能心電計について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1及びGLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号	摘要
心電図解析装置	6 5 1 5 - 1 0 0 - 9 5 7 7 - 5	調達品目表 A
心電図解析装置，システム接続機能付	—	調達品目表 B

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 心電図解析装置，システム接続機能付

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊 I T利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、**表1**の種類とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とす

るほか、調達品目表による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1 部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1 部
- c) 納入品カタログ 1 部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表2－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 A

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7年 5月28日
仕様書番号	GM-T105696W		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
多機能心電計	心電図解析装置	日本光電工業（株） ECG-2450 フクダ電子（株） FCP-8700 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 構成

名称	日本光電工業（株）		フクダ電子（株）	
	規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
本体	ECG-2450	1	FCP-8700	1
専用架台	KD-107D	1	OTE-10	1
記録紙受け	DI-011D	1	OAE-60A	1
記録紙棚	中間棚 DI-023D	1	記録紙保持金具 OAE-58A	1
引き出し	トレイセット DI-025D	1	引き出し OAE-61A	1
バスケット	引き出しに含む。	—	バスケット OA-E-52A	1
コードハンガー	KH-220D	2	OAE-47A	2
電源コード	本体に含む。	—	CS-20	1
接地コード	接地線（DIN）OEM-V1125A	1	CE-01B	1
誘導コード	JD-211D	2	CP-105J	2
四肢電極	誘導コードに含む。	—	TE-43-4C	2
胸部電極	誘導コードに含む。	—	TE-01-6C	2
バッテリー	SB-201D	1	BTE-002	1
心電アンプモジュール	本体に含む。	—	EE-40	1
SDメモリカード	SDメモリカード	1	SDカード SD-2G	1
注^{a)} 数量は、標準附属品を含む数量とし、規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

調達品目表 A（続き）

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) 12誘導解析プログラムをもつ。
- 2) ディスプレイは、12インチ以上のカラー液晶とし、タッチパネル方式とする。
- 3) 記録方式は、サーマルヘッド方式とする。
- 4) 被検者を切り替える機能をもつ。
- 5) ブルガダ型心電図の解析所見をもつ。
- 6) 心電図データ及び解析所見を内蔵メモリ及びSDメモ리카ードに保存が可能とする。
- 7) 電源は、AC100V、50/60Hzとする。
- 8) 質量は、12kg以下とする。

b) 専用架台は、キャスタ付きとし、本体などの搭載が可能とする。

c) 記録紙受けは、専用架台に取り付け、記録後の用紙の収容が可能とする。

d) 記録紙棚は、専用架台に取り付け、記録紙の設置が可能とする。

e) コードハンガー、引き出し及びバスケットは、専用架台に取付けが可能とする。

f) 電源コード及び接地コードを備える。

g) 誘導コードは、電極を接続し、心電図の誘導が可能とする。

h) 四肢及び胸部用の電極を備える。

i) バッテリーは、30分以上連続での使用が可能とする。

j) 心電アンプモジュールは、電極によって導出した心電図信号の増幅が可能とする。

k) SDメモ리카ードは、容量1GB以上とする。

4 附属品

名称	日本光電工業（株）		フクダ電子（株）	
	規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
心電図用クリーム	心電図用クリーム	1	心電図用クリーム	1
注^{a)} 数量は、標準附属品を含む数量とし、規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

調達品目表 B

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7年 5月28日
仕様書番号	GM-T105696W		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名
多機能心電計	心電図解析装置, システム接続機能付	フクダ電子(株) FCP-9800

2 構成

番号	名称	数量 ^{a)}	規格など
			フクダ電子(株)
1	心電図検査装置(解析機能付き)	1	FCP-9800
2	トロリー	1	OTE-10
3	バスケット	1	OAE-52A
4	引き出し	1	OAE-61A
5	カルテ入れかご	1	OAE-53A
6	コードハンガー	1	OAE-47A
7	心電計共通付属品セット	1	ASE-02N
8	エーカークリップ	1	TE-43-4C
9	胸部電極	1	TE-01-6C
10	心電計誘導コードクリップ ニップリードK	1	CME-77FJK (10本入/袋)
11	バッテリーパック	1	BTE-002
12	SDメモ리카ード	10	SDカード SD-2G

注^{a)} 数量は、標準付属品を含む数量とし、規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。