

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	4 1 1 0 - 1 0 1 - 0 0 6 0 - 5	仕 様 書 番 号
冷凍庫，食品検査用	GM-T 1 0 6 0 3 3 N	
	作 成	平成 8 年 8 月 3 0 日
	変 更	令和 7 年 1 0 月 1 5 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の冷凍庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 及び GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9 による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊 I T 利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1**の2.3及び**N D S Z 8 0 1 1**による1種銘板を表示する。

なお、1種銘板の品名は、“冷凍庫，食品検査用”とする。

- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
b) 附属品明細表¹⁾ 1部
c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、**G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 9**の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7年10月15日
仕様書番号	GM-T106033N		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
冷凍庫	大和冷機工業（株） LNXA-0781SS ホシザキ（株） HF-75B 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 外装及び内装は、ステンレス鋼板とする。
- b) 形状は、たて型、片開き、2扉式冷凍庫とし、保存食収納容器などの出入れが容易な構造とする。また、庫内にスノコ1枚及び棚3枚以上を備える。
- c) 外形寸法は、W800 mm以下×D850 mm以下×H1950 mm以下とし、全有効内容積は、550 L以上とする。
- d) 庫内温度設定は、-20℃以下が可能とし、マイコンによる温度制御が可能とする。
- e) ヒーター方式による霜取装置を備える。
- f) 電源は、AC100 V、50/60 Hzとする。
- g) 冷媒は、代替フロン又はノンフロンとする。