

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
救急医療セット	GM-T 1 0 6 5 4 3 H	
	作 成	平成 1 3 年 1 2 月 1 4 日
	変 更	令和 7 年 5 月 1 3 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の救急医療セットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 及び GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9 による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
救急医療セット，1 型	6 5 4 5－2 8 6－0 7 5 8－5
救急医療セット，2 型	6 5 4 5－2 8 6－0 7 5 9－5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 救急医療セット，1 型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊 IT 利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

HM-T 1 3 1 1 2 3 止血帯，四肢用

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、**表1**の種類による。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 調達品目表の2のa)の滅菌欄が“○”の製品は、滅菌処理年月を表示する。また、納入時、滅菌処理年月及び使用期限¹⁾を記載した滅菌証明書を添付する。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。
注¹⁾ 使用期限がない場合は、記載しなくてよい。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 内容品明細書¹⁾ 1部
 - b) 納入品カタログ 1部
 - c) 滅菌証明書 1部
- 注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表2－提出書類

名称	時期	数量	提出先
内容品明細書 ^{a)}	納入時	各 1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 単位

単位は、組とする。

6.4 I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7年 5月13日
仕様書番号	GM-T106543H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
救急医療セット	サンコー薬品（株） 災害用医療資材 JM-1 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 次の内容品を備える。

番号	品名	数量 ^{a)}	滅菌 ^{b)}	摘要
1	聴診器	1個	－	ダブルヘッドとし、ケース付きとする。
2	血圧計	1個	－	メーター式とし、ケース付きとする。
3	緊急連絡カード	20枚	－	救急用とする。
4	識別バンド	5組	－	赤、黄及び緑の3色1組とする。
5	打診器	1個	－	テラー式とする。
6	電子体温計	1個	－	デジタル表示式とし、電池を備える。
7	ペンライト	1本	－	どう（瞳）孔ゲージ付きとし、電池を備える。
8	バイトスティック	1個	○	舌圧子及び開口器兼用とする。
9	ボールペン	2本	－	黒及び赤を各1本備える。
10	サインペン	2本	－	黒及び赤を各1本備える。
11	メモ用紙	1冊	－	色は、白とする。
12	手動式そ（蘇）生器	1組	－	成人用マスク及びリザーバーバッグを備えたシリコンレサシテーターとする。
13	レスキューマスク	1個	－	口対口とし、一方弁付きとする。
14	人工呼吸用補助シート	2個	－	口対口とする。
15	手動式吸引器	1個	－	手動式とし、吸引カテーテル付きとする。
16	気管挿管セット	一式	－	－
16.1	喉頭鏡	1組	－	マッキントッシュ型とし、大サイズ及び小サイズのブレードを備え、電池付きとする。
16.2	経口エアウェイセット	1組	－	6サイズを各1本備える。
16.3	バイトスティック	1個	－	－
16.4	舌かん（鉗）子	1本	－	コラン型とする。

調達品目表（続き）

番号	品名		数量 ^{a)}	滅菌 ^{b)}	摘要
16.5	気管挿管セット (続き)	止血かん（鉗）子	1本	－	ペアン型とし、寸法は、14 cmを標準とする。
16.6		救急せん（剪）刀	1個	－	－
16.7		バイトブロック	1個	－	－
16.8		サージカルテープ	1巻	－	寸法は、12 mm×9 mを標準とする。
16.9		スタイレット	1本	－	大サイズとする。
16.10		カフシリンジ	1本	○	容量は、20 mlとする。
16.11		収納ケース	1個	－	固定バンド付きとする。
17	気管内チューブ		3本	○	カフ付きの成人用とし、内径6 mm、7 mm及び8 mmを各1本備える。
18	気管内チューブ		2本	○	カフ無しの小児用とし、内径3.5 mm及び4.5 mmを各1本備える。
19	外科セット，外科用具用		一式	－	－
19.1	持針器		1本	○	マッチュー型とし、寸法は、16 cmを標準とする。
19.2	止血かん（鉗）子		2本	○	コッヘル型及びペアン型を各1本備え、寸法は、14 cmを標準とする。
19.3	ピンセット		1本	○	無こう（鉤）とし、寸法は、13 cmを標準とする。
19.4	外科せん（剪）刀		2本	○	両鈍直型及び両鋭直型を各1本備え、寸法は、14 cmを標準とする。
19.5	メス柄		1本	○	No. 3とする。
19.6	メス替刃		4枚	○	No. 10及びNo. 11を各2枚備える。
19.7	外科ゾンデ		1本	○	寸法は、18 cmを標準とする。
19.8	糸付縫合針		6本	○	糸の太さは、2－0とし、色は、白とする。
19.9	縫合糸		1袋	○	糸の太さは、5－0とし、色は、白とする。
19.10	角針		1袋	○	弾機孔とし、サイズは、6号とする。10本入りとする。
19.11	滅菌ガーゼ		2枚	○	寸法は、5 cm×5 cmを標準とする。
19.12	収納ケース		1個	－	固定バンド付きとする。
20	外傷セット，外科用具用		一式	－	－
20.1	ペンライト		1本	－	どう（瞳）孔ゲージ付きとし、電池を備える。

調達品目表（続き）

番号	品名		数量 ^{a)}	滅菌 ^{b)}	摘要
20.2	き 外傷セット， 外科用具用（続）	電子体温計	1 個	－	デジタル表示付きとし，電池を備える。
20.3		ピンセット	1 本	－	無こう（鉤）とし，寸法は，13 cmを標準とする。
20.4		止血かん（鉗）子	1 本	－	ペアン型とし，寸法は，14 cmを標準とする。
20.5		救急せん（剪）刀	1 本	－	－
20.6		ナイフ	1 本	－	折り込み式とする。
20.7		止血帯	1 個	－	面ファスナ式とする。
20.8		収納ホルスター	1 個	－	－
21	注射器		10 本	○	容量2.5 mlの23 G針付きを5本，容量10 mlの22 G針付きを5本備える。
22	注射針		10 本	○	21 Gとする。
23	注射針		10 本	○	23 Gとする。
24	駆血帯		1 個	－	井の内式とする。
25	止血帯		1 個	－	HM-T131123による。
26	輸液セット		3 組	○	輸液，留置針20 G及び三方活栓を各1個備える。
27	翼付針		3 本	○	23 Gとする。
28	静脈留置針		3 本	○	18 Gとする。
29	救急包帯		3 本	○	大サイズとする。
30	救急包帯		3 本	○	小サイズとする。
31	ばんそうこう（絆創膏）		1 巻	－	紙テープとし，寸法は，1.2 cmを標準とする。
32	ばんそうこう（絆創膏）		1 巻	－	布テープとし，寸法は，5 cmを標準とする。
33	滅菌ガーゼ		10 枚	○	寸法は，7.5 cm×10 cmを標準とする。
34	滅菌ガーゼ		10 枚	○	寸法は，5 cm×5 cmを標準とする。
35	綿棒		1 袋	○	50本入りとする。
36	清浄綿		1 箱	－	10包入りとする。
37	滅菌三角巾		3 枚	○	ロールタイプとし，寸法は，105 cm×105 cm×150 cmを標準とする。
38	包帯		2 本	－	3裂及び4裂を各1本備える。
39	止血棒		1 本	－	木製とし，寸法は，18 cmを標準とする。

調達品目表（続き）

番号	品名	数量 ^{a)}	滅菌 ^{b)}	摘要
4 0	救急シート	2 枚	－	保温用とする。
4 1	手術用手袋	4 双	○	7 号及び7. 5 号を各 2 双備える。
4 2	ディスポ手袋	4 0 枚	－	プラスチック製とする。
4 3	サンププリント	1 個	－	ロール副子とする。
4 4	アンプルケース	1 箱	－	ビニール製とする。
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				
注^{b)} “○” の品目は、滅菌済みとする。				

- b) “救急医療セット， 1 型” は，ジュラルミン製の収納ケース（ハードケース）を備え，寸法は，W 5 0 0 mm～5 1 0 mm×D 3 7 0 mm～3 8 0 mm×H 1 8 0 mm～1 9 0 mmとする。

なお，色を指定する場合は，調達要領指定書によって指定する。

- c) “救急医療セット， 2 型” は，ナイロン製の収納ケース（ソフトケース）を備え，寸法は，W 5 1 0 mm～5 2 0 mm×D 4 7 0 mm～4 8 0 mm×H 1 8 0 mm～1 9 0 mmとする。

なお，色を指定する場合は，調達要領指定書によって指定する。