

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
重要パラメータ付き多項目モニタ，ベッドサイド型	GM-T 1 0 7 0 2 6 P	
	作 成	平成 2 0 年 9 月 1 0 日
	変 更	令和 7 年 6 月 2 5 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の重要パラメータ付き多項目モニタについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 及び GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9 による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号	摘要
重要パラメータ付き多項目モニタ，ベッドサイド型	6 5 1 5－2 8 4－1 4 6 9－5	調達品目表 A
重要パラメータ付き多項目モニタ，ベッドサイド型，WE P 接続対応型	—	調達品目表 B

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 重要パラメータ付き多項目モニタ，ベッドサイド型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、**表1**の種類とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1 部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1 部
- c) 納入品カタログ 1 部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表2－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 A

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部	
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7年 6月25日	
仕様書番号	GM-T107026P			

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
重要パラメータ付き多項目モニタ	重要パラメータ付き多項目モニタ、ベッドサイド型	フクダ電子（株） ベッドサイドモニタ DS-8100N 日本光電工業（株） ベッドサイドモニタ PVM-4000シリーズ PVM-4763 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 構成

番号	名称	フクダ電子（株）		日本光電工業（株）	
		規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
1	本体	DS-8100N	1	PVM-4763	1
2	成人用カフ	CUF-8504	1	標準附属品	—
3	エアホース	OA-80APS 3.5-S	1		—
4	SpO ₂ ケーブル	DOC-10	1		—
5	心電図中継ケーブル	CIO-05CT P-3NU	1		—
6	誘導コード	CMC-700-3	1		—
7	血圧中継ケーブル	CJO-P01B -SB3.6	1	JP-900P	1
8	観血血圧ケーブル	CJO-P01B -DJ0.5	1		
9	血圧トランスデューサ	DT4812	1	DX-360	1
10		TBG2	1		
11		TMM	1		
12	SpO ₂ センサ	DS100A	1	TL-201T (P225F)	1
13		D-25L (24 個/箱)	1		
14	体温センサ直腸用	401J	1	TT411T	1
15	体温センサ体表用	409J	1	TT481T	1

調達品目表 A（続き）

2 構成（続き）

番号	名称	フクダ電子（株）		日本光電工業（株）	
		規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
1 6	ディスプレイザブル電極	ディスプレイザブル電極（1 5 0 個／箱）	1	ディスプレイザブル電極（1 5 0 個／箱）	1
1 7	記録器	HR－8 1 1	1	WS－4 7 0 P	1
1 8	収納箱	収納箱	1	収納箱	1
1 9	バッテリー	B T O－0 0 8	1	S B－4 7 0 P	1
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。					

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 心電図，呼吸，非観血血圧，S p O₂，体温及び観血血圧の測定が可能とする。
- b) 操作の簡素化が可能なショートカットキーを 3 個以上備える。
- c) 1 0 種類以上の不整脈解析機能をもつ。
- d) 記録器を備え，記録紙に 3 つ以上のチャンネル波形の記録が可能とする。
- e) モニタ本体（突起部含まず。）の寸法は，W 3 0 0 mm 以下×D 1 5 0 mm 以下×H 2 7 0 mm 以下とする。また，画面は，8. 4 インチ以上の液晶カラーディスプレイとし，タッチパネルによる操作が可能とする。
- f) バッテリ内蔵とし，バッテリーによる 3 時間以上の稼動が可能とする。
- g) 異常がある場合に，視覚的に確認が可能な警報装置を備える。
- h) 収納箱は，構成の全ての収納が可能とし，内部に器材を衝撃から守る緩衝材などを備える。
- i) 同時表示波形数は，5 波形以上とする。
- j) 本体の質量は，5 k g 以下とする。
- k) 収納箱の質量は，1 5 k g 以下とする。
- l) 電源は，A C 1 0 0 V，5 0／6 0 H z とする。

調達品目表 B

調 達 要 求 番 号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作 成 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
仕 様 書 番 号	GM-T 1 0 7 0 2 6 P		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名
重要パラメータ付き多項目モニタ	重要パラメータ付き多項目モニタ, ベッドサイド型, WE P 接続対応型	日本光電工業 (株) ベッドサイドモニタ PVM-4000 シリーズ PVM-4763

2 構成

番号	名称	数量 ^{a)}	規格など
			日本光電工業 (株)
1	本体	1	PVM-4763
2	送信機 (ベッドサイド用)	1	ZS-600P
3	アダプタ	1	DH-470P
4	フック	1	DZ-470P
5	ホルダ	1	DI-470P
6	バッテリーパック	1	SB-470P
7	インターフェース	1	QI-470P
8	フィンガープローブ	1	TL-201T (P225F)
9	血圧中継コード	1	JP-900P
10		1	JP-920P
11	CO ₂ センサキット	1	TG-980P
12	送信機 (心電図・呼吸・SpO ₂ ・非観血血圧)	1	ZS-640P
13	体温センサ体表用	1	TT-481T
14	移動用収納箱	1	TR-PVM-4000
15	架台	1	KC-470P
16	エアウェイアダプタ	1	YG-211T
17		1	YG-213T
18	小児用マスク	1	YG-232T (10個/箱)
19	幼児用マスク	1	YG-242T (10個/箱)
20	成人用マスク	1	YG-272T (10個/箱)
21	成人用マスク (大)	1	YG-282T (10個/箱)
22	ディスプレイダブル電極	1	Bs-150 (150個/箱)
23	体表断熱カバー	1	YT-480T
24	幼児用カフ	1	YP-710T

調達品目表 B（続き）

2 構成（続き）

番号	名称	数量 ^{a)}	規格など
			日本光電工業（株）
2 5	小児用カフ	1	Y P - 7 1 1 T
2 6	成人用カフ（大）	1	Y P - 7 1 4 T
2 7	大腿部用カフ	1	Y P - 7 1 5 T
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。			