

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕 様 書 番 号
手動式除細動器	GM-T107032P	
	作 成	平成20年 9月10日
	変 更	令和 7年 8月25日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の一時的使用ペーシング機能付除細動器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号	摘要
—	6515-286-7693-5	調達品目表A
E t C O ₂ 測定機能付	—	調達品目表B
270 J 対応型	—	調達品目表C

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 手動式除細動器、E t C O₂測定機能付

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表A及び調達品目表B並びに調達品目表Cによる。

3.3 構成

構成は、調達品目表A及び調達品目表B並びに調達品目表Cによる。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表A及び調達品目表B並びに調達品目表Cによる。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**G L T - C G - Z 0 0 0 0 1**の2.3及び**N D S Z 8 0 1 1**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、仕様書の名称及び**表1**の種類とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とするほか、調達品目表A及び調達品目表B並びに調達品目表Cによる。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表2—提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 A

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 7年 8月25日
仕様書番号	GM-T107032P		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
一時的使用ペースング 機能付除細動器	(株) フィリップス・ジャパン DFM100 Hospital 日本光電工業 (株) TEC-1031 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	(株) フィリップス・ジャパン		日本光電工業 (株)	
	規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
本体	DFM100 Hospital	1	TEC-1031	1
専用架台	989801191240	1	KD-101V	1
バッテリー	989803190371	1	SB-950P	1
外用パドル	M3543A	1	ND-101V	1
内用パドル	M4742A	1	ND-896V	1
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) AEDモード及びマニュアルモードの使用が可能とする。
- 2) 心電図の連続モニタリングが可能とする。
- 3) 心電図波形データは、本体内部メモリ又は外部メモリへの保存が可能とする。
- 4) 心電図波形などの記録紙への印字が可能とする。
- 5) 出力エネルギーは、二相性とする。
- 6) 最大出力エネルギーまでの充電時間は、8秒以下とする。
- 7) 経皮ペースング機能をもつ。
- 8) 電源は、AC100 V、50/60 Hz 及び専用充電式バッテリーとする。
- 9) 質量は、10 kg 以下（バッテリーを含む。）とする。
- 10) 耐振動性をもつ。
- 11) 本体の異常を自動で検出する機能をもつ。
- 12) 寸法は、W350 mm以下×D250 mm以下×H310 mm以下とする。

b) 専用架台は、本体の搭載が可能とし、キャスター付きとする。

c) バスケットは、専用架台への取付けが可能とする。

調達品目表 A（続き）

- d) バッテリーは、周囲温度 20℃において 100 回以上の完全充電及びショックが可能とする。
- e) 内用パドルは、スイッチ付きとする。

4 附属品

名称	(株) フィリップス・ジャパン		日本光電工業 (株)		摘要
	規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}	
除細動パッド	DP1	1	P-511	1	ディスプレイ ブルタイプ
外部メモリ	9898031712 61	1	QM-001D	1	1GB以上
記録紙	標準附属品	—	RQS50-3 (A128)	1	—

注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

調達品目表 B

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 7年 8月 25日
仕様書番号	GM-T107032P		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
一時的使用ペーシング機能付除細動器	E t C O ₂ 測定機能付	(株) フィリップス・ジャパン DFM100 Hospital 日本光電工業 (株) TEC-1031 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 構成

名称	(株) フィリップス・ジャパン		日本光電工業 (株)	
	規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
本体	DFM100 Hospital	1	TEC-1031	1
専用架台	989801191240	1	KD-101V	1
バッテリー	989803190371	1	SB-950P	1
外用パドル	M3543A	1	ND-101V	1
内用パドル	M4742A	1	ND-896V	1
バスケット	専用架台に含む。	—	DI-101V	1
マルチパラメータ	本体に含む。	—	QI-102V	1
S p O ₂ 中継コード	S p O ₂ センサーに含む。	—	JL-900P	1
C O ₂ センサーキット	M2501A	1	TG-980P	1
S p O ₂ センサー	M1191B	1	TL-201T2 (P225F)	1
除細動レポート表示ソフトウェア	861431#A01	1	QP-551V	1
電極リード線	M1674A	1	BR-903P	1
E C G 中継コード	M1669A	1	JC-906P	1
小児用電極	外用パドルに含む。	—	ND-844V	1
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) A E D モード及びマニュアルモードの使用が可能とする。
- 2) 心電図の連続モニタリングが可能とする。
- 3) 心電図波形データは、本体内部メモリ又は外部メモリへの保存が可能とする。

調達品目表 B（続き）

- 4) 心電図波形などの記録紙への印字が可能とする。
- 5) 出力エネルギーは、二相性とする。
- 6) 最大出力エネルギーまでの充電時間は、8秒以下とする。
- 7) 経皮ペースティング機能をもつ。
- 8) 電源は、AC 100 V、50/60 Hz 及び専用充電式バッテリーとする。
- 9) 質量は、10 kg 以下（バッテリーを含む。）とする。
- 10) 耐振動性をもつ。
- 11) 本体の異常を自動で検出する機能をもつ。
- 12) 寸法は、W 350 mm 以下×D 250 mm 以下×H 310 mm 以下とする。
- b) 専用架台は、本体の搭載が可能とし、キャスター付きとする。
- c) バスケットは、専用架台への取付けが可能とする。
- d) バッテリーは、周囲温度 20℃ において 100 回以上の完全充電及びショックが可能とする。
- e) 内用パドルは、スイッチ付きとする。
- f) マルチパラメータ、SpO₂ 中継コード及び CO₂ センサーキットを使用することによって、SpO₂ 及び EtCO₂ のモニタリングが可能とする。
- g) SpO₂ センサーのセンサー部は、水洗いが可能とする。
- h) 除細動レポート表示ソフトウェアを外部パソコンにインストールすることによって、記憶データの表示が可能とする。
- i) 小児に対する除細動が可能とする。

4 附属品

名称	(株) フィリップス・ジャパン		日本光電工業 (株)		摘要
	規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}	
除細動パッド	DP 1	1	P-711	1	ディスプレイ ブルタイプ
外部メモリ	9898031712 61	1	QM-002D	1	2 GB 以上
エアウェイア ダブタ	M2533A	1	YG-211T	1	成人用
ゲルエイド	SIGNA GEL 250 g	1	Z-101BA (F015A) 100 g×2本	1	—
記録紙	標準附属品	—	RQS50-3 (A128)	1	—
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。					

調達品目表 C

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 7年 8月25日
仕様書番号	GM-T107032P		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
一時的使用ペーシング機能付除細動器	270 J 対応型	日本光電工業（株） TEC-1031 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
		日本光電工業（株）
本体	1	TEC-1031
専用架台	1	KD-101V
バッテリー	1	SB-950P
外用パドル	1	ND-101V
内用パドル	1	ND-896V
バスケット	1	DI-101V
マルチパラメータ	1	QI-102V
SpO ₂ 中継コード	1	JL-900P
CO ₂ センサーキット（酸素マスク対応）	1	TG-980P
SpO ₂ センサー	1	TL-201T2（P225F）
除細動レポート表示ソフトウェア	1	QP-551V
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 本体は、次による。

- 1) AEDモード及びマニュアルモードの使用が可能とする。
- 2) 心電図の連続モニタリングが可能とする。
- 3) 心電図波形データは、本体内部メモリ又は外部メモリへの保存が可能とする。
- 4) 心電図波形などの記録紙への印字が可能とする。
- 5) 出力エネルギーは、二相性とする。
- 6) 出力エネルギーは、2 J～270 J 以上（12段可変以上）とし、充電時間は、200 J のとき4秒未満、270 J のとき5秒未満とする。
- 7) 経皮ペーシング機能をもつ。
- 8) 電源は、AC100 V、50／60 Hz 及び専用充電式バッテリーとする。

調達品目表 C（続き）

- 9) 質量は、10 kg 以下（バッテリーを含む。）とする。
- 10) 耐振動性をもつ。
- 11) 本体の異常を自動で検出する機能をもつ。
- 12) 寸法は、W 350 mm 以下×D 250 mm 以下×H 310 mm 以下とする。
- b) 専用架台は、本体の搭載が可能とし、キャスター付きとする。
- c) バスケットは、専用架台への取付けが可能とする。
- d) バッテリーは、周囲温度 20℃において100回以上の完全充電及びショックが可能とする。
- e) 内用パドルは、スイッチ付きとする。
- f) マルチパラメータ、SpO₂中継コード及びCO₂センサーキットを使用することによって、SpO₂及びEtCO₂のモニタリングが可能とする。
- g) SpO₂センサーのセンサー部は、水洗いが可能とする。
- h) 除細動レポート表示ソフトウェアを外部パソコンにインストールすることによって、記憶データの表示が可能とする。

4 附属品

名称	数量 ^{a)}	規格など	摘要
		日本光電工業（株）	
除細動パッド	1	P-711	ディスプレイダブルタイプ
外部メモリ	1	QM-002D	2 GB
エアウェイアダプタ	1	YG-211T	成人用 TG-980P用
酸素マスク	1	YG-272T	成人用L
	1	YG-282T	成人用XL
記録紙	1	RQS50-3 (A128)	—
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			