

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
多用途血液処理用装置	GM-T 1 0 7 4 7 7 C	
	作 成	平成 2 3 年 8 月 8 日
	変 更	令和 6 年 9 月 1 2 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の多用途血液処理用装置について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1及びGLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊 I T 利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 3 5 年法律第 1 4 5 号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和 3 6 年厚生省令第 1 号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**G L T－C G－Z 0 0 0 0 1**の2.3及び**N D S Z 8 0 1 1**による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1 部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1 部
- c) 納入品カタログ 1 部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調 達 要 求 番 号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年 9月12日
仕 様 書 番 号	GM-T107477C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
多用途血液処理用装置	(株)メテック ACH-Σ Plus i type M 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 外形寸法は、W500 mm以下×D550 mm以下×H1450 mm以下とする。
- b) 電源は、AC100 V、50/60 Hzとする。
- c) 質量は、75 kg以下とする。
- d) 血液ポンプの流量制御範囲は、1 mL/min～250 mL/minの範囲を満たさなければならない。
- e) 各種ポンプのチューブ装着方式は、ステータ可動方式（カバーと連動）とする。
- f) 透析液加温器及び補液加温器をそれぞれ備える。
- g) 流量制御において、重量計によって処理量を計測し目標とする処理量に一致するようポンプ流量のフィードバック制御が可能とする。
- h) 血液検知器及び漏血検知器を備え、光学式とする。
- i) 気泡検知器は、超音波透過型とし、2基備える。
- j) シリンジポンプの適用サイズは、20 mL、30 mL及び50 mLとする。
- k) 治療モードは、CRRT、PE、DFPP、PA、CART、HA及びLCAPとし、かつ、自動プライミング機能をもつ。
- l) 全ての血液回路に色付きシールを備え、装置と膜の色合わせ接続を行うことで誤装着を防ぐことが可能とする。
- m) 全治療モードで、二面式（正面及び右側面）のパネル回路を備える。
- n) バッテリーを搭載し運転可能時間は、10分以上とする。
- o) 脱血圧が規定時間内に正常範囲に復帰すると、血圧ポンプが自動的に設定速度まで復帰する機能をもつ。